

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 3689 DEL 31/12/2012

OGGETTO: POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II:
INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - OBIETTIVO OPERATIVO
2.2.2 - LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B - IMPORTO COMPLESSIVO € 33.017.000,00 - DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL
23.11.2010 - FORNITURA DI N. 1 TELECOMANDATO POLIFUNZIONALE DIRETTO CON FLAT PANEL
DINAMICO - APPROVAZIONE ATTI DELLA PROCEDURA DI GARA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

L'anno duemiladodici il giorno Trentuno del mese di Dicembre
in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. GIORGIO TIDORE

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottorressa MARIA SERENA FENU

PREMESSO

che con deliberazione n. 2114 del 14/08/2012 si è autorizzato a contrarre, a mezzo procedura aperta di rilievo europeo, per l'appalto della fornitura di n. 1 Telecomandato polifunzionale diretto con flat panel dinamico, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006; detta deliberazione, unitamente a tutti gli atti di gara, è stata trasmessa all'Assessorato regionale dell'igiene e Sanità e Assistenza Sociale per l'approvazione preventiva, ottenuta con nota RAS prot. 13878 pervenuta in data 25/07/2012 e acquisita al protocollo aziendale con il numero 37425 del 25/07/2012.

PRESO ATTO

che con deliberazione n. 2730 del 18/10/2012 è stata nominata la Commissione giudicatrice delle offerte ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 163/2006.

DATO ATTO

che le operazioni di gara si sono svolte come da verbali (dal n. 1 al n. 7) di cui si condividono i contenuti, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale dai quali risulta che la migliore offerta è quella presentata, è quella del Costituendo RTI General Medical Merate (Capogruppo), General Ray (mandante), Ing. Ziranu (mandante). con un ribasso del 1% sull'importo posto a base di gara.

CONSIDERATO

Che il quadro economico dell'intervento, determinato all'art. 2 del CSA, deve essere così modificato ed integrato in seguito all'aggiudicazione:

1	Telecomandato polifunzionale diretto con flat panel dinamico e forniture accessorie	€ 327.034,43
2	Lavori	€ 53.122,65
3	Servizi di ingegneria	€ 2.988,53
	TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA	€ 383.145,61
4	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1500,00
	VALORE COMPLESSIVO dell'appalto ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D. Lgs. 163/2006 al netto dell'IVA	€ 384.645,61
5	IVA su voce 1 "apparecchiature" (21%)	€ 68.695,75
6	IVA su voci 2 e 4 "Lavori", e "Oneri di sicurezza" (10%)	€ 5.462,26
7	IVA (21%) e CPA (4%) su voce 3 "Servizi di ingegneria"	€ 652,69
8	Costi per la pubblicazione del bando e degli esiti di gara ai sensi dell'art. 66 del D. Lgs. 163/2006	€ 15.000,00
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€ 474.456,31

SU

conforme proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

VISTI :

- il D.Lgs. 163/2006;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

- l'Atto Aziendale.

Per quanto esposto in premessa


DELIBERA

- Di approvare i verbali di gara (da n. 1 a n. 8) allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
- Di aggiudicare definitivamente l'appalto della fornitura, con posa in opera e lavori di ristrutturazione locali, di n. 3 diagnostiche radiologiche polifunzionali digitali al costituendi RTI General Medical Merate (Capogruppo), General Ray (mandante), Ing. Ziranu (mandante);
- Di dare atto che l'importo di aggiudicazione è di € 383.145,61 esclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (€1.500,00) ed IVA.
- Di dare atto che l'intero importo di quadro economico graverà sul programma fondi regionali POR FESR.
- Di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 della L.R. 10/2006;
- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e all'Area Programmazione Controllo e Committenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott.ssa Maria Serena Fenu)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Giorgio Tidore)




IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



Per il servizio

RDG/Mcassitta prop. 1204/2011



(luogo e data) Olbia ____/____/____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia dal 08/01/2013, e che:

☒ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 08/01/2013.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

VERBALE N. 1

**POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II: INCLUSIONE,
SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' – OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2
– LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B – IMPORTO COMPLESSIVO € 33.017.000,00 – DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL
23.11.2010**

FORNITURA DI UN TELECOMANDATO POLIFUNZIONALE DIRETTO CON FLAT PANEL DINAMICO

Addì ventitre del mese di ottobre 2012 alle ore 9.40 presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A – Ufficio del direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla *"Procedura aperta – appalto della fornitura di un telecomandato polifunzionale diretto con flat panel dinamico "* composta dalle seguenti persone:

- PRESIDENTE: Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
- COMPONENTE: Dott. Vincenzo Bifulco, Direttore U.O. Radiologia ASL n. 2 di Olbia;
- COMPONENTE: Dott. Mario Franco Demuro, Dirigente medico U.O. Radiologia Olbia, ASL n. 2 di Olbia;
- SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Caterina Cassitta, Collaboratore Amministrativo presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

Sono presenti alla seduta:

Luca Graziano per l'offerente Italray – General Ray – Ing. Gavino Brau.

Nicola Melis per l'offerente GMM, ETS e MG

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione del Direttore Generale n.2730 del 18/10/2012 assunta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (10.10.2012 ore 12.30), prende visione degli atti di gara e dà atto che:

- il bando di appalto ha avuto la prescritta pubblicità mediante pubblicazione in: G.U.C.E. ,G.U.R.I. sito internet Ministero LL.PP., Sito Osservatorio Regionale, sito internet Aziendale ed all'Albo Pretorio Aziendale e, per estratto, su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;

Indi la Commissione dà atto che:

- entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte (10/10/2012, alle ore 12,30) sono pervenuti all'Ufficio Protocollo Generale e sono stati trasmessi da questo alla Commissione i seguenti plichi:

- Offerente	- Protocollo plico
- Costituendo RTI General Medical Merate S.p.a - ETS S.p.a. – MG di Marchesi Giuseppe	50079 del 10/10/2012 ore 9.19
- Italray srl - General srl – Ing. Ziranu	49945 del 09/10/2012

Indi il presidente della Commissione dà atto che è stato eseguito l'accesso al casellario informatizzato presso l'Osservatorio e non sussistono, a carico dell'offerente, annotazioni relative a cause di esclusione dai contratti pubblici.

Indi si dispone di procedere all'apertura dei plichi al fine di esaminare la regolarità della documentazione richiesta in atti di gara per l'ammissione alle successive fasi della procedura di che trattasi. Solo nell'ipotesi in cui l'offerente avrà superato la fase di verifica della documentazione amministrativa si procederà all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica. La busta contenente l'offerta economica sarà controfirmata sui lembi di chiusura da ciascun membro della commissione e dal segretario per garantirne l'integrità fino all'apertura; il plico sarà aperto in seduta pubblica solo se l'offerta avrà superato anche la valutazione tecnica.

L'esito della verifica è il seguente:

CONCORRENTE	ESITO VERIFICA	PROVVEDIMENTO ADOTTATO
Costituendo RTI General Medical Merate S.p.a - ETS S.p.a. – MG di Marchesi Giuseppe	<p>La verifica della documentazione amministrativa dà esito positivo.</p> <p>Nell'istanza di ammissione alla procedura l'offerente dichiara di accettare incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto, dal bando, dal disciplinare e relativi allegati.</p> <p>La verifica sulla corrispondenza tra quanto indicato nell'elenco dei documenti costituenti l'offerta e i fascicoli inseriti nella busta "<i>Offerta tecnica</i>" dà esito positivo.</p> <p>Indi si procede all'apertura dell'Offerta Tecnica.</p> <p>DOCUMENTAZIONE REGOLARE</p>	AMMISSIONE
Italray srl- General srl – Ing. Ziranu	<p>La verifica della documentazione amministrativa dà esito positivo.</p> <p>Nell'istanza di ammissione alla procedura l'offerente dichiara di accettare incondizionatamente ed integralmente le condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto, dal bando, dal disciplinare e relativi allegati.</p> <p>La verifica sulla corrispondenza tra quanto indicato nell'elenco dei documenti costituenti l'offerta e i fascicoli inseriti nella busta "<i>Offerta tecnica</i>" dà esito positivo.</p> <p>Indi si procede all'apertura dell'Offerta Tecnica.</p> <p>DOCUMENTAZIONE REGOLARE</p>	

Indi la Commissione alle ore 10,40 dichiara chiusa la seduta pubblica e prosegue i lavori in seduta riservata per l'avvio dell'esame dell' offerta tecnica.

Tutti i plichi dell'offerta vengono affidati al Segretario perché li custodisca in armadio chiuso a chiave non accessibile ai terzi.

Del che si redige il presente verbale, composto di QUATTRO pagine compresa la presente, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro	f.to
--------------------	------

Vincenzo Bifulco	f.to
------------------	------

Mario Franco Demuro	f.to
---------------------	------

Maria Caterina Cassitta	f.to
-------------------------	------

VERBALE N. 2

**POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II: INCLUSIONE,
SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' – OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2
– LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B – IMPORTO COMPLESSIVO € 33.017.000,00 – DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL
23.11.2010**

FORNITURA DI UN TELECOMANDATO POLIFUNZIONALE DIRETTO CON FLAT PANEL DINAMICO

Addì ventitre del mese di ottobre 2012 alle ore 10.45 presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A – Ufficio del direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale si è riunita, in seduta riservata, la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla *“Procedura aperta – appalto della fornitura di un telecomandato polifunzionale diretto con flat panel dinamico ”* composta dalle seguenti persone:

- PRESIDENTE: Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
- COMPONENTE: Dott. Vincenzo Bifulco, Direttore U.O. Radiologia ASL n. 2 di Olbia;
- COMPONENTE: Dott. Mario Franco Demuro, Dirigente medico U.O. Radiologia Olbia, ASL n. 2 di Olbia;
- SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Caterina Cassitta, Collaboratore Amministrativo presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 2730 del 18/10/2012 assunta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (10.10.2012 ore 12.30), dichiara aperta la seduta.

Indi la Commissione, richiamate le operazioni di gara di cui al verbale n. 1:

- procede all'approfondimento della documentazione tecnica di gara (bando, disciplinare di gara, allegati al disciplinare, capitolato speciale d'appalto) per le parti relative alla valutazione dell'offerta tecnica;
- decide all'unanimità di compiere un esame preliminare delle offerte tecniche;
- decide all'unanimità che, prima di assumere qualsiasi decisione in ordine alla ricevibilità ed ammissibilità delle offerte e ai punteggi da attribuire, compirà un esame complessivo delle stesse, prendendo atto delle eventuali criticità. Le decisioni sulla ricevibilità ed ammissibilità delle offerte e sull'attribuzione dei punteggi saranno assunte tutte una volta concluso l'esame completo delle offerte, quando la Commissione avrà acquisito una visione esaustiva delle offerte stesse.

Indi la Commissione inizia l'esame delle offerte tecniche.

Indi la Commissione alle ore 14,30 dichiara chiusa la seduta e, non avendo concluso i lavori, si aggiorna a data da definirsi, in seduta riservata, per il prosieguo dell'esame delle offerte tecniche.

I plichi delle offerta vengono affidati al Segretario perché li custodisca in armadio chiuso a chiave non accessibile ai terzi.

Del che si redige il presente verbale, composto di DUE pagine compresa la presente, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro f.to

Vincenzo Bifulco f.to

Mario Franco Demuro f.to

Maria Caterina Cassitta f.to

VERBALE N. 3

**POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II: INCLUSIONE,
SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' – OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2
– LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B – IMPORTO COMPLESSIVO € 33.017.000,00 – DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL
23.11.2010**

FORNITURA DI UN TELECOMANDATO POLIFUNZIONALE DIRETTO CON FLAT PANEL DINAMICO

Addì ventisei del mese di ottobre 2012 alle ore 12.05 presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A – Ufficio del direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale si è riunita, in seduta riservata, la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla *"Procedura aperta – appalto della fornitura di un telecomandato polifunzionale diretto con flat panel dinamico "* composta dalle seguenti persone:

- PRESIDENTE: Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
- COMPONENTE: Dott. Vincenzo Bifulco, Direttore U.O. Radiologia ASL n. 2 di Olbia;
- COMPONENTE: Dott. Mario Franco Demuro, Dirigente medico U.O. Radiologia Olbia, ASL n. 2 di Olbia;
- SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Caterina Cassitta, Collaboratore Amministrativo presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 2730 del 18/10/2012 assunta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (10.10.2012 ore 12.30), dichiara aperta la seduta.

Indi la Commissione, richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali n. 1 e n. 2 prosegue l'esame delle offerte tecniche:

Indi la Commissione alle ore 13,30 dichiara chiusa la seduta e, non avendo concluso i lavori, si aggiorna a data da definirsi, in seduta riservata, per il prosieguo dell'esame delle offerte tecniche.

I plichi delle offerta vengono affidati al Segretario perché li custodisca in armadio chiuso a chiave non accessibile ai terzi.

Del che si redige il presente verbale, composto di DUE pagine compresa la presente, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro	f.to
--------------------	------

Vincenzo Bifulco	f.to
------------------	------

Mario Franco Demuro	f.to
---------------------	------

Maria Caterina Cassitta	f.to
-------------------------	------

VERBALE N. 4

**POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II: INCLUSIONE,
SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' – OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2
– LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B – IMPORTO COMPLESSIVO € 33.017.000,00 – DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL
23.11.2010**

FORNITURA DI UN TELECOMANDATO POLIFUNZIONALE DIRETTO CON FLAT PANEL DINAMICO

Addì ventinove del mese di ottobre 2012 alle ore 10.00 presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A – Ufficio del direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale si è riunita, in seduta riservata, la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla *"Procedura aperta – appalto della fornitura di un telecomandato polifunzionale diretto con flat panel dinamico"* composta dalle seguenti persone:

- PRESIDENTE: Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
- COMPONENTE: Dott. Vincenzo Bifulco, Direttore U.O. Radiologia ASL n. 2 di Olbia;
- COMPONENTE: Dott. Mario Franco Demuro, Dirigente medico U.O. Radiologia Olbia, ASL n. 2 di Olbia;
- SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Caterina Cassitta, Collaboratore Amministrativo presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 2730 del 18/10/2012 assunta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (10.10.2012 ore 12.30), dichiara aperta la seduta.

Indi la Commissione, richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali n. 1, 2 e 3 prosegue l'esame delle offerte tecniche.

Si sono ravvisate criticità in relazione al progetto presentato dall'offerente Costituendo RTI General Medical Merate S.p.a - ETS S.p.a. – MG di Marchesi Giuseppe Di esse verrà dato conto, come previsto nella metodologia definita in verbale n. 2, in conclusione dell'esame generale dei progetti.

Indi la Commissione alle ore 13,00 dichiara chiusa la seduta e, non avendo concluso i lavori, si aggiorna a data da definirsi, in seduta riservata, per il prosieguo dell'esame delle offerte tecniche.

I plichi delle offerta vengono affidati al Segretario perché li custodisca in armadio chiuso a chiave non accessibile ai terzi.

Del che si redige il presente verbale, composto di DUE pagine compresa la presente, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro f.to

Vincenzo Bifulco f.to

Mario Franco Demuro f.to

Maria Caterina Cassitta f.to

VERBALE N. 5

**POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II: INCLUSIONE,
SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' – OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2
– LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B – IMPORTO COMPLESSIVO € 33.017.000,00 – DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL
23.11.2010**

FORNITURA DI UN TELECOMANDATO POLIFUNZIONALE DIRETTO CON FLAT PANEL DINAMICO

Addì sei del mese di novembre 2012 alle ore 12.05 presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A – Ufficio del direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale si è riunita, in seduta riservata, la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla *“Procedura aperta – appalto della fornitura di un telecomandato polifunzionale diretto con flat panel dinamico”* composta dalle seguenti persone:

- PRESIDENTE: Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
- COMPONENTE: Dott. Vincenzo Bifulco, Direttore U.O. Radiologia ASL n. 2 di Olbia;
- COMPONENTE: Dott. Mario Franco Demuro, Dirigente medico U.O. Radiologia Olbia, ASL n. 2 di Olbia;
- SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Caterina Cassita, Collaboratore Amministrativo presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 2730 del 18/10/2012 assunta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (10.09.2012 ore 12.30), dichiara aperta la seduta.

Indi la Commissione, richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali n. 1,2,3,4 prosegue l'esame delle offerte tecniche:

Indi:

1) Offerente costituendo RTI GMM – ETS - MG

Concluso l'esame preliminare dell'offerta finalizzato alla valutazione prevista dal disciplinare di gara punto 7, pagina 28, che così, per quanto qui interessa, recita:

" La Commissione:

- *preliminarmente effettuerà la valutazione della **rispondenza dell'offerta agli obblighi di CSA** e, in quest'ambito, anche la rispondenza delle forniture alle specifiche prescritte in Capitolato e relativi allegati; in ipotesi di accertamento negativo l'offerta è rifiutata e quindi non si procederà ad ulteriori operazioni di gara";*

si è accertato quanto segue:

1) il concorrente ha incluso nell'offerta tecnica un elaborato facente parte del fascicolo "Schede e forniture accessorie" nel quale sono indicati, a pag. 20, dei prezzi relativi agli accessori "Reggi grembiuli mobili su ruote"; i prezzi indicati sono quelli dei modelli KR350 (che è il modello proposto in offerta tecnica, si veda pag. 48 dell'elaborato "Allegato tecnico 1 al disciplinare di gara Offerta tecnica", compilato dall'offerente), KR 400, KR 450 e KR 550, rispettivamente pari ad € 1.229,00 , 1.282,00, 1.563,00 e 1.646,00.

E' pacifico che l'offerta economica debba rimanere ignota ai commissari fino a che non sia stato reso noto in seduta pubblica l'esito della valutazione delle offerte tecniche. Deve ritenersi conoscibile dai commissari il contenuto dell'offerta economica anche quando esso possa essere determinabile per via indiretta (art. 46 comma 1 – bis del D. Lgs 163/06; ed anche il disciplinare di gara esplicita questa causa di esclusione quando, al punto 4, a pagina 16 in materia di sub appalto, nel dare indicazioni su come effettuare l'eventuale riserva specifica che *"l'indicazione del valore in termini monetari comporterà, pertanto, **l'esclusione dalla gara** perché direttamente o indirettamente indurrebbe a determinare il valore dell'offerta economica."*).

Nel caso di specie, l'indicazione di alcuni prezzi rende ipoteticamente conoscibile in linea di massima il contenuto dell'offerta economica, effettuando stime con gli stessi criteri usati per determinare la base d'asta; per tale ragione l'offerta dev'essere esclusa.

2) Anche dal punto di vista tecnico, nel corso dell'indagine preliminare si è accertato che vi sono ragioni che costituiscono cause di dichiarazione di non rispondenza dell'offerta alle specifiche di capitolato e quindi di rifiuto dell'offerta (punto 7 del disciplinare pagina 28) e/o cause di esclusione dell'offerta (disciplinare di gara punto 5, pagina 26).

Il progetto, in relazione a queste criticità, è insufficiente ragguagliato ai requisiti minimi di agibilità dei locali :

- considerato l'ingombro della macchina comprensivo di scorrimento come rappresentato in tavole, in base alle distanze indicate in pianta (si veda la tavola di progetto di pagina 36 del fascicolo contraddistinto con la sigla MAD 0004), non risulta sufficiente l'area di sicurezza per la prevenzione dello schiacciamento, anche in relazione all'ingombro apertura

porte indicato in pianta, ragguagliata a quanto in precedenti installazioni ritenuto accettabile dall'Azienda, in conformità alle regole di buona pratica; e non è noto, perché non descritto in offerta tecnica (non integrabile ex post), se questo fatto possa essere impedito non utilizzando tutta la capacità di movimentazione del dispositivo;

- gli spazi residui disponibili nel locale diagnostica, dovendosi considerare anche installazioni non indicate in tavole di progetto ma obbligatorie in base alle norme di accreditamento delle strutture sanitarie (ed infatti richieste in fornitura), appaiono sempre scarsissimi e comunque sembra impossibile la movimentazione del paziente barellato in sicurezza; l'offerente dimostra di avere avuto consapevolezza di questa criticità perché in tavola di progetto, ad esempio, ha allocato la consolle di comando secondaria posteriormente all'apparecchiatura, posizione certamente non ottimale anche e non solo per la movimentazione in sicurezza del paziente, ed ha allocato il carrello monitor davanti alla visiva dell'operatore.

* * *

Il capitolato indica in una relazione allegata del Servizio Fisica Sanitaria i requisiti radio protezionistici; si richiede che l'aggiudicatario debba redigere apposita relazione proteximetrica e prescrive che *"Le aree e i locali esterni alla diagnostica, compresa la cabina comandi, devono risultare zone libere ai fini radio protezionistici"*.

Il progetto offerta include relazione tecnica di radio protezione e prevede, (si veda l'elaborato "Locale MAD004 -" pag. 55) che la zona comandi sia classificata "zona sorvegliata", in violazione del predetto obbligo di capitolato.

La Commissione dispone:

- l'esclusione dell'offerta;
- che la decisione venga comunicata all'offerente secondi i tempi e le modalità di rito.

Indi la Commissione alle ore 13,45 dichiara chiusa la seduta e, non avendo concluso i lavori, si aggiorna a data da definirsi, in seduta riservata, per l'attribuzione del punteggio all'offerta ammessa.

I plichi delle offerta vengono affidati al Segretario perché li custodisca in armadio chiuso a chiave non accessibile ai terzi.

Del che si redige il presente verbale, composto di TRE pagine compresa la presente, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro f.to

Vincenzo Bifulco f.to

Mario Franco Demuro f.to

Maria Caterina Cassitta f.to

VERBALE N. 6

POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II: INCLUSIONE,
SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' – OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2
– LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B – IMPORTO COMPLESSIVO € 33.017.000,00 – DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL
23.11.2010

FORNITURA DI UN TELECOMANDATO POLIFUNZIONALE DIRETTO CON FLAT PANEL DINAMICO

Addì dodici del mese di dicembre 2012 alle ore 12.05 presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A – Ufficio del direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale si è riunita, in seduta riservata, la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla
"Procedura aperta – appalto della fornitura di un telecomandato polifunzionale diretto con flat panel dinamico "
composta dalle seguenti persone:

- PRESIDENTE: Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
- COMPONENTE: Dott. Vincenzo Bifulco, Direttore U.O. Radiologia ASL n. 2 di Olbia;
- COMPONENTE: Dott. Mario Franco Demuro, Dirigente medico U.O. Radiologia Olbia, ASL n. 2 di Olbia;
- SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Caterina Cassita, Collaboratore Amministrativo presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 2730 del 18/10/2012 assunta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (10.09.2012 ore 12.30), e richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali n. 1,2,3,4,5 dichiara aperta la seduta dichiara aperta la seduta e dà atto che:

- con nota prot. 55930 del 07/11/2012 si è comunicata, nei termini di legge, l'esclusione all'offerente Costituendo RTI GMM – ETS – MG.

Indi la Commissione, procede all'attribuzione del punteggio in relazione all'offerta tecnica dell'offerente
Costituendo RTI General ray – Italray, Ing Ziranu come da allegato 1 al presente verbale.

Indi alle ore 13,45 la Commissione dichiara chiusa la seduta e si aggiorna in seduta pubblica il giorno
14/12/2012 per l'apertura delle offerte economiche, dando atto che gli offerenti dovranno essere informati della
data del luogo e dell'ora della seduta con le modalità e il preavviso di cui al disciplinare di gara..

I plichi delle offerta vengono affidati al Segretario perché li custodisca in armadio chiuso a chiave non
accessibile ai terzi.

Del che si redige il presente verbale, composto di DUE pagine compresa la presente, che viene letto,
confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro f.to

Vincenzo Bifulco f.to

Mario Franco Demuro f.to

Maria Caterina Cassitta f.to

ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 6

TELECOMANDATO POLIFUNZIONALE DIRETTO CON FLAT PANEL DINAMICO

Criteri di attribuzione dei punteggi relativamente alla qualità	A Punteggio previsto in atti di gara (max punti 70)	B Punteggio attribuito all'offerente (da 0 a 1)	A x B
1) GENERATORE ALTA TENSIONE	Punti totali 7 così ripartiti		
Potenza e modalità di erogazione	2,5	1	2,5
Protocolli predefiniti	1	1	1
Sistema atto ad ottimizzare l'esposizione in funzione delle caratteristiche fisiche del Paziente	1	1	1
Scopia pulsata	0,5	1	0,5
Caratteristiche generali non oggetto di altro specifico subcriterio di valutazione	2	1	2
2)TAVOLO TELECOMANDATO	Punti totali 11 così ripartiti		
Movimenti ed escursioni	2	1	2
Facilità Posizionamento Paziente, ergonomia	4	1	4
Portata e comandi	2	1	2
Caratteristiche non oggetto di altro specifico subcriterio di valutazione	3	1	3
3) COMPLESSO RADIOGENO	Punti totali 6 così		

	ripartiti		
Caratteristiche generali non oggetto di altro specifico subcriterio di valutazione	2	1	2
Macchie focali e RPM	1,5	1	1,5
Capacità di dissipazione termica	1	1	1
Interfaccia utente	1,5	1	1,5
4) DETETTORE DINAMICO e SISTEMA DI ACQUISIZIONE DIGITALE	Punti totali 17 così ripartiti		
Caratteristiche generali del detettore	2	1	2
Profondità della matrice	1,3	1	1,3
Scopia	1,3	1	1,3
Campi d'ingresso utili	1,3	1	1,3
Fless predisposizione dei parametri radiologici	1,3	1	1,3
Sistema Archiviazione Documentazione	2,5	1	2,5
Post processing	3,3	1	3,3
Altre caratteristiche tecniche non oggetto di specifico subcriterio di valutazione	2	1	2
Monitor: dimensioni, attualità e qualità della tecnologia	2	1	2
5) CARATTERISTICHE FORNITURE ACCESSORIE	Punti totali 5 così suddivisi:		
Qualità degli accessori non informatici (robustezza, flessibilità operativa, ergonomia)	2	1	2
Qualità degli accessori informatici (qualità e attualità della tecnologia, capacità operative).	3	1	3
6) DISPOSITIVI SOFTWARE E SOLUZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA DOSE AI PAZIENTI E	Punti totali		

AGLI OPERATORI (tipologia, efficacia) (con esclusione di quanto valutabile in subcriterio "Sistema atto ad ottimizzare l'esposizione in funzione delle caratteristiche fisiche del Paziente" nell'ambito del criterio "Generatore Alta Tensione")	6		
7) PROGETTI RELATIVI AI LOCALI E AGLI IMPIANTI (per lavori complementari previsti)	Punti totali 5 così ripartiti:		
Lay out distributivi (fruibilità degli spazi, libertà di movimento per la gestione del paziente)	Punti 1,5	1	
Qualità delle finiture in opere (comprese misure di radioprotezione)	1,5	1	1,5
Qualità delle soluzioni e dei materiali impiantistici	2	1	2
8) CARATTERISTICHE EVENTUALE FORNITURA AGGIUNTIVA DI ULTERIORI COMPONENTI DI INTERESSE DELL'AZIENDA: attribuibili fino al massimo disponibile in relazione al contenuto e alla comparazione con offerte concorrenti	Punti totali 4	1	4
9) CONDIZIONI CONTRATTUALI (Garanzia e Assistenza Tecnica)	Punti totali 9 così ripartiti		
Durata della garanzia se maggiore del massimo previsto (attribuibili in relazione all'eventuale contenuto dell'offerta migliorativa e alla comparazione con offerte concorrenti)	Punti 3	1	3
Condizioni di garanzia (massimo se completamente incondizionata, pari a 0 se previste tutte le limitazioni di garanzia ammissibili, graduato per situazioni intermedie)	Punti 1	0	0

Tempo massimo di intervento dalla chiamata se inferiore al massimo possibile (4 ore lavorative)	Punti 0,5	1	0,5
Tempo massimo soluzione guasto se inferiore al massimo possibile (5 giorni naturali e consecutivi dalla chiamata)	Punti 2,5	1	2.5
Fornitura apparecchiatura sostitutiva in anticipo rispetto ai tempi indicati all'art. 11 del CSA (valutando tempi)	Punti 1	1	1
Diagnosi remota	Punti 0,5	1	0,5
Garanzia fornitura ricambi per un periodo superiore rispetto a quello previsto all'art. 11 del CSA (7 anni)	Punti 0,5	1	0,5
TOTALE	69		
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO	70		

VERBALE N. 7

**POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II: INCLUSIONE,
SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' – OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 – OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2
– LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B – IMPORTO COMPLESSIVO € 33.017.000,00 – DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL
23.11.2010**

FORNITURA DI UN TELECOMANDATO POLIFUNZIONALE DIRETTO CON FLAT PANEL DINAMICO

Addì del mese di novembre 2012 alle ore 12.05 presso la sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, via Bazzoni - Sircana, 2-2/A – Ufficio del direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale si è riunita, in seduta pubblica, la Commissione per la valutazione delle offerte relative alla *"Procedura aperta – appalto della fornitura di un telecomandato polifunzionale diretto con flat panel dinamico "* composta dalle seguenti persone:

- PRESIDENTE: Avv. Roberto Di Gennaro, Direttore Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
- COMPONENTE: Dott. Vincenzo Bifulco, Direttore U.O. Radiologia ASL n. 2 di Olbia;
- COMPONENTE: Dott. Mario Franco Demuro, Dirigente medico U.O. Radiologia Olbia, ASL n. 2 di Olbia;
- SEGRETARIO: Dott.ssa Maria Caterina Cassitta, Collaboratore Amministrativo presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 2730 del 18/10/2012 assunta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (10.09.2012 ore 12.30), dichiara aperta la seduta.

Sono presenti alla seduta:

Luca Graziano e Carlo Crotchini per l'offerente Italray – General Ray – Ing. Gavino Brau.

Indi la Commissione, richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali n. 1,2,3,4,5 e 6 dà atto che:

- con nota prot. 71519 del 12/12/2012 gli offerenti, anche quello escluso dalla procedura, sono stati informati della data del luogo e dell'ora della seduta pubblica.

Prima di procedere all'apertura del plico contenente l'offerta economica dell'impresa ammessa:

- il presidente della Commissione comunica gli esiti delle valutazioni inerenti l'offerta tecnica;
- mostra i plichi delle offerte economiche che sono stati conservati integri come fatto verificare a tutti i presenti

Indi si procede all'apertura del plico contenente l'offerta economica dell'offerente ammesso; non viene aperto il plico dell'offerente escluso che rimane integro e sigillato.

Indi si procede:

- alla verifica di regolarità dell'offerta, che dà esito positivo;
- alla lettura dei valori utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi;
- ultimate le operazioni sopra descritte, all'attribuzione dei punteggi secondo la formula prevista in disciplinare di gara.

Gli esiti sono i seguenti:

OFFERENTE	RIBASSO OFFERTO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO ECONOMICO
Costituendo RTI Sistemi Iperbarici (Capogruppo), General Ray (mandante), Ing. Salvatore Ziranu (mandante).	1%	70	30

Indi la Commissione, preso atto che:

- il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è un procedimento logico;
- il Costituendo RTI ha avuto il massimo del punteggio poiché è l'unico offerente;
- il ribasso offerto dall'offerente non risulta particolarmente significativo rispetto alle stime effettuate da questa stazione appaltante;

ritiene che non vi siano motivi per sottoporre l'offerta a verifica di congruità.

Indi la Commissione proclama l'aggiudicazione provvisoria in capo al Costituendo RTI Sistemi Iperbarici (Capogruppo), General Ray (mandante), Ing. Brau (mandante).

Del che si redige il presente verbale, composto di TRE pagine compresa la presente, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro	f.to
--------------------	------

Vincenzo Bifulco	f.to
------------------	------

Mario Franco Demuro	f.to
---------------------	------

Maria Caterina Cassitta	f.to
-------------------------	------