

**PROCEDURA APERTA, IN MODALITA' TELEMATICA, PER LA FORNITURA IN SERVICE DI
POMPE PER LA NUTRIZIONE ENTERALE E RELATIVI DEFLUSSORI**

RETTIFICHE E PRECISAZIONI

A seguito di richieste di chiarimenti pervenute da potenziali offerenti e previa attività istruttoria da parte del personale di questa Azienda si rende necessario apportare le seguenti rettifiche e precisazioni agli atti di gara:

1) Allegato "A" Lotto 2 " Pompa per nutrizione enterale con seconda linea di lavaggio":

Sono eliminate le forniture di cui alle lettere **F** "*Deflussore per gravita' con connettore universale per flaconi, raccordabile a qualsiasi sondino nasogastrico, con presa d'aria, monouso, sterile*" e **G** "*Deflussore per gravita' con sacca per soluzione nutritiva da 1000/1500ml ca., raccordabile a qualsiasi sondino nasogastrico, con presa d'aria, monouso, sterile*", inserite a causa di un mero refuso. Resta, invece, ferma la determinazione della base d'asta del lotto indicata nell'allegato A.

2) SCHEDA N°1 : Requisiti minimi LOTTO 1: POMPA PER NUTRIZIONE ENTERALE - PUNTO 17 "Volume minimo e massimo programmabile e relativi incrementi in ml/ora"

il requisito di cui alla scheda 1: Requisiti minimi LOTTO 1: POMPA PER NUTRIZIONE ENTERALE - PUNTO 17 "*Volume minimo e massimo programmabile e relativi incrementi in ml/ora*" deve essere sostituito dal seguente: "**Volume minimo e massimo programmabile ed incrementi in ml**"

3) SCHEDA N°1 : Requisiti minimi LOTTO 1: POMPA PER NUTRIZIONE ENTERALE - PUNTO 4 "incrementi - 1 ml/h"

Considerato che è pervenuta la seguente richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue:

CHIARIMENTO

1) RELATIVAMENTE AL LOTTO 1, POMPA PER NUTRIZIONE ENTERALE

Nella scheda n. 1 Requisiti Minimi, relativamente al punto 4 "incrementi 1ml/h" si comunica che questa richiesta risulta essere limitante per la più ampia partecipazione delle aziende presenti sul mercato e per quanto di nostra conoscenza ci risulta non essere rilevante dal punto di vista clinico una possibilità di incremento di 1 ml/h oltre il range 1-100 ml/h.

Si chiede pertanto di confermare che verrà accettata la soluzione con incrementi di 1 ml/h nel range 1-100 ml/h e incrementi di 5 ml/h nel range 100-300 ml/h.

PRECISAZIONI

1. Quanto affermato dal concorrente risulta errato. Infatti, in base ad indagini tecniche condotte esplorando il mercato: a) tale caratteristica risulta ampiamente diffusa; b) la possibilità di regolazione “1ml/h” risulta molto importante nella gestione della terapia per i pazienti pediatrici ed alcuni pazienti critici (p.e.: pazienti gravemente malnutriti, pazienti cachettici, etc.). Alla luce di tali considerazioni, si conferma che il requisito è indispensabile nell’intorno delle velocità “1-100ml/h”, mentre si ritengono accettabili incrementi superiori ad “1ml/h” per intervalli di velocità di somministrazione superiori a 100ml/h. Infine si ricorda che l’onere di dimostrare in concreto l’equivalenza delle specifiche del bene offerto ove diverse rispetto a quelle di capitolato ricade sull’offerente (che vorrà, ad esempio, produrre letteratura scientifica, prove di laboratorio, ecc.)

L'avviso di differimento dei termini di gara è stato inviato in GUUE in data 08/06/2017 e pubblicato in data 13/06/2017.

Si veda il timing di gara per i termini di presentazione delle offerte e di tutti gli altri termini consequenziali

Pubblicato in data 13/06/2017