

ALLEGATO "B"

ALLEGATO B - CRITERI DI VALUTAZIONE				
LOTTO 1: SISTEMA PER BIOPSIA MAMMARIA VUOTO ASSISTITA (VABB) DA UTILIZZARE SOTTO GUIDA STEREOTASSICA VERTICALE				
Il sistema dovrà essere pienamente compatibile con le apparecchiature in dotazione all'azienda (Mammografo “Hologic - Selenia Dimension” e sistema di supporto per la stereotassi con guida verticale “ Hologic - Affirm” e sistema per aspirazione del campione "Suros - Sapphire")				
CRITERI DI VALUTAZIONE				
DISPOSITIVI MEDICI				
1	Codice dei prodotti offerti			
2	Numero di repertorio della banca dati del Ministero			
	se non indicato il n° di repertorio indicare:			
3	fabbricante			
4	destinazione d'uso			
5	Classificazione Nazionale dei Dispositivo			
	Parametri per l'attribuzione del punteggio	Da compilare a cura della ditta offerente	Punteggio Max. attribuibile	Formula applicabile
6	Funzionalità ed ergonomia del sistema	(verificata durante dimostrazione del sistema)	13	C
7	Maggior atraumaticità dell'ago (Estremità dell'ago e sua capacità di penetrazione)		12	C
8	Rotazione automatica dell'ago finestrato (SI/NO)		6	A
9	Tipologie, gamma e durata dell'ecoriflettenza dei marker		6	C
10	Ampiezza della gamma di disponibilità di aghi dal diverso calibro per il prelievo in diverse tipologie di mammella		6	C
11	Presenza della camera di prelievo ad ampiezza variabile (SI/NO)		5	A
12	Possibilità di lavaggio dei campioni durante la procedura (SI/NO)		4	A
13	Possibilità di somministrazione di anestetico attraverso l'ago (SI/NO)		4	A
14	confezionamento: minor numero di aghi per confezione e possibilità di comporre i kit in base alle esigenze, funzionale alla possibilità di ordinare singolarmente i singoli componenti con la relativa quota; etichettatura: deve indicare per ogni componente del kit, in caratteri o simboli ben visibili, il tempo di validità, le misure e il numero del lotto		4	C
15	Metodo di sterilizzazione con preferenza ai raggi gamma (a quest'ultimo metodo sarà attribuito il massimo del punteggio disponibile)		3	C
16	Maggior tempo di validita' del prodotto sterile per ogni singolo componente del kit (aghi, boccole, cassette, marker, etc.)		4	C
17	Progetto formativo (allegare proposta)	(verrà valutato il progetto presentato)	3	C

punteggio massimo totale	70
--------------------------	----