

TABELLA RIASSUNTIVA ASSEGNAZIONE PUNTEGGI

Sistema analitico per l'esecuzione di esami sierologia e test di conferma per il Centro Trasfusionale aziendale.

REQUISITI PREFERENZIALI	Punteggio
Caratteristiche tecnico analitiche delle apparecchiature: massimo 30 punti	
Produttività dell'apparecchiatura in termini di cadenza analitica routinaria	Fino a 5 punti
Tempo di risposta dell'apparecchiatura	Fino a 9 punti
Caratteristiche dell'automatismo	Fino a 12 punti
Ingombro apparecchiature	Fino a 2 punti
Rumorosità apparecchiature	Fino a 2 punti
Qualità analitiche e caratteristiche dei reagenti. Massimo 28 punti	
Facilità d'uso sei dispositivi diagnostici in vitro offerti	Fino a 8 punti
Volume dei reflui e del materiale di scarto	Fino a 4 punti
Grado di sensibilità e specificità dei test	Fino a 9 punti
Modalità di conservazione del campione refrigerato/non refrigerato	Fino a 3 punti
Tempo (espresso in mesi) di validità minima del materiale dalla data di consegna al C. Trasfusionale utilizzatore e/o alla farmacia ospedaliera	Fino a 4 punti
Qualità dei servizi di assistenza tecnica: massimo 12 punti	
Tempi e modalità degli interventi straordinari e ordinari (specificare il calendario degli interventi di manutenzione ordinaria) manutenzione preventiva, tempi di intervento e di risoluzione in caso di guasto	Fino a 5 punti
Assistenza on line	Fino a 4 punti
Piano di formazione del personale supporto scientifico post gara	Fino a 3 punti