

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. ²⁴¹⁶ DEL 18/10/2010

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE PER NUOVA RDO PER LA FORNITURA DI UNA FRIGOEMOTECA E UN CONGELATORE PER PLASMA IN SEGUITO A ESITO INFRUTTUOSO DI PRECEDENTE RDO;

L'anno duemiladieci il giorno DI OTTO del mese di OTTOBRE

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL COMMISSARIO

Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott. ssa Maria Serena Fenu

PREMESSO CHE:

- con delibera del Commissario n. 2023 del 31/08/2010 si è autorizzato il ricorso allo strumento della richiesta di offerta mediante lancio di RDO (n. 1365488), da aggiudicare al prezzo più basso, per quanto concerne l'acquisto di: n° 2 frigoemoteche e n° 1 congelatore per la conservazione delle sacche di plasma;
- per la fornitura delle frigoemoteche e del congelatore l'importo totale inizialmente è stato stimato in € 9.000,00 netto IVA;

DATO ATTO

- che allo scadere del termine predeterminato (27/09/2010 h 12:00) si è accertato che nessun fornitore ha presentato offerta;
- in seguito ad accordi informali intercorsi con il Direttore del Centro Trasfusionale si è deciso di ridimensionare la richiesta e di procedere all'acquisto di una sola frigoemoteca e del congelatore;

VERIFICATA

l'urgenza della fornitura in oggetto e ritenuto necessario, supponendo che la prima RDO sia andata deserta perché i prezzi a base di gara erano troppo bassi, modificare l'importo posto a base di gara, così come segue:

- n° 1 frigoemoteca per un importo totale stimato di € 5.500,00 netto IVA;
- n° 1 congelatore per la conservazione delle sacche di plasma per un importo totale stimato di € 6.500,00 netto IVA;

l'importo totale è stimato quindi in € 12.000,00 netto IVA, e le caratteristiche tecniche delle due apparecchiature risultano dagli allegati

SU

conforme proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

VISTI:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
La L.R. 01/08/1996 n.34 integrata con D.AI.S. 28 gennaio 1997n.26;
il D.M. S. n.332/1999

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, in conformità alla proposta,


DELIBERA

- 1) di dare atto che la RDO autorizzata con delibera n. 2023 del 31/08/2010 è andata deserta;

- 2) di autorizzare il lancio di una nuova RDO per l'acquisto di una frigoemoteca e di un congelatore per la conservazione delle sacche di plasma come da caratteristiche tecniche allegate, per un totale stimato a base di gara pari a € 12.000,00 netto IVA anziché € 9.000,00 netto IVA, da aggiudicare al prezzo più basso.
- 3) di dare atto che le spese relative alla presente RDO, saranno quantificate nel provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- 4) di dare atto che la spesa complessiva relativa alle forniture in oggetto graverà sulle spese correnti di bilancio;

Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa MARIA SERENA FENU)




IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Avv. MARIO GIOVANNI ALTANA)



IL COMMISSARIO
(Dott. GIOVANNI ANTONIO FADDA)



per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
F. Deledda
Proposta 631/2010



(luogo e data) Olbia ___/___/___.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 19/10/2010 e che:

... è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/___, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 19/10/2010.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/___.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso _____.

Olbia, ___/___/___.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

-ALLEGATO 1-

Caratteristiche tecniche della FRIGOEMOTECA:

- conservazione a +4°C con tolleranza massima ammessa di +/- 2°C
- porta trasparente
- presenza di allarme (locale o remoto, ma sufficiente a raggiungere immediatamente il personale sanitario a presidio dei dispositivi) per il superamento della T minima o massima. L'allarme deve essere sia sonoro che visivo.
- registratore della temperatura idoneo a monitorare la temperatura nell'arco delle 24h (grafico o digitale, ma dal quale sia possibile verificare il tempo di permanenza del sangue ad una certa temperatura)
- uniforme distribuzione della temperatura in tutto il volume di conservazione della frigoemoteca, in modo da garantire la corretta conservazione del sangue ovunque esso venga riposto all'interno della camera
- chiusura a chiave della porta di accesso della frigoemoteca
- 6 cassette estraibili composti da 44 compartimenti ciascuno per una capienza di 264 sacche di sangue (il volume delle sacche è di 450 ml cadauna);

-ALLEGATO 2-

Caratteristiche tecniche del CONGELATORE PER LA CONSERVAZIONE DEL PLASMA:
(il volume delle sacche di plasma è di 250 ml)

- congelatore di tipo verticale in materiale antistatico dotato di struttura in lamiera d'acciaio;
- verniciatura con resine epossidiche bianche;
- ruote pivoettanti;
- controportelli interni;
- illuminazioni interne e attivazione automatica all'apertura della porta;
- porta a chiusura automatica;
- pannello di controllo a norma di legge;
- isolamento con pannelli sottovuoto;
- dotato di 4 cassette estraibili;
- n. 4 piani mobili interni;
- serratura a chiave;
- interfaccia per allarme remoto;
- sistema di allarme per la temperatura visivo, acustico e remoto;
- sbrinamento automatico;
- sistema di raffreddamento ventilato;
- registratore grafico e allarme di sovratemperatura;
- temperatura d'esercizio da -9° a -30°, volume lordo di circa 300 litri;
- ammessa variazione del volume del +/-5%;

Entrambe le apparecchiature offerte dovranno essere conformi alle seguenti direttive comunitarie:

- 98/37/CE (direttiva macchine);

- 2006/95/CE (direttiva materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione);

- 93/42/CE (direttiva dispositivi medici);