

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2**  
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 41 DEL 13.01.2011

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 2907 DEL 07/12/2010 - RETTIFICA ERRORE MATERIALE

L'anno duemilaundici il giorno tredecim del mese di gennaio in Olbia,  
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL COMMISSARIO**

**Dott. Giovanni Antonio Fadda**

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

**PREMESSO che:**

- con deliberazione n. 2907 del 07/12/2010 si è tra l'altro autorizzato a contrarre per l'acquisizione dell'insieme delle tecnologie di cui all'Allegato 2 alla deliberazione stessa, a mezzo procedura aperta (art. 54 e art 3 comma 37 del D.lgs 163/2006) di rilievo europeo (valore complessivo stimato a base d'asta € 366.450,00 Iva esclusa - comprensivo di garanzia full risk inclusa manutenzione per un triennio - ammettendo esclusivamente offerte al ribasso) da aggiudicarsi in unico lotto, prevedendosi quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - art 83 del D.lgs 163/2006 - con pari peso ponderale alla qualità rispetto al prezzo;
- detto Allegato 2 conteneva l'elenco delle apparecchiature e le loro specifiche tecniche; per mero errore materiale la versione stampata ed allegata alla deliberazione n. 2907 del 07/12/2010 reca delle specifiche tecniche che non sono quelle dell'ultima elaborazione;
- esse pertanto devono essere rettificata come da Allegato 1 al presente provvedimento;

**SU**

conforme proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e del Responsabile del Servizio Informativo Sanitario e Amministrativo;

**VISTI**

il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;  
la L. R. n. 10 del 24 marzo 1997 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5, e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19", e s.m.i.;  
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/6 del 13/06/2006 "Linee di indirizzo in materia di Residenze sanitarie assistenziali e di Centri diurni integrati" e s.m.i.;  
il D.Lgs. n.163 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i.;  
la L. R. n. 10 del 28 luglio 2006 "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26/01/1995, n. 5";


**DELIBERA**

Per quanto esposto in premessa:


- relativamente all'autorizzazione a contrarre per l'acquisizione dell'insieme delle tecnologie di cui all'Allegato 2 alla deliberazione n. 2907 del 07/12/2010, le specifiche tecniche delle apparecchiature sono sostituite con le specifiche tecniche di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento; è ferma ogni altra disposizione.

**Letto, confermato e sottoscritto**


**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott.ssa Maria Serena Fenu




**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Avv. Mario Giovanni Altana



**IL COMMISSARIO**  
Dott. Giovanni Antonio Fadda



per il Servizio Provveditorato  
Avv. R. Di Gennaro



Estensore Dott.ssa Tiziana Soru  
Proposta 11/2011



da compilarsi a cura del Servizio/Struttura proponente/estensore

(luogo e data) Olbia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale n. 10 del 28.7.2006

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 14/01/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 14/01/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso \_\_\_\_\_.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

# ALLEGATO 1

## Caratteristiche tecniche

### Workstation e accessori

Tipo	Configurazione minima
<b>WS-1</b>	Tower Memoria: >8 GB DDR3 ECC (espandibile almeno 24 Gb) Hard Drive: SATA 2 x 1 TB (RAID 0-1) Processore: Intel Xeon Monitor servizio 19" N.1 scheda video 512 Mb N.1 slot PCI-express x16 Almeno 10 porte USB (2 frontali+8 posteriori) Porta eSata Lettore di memory card interno 20-1 S.O: Windows 7 64 bit
<b>WS-2</b>	Tower Memoria: >8 GB DDR3 ECC (espandibile almeno 24 Gb) Hard Drive: SATA 2 x 1 TB (RAID 0-1) Processore: Intel Xeon Monitor servizio 19" N.1 scheda video 512 Mb N.1 slot PCI-express x16 Almeno 10 porte USB (2 frontali+8 posteriori) Porta eSata Lettore di memory card interno 20-1 S.O: Windows 7 64 bit
<b>WS-3</b>	Tower Memoria: >8 GB DDR3 ECC (espandibile almeno 24 Gb) Hard Drive: SATA 2 x 1 TB (RAID 0-1) Processore: Intel Xeon Monitor servizio 19" N.1 scheda video 512 Mb N.1 slot PCI-express x16 Almeno 10 porte USB (2 frontali+8 posteriori) Porta eSata Lettore di memory card interno 20-1 S.O: Windows 7 64 bit
<b>WS-4</b>	Tower Memoria: >8 GB DDR3 ECC (espandibile almeno 24 Gb) Hard Drive: SATA 2 x 1 TB (RAID 0-1) Processore: Intel Xeon Monitor servizio 19" N.1 scheda video 512 Mb N.1 slot PCI-express x16 Almeno 10 porte USB (2 frontali+8 posteriori) Porta eSata Lettore di memory card interno 20-1 S.O: Windows 7 64 bit



## Monitor

Tipo	Configurazione minima		
<b>Monitor TIPO 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnologia di costruzione del pannello : TFT –IPS</li> <li>• Angolo di visione : &gt;= 160°</li> <li>• Luminanza calibrata: superiore a 400 cd/m2</li> <li>• Contrasto (tip.):superiore a 600:1</li> <li>• Curva di visualizzazione:Dicom part 14 Grayscale Standard Display Function</li> <li>• Controller grafico: tipo medicale, LUT a 10 bit in e 10 bit out .</li> <li>• Risoluzione superiore a 5 Mpixel</li> <li>• Flat panel</li> <li>• Colori</li> <li>• N.1 scheda video</li> </ul>		
<b>Monitor TIPO 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnologia di costruzione del pannello : TFT –IPS</li> <li>• Angolo di visione : &gt;= 160°</li> <li>• Luminanza calibrata: superiore a 400 cd/m2</li> <li>• Contrasto (tip.):superiore a 500:1</li> <li>• Curva di visualizzazione: Dicom part 14 Grayscale Standard Display Function</li> <li>• Controller grafico: tipo medicale, LUT a 10 bit in e 10 bit out scale di grigio</li> <li>• Risoluzione almeno 5 Mpixel</li> <li>• Modalità portrait</li> <li>• Flat panel</li> <li>• Bianco e nero</li> <li>• N.1 scheda video</li> </ul>		
<b>Monitor TIPO 3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tecnologia di costruzione del pannello : TFT –IPS</li> <li>• Angolo di visione : &gt;= 160°</li> <li>• Luminanza calibrata: superiore a 400 cd/m2</li> <li>• Contrasto (tip.):superiore a 600:1</li> <li>• Curva di visualizzazione:Dicom part 14 Grayscale Standard Display Function</li> <li>• Controller grafico: tipo medicale, LUT a 10 bit in e 10 bit out scale di grigio</li> <li>• Risoluzione a 3 Mpixel</li> <li>• Flat panel</li> <li>• Colori</li> <li>• N.1 scheda video</li> </ul>		

## Stampante

Tipo	Configurazione minima		
<b>Stampante Laser A4 B/N e colore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stampante laser B/N e colori;</li> <li>• Stampa fino a 20 ppm</li> <li>• Risoluzione minima 9600x600;</li> <li>• Memoria min,max 256MB , 512MB</li> <li>• Interfaccia USB2.0 Ethernet 10/100MB;</li> <li>• Fronte –retro automatico;</li> <li>• Cassetto porta fogli;</li> <li>• Vassoio Bypass stampe altri formati;</li> <li>• Linguaggio:SPL-C,PCL5,PCL6;</li> <li>• Compatibilità con Windows 2000/XP/2003 Vista/Windows7</li> <li>• Starter kit Toner Nero, Ciano-Magenta - Giallo</li> </ul>		

## Scanner documentale

Tipo	Configurazione minima		
<b>Scanner Documentale B/N colore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scanner documenti , B/N colore,</li> <li>• Risoluzione minima 600x600 dpi</li> <li>• Formato max supportato almeno 216x360 mm,</li> <li>• Connessioni Hi speed USB</li> <li>• Compatibile con sistemi PC</li> <li>• Velocità di scansione colori 20 ppm</li> <li>• Velocità di scansione B/N 20 ppm</li> <li>• Passata singola/doppia</li> <li>• Capacità memorizzazione documenti 50 fogli,</li> <li>• Caricamento automatico fogli.</li> </ul>		

### Produttore di media

Tipo	Configurazione minima			
<b>Produttore di Media al paziente</b>	Produttività	Alta ( PM1 )	Media ( PM2 )	
	Numero di drive	2		
	Capacità dischi	300	100	
	N.ro raccoglitori	4	2	
	Stampante	Termica		
	Qualità	300x300dpi		
	Tipo di media	CD / DVD		
	Tipo di cartucce	B/N Colori		
	Interfaccia	USB-Seriale - Parallela		
	Connettività	Gigabit		
	Periferiche	Pc integrato		
	Interfaccia	Gigabit		
	Monitor	LCD 19"		

### Lettores codice a barre – stampante di etichette

<b>Lb</b>	Lettores di barcode		
<b>Se</b>	Stampante etichette tipo ZEBRA TLP 2844		