

5

n. prot.....

Dott. Avv. Roberto Di Gennaro

Responsabile Servizio provveditorato e amministrazione patrimoniale

Dott.ssa Maria Serena Fenu

Direttore Sanitario ASL Olbia

e p.c. Dott. Gianfranco Casu

Direttore Amministrativo ASL Olbia

Dott.ssa Elvira Solinas

Responsabile Direzione Medica P.O. di Olbia

Objetto: acquisizione ecografo Chirurgia Generale

Si propone l'acquisizione di ecografo per la struttura complessa di Chirurgia Generale, già da tempo richiesto.

Tale acquisizione è motivata dalla **grave obsolescenza degli strumenti attualmente in uso** presso la s.c. e correlata ad alcuni obiettivi specifici:

1. Accuratezza delle prestazioni di Urologia, per visita ed ecografia transrettale
2. Effettuazione di agoaspirati ed agobiopsie tiroidee, per ridurre la mobilità passiva (obiettivo di budget)
3. Accuratezza della prestazione "visita vascolare" (prestazione LEA monitorata)
4. Diagnostica chirurgica neoplasie mammarie (prestazione LEA monitorata), correlata al progetto presentato insieme all'Oncologia, per ridurre la mobilità passiva
5. Incremento prestazioni dell'ambulatorio di coloproctologia (la prestazione diagnostica "ecografia endoanale" è attualmente eseguibile presso altra ASL)
6. Accuratezza dell'attività di ecografia interventistica (biopsie epatiche e pancreatiche, drenaggi addominali/toracici e transparietoepatici delle vie biliari, trattamento in

www.aslolbia.it

Sede Legale:.....

Olbia - 07026
via Caduti del Lavoro, 35
p. iva: 01687160901

P.O. Giovanni Paolo II

via Sircana-Bazzoni
Tel. 0789-552200
Fax: 0789-552547
e-mail: ospedale-olbia@aslolbia.it

U.O. di Chirurgia Generale

Direttore: Dr. Luigi Presenti
Tel. 0789-552950
Fax: 0789-552948
e-mail:

chirurgiagenerale.olbia@aslolbia.it

@aslolbia.it

luigi.presenti@aslolbia.it

radiofrequenza di neoplasie epatiche, ESWL), tutte prestazioni attualmente in carico alla s.c. di Chirurgia

L'ecografo richiesto deve essere di dimensioni contenute e facilmente trasportabile, data la necessità di utilizzarlo in diversi ambiti (al letto del paziente, in sala operatoria, in diversi ambulatori). Si segnala inoltre la criticità rappresentata dal fatto che alcune delle sonde richieste (endocavitaria) non sono compatibili con nessuno degli apparecchi in dotazione alla ASL di Olbia.

Di seguito le caratteristiche tecniche minime richieste:

n. 01 Ecocolor Doppler :

- 2D/B-Mode
- M-Mode
- Monitor LCD 19", High Definition
- Doppia immagine (anche in real time)
- Doppler PW (Pulsato)
- Doppler CW (Continuo)
- Color Doppler (CFM)
- Power Doppler (anche direzionale)
- Duplex Mode (2D/PW, 2D/CFM o 2D/Pow)
- Triplex Mode in real time
- ROI Zoom
- DVD – RW
- USB port

- Compound Imaging
- THI (Seconda armonica tissutale)
- Triplo connettore per sonde elettroniche
- Manuale d'uso in lingua italiana
- Cavo di alimentazione
- Porta stampante

corredato di:

- n. 01 Connettore per sonde meccaniche
- n. 01 Modulo 3D che deve consentire l'acquisizione di volumi 3D in maniera automatica
- n. 01 Sonda endorettrale volumetrica 360° radiale, multifrequenza. Sterilizzabile, compreso il connettore, con 3D, volumetrico automatico completa di adattatore per condom per esami rettali
- n. 01 Sonda Endocavitaria multifrequenza da 5-9 Mhz, abilitata alla seconda armonica tissutale, sterilizzabile e completamente immergibile. Completa di kit da biopsia risterilizzabile
- n. 01 Sonda addominale multifrequenza convex, sterilizzabile, completa di kit biottico metallico, utilizzabile in campo sterile per ecointerventistica. Abilitata a eventuale MDC ecografico. Sterilizzabile, compreso il connettore.

www.aslolbia.it

Sede Legale:.....

Olbia - 07026
via Caduti del Lavoro, 35
p. Iva: 01687160901

P.O. Giovanni Paolo II

via Sircana-Bazzoni
Tel. 0789-552200
Fax: 0789-552547
e-mail: ospedale-olbia@aslolbia.it

U.O. di Chirurgia Generale

Direttore: Dr. Luigi Presenti
Tel. 0789-552950
Fax. 0789-552948.....
e-mail:

chirurgiagenerale.olbia@aslolbia.it

[@aslolbia.it](mailto:aslolbia.it)

luigi.presenti@aslolbia.it

- n. 01 Sonda lineare per esami di piccole parti e vascolare multifrequenza, sterilizzabile, dotabile di kit biottico metallico utilizzabile in campo sterile. Sterilizzabile, compreso il connettore.
- n.01 Sonda intraoperatoria multifrequenza sterilizzabile
- n. 01 Stampante termica digitale in bianco-nero

Olbia, 23-1-14

Dr Luigi Presenti
Direttore s.c. Chirurgia

.....
(spazio per la firma)

WWW.aslOlbia.it

Sede Legale:.....
Olbia - 07026
via Caduti del Lavoro, 35
p. Iva: 01687160901

P.O. Giovanni Paolo II
via Siraana-Bazzoni
Tel. 0789-552200
Fax. 0789-552547
e-mail: ospedale-olbia@aslOlbia.it

U.O. di Chirurgia Generale
Direttore: Dr. Luigi Presenti
Tel. 0789-552950
Fax. 0789-552948.....
e-mail:

chirurgiagenerale.olbia@aslOlbia.it

@aslOlbia.it

luigi.presentsi@aslOlbia.it