

n. prot. N.P. 2016.1673

Olbia, 14/02/2014

CC + Francesca

*Alla cortese attenzione
Dott. Roberto Di Gennaro
Responsabile del Servizio Provveditorato
→ Amministrazione Patrimoniale
e p.c. della Direzione Sanitaria
U.O. di Ginecologia e Ostetricia*

OGGETTO: richiesta di acquisto di letto da visita ginecologico per l'ambulatorio ecografico dell' Unità Operativa di Ginecologia e Ostetricia.

Si richiede con **urgenza** l'acquisto di un letto da visita ginecologico da collocare nell'ambulatorio Ecografico di Ginecologia e Ostetricia.

Il lettino attualmente in dotazione è già stato valutato dal Global Service, giudicato "non riparabile" poiché non si fissa più la sezione inferiore, non è possibile regalarne i sostegni per le gambe, risulta fortemente instabile e quindi a rischio durante l'utilizzo da parte delle pazienti afferenti all'ambulatorio. (vedi Scheda Allegata)

Per i motivi suddetti il lettino è stato già ritirato dal personale della Global service su disposizione del Servizio Provveditorato.

Nell'acquisto si prega di rispettare le seguenti caratteristiche:

Lettino a tre sezioni, con schienale regolabile, sezione del bacino fissa, pediera sganciabile e asportabile, regolabile in due posizioni: verticale e orizzontale. La sezione dei piedi deve avere un incavo per permettere la collocazione e l'estrazione di un bacinella in acciaio inox.

Poggiagambe estraibili, fissabili ai lati e regolabili in altezza e in tutte le posizioni e dotati di cuscini rivestiti.

Il lettino deve essere dotato anche di supporto per il lenzuolino di carta in rotolo e il rivestimento esterno deve essere in materiale ignifugo e facilmente lavabile e sanificabile.

Importante L'altezza del piano di coricamento da terra dovrebbe essere di circa 80 cm

Distinti Saluti
Antonio Rubattu