



ASL Olbia

P.O. Tempio Pausania
Ospedale Civile "Paolo Dettori"

U.O. di OTORINOLARINGOIATRIA

☎ 079 / 678264

☎ Fax : 079 / 678418

Direttore: Dott. Corrado Bozzo

Tempio Pausania, 20/03/2014

NP/2014/3010
20.3.14

AL SERVIZIO PROVVEDITORATO ASL N.2 - OLBIA

Oggetto: verifica di conformità a quanto richiesto in atti di gara (NP 2013/10806 del 17/10/2013)

Gentili Sigg.ri, in riferimento alla richiesta di cui in oggetto, si comunica che dopo valutazione delle caratteristiche tecnico-ergonomiche dello strumentario chirurgico proposto dalle varie Ditte, tutto il materiale in offerta soddisfa i requisiti della richiesta, sia sotto il profilo della qualità del materiale che delle specifiche tecniche. Per quanto concerne lo strumentario offerto dalla Ditta Distrex al lotto 7 (rif. 109), riguardante le pinze bipolari, quelle proposte (pinze dritte) non rispondevano ai requisiti ergonomici richiesti (pinze a baionetta). Interpellata a tal proposito, la stessa Ditta tramite posta elettronica precisa che il codice da tenere in considerazione riferito alla voce 109 è Pinza a baionetta cod. 761219FX, con prezzo invariato, che soddisfa tali requisiti .

Distinti saluti

Il Direttore dell'U.O. di ORL
Dott. C.Bozzo

Regione Autonoma della Sardegna
Azienda Sanitaria Locale N.2 - Olbia
Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania
U.O. di Otorinolaringoiatria
Direttore: Dott. Corrado Bozzo

pg 1