

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1035 DEL 02/09/2014

OGGETTO: Sostituzione dell'autoclave a vapore saturo Sordina in dotazione alla Sala Operatoria del P.O. di Tempio Pausania

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 02/09/2014	Al 17/09/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e su istanza del Responsabile del Blocco Operatorio:

VISTA -la nota del prot NP/2014/5589 del 25/05/2014 (ALL. SUB 1) con la quale il Responsabile del blocco del operatorio del P.O. di Tempio Pausania chiede la sostituzione dell'autoclave a vapore saturo Sordina in dotazione alla Sala Operatoria del P.O. di Tempio Pausania; nella stessa nota segnala i "frequenti guasti" e il "continuo fermo dell'apparecchiatura";

- l'allegata (sub 2) relazione del RTI capogruppo Santa Lucia, aggiudicatario dell'appalto di manutenzione dei beni biomedicali con la quale si evidenziano i difetti strutturali dell'apparecchiatura che ne consigliano la sostituzione;

DATO ATTO che comunque si era già previsto di realizzare, in locali dedicati del P.O. di Olbia, una nuova centrale di sterilizzazione, e che una nuova apparecchiatura sostitutiva dell'esistente potrebbe in ogni caso essere riutilizzata a tal fine; infatti nella richiesta di piano investimenti 2014 formalizzata alla Regione Sardegna nello scorso luglio si è incluso come obiettivo primario il finanziamento della nuova centrale di sterilizzazione e come obiettivo subordinato l'acquisto di nuove sterilizzatrici;

RITENUTO pertanto necessario acquistare una nuova autoclave per garantire, senza interruzioni, la corretta attività della blocco operatorio;

CONSIDERATO che la spesa presunta per l'acquisto di che trattasi è nettamente inferiore alla soglia comunitaria è pertanto è possibile il ricorso all'acquisizione in economia, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;

DATO ATTO che alla data del 17/07/2014 non esistono convenzioni Consip attive e l'articolo richiesto è comunque presente nella vetrina del mercato elettronico con il codice SA080NE. Si è provveduto quindi a verificare l'offerta del bene sottoponendolo alla valutazione tecnica da parte del Responsabile del blocco operatorio. Da tale analisi, condotta secondo il criterio prezzo-qualità, il bene in parola risultava corrispondente alle caratteristiche minime necessarie per lo scopo di cui sopra.

-che con la richiesta di offerta n. 551503, andata deserta, sono state invitate n. 5 ditte appartenenti alla categoria -BSS; dalla successiva istruttoria condotta per verificare le cause dell'esito negativo, è emerso che la base d'asta non era congrua rispetto alla configurazione richiesta si è, quindi, ritenuto opportuno, sentito il Responsabile del Blocco Operatorio di Tempio, acquistare il bene nella configurazione base, senza gli accessori; pertanto con Rdo n. 564054 sono stati invitati a negoziare sei fornitori così come risulta dall'allegato **SUB 3** "dati generali della procedura"; nei termini fissati ha presentato offerta un'unica impresa, la Ditta Te.mo.sa di Sassari per un importo pari ad € 39.990,00 netto IVA così come risulta dall'allegato **SUB 4** "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute";

Visti :

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 207/2010
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare gli atti della RDO n. 564054 sul Me.Pa risultanti dall'allegato (SUB 3) "dati generali della procedura", dal "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" (SUB 4) e quindi di aggiudicare definitivamente la RDO in parola alla Ditta Ditta Te.Mo. S.r.l P.I /C.F. 00262380900 Strada Vicinale Trunconi n.4 - 07100 - Sassari (SS);
- di dare atto che la spesa totale pari ad € 48.787,80 Iva 22 % inclusa (imponibile € 39.990,00 + € 8.797,80 IVA al 22%), finanziata temporaneamente con risorse proprie in conto esercizio come da nota prot. np 1051 del 30/01/2014 salvo re imputazione della spesa sul finanziamento del conto capitale 2014 qualora la Regione Sardegna dovesse accogliere le richieste presentate da questa Asl, graverà sul conto numero 0102020401 "Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche" ;
- la spesa sarà imputata secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2014	UA2_ACQ	2	0102020401	€ 48.787,80

- -di provvedere alla liquidazione della fattura, previo riscontro della regolarità della fornitura, con le modalità indicate nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2013/7714 del 18/07/2013;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza;
- di Comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006.

Il Direttore del Generale
Dott. Giovanni Antonio Fadda

allegati: 4

Il Responsabile dell'Istruttoria
dott.ssa Maria Amic
codice 236 -2014

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO:	564054
Descrizione RDO:	ACQUISTO DI STERILIZZATRICE PER LA SALA OPERATORIA DEL P.O DI TEMPIO PAUSANIA
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL 2 OLBIA 01687160901 Via Caduti Sul Lavoro 35 OLBIA OT
Punto Ordinante	ROBERTO DI GENNARO
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	MARIA AMIC
Data e ora inizio presentazione offerte:	29/07/2014 17:28
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	31/07/2014 13:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	30/07/2014 13:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	17/09/2014 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni specifici per la sanita'

Lotto esaminato: 1 AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE

CIG	
CUP	
Oggetto di Fornitura 1	Autoclavi per sterilizzazioni/1/
Importo totale a base d'asta	39950,00

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	TE.MO.SA.	Singola	00262380900	30/07/2014 17:04

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	01/08/2014 09:20:31	01/08/2014 09:22:18

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	CARTA DI IDENTITA'		Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		ALLEGATO D-INFORMATIVA DATI SENSIBILI		condizioni particolari di fornitura	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
TE.MO.SA.	Approvato	nessuna		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
		01/08/2014 09:22:24

Concorrente	SCHEDE TECNICHE	
	Valutazione	Note
TE.MO.SA.	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
		01/08/2014 09:24:26

Concorrente	Offerta Economica (fac-simile di sistema)		DETTAGLIO ECONOMICO		allegato c	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
TE.MO.SA.	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
TE.MO.SA.	39900,00

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

Dati generali della procedura

Numero RDO:	564054
Descrizione RDO:	ACQUISTO DI STERILIZZATRICE PER LA SALA OPERATORIA DEL P.O DI TEMPIO PAUSANIA
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AUSL 2 OLBIA 01687160901 Via Caduti Sul Lavoro 35 OLBIA OT
Punto Ordinante	ROBERTO DI GENNARO
(RUP) Responsabile Unico del Procedimento	MARIA AMIC
Data e ora inizio presentazione offerte:	29/07/2014 17:28
Data e ora termine ultimo presentazione offerte:	31/07/2014 13:00
Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:	30/07/2014 13:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	17/09/2014 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	15
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BSS - Beni specifici per la sanita'
Numero fornitori invitati:	6
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE
CIG	
CUP	
Dati di consegna	PRESIDIO DI TEMPIO PAUSANIA SALA OPERATORIA VIA GRAZIA DELEDDA 19 TEMPIO PAUSANIA
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%

	Indirizzo di fatturazione: Via bazzoni siracana 2/2a Olbia - 07026 (OT)
Termini di pagamento	30gg df
Importo totale a base d'asta	39950,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	Autoclavi per sterilizzazioni
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	COLUSSI
2	Codice Articolo Produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SA080NE
3	Denominazione commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	AUTOCLAVE
4	* Codice Articolo Fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
5	* Unità di Misura	Tecnico	Valore minimo ammesso	Pezzo
6	Descrizione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Autoclave di sterilizzazione a vapore saturo
7	Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	Z12011304
8	Luogo di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	ZOPPOLA (PORDENONE)
9	Tipo	Tecnico	Valore minimo ammesso	MODELLO SA080NE
10	Temperatura di sterilizzazione (°C)	Tecnico	Valore minimo ammesso	134°
11	Peso (kg)	Tecnico	Valore minimo	875/925

			ammesso	
12	Chiusura sportello	Tecnico	Valore minimo ammesso	Servoassistito
13	Dimensioni esterne (LxPxH in cm)	Tecnico	Valore minimo ammesso	110X190X159,2
14	Dimensioni camera	Tecnico	Valore minimo ammesso	CM64X70X124,6
15	Capacita' della camera (l)	Tecnico	Valore minimo ammesso	553
16	Numero trays in dotazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	8
17	Compatibilita' con distillatore	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
18	Livello di rumorosita' (dB)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Max 78,6dB(A) Min a 67 bD(A)
19	Numero programmi sterilizzazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	27
20	Consumo acqua per ciclo (cm ³)	Tecnico	Valore minimo ammesso	/- 192,90
21	Pressione di lavoro (bar)	Tecnico	Valore minimo ammesso	3 Bar
22	Peso max totale del carico (kg)	Tecnico	Valore minimo ammesso	160
23	Assorbimento max-medio (Kw)	Tecnico	Valore minimo ammesso	Max 50 Kw
24	Scarico diretto acqua	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
25	Carico acqua	Tecnico	Valore minimo ammesso	Automatico
26	Possibilita' connessione a PC	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
27	Stampante integrata	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
28	Test controllo sterilizzazione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Vacuum test

29	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	
----	----------	-----------	----------------	--

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento
ALLEGATO D INFORMATIVA DATI SENSIBILI	Gara	Allegato D Informativa Dati Sensibili.doc (29KB)
allegato c	AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE	Allegato C.xls (36.5KB)
condizioni particolari di fonitura	Gara	Condizioni Particolari.pdf (74.09KB)


Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
ALLEGATO D- INFORMATIVA DATI SENSIBILI	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
CARTA DI IDENTITA'	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
condizioni particolari di fonitura	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
SCHEDE TECNICHE	AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE	Tecnica	Invio telematico	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
DETTAGLIO ECONOMICO	AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta	AUTOCLAVE DI	Economica	Invio	Obbligatorio	Si

Economica (fac-simile di sistema)	STERILIZZAZIONE		telematico con firma digitale		
allegato c	AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	ELETTRONICA PROFESSIONALE	00227710902	00227710902
2	ESAOTE	05131180969	05131180969
3	MIELE ITALIA S.R.L.	00098590219	00098590219
4	RAPPRESENTANZE DR. ALESSANDRO DESSI'	01704130929	DSSLSN65M27B354W
5	STEELCO SPA	04311220265	04311220265
6	TE.MO.SA.	00262380900	00262380900

NP/2014/5589
del 27.5.14
n. prot.

Tempio P. 22/05/2014

Al Direttore Generale A.S.L.N°2
Dott. G.A. Fadda
OlbiaAl Direttore Amministrativo
Dott. G. Casu
OlbiaAl Direttore Sanitario
Dott.ssa M.S. Fenu
OlbiaAl Dirigente Sanitario
Dott.ssa G. Gregu
P.O. Tempio Pausania

e.p.c.

Ufficio Tecnico A.S.L.N°2
Ing. Paolo Tauro
OlbiaServ. Provveditorato A.S.L.N°2
Avv. R. Di Gennaro
Olbia

Oggetto: Guasti centrale di sterilizzazione P.O. Tempio Pausania.

Sottopongo alla vostra attenzione il continuo disagio generato al Blocco Operatorio del P.O. Tempio Pausania causato dai sempre più frequenti guasti alla Autoclave a vapore saturo Sordina SPA 8282, Mod. A666E, num. inventario 3019, situata al primo piano dell'Ospedale di Presidio. Infatti, il fermo dell'apparecchiatura per i guasti ai componenti elettronici ed idraulici che comportano interferenze gestionali sulle competenze delle manutenzioni (Global-Service/Santa Lucia, elettricisti, idraulici, Ufficio Tecnico) genera continuamente spese straordinarie dovute ad allagamenti degli ambienti adiacenti (Farmacia Ospedaliera) alla stanza che ospita l'Autoclave, a ritardi nella sterilizzazione dello strumentario chirurgico e conseguente protrarsi delle sedute operatorie ad accesso straordinario degli Strumentisti per la preparazione dello strumentario chirurgico, che deve essere disponibile per l'urgenza e per le sedute del giorno successivo, ad accesso straordinario del Personale addetto alle pulizie del Blocco Operatorio ed in ultima analisi una continua alterazione dei ritmi di lavoro del Blocco Operatorio. Chiedo pertanto se non sia il caso di procedere alla sostituzione dell'Autoclave od ad una totale revisione certificata della stessa.

Cordialmente.

Dott. Gian Piero Silvetti



pg 1



Ingegneria Biomedica Santa
Lucia

Manutenzione
Apparecchiature Biomediche
ASL OLBIA

PHILIPS

Olbia, 04.06.2014

Spett.le Asl Olbia

Alla cortese attenzione
Avv. Roberto Di Gennaro
Direttore Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio

**OGGETTO: Relazione intervento tecnico Autoclave P.O. Paolo
Dettori di Tempio Pausania**

Con la presente si comunica che a seguito della richiesta di intervento del 26.05.14 (odl n° 26069) sull'autoclave marca: Sordina, Modello: A666, abbiamo provveduto a effettuare la ricerca guasto dalla quale è emersa la necessità di un intervento specialistico. Il guasto non riguardava nessuna delle parti, valvole, schede della macchina. Intervenuta casa madre ha infatti segnalato che il problema risiede in una perdita della camera dovuta al fatto che essa risulta forata nel punto di saldatura del manicotto che collega l'intercapedine esterna con la camera.

Stiamo procedendo ad eseguire una valutazione economica con il produttore Sordina ma potrebbe essere un guasto che comporterà la necessità di sostituire la macchina in toto.

Nella migliore delle ipotesi questa tipologia di guasti comporta la necessità di smontare completamente la macchina per mandare la camera in casa madre. Una volta eseguita la saldatura è necessario ri-collaudare nuovamente l'intera autoclave a costi comunque molto importanti. Nel caso in cui la camera risultasse molto danneggiata potrebbe non essere possibile ripararla in maniera da garantire che la macchina funzioni al meglio.

Non appena conclusa l'analisi da parte del produttore saremo in grado di esporvi la soluzione secondo noi tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa.

Distinti Saluti

Global Service IBSL – Philips
Antonio Festi

Sede legale presso:

Ingegneria Biomedica Santa Lucia SpA
Via Vittime Della Strada, 2 – Loc. Gragnanino –
29010 Gragnano Trebbiense (PC)
Tel 0523-7850
Fax 0523-789540

Sede operativa presso

ASL OLBIA - OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II
Via Bazzoni Sircana
07026 Olbia
Tel. 0789-552577
Fax 0789-552580
c/o Global Service Pad. S piano -1