

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1113 DEL 24/09/2015

OGGETTO: FORNITURA DI 60 LETTI DEGENZA (SUDDIVISI IN DUE LOTTI) PER LA RSA DI TEMPIO PAUSANIA MEDIANTE LANCIO DI RDO SUL MEPA – AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE – APPROVAZIONE SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 24/09/2015	Al 09/10/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta: del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e del RUP Ing. Paolo Tauro Direttore del Servizio Tecnico;

Richiamate:

- La DGR n.26/7 del 24.05.2011 e n.42/3 del 20.10.2011 venivano definite le modalità attuative e la ripartizione dei finanziamenti nell'ambito del "Programma operativo regionale POR FESR Sardegna 2007-2013" risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità – Obiettivo specifico 2.2 - Obiettivo Operativo 2.2.2 volto a migliorare e incrementare l'accesso, la qualità e il livello di appropriatezza degli interventi e servizi alla popolazione, per promuovere l'inclusione di soggetti svantaggiati; detto finanziamento integra un precedente finanziamento ex art.20 l.67/88, seconda fase di cui ad apposito accordo di programma Stato - Regione Sardegna dell'anno 2001;
- la delibera n°857 del 12.04.2012 attraverso cui l'Azienda ha approvato il progetto esecutivo per Lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con Nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania;
- la deliberazione n°2638 dell'08/10/2012 avente come oggetto: "Appalto lavori completamento RSA di Tempio Pausania per realizzazione Nucleo Hospice - Intervento in autotutela ed accertamento del presupposto per la declaratoria di decadenza dall'aggiudicazione definitiva", attraverso la quale è stata conferita l'esecuzione dei lavori alla CONS.COOP Società Cooperativa, con sede in Via Galvani 17/b Forlì;
- la deliberazione n°2985 dell'11/12/2013 avente come oggetto: "CIG 415316435A - CUP G69H11000430009 - lavori di completamento di una struttura sanitaria assistenziale con nucleo Hospice in Comune di Tempio Pausania - approvazione perizia di variante e suppletiva"
- la deliberazione 552 del 14.05.2015 avente come oggetto" CIG 415316435A - CUP G69H11000430009 - "POR FESR 2007/2013 - Programmazione risorse a valere sull'Asse II: Inclusione, Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2. Obiettivo Operativo 2.2.2. Linee di attività 2.2.2.d) e 2.2.2.e)" - Lavori di completamento di una struttura sanitaria socio assistenziale con Nucleo Hospice nel Comune di Tempio Pausania (OT) - approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo tecnico-amministrativo – disposizioni conseguenti;
- la nota dell'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con cui si autorizza l'utilizzo dell'economie residuali per l'acquisto di arredi e attrezzature utili al funzionamento della struttura residenziale assistita (**all.1**);
- Con nota NP/2015/5895 del 11/08/2015 si è richiesto al Servizio Tecnico l'integrazione dell' autorizzazione di spesa dei conti di seguito elencati trasmettendo relativa richiesta al Servizio Programmazione Controllo e Committenza ai fini di una corretta imputazione della spesa; con successiva nota NP/2015/6333 del 08/09/2015 il Servizio Tecnico ha inoltrato relativa richiesta all'Area PCC Aziendale;

Dato atto:

- Che si rende necessario autorizzare mediante lancio di RDO sul MePa la fornitura e relativo montaggio di 60 letti degenza (suddivisi in due lotti) per la RSA di Tempio Pausania ai sensi dell'art.328 comma 4 lettera a) del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 da aggiudicarsi secondo il criterio dell' offerta più bassa ai sensi dell'art 82 del D.lgs 163/2006, e si ritiene opportuno invitare almeno 5 operatori economici tra quelli iscritti al bando "Arredi 104" - *del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 11 del D.P.R. 101/02*;
- Che il valore complessivo stimato della fornitura a base d'asta è così determinato:

Lotto	Descrizione	BASE D'ASTA
1	FORNITURA E MONTAGGIO DI n°42 LETTI DEGENZA	€ 31.500,00 NETTO IVA
2	FORNITURA E MONTAGGIO DI 18 LETTI DEGENZA ELETTRICI	€ 28.800,00 NETTO IVA
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA		€ 60.300,00 NETTO IVA

Viste:

- Le condizioni Particolari di Fornitura redatte dal personale del Servizio proponente il presente provvedimento dal quale risultano gli elementi essenziali del contratto (**all.3**);
- Le specifiche tecniche (all.2);

Visti :

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni,;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il Regolamento D.P.R. n. 207/2010;

Il Commissario Straordinario

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- Di autorizzare l'acquisto con relativo montaggio di 60 letti degenza (suddivisi in 2 lotti) per la RSA di Tempio Pausania, mediante lancio di RDO sul MEPA con l'invito di almeno 5 operatori economici tra quelli iscritti al bando "Arredi 104" *del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 11 del D.P.R. 101/02* con modalità di aggiudicazione secondo criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art 82 D.lgs 163/2006;
- Di approvare gli allegati Condizioni Particolari di Fornitura e Specifiche Tecniche;
- Di dare atto che Il valore complessivo stimato a base d'asta per singolo lotto è così determinato:

Lotto	Descrizione	BASE D'ASTA
1	FORNITURA E MONTAGGIO N°42 LETTI DEGENZA	€ 31.500,00 NETTO IVA
2	FORNITURA E MONTAGGIO N°18 LETTI DEGENZA ELETTRICI	€ 28.800,00 NETTO IVA
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA		€ 60.300,00 NETTO IVA

- Di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF. AUTORIZZ.	MACRO	N° CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2015	UA2_PROG	13	A102020501	€ 38.430,00
2015	UA2_PROG	13	A102020401	€ 35.136,00

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all'Area Programmazione Controllo e Committenza;
- di Comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n.3
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
A. Bussu
Codice Servizio 233/2015

**FORNITURA E MONTAGGIO DI N°60 LETTI DEGENZA PER LA RSA DI TEMPIO
PAUSANIA MEDIANTE LANCIO DI RDO SUL MEPA****CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA RDO****1. OGGETTO DELLA FORNITURA**

Si deve procedere all'acquisto di **n°60 LETTI DEGENZA per la RSA di Tempio Pausania** suddivisi in due lotti dettagliatamente descritti nell'allegato specifiche tecniche di fornitura. In seguito ad indagine di mercato, il valore complessivo della fornitura, con le caratteristiche tecniche descritte come da allegato 1 incluse le prescrizioni contrattuali, per singolo lotto è così determinato.

Lotto	Descrizione	BASE D'ASTA
1	FORNITURA E MONTAGGIO DI N°42 LETTI DEGENZA	€ 31.500,00 NETTO IVA
2	FORNITURA E MONTAGGIO DI N°18 LETTI DEGENZA ELETTRICI	€ 28.800,00 NETTO IVA
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA		€ 60.300,00 NETTO IVA

Le presenti condizioni del contratto di fornitura prevarranno in caso di contrasto rispetto alle altre disposizioni contenute nelle condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti del bando "AEC104 Arredi e Complementi di Arredo" - del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 11 del D.P.R. 101/02.

Si precisa inoltre che le presenti condizioni particolari di contratto prevarranno comunque sulle condizioni previste nelle relative righe di catalogo utilizzate dal fornitore in risposta alla presente RDO.

Si chiede altresì che sia autorizzato il trattamento dei dati come da informativa **allegata sub D** alla presente.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE – QUANTITÀ – BASE D'ASTA.

2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE:

Fornitura e montaggio di n°60 letti degenza suddivisa in due lotti:

- **LOTTO 1 - FORNITURA E MONTAGGIO DI 42 LETTI DEGENZA** (vedasi specifiche tecniche allegate);
- **LOTTO 2 – FORNITURA E MONTAGGIO DI 18 LETTI DEGENZA ELETTRICI** (vedasi specifiche tecniche allegate);

Si precisa che l'appalto è concepito come obbligazione di risultato: la fornitura con relativo montaggio, dovrà essere resa tale da includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente prevista in atti di gara ed in offerta.

2.2 BASE D'ASTA

Il prezzo posto a base d'asta per singolo lotto è così determinato:

- **Lotto 1: Importo complessivo a base d'asta per la fornitura a corpo è pari € 31.500,00 netto iva (costo unitario per singolo letto degenza completo di accessori: asta porta flebo – asta solleva malato - copia di sponde € 750,00 netto iva)**
- **Lotto 2: Importo complessivo a base d'asta per la fornitura a corpo è pari ad € 28.800,00 netto iva (costo unitario per singolo letto degenza elettrico completo di accessori: asta porta flebo – asta solleva malato - € 1.600,00 netto iva);**

Si precisa che trattasi di una RDO "A LOTTI", quindi l'aggiudicazione avviene sull'importo complessivo ("prezzo a corpo dell'intero lotto"). A titolo esemplificativo di seguito si riporta il dettaglio del file "allegato c" che deve essere obbligatoriamente compilato per ogni singolo lotto con il valore richiesto:

Prezzo "a corpo" dell'intero lotto >>>

€ -

L'allegato C deve essere, in ogni caso, compilato per ogni voce **offerta indicando tutti i dati richiesti**, più precisamente:

Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per riga
-------	--	---	----------------------------------	------------------------------

NB. la somma degli importi delle diverse voci offerte deve corrispondere a quanto indicato nella casella

Prezzo "a corpo" dell'intero lotto >>

€ -

CODESTA DITTA È INVITATA A PRESENTARE OFFERTA RELATIVA AI BENI DESCRITTI NELL' ALLEGATO "C" FORMULANDO POSSIBILMENTE UN'OFFERTA MIGLIORATIVA RISPETTO AI BENI INSERITI NEL CATALOGO DEL MEPA.

"Unitamente all'offerta economica , l'offerente dovrà specificare, ai sensi degli artt. 86 e 87 del D. Lgs. 163/06 l'incidenza degli oneri interni per la sicurezza:

aggiudicazione al prezzo più basso"gli oneri interni alla sicurezza incidono sul prezzo per €....."

L'omessa specificazione degli oneri interni per la sicurezza comporta l'esclusione dell'offerta (CdS adunanza plenaria sentenza 3/2015) .L'incidenza degli oneri interni per la sicurezza potrà essere valutata per sindacare sulla congruità dell'offerta,

congiuntamente ad altre informazioni che potranno essere acquisite dopo l'aggiudicazione"

L'offerta resta valida per un periodo di 180 giorni.

LA DITTA DOVRA' PRESENTARE schede tecniche aggiornate e relativi depliant della ditta produttrice, possibilmente con immagini a colori, tali schede e depliant dovranno riportare l'indicazione della voce cui fanno riferimento (All."C") ,con informazioni sulla tipologia dei prodotti offerti indicando la ditta originaria produttrice del prodotto, e ogni notizia utile per la valutazione e l'accertamento della corrispondenza tecnica dei materiali offerti a quanto previsto nell'allegato C e nelle specifiche tecniche sopra descritte.

3. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, avverrà solo in caso di offerta con le caratteristiche tecniche RICHIESTE in atti; in caso di violazione sostanziale delle specifiche l'offerta sarà respinta ai sensi dell'art 68 del d.Lgs 163/2006. Il prezzo complessivo più basso sarà accettato a condizione che la fornitura risponda alle caratteristiche tecniche di minima indicate nella presente RDO.

Si potrà procedere ad aggiudicazione se l'offerta verrà ritenuta valida, tecnicamente idonea.

Saranno inoltre escluse:

- offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nel presente documento e per quanto in esso non regolamentato, nelle "Condizioni Generali di Contratto" del Bando "ARREDI

104" del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione ex art. 11 del DPR 101/2002;

- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte incomplete e/o parziali (per esempio assenza di uno o più dei prodotti richiesti, o della foto e della scheda tecnica allegata al prodotto);
- offerte economiche presentate in modalità difforme rispetto alle indicazioni del presente allegato.

Quest'Azienda a suo insindacabile giudizio potrà anche, qualora lo reputerà conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione.

4. GARANZIA

L'offerta dovrà indicare la garanzia sui beni offerti che non dovrà essere inferiore a mesi 24 MESI decorrenti dalla data di consegna della fornitura.

Saranno previste solo le seguenti clausole limitative di responsabilità:

- interventi derivanti dal non corretto o improprio uso dei beni;
- modifiche dello stato originale del prodotto (salvo quelle consigliate dal produttore);
- danni causati da incendio, imperfetto o inadeguato stato dei locali ospitanti le attrezzature, catastrofi naturali, sommosse, esplosioni;
- uso di accessori impropri non autorizzati dalla ditta fornitrice.

Durante il periodo di garanzia il tempo massimo di intervento tecnico è di 8 ore lavorative, ed il tempo massimo di soluzione guasto è di 40 ore lavorative; si considerano lavorativi

tutti i giorni feriali e tutte le settimane dell'anno con un orario giornaliero 08,00 – 13,00/14,00 – 17,30 dal lunedì al venerdì e 08,00-12,00 il sabato. Al momento della consegna, l'Appaltatore deve puntualmente addestrare il personale indicato dall'Azienda appaltante sulle modalità di impiego e di utilizzo dei beni forniti.

L'aggiudicatario, al momento della stipulazione del contratto, dovrà presentare un piano calendario delle manutenzioni preventive nel quale dovranno essere indicate le parti soggette a manutenzione e la frequenza consigliata degli interventi di manutenzione preventiva.

5. COLLAUDO

Per quanto riguarda il collaudo e la verifica di conformità dei beni si applica l'art.7 del CGA avente per oggetto: "Norme per la verifica di conformità di forniture e servizi".

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le misure di sicurezza sulle forniture e la stessa dovrà fornire al Servizio aziendale competente una relazione sulle prove eseguite.

Solo alla conclusione positiva di questa fase – qualora sia necessaria - si intende superato il collaudo della fornitura.

Dalla data dell'esito positivo del collaudo decorreranno i termini della garanzia post-collaudo e di gratuita manutenzione. Con la consegna della fornitura, e prima della redazione del verbale di collaudo, l'appaltatore è tenuto a depositare, senza ulteriori corrispettivi, i manuali d'uso e manutenzione, le certificazioni di conformità ed ogni altra documentazione tecnica o descrittiva, in lingua italiana, idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento o impiego dei beni forniti. L'appaltatore dovrà fornire tutta l'assistenza, il personale e i mezzi tecnici per l'espletamento delle operazioni di collaudo.

La Ditta dovrà inviare, entro 2 giorni dall'installazione e collaudo, tutta la documentazione di avvenuto collaudo e corretta installazione all'ing. Ticca (e-mail f.ticca@ib-santalucia.it) dell'Ingegneria Biomedica Santa Lucia (0789-5522577).

6. ORDINE D'ACQUISTO

L'Ordine d'Acquisto sarà sottoscritto dal Direttore del Servizio Provveditorato.

7. TEMPI E LUOGHI DI CONSEGNA E MONTAGGIO

La Ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire la consegna della fornitura con relativo montaggio entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto; la fornitura dovrà includere, compresa nel prezzo offerto, anche l'imballaggio, il trasporto facchinaggio, bolla di consegna, installazione e montaggio dei beni presso La RSA di Tempio Pausania – territorio facente parte della ASL n. 2 di Olbia non ch  lo smaltimento di tutti gli imballaggi. Per accordi sulla consegna contattare, preventivamente, il Servizio Tecnico, Geometra Fara cell. 338.6278557.

Riassuntivamente quindi si richiede:

- a) copia delle presenti condizioni particolari di fornitura, il tutto firmato per piena conoscenza ed accettazione;
- b) certificazioni attestanti:
 - che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche e nocive;
 - che i comportamenti al fuoco dei materiali sono conformi alla classe indicata sulla relativa specifica (DM 26 giugno 1984);
 - che il livello prestazionale delle forniture   rispondente a quanto previsto dalle norme UNI;

- che il prodotto è conforme alla norma JIS A 1460 per la classificazione F**** (emissione formaldeide < 0.3 mg/l).

N.B. Le suddette certificazioni sono richieste a pena di esclusione.

- c) compilazione e sottoscrizione dell'offerta tecnico-economica;
- d) autorizzazione al trattamento dei dati personali, possibile attraverso l'utilizzo del modello allegato D;
- e) copia scannerizzata di documento d'identità valido del sottoscrittore dell'offerta;
- f) (EVENTUALE) copia della procura se il sottoscrittore è procuratore.

8. CAUSE D'ESCLUSIONE

1) QUANTO PREVISTO DALL'ART. 46 COMMA 1 – BIS DEL D. LGS 163/06, IN QUANTO APPLICABILE A RDO SU MEPA;

2) TRA QUESTE IN PARTICOLARE, OMESSA ALLEGAZIONE DI DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DA CUI DERIVI INCERTEZZA SULL'ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA, INDETERMINATEZZA DELL'OFFERTA O IRREGOLARITA' DELL'OFFERTA RISPETTO ALLE CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA.

Si precisa inoltre che l'art. 11 c. 10 - bis del D.Lgs 163/06 è inapplicabile ex legge (trattandosi di procedura sul MEPA), cosicché il contratto sarà stipulato immediatamente dopo l'individuazione dell'aggiudicatario.

N.B. ALLA PROCEDURA SI APPLICA LA L. 136/2010.

Ogni informazione inerente la procedura di che trattasi potrà essere richiesta al numero telefonico 0789/552353 e-mail abussu@aslolbia.it.

Per ogni informazione inerente la consegna RIVOLGERSI Al Geometra Fara TEL. 338.6278557 EMAIL vfara@aslolbia.it

9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il Decreto Ministeriale n. 55/2013 ha introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra Pubblica Amministrazione e fornitori. Pertanto **dal 31 marzo 2015** le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, potranno essere gestite esclusivamente nel "**Formato fattura elettronica XML**" attraverso il Sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero Economia e Finanze.

Le fatture indirizzate alla Asl di Olbia devono fare riferimento alle seguenti coordinate:

- codice univoco ufficio (per ricevimento fatture): **UFYZWF**
- i.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni): **as2_ol**

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione, le fatture elettroniche emesse verso la PA dovranno riportare obbligatoriamente:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne nei casi di esclusione dall'obbligo di cui alla L. 136/2010;
- Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

La mancanza di queste informazioni comporterà il respingimento della fattura.

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo, previa emissione, dopo la data di collaudo positivo, di fattura fiscalmente valida, una volta accertata la regolarità della fornitura. Si provvederà ai pagamenti nei termini di legge (60 giorni data ricevimento fattura).

10. PENALITA' – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI RECESSO

Si rinvia agli artt. 10 “Penalità” e 11 “Risoluzione del contratto e diritto di recesso” del capitolato generale d’appalto per forniture e servizi pubblicato sul sito della Asl n. 2 di Olbia.

11. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

E’ possibile un processo di riorganizzazione del Sistema Sanitario Regionale; pertanto, potrebbe essere necessario procedere a:

- Revoca/annullamento della presente procedura;
- recesso dal contratto;

12. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, foro di esclusiva competenza il Tribunale di Tempio Pausania.

13. NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni particolari si rimanda e varrà quanto previsto dalle condizioni generali di contratto relativo al Bando “ARREDI 104” di abilitazione al Mercato Elettronico della P.A., nonché dalle norme del Codice Civile e al Capitolato Generale d’appalto che si può scaricare dal sito aziendale www.aslolia.it

Si allegano alla presente:

- 1) ALLEGATO D
- 2) ALLEGATO C

Distinti saluti.

FORNITURA MEDIANTE LANCIO DÌ RDO SUL MEPA DÌ 60 LETTI DEGENZA PER RSA TEMPIO SUDDIVI IN 2 LOTTI – SPECIFICHE TECNICHE.

LOTTO 1: FORNITURA E MONTAGGIO DÌ N°42 LETTI DEGENZA

SPECIFICHE TECNICHE

N°42 Letti degenza con le seguenti caratteristiche:

- Oleodinamico 3 snodi e 4 sezioni con struttura indeformabile e non alterabile (ad esempio acciaio inox);
- telaio intermedio in tubo ad alta resistenza, esente da spigoli, dotato di traversi, verniciato con vernici resistenti agli urti e all'uso di disinfettanti e detergenti, con piano rete, predisposto per l'inserimento di aste solleva malato e aste porta flebo;
- dotato di apposite ruote piroettanti, con sistema di bloccaggio, lavabili;
- piano di coricamento a 4 sezioni e 3 snodi, facilmente amovibili e pulibili, in struttura rigida;
- schienale e femorale regolabili tramite manovella, con leve di comando poste su testa e piede (non si accetta quale equivalenti soluzioni diverse per eventi sentinella verificatisi in precedenza);
- coppia spalle asportabili facilmente lavabili e disinfettabili, con pannelli centrali colori pastello (indicare gamma disponibile);
- finiture superficiali durevoli facilmente lavabili e disinfettabili resistenti ai prodotti di lavaggio e disinfezione (ad es. con verniciatura a polveri termoidurenti epossidiche);
- dimensioni piano rete: lungh. e larghezza circa 200x90;(non si accettano misure superiori)
- dimensioni ingombro: lungh. Cm circa 218x95; (non si accettano dimensioni superiori)
- altezza piano rete: circa cm 55;
- peso: circa 75 kg;
- ACCESSORI: n. 21 coppie sponde rimovibili, n. 42 aste porta flebo e n. 42 aste solleva malato;
- Colori: tonalità pastello includenti azzurro e verde.

Si richiama inoltre l'art.5 del CGA Aziendale:

la fornitura dovrà essere accompagnata da certificazioni attestanti:

- **che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche e nocive;**
- **che i comportamenti al fuoco dei materiali sono conformi alla classe indicata sulla relativa specifica (DM 26 giugno 1984);**
- **che il livello prestazionale delle forniture è rispondente a quanto previsto dalle norme UNI;**
- **che il prodotto è conforme alla norma JIS A 1460 per la classificazione F**** (emissione formaldeide < 0.3 mg/l)**

LOTTO 2: FORNITURA E MONTAGGIO DÌ N°18 LETTI DEGENZA ELETTRICI -

SPECIFICHE TECNICHE

N°18 Letti degenza elettrico con le seguenti caratteristiche:

- 3 snodi e 4 sezioni con struttura indeformabile e non alterabile (ad esempio acciaio inox);

- telaio intermedio in tubo ad alta resistenza, esente da spigoli, dotato di traversi, verniciato con vernici resistenti agli urti e all'uso di disinfettanti e detergenti, con piano rete, predisposto per l'inserimento di aste solleva malato e aste porta flebo;
- ciascun letto deve essere dotato di sponde a scomparsa;
- dotato di apposite ruote piroettanti, con sistema di bloccaggio, lavabili;
- piano di coricamento a 4 sezioni, facilmente amovibili e pulibili, in struttura rigida;
- schienale e femorale regolabili tramite motore elettrico e in caso di guasto sollevabile tramite manovella;
- coppia spalle asportabili facilmente lavabili e disinfettabili, con pannelli centrali colori pastello (indicare gamma disponibile);
- finiture superficiali durevoli facilmente lavabili e disinfettabili resistenti ai prodotti di lavaggio e disinfezione con verniciatura a polveri termoindurenti epossidiche;
- dimensioni piano rete: lungh. e larghezza circa 200x88; (non si accettano misure superiori)
- dimensioni ingombro: lungh. Cm circa 218x95; (non si accettano misure superiori)
- regolabile in altezza;
- peso: circa 75 kg;
- ACCESSORI:, n. 18 aste porta flebo e n. 18 aste solleva malato ;
- Colori: tonalità pastello includenti azzurro e verde.

Si richiama inoltre l'art.5 del CGA Aziendale:

la fornitura dovrà essere accompagnata da certificazioni attestanti:

- che i materiali costituenti il prodotto offerto non contengono sostanze tossiche e nocive;

- che i comportamenti al fuoco dei materiali sono conformi alla classe indicata sulla relativa specifica (DM 26 giugno 1984);

- che il livello prestazionale delle forniture è rispondente a quanto previsto dalle norme UNI;

- che il prodotto è conforme alla norma JIS A 1460 per la classificazione F**** (emissione formaldeide < 0.3 mg/l)