

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 1385      DEL 16/12/2015**

**OGGETTO:** CESSIONE GRATUITA APPARECCHIO LAMBDA JET II IN FAVORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA GENETICA MEDICA DEL P.O. BINAGHI DELL'ASL N. 8 DI CAGLIARI

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 16/12/2015	Al 31/12/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

***Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale***

- PREMESSO CHE**
- con nota n. 7414 del 31.10.2015, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALL. 1) il Direttore del Servizio Trasfusionale, Dr.ssa Maddalena Lendini ha comunicato che, il Direttore della Struttura Complessa Genetica Medica del P.O. Binaghi della A.S.L. 8 Cagliari ha fatto richiesta di acquisizione, a titolo gratuito, di un'apparecchiatura di proprietà dell'Asl n.2 di Olbia ed in dotazione presso lo stesso Centro Trasfusionale di Olbia; nello specifico, si tratta di un campionatore automatico produttore Lambda JET modello LJ/72 Seriale n° 15450" - n° di inventario 1939;
  - con la medesima nota (ALL.1), il Direttore del Servizio Trasfusionale, Dr.ssa Maddalena Lendini, ha espresso parere favorevole alla donazione, specificando che lo strumento in parola non è più utilizzato per cambio metodologia, in quanto la tipizzazione tissutale HLA non viene più eseguita con metodica sierologica da parte della stessa Unità Operativa;
  - con mail del 10.11.2015, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALL. 2), la Direzione Medica di Presidio esprime parere favorevole alla cessione in favore della Struttura Complessa Genetica Medica del P.O. Binaghi dell'ASL n.8 di Cagliari;
  - con mail del 19.11.2015, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (ALL. 3), gli Ingegneri Clinici Aziendali, formalmente interpellati in merito, in seguito a valutazione dello stato d'uso e manutentivo dell'apparecchio, hanno ugualmente espresso parere favorevole alla cessione, in quanto lo stesso è stato giudicato non più utile alle attività aziendali;
- RICHIAMATA** la procedura denominata "Identificazione dei cespiti destinati alla vendita" allegata al D.A. della Regione Sardegna n. 4 del 14.01.2015, ed adottata da questa Azienda con Delibera n. 185 del 11.02.2015;
- RITENUTO**
- di dover procedere alla cessione dell'apparecchiatura meglio descritta in premessa a titolo gratuito a favore della Struttura Complessa Genetica Medica del P.O. Binaghi dell'ASL n.8 di Cagliari, nello stato di fatto in cui si trova, senza alcuna assunzione di responsabilità in merito al corretto funzionamento della stessa e senza alcun costo per il trasferimento e messa in esercizio dello stesso bene, da parte dell'ASL n.2 di Olbia;
  - opportuno incaricare l'unità Centro Trasfusione del P.O. di Olbia far firmare al momento della consegna del bene al Cessionario relativo verbale di presa in carico;
- VISTI**
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
  - la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;
  - l'Atto Aziendale

## ***Il Commissario Straordinario***

per i motivi sopra espressi,

### **DELIBERA**

- di autorizzare la cessione a titolo gratuito dell'apparecchio "Lambda JET II modello LJ/72 Seriale n° 15450", n° di inventario 1939, a favore della Struttura Complessa Genetica Medica del P.O. "Binaghi" dell'A.S.L. n.8 di Cagliari;
- di dare atto che il bene in parola verrà ceduto alla Struttura Complessa Genetica Medica del P.O. Binaghi dell'ASL n.8 di Cagliari, nello stato di fatto in cui si trova, senza alcuna assunzione di responsabilità in merito al corretto funzionamento della stessa e senza alcun costo per il trasferimento e messa in esercizio dello stesso bene, da parte dell'ASL n.2 di Olbia;
- di incaricare l'unità Centro Trasfusione del P.O. di Olbia per la consegna e firma del relativo verbale di presa in carico;
- di incaricare il Servizio proponente per la conseguente cancellazione del bene dal patrimonio aziendale;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, e all'Area Programmazione, Controllo e Committenza.

**Il Commissario Straordinario  
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 3

Per il Servizio Provveditorato

C. Pili

R. Deretta

R. Di Gennaro

Codice Servizio 387/2015

ALL 1



**A.S.L. n° 2 – OLBIA  
Presidio Ospedaliero  
di Olbia**

**Servizio Trasfusionale  
Aziendale**

CC  
4  
Dereffe

OLBIA 31/10/2015

NP- 7414

AL SERVIZIO PROVVEDITORATO E  
GESTIONE DEL PATRIMONIO  
OLBIA

Oggetto: richiesta di cessione gratuita apparecchio Lambda JET II

Il Servizio trasfusionale di Olbia ha in dotazione lo strumento Lambda JET II, modello LI/72, inventario n 1939, non più in uso perchè la tipizzazione tissutale HLA non viene più eseguita con metodica sierologica.

Il laboratorio di tipizzazione tissutale della ASL 8 utilizza ancora lo strumento e ha chiesto che gli venga donato. Si allega copia della richiesta.

Si esprime parere favorevole alla donazione.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio Trasfusionale  
Dr.ssa Maddalena Lendini

Al Responsabile Struttura Trasfusionale  
Ospedale Giovanni Paolo II ASL Olbia

Cagliari, 22 luglio 2015

Oggetto richiesta cessione gratuita apparecchio Lambda JET II modello LJ /72 SERIAL N°15450

Gentilissima Dott.ssa Lendini,

Gentilissima Dott.ssa Cocco,

nel corso dell'ultima riunione congiunta Registro Regionale Donatori Midollo Osseo, ADMO Sardegna, Centri Donatori IBMDR, Poli di Reclutamento IBMDR, tenutasi a Oristano il 29 giugno 2015, mi è stato comunicato che l'apparecchio Lambda JET II modello LJ /72 SERIAL N°15450 in possesso del laboratorio HLA della vostra Struttura Trasfusionale non è più utilizzato per cambio metodica.


Poiché un apparecchio simile con problemi di manutenzione e non più in produzione, è presente nel Laboratorio di Tipizzazione Tissutale Genetica Medica P.O. Bianghi (ASL8 Cagliari), utilizzato per la preparazione dei cross-match pre trapianto di organo si chiede se l'apparecchio in oggetto possa essere donato al Laboratorio di Tipizzazione Tissutale Genetica Medica P.O. Bianghi (ASL8 Cagliari).

In caso di accoglimento della presente richiesta sarà mia premura organizzare il trasporto da Olbia a Cagliari.

In attesa di un cortese riscontro si porgono,

Cordiali saluti

Prof. Carlo Carcassi





**A.S.L. n° 2 – OLBIA**  
**Presidio Ospedaliero**  
**di Olbia**

**Servizio Trasfusionale**  
**Aziendale**

OLBIA 31/10/2015

NP: 7414

AL SERVIZIO PROVVEDITORATO E  
GESTIONE DEL PATRIMONIO  
OLBIA

Oggetto: richiesta di cessione gratuita apparecchio Lambda JET II

Il Servizio trasfusionale di Olbia ha in dotazione lo strumento Lambda JET II, modello LI/72, inventario n 1939, non più in uso perchè la tipizzazione tissutale HLA non viene più eseguita con metodica sierologica.

Il laboratorio di tipizzazione tissutale della ASL 8 utilizza ancora lo strumento e ha chiesto che gli venga donato. Si allega copia della richiesta.

Si esprime parere favorevole alla donazione.

Cordiali saluti

Il Direttore del Servizio Trasfusionale  
Dr.ssa Maddalena Lendini

10/11/2015  
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE  
PER QUANTO DI COMPETENZA  
X IL DIRETTORE DITP

Regione Autonoma della Sardegna  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2**  
Presidio Ospedaliero di Olbia  
**DIREZIONE SANITARIA**

**Rita Deretta**

---

**Da:** Marco Spissu [mspissu@aslolbia.it]  
**Inviato:** giovedì 19 novembre 2015 17.12  
**A:** Rita Deretta  
**Cc:** Roberto Di Gennaro; Ospedale Giovanni Paolo II Olbia; mlendini@aslolbia.it; sortu@aslolbia.it; ecogodda@aslolbia.it; Francesca Mura  
**Oggetto:** Re: RICHIESTA PARERE ALLA CESSIONE GRATUITA A FAVORE DI TERZI/DONAZIONE BENE AZIENDALE  
**Allegati:** richiesta di cessione gratuita app. Lambda JET II.pdf; Nota in entrata n.7414 del 31.10.2015.pdf

A seguito di vostra richiesta di parere sulla possibile donazione di un bene aziendale (apparecchiatura "Lambda Jet II, modello LI/72" , seriale 10450, inv. 1939) alla richiedente Asl 8 di Cagliari, abbiamo provveduto ad effettuare le seguenti attività:

- Ispezione visiva dell'apparecchiatura, di cui si è riscontrata la presenza in un locale sito presso il Centro Trasfusionale P.O. Giovanni Paolo II, per verificare la sua localizzazione e lo stato della stessa;
- Incontro con la dott.ssa Lendini per individuare altre possibili Destinazioni all'interno dell'Azienda che potrebbero utilizzare la stessa;
- Verifica della situazione storica manutentiva dell'apparecchio con il Global Service.

A seguito dell'incontro con la dott.ssa Lendini, si è appreso che l'apparecchio non risulta più essere in uso da parecchi anni, per cambio metodologia; effettivamente, una volta localizzato il bene, si è potuto constatare che lo stesso è risultato essere custodito in un locale non adibito a laboratorio. Ad una rapida ispezione visiva, senza pertanto, verificarne la funzionalità, l'apparecchiatura è apparsa in condizioni non ottimali (presenza di polvere e segni di usura e ruggine). Sentito il Global Service, ci è stato comunicato che la stessa, proprio perché non in uso, non è mai stata mantenuta (ne con manutenzioni correttive ne con manutenzioni preventive).

In ultimo, si segnala che in data 10/11/2015, la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II ha espresso parere favorevole alla donazione.

Pertanto, premesso quanto riportato sopra, è nostra opinione che il bene non sia più utile alle attività Aziendali e che, qualora la Direzione Aziendale ne ritenga opportuna la donazione, possa essere ceduto "così com'è", senza però alcuna assunzione di responsabilità da parte della Asl sul corretto funzionamento dell'apparecchiatura completa o delle singole parti che la compongono, qualora esse vengano utilizzate come parti di ricambio.

Cordiali saluti,

ALL 3