

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 202 DEL 17/03/2016

OGGETTO: COLLOCAMENTO IN FUORI USO DEL TAC (PRODUTTORE TOSHIBA MODELLO ASTEION S4 MATRICOLA N.4CC06Y2767) - CESSIONE A TITOLO GRATUITO DEL BENE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 17/03/2016	Al 01/04/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

Delibera che non comporta impegno di spesa

PREMESSO

- è stato aggiudicato il nuovo Tac per l'U.O. di Ortopedia del P.O. di Tempio Pausania; esso deve sostituire l'apparecchiatura attualmente in dotazione (TAC - Produttore Toshiba Modello Asteion S4 MATRICOLA N.4CC06Y2767 all. 1 – fascicolo macchina); a tal fine occorre ovviamente rimuovere il TAC Toshiba dai locali;
- questa apparecchiatura è stata dapprima assoggettata, in conformità a quanto previsto dalle linee Guida emanate con D. A. n. 4 del 14.01.2015 sulle dismissioni recepite da questa Azienda con Delibera n. 185 del 11.02.2015, ad asta per tentarne la vendita (delibera n. 1345 del 02/12/2015); essendo l'asta andata deserta, si è poi tentata negoziazione con i principali produttori di tomografi (inclusa Toshiba) proponendo loro la cessione con offerta libera a patto che provvedessero a loro spese allo smontaggio e al trasporto del bene (lettera ns. prot. n. PG/2016/4403); ma anche questa negoziazione non ha avuto esito positivo.
- si era quindi avviata la procedura per il fuori uso, onerosa, contattando la capogruppo IBSL (manutenzione biomedicali, il cui contratto include la possibilità di richiedere, quale opzione d'estensione, prestazioni extra canone come queste) per lo smontaggio ed il trasporto a luogo di smaltimento del rifiuto speciale; lo smaltimento avrebbe dovuto essere pagato extra canone al RTI aggiudicatario dell'appalto di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, anche in questo caso in attuazione di apposita opzione di estensione contrattuale;
- IBSL però ha fatto pervenire (acquisita al protocollo con il numero PG/2016/6663 del 19/02/2016 all. 2) offerta di acquisizione a costo zero, con accollo di ogni onere di smontaggio e trasporto del bene; l'accettazione dell'offerta consente a questa Azienda il risparmio dei costi di smontaggio trasporto e smaltimento a discarica, che non sarebbero stati indifferenti (tra l'altro, il bene pesa molti quintali); l'operazione dovrà essere coordinata con tutti i soggetti interessati (Direzioni mediche di presidio, UU.OO. di Radiologia di Olbia e Tempio Pausania, G. E. fornitore del nuovo TAC, Servizio Tecnico Aziendale) per ridurre al minimo il tempo di fermo dell'attività TAC presso il P.O. di Tempio; in particolare, la messa fuori esercizio dell'apparecchiatura e lo smontaggio dovranno aver luogo immediatamente prima dell'avvio dei lavori edili ed impiantistici necessari per il corretto collocamento in opera del nuovo Tomografo;

VISTI

- il D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
- la L. R 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n.10 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;

IL Commissario Straordinario

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA


- il collocamento in fuori uso del TAC (Produttore Toshiba Modello Asteion S4), dando atto che la messa fuori esercizio dell'apparecchiatura e lo smontaggio dovranno aver luogo immediatamente prima dell'avvio dei lavori edili ed impiantistici necessari per il corretto collocamento in opera del nuovo Tomografo G.E.;
- la cessione gratuita del TAC (Produttore Toshiba Modello Asteion S4) all'impresa IBSL, che, senza oneri economici per l'Azienda, provvederà allo smontaggio ed al trasporto dell'apparecchiatura presso la sede di destinazione, dando atto che il passaggio di proprietà si perfezionerà, nello stato di fatto in cui il bene si troverà, nel momento della messa fuori esercizio del tomografo, con traslazione da quel momento sul cessionario di ogni onere e rischio connesso;
- di comunicare il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Programmazione, Controllo e Committenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10;

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 2
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
R. Deretta
Codice Servizio 60/2016

PG/2016/6663

19-02-2016

 <p>Ingegneria Biomedica Santa Lucia</p>	<p>Manutenzione Apparecchiature Biomediche ASL OLBIA</p>	<p>PHILIPS</p>
---	---	-----------------------

Olbia, 16/02/2016

Spett.le Asl Olbia

Alla cortese attenzione
Avv. Roberto Di Gennaro
Direttore Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio

Epc

Alla c.a. Dott.ssa Marina Cassitta
Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio

OGGETTO: Smontaggio conservativo Tomografo Assiale Computerizzato GE Healthcare Inv: 00000003593 modello "ATEIONS4" ubicato presso l' U.O Radiologia del P.O Paolo Dettori di Tempio Pausania


Come da vostra richiesta abbiamo raccolto tutte le informazioni utili ad analizzare i costi per la disinstallazione del sistema in oggetto. Per eseguire l'attività, secondo le nostre stime, prevediamo spese intorno ai 12.500,00€ (Smontaggio più trasporto).

In virtù degli ottimi rapporti e in considerazione della possibilità di poter utilizzare parte della suddetta macchina per parti di ricambio su sistemi similari installati in aziende in cui operiamo, ci offriamo di eseguire l'attività senza nessun onere a vs carico. Per tutta l'attività prevediamo tre giorni di lavoro.

Nella speranza di aver fatto cosa a voi gradita e nell'attesa di ricevere cortese riscontro porgiamo,

Distinti Saluti

Ing. Antonio Festi



Sede legale presso:

Ingegneria Biomedica Santa Lucia SpA
Via Vittime Della Strada, 2 – Loc. Gragnanino –
29010 Gragnano Trebbiense (PC)
Tel 0523-7850
Fax 0523-789540

Sede operativa presso

ASL OLBIA - OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II
Via Bazzoni Sircana
07026 Olbia
Tel. 0789-552577
Fax 0789-552580
c/o Global Service Pad. S piano -1

SIC

Olbia 24/11/2015



Alla c.a

Avv. Roberto Di Gennaro
Direttore Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio

Dott.ssa Rita Deretta
Servizio Provveditorato e Amministrazione del Patrimonio

OGGETTO: STATO MANUTENTIVO ATTUALE TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO TOSHIBA
MOD: ASTEION S4 INV: 0000003593 MATRICOLA: 4CC06Y2767 UBICATO PRESSO IL P.O PAOLO
DETTORI TEMPIO U.O RADIOLOGIA.

Come da vostra richiesta di analisi sullo stato dell' apparecchiatura in oggetto siamo a comunicarvi che il TAC allo stato attuale versa in efficiente e perfetto stato d'uso manutentivo.

Si allega diario macchina .

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

SIC SERVICE IBSL-PHILIPS

Ing. Federica Ticca

Sede legale presso

Ingegneria Biomedica Santa Lucia SpA a Socio Unico
Via Vittime Della Strada, 2 – Loc. Gragnanino –
29010 Gragnano Trebbiense (PC)
Tel. 0523-7850
Fax 0523-789540

Sede operativa presso

ASL OLBIA - OSPEDALE GIOVANNI PAOLO II
Via Bazzoni Sircana
07026 Olbia
Tel. 0789-552577
Fax 0789-552580
c/o Global Service Pad. S piano -1

DIARIO MACCHINA

Filtri Inventario: 0000003593 Tipologia: % Produttore: % Modello: 0 Unità: 0 Date: 01/07/2009 - 31/12/2015

diario_macchina.pbl

DATI ANAGRAFICI

Inventario	0000003593	Acc/comp		N.Acc/comp	
Invent. Alt.		Civab	TACTOSS4	Classe	Tipo
Tipologia	TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO	Rif. Acquisto		Costo acq.	
Produttore	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS	Presenza		Valore attuale	
Modello	ASTEION S4	Num. Collaudo		Fine garanzia	
Matricola	4CC06Y2767	Data collaudo		Data servizio	
N.Sistema		Data in carico		Fuori uso	
Fornitore	CORRETTIVA PHILIPS HEALTCARE PREVENTIVA PHILIPS HEALTCARE QUALITA PHILIPS HEALTCARE SICUREZZA PHILIPS HEALTCARE				

DATI TECNICI

Cavo separabile	Aliment Int/Est	Manuali d'uso
Elettrico	Tensione(in V)	Schemi
Medicale	Potenza (in W)	Manuali tecn.
Parti applicate	Protezione Def	Poli
Desc. applicate	Connessione	

DATI UBICAZIONE APPARECCHIATURA

REPARTO	37	ROT17	RADIOLOGIA
PRESIDIO	3	POA02	POA.02 PRESIDIO OSPEDALIER
Ubicazione	SALA TAC		

ACCESSORI

Inventario	Componente di	Matricola	Tipologia	Produttore
0000002987	0000003593	B2020D0070301	GENERATORE D'ALTA TENSIONE PER GRUPPO F	WESEMANN
0000002989	0000003593	2AC06Y2801	CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLC	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS
0000002992	0000003593	C10505B608	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	MALLINCKRODT MEDICAL GMBH
0000002993	0000003593	VX002654	CONSOLLE DI COMANDO PER TOMOGRAFO ASS	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS
0000002994	0000003593	31342086	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS
0000003596	0000003593	NN	ELABORATORE PER BIOIMMAGINI	DELL
0000003597	0000003593	4822076605UY	MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI	DELL
0000003689	0000003593	11C225	COMPLESSO RADIOGENO	TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEMS
0000005462	0000003593	35248	INIETTORE ANGIOGRAFICO	MEDRAD INC

Totale accessori: 9

RIEPILOGO DATI ATTIVITA' CORRETTIVA

Interventi	Aperti	Gestione	Annullati	Chiusi	Fatturati	Altro	Costo Interventi
40	0	1	0	39	0	0	€ 0,00

TMR	MTTR	MTBF	TMFM.(gg)	FM <= 2 gg	FM > 2 gg	Bloccanti	TMFM G. Blocc. (gg)	FM. Bloc<=2 gg	F.M. Bloc > 2 gg
0	20	51	3	23	17	0	0	0	0

MANUTENZIONE CORRETTIVA

Ticket	Data Apertura/	Segnalazione	Referente	Int/Est	Tecnico Int.	Descrizione Intervento	Costo Intervento
N.Intervento	Data Chiusura		Guasto		Fornitore		Modalità
808	27/01/2010	SULLA PRIMA PAGINA DI INFINIT INSERIRE "PARTE DEL CORPO" (TAC)	DR. CAPUTO 079 6782	Y		ESEGUITO SOPRALLUOGO: SUL PACS NON VENGONO VISUALIZZATE LE INFORMAZIONI SULLA PARTE ANATOMICA (ES. "CRANIO").	
865	28/01/2010		GUASTO NON BLOCCA		TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
1367	15/04/2010	ERRORE FILE DI SISTEMA ALL'ACCENSIONE	SIG.R SPANO MARIO 0	Y		ESEGUITO SOPRALLUOGO. RICHIEDERE INTERVENTO DITTA ESTERNA	
1433	16/04/2010		GUASTO NON BLOCCA		TOSHIBA MEDICAL	16/04/2010 RICHIESTO INTERVENTO DITTA	IN CONTRATTO
1434	22/04/2010	MANCATO COLLEGAMENTO TRA CONSOLLE TAC E SERVER	PROF. STEFANO PROF	Y		CONTATTATO TELEFONICAMENTE IL REPARTO. L'APPARECCHIATURA E' FUNZIONANTE MA NON CARICA LA WORK	
1501	22/04/2010		GUASTO BLOCCANTE		TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
1849	17/05/2010	SI BLOCCA: ERRORE IN XC COD: OXB2640000 - DEV: OX000100002 - PNO: 1	PROF. STEFANO PROF	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA	
1919	17/05/2010		GUASTO BLOCCANTE		TOSHIBA MEDICAL	IL REPARTO CI CONFERMA L'AVVENUTA	IN CONTRATTO
1928	21/05/2010	PARTE DELL'ESAME EFFETTUATO NON VIENE VISUALIZZATO	PROF. STEFANO PROF	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA	
1998	24/05/2010		GUASTO NON BLOCCA		TOSHIBA MEDICAL	TOSHIBA CI COMUNICA DI AVER RISOLTO	IN CONTRATTO
3557	05/11/2010	DOPO UN'INTERRUZIONE DI CORRENTE	SIG. VITALANA 079 6782	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO URGENTE DITTA ESTERNA (FAX N. 5657)	
3637	05/11/2010	L'APPARECCHIATURA NON E'	GUASTO BLOCCANTE		TOSHIBA MEDICAL	ORE 17.00 IL REFERENTE DEL REPARTO CI	IN CONTRATTO
3708	15/12/2010	SURRISCALDAMENTO TUBO	DR. VINCENTELLI 079	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N.6003	
3788	22/12/2010		GUASTO BLOCCANTE		TOSHIBA MEDICAL	22/12/2010 INTERVENTO TECNICO DITTA	IN CONTRATTO
3792	04/01/2011	IMPOSSIBILITA' NELL'IMPOSTARE I TEMPI DI RITARDO E NEL	SIG. MIRKO MELIS 079	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 6135	
3872	04/01/2011		GUASTO NON BLOCCA		TOSHIBA MEDICAL	04/01/2011 ESEGUITA RIPARAZIONE DA	IN CONTRATTO

DIARIO MACCHINA

Filtri Inventario: 0000003593 Tipologia: % Produttore: % Modello: 0 Unità: 0 Date: 01/07/2009 - 31/12/2015

diario_macchina.pbl

MANUTENZIONE CORRETTIVA

Ticket	Data Apertura/	Segnalazione	Referente	Int/Est	Tecnico Int.	Descrizione Intervento	Costo Intervento
N.Intervento	Data Chiusura		Guasto		Fornitore		Modalità
4364	18/05/2011	DOPO LE IMPOSTAZIONI DEI PROTOCOLLI DI ACQUISIZIONE TAC APPARE UNA FINISTREA	TSRM MICHELE TALAM	Y		18/05/2011 ORE 11:48-11:54 RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 7523	IN CONTRATTO
4444	26/05/2011		CRITICA		TOSHIBA MEDICAL		
4568	25/06/2011	TAC BLOCCATA. CODICE ERRORE "CODE [0XB2640000]"	TSRM MICHELE TALAM	N	VARDEU	25/06/2011 ORE 16:15-17:30 CONTATTATO TELEFONICAMENTE TECNICO TOSHIBA (SIG. TAGLIACCOZZO). RISOLTO PROBLEMA	IN CONTRATTO
4648	25/06/2011	"DEV [0X00010002] PNO [0]".	VITALE				
4656	19/07/2011	ERRORE: FFF373F 2F2F2F2F	DR.SSA MARIA GRAZIA	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 8086	IN CONTRATTO
4739	21/07/2011		VITALE		TOSHIBA MEDICAL	21/07/2011 CHIAMATA RISOLTA	
5051	05/10/2011	RISULTA PRESSOCHE' SEMPRE IMPOSSIBILE IMPOSTARE 3 PACCHETTI DI	TSRM ALBERTI ALBER	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 8678	IN CONTRATTO
5134	06/10/2011		VITALE		TOSHIBA MEDICAL	06/10/2011 12:30-17:00 INTERVENTO TECNICO	
5117	12/10/2011	NONOSTANTE IL SOPRALLUOGO DA PARTE DEL TECNICO TOSHIBA CHE	TSRM DI MECHELE SE	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 8760	IN CONTRATTO
5200	25/10/2011		VITALE		TOSHIBA MEDICAL	24/10/2011 10:00-10:30 IL REPARTO CI	
5233	29/10/2011	L'APPARECCHIO SI INTERROMPE DURANTE LE ACQUISIZIONI ERROR IN CX	SIG. MARIO SPANO 07	Y		CONTATTATO REPARTO PER CONFERMA. ATTIVATA DITTA ESTERNA FAX N. 8899	IN CONTRATTO
5316	31/10/2011				TOSHIBA MEDICAL	31/10/2011 VERIFICATA IN REPARTO	
5440	14/12/2011	XRAY CONDITION PROHIBITED CHANGE SCAN CONDITION. ERRORE 0XB 230000	TSRM MICHELE TALAM	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 9210	IN CONTRATTO
5523	19/12/2011		VITALE		TOSHIBA MEDICAL	19/12/2011 08:00-14:00 INTERVENTO TECNICO	
5474	20/12/2011	ALLA CONSEGNA DELL'APPARECCHIATURA DOPO RIPARAZIONE GUASTO.	TSRM MICHELE TALAM	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 9281	IN CONTRATTO
5557	20/12/2011		VITALE		TOSHIBA MEDICAL		
6077	08/05/2012	APPENA PARTE L'ERGAZIONE DELLE RADIAZIONI LA MACCHINA SI BLOCCA E	TSRM SPANO MARIO C	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 892	IN CONTRATTO
6161	11/05/2012		CRITICA		TOSHIBA MEDICAL	08/05/2012 16:00-17:00 ESEGUITO	
6167	23/05/2012	NON E' POSSIBILE ESEGUIRE IL WARM UP PRELIMINARE, NECESSARIO PER IL	TSRM ALBERTI ALBER	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 1017	IN CONTRATTO
6251	06/06/2012		CRITICA		TOSHIBA MEDICAL	06/06/2012 TECNICI INTERVENUTI IN ATTESA DI	
21038	28/09/2012	ECESSIVO RITARDO (19-30 MINUTI) DURANTE L'ESUZIONE DEGLI ESAMI	DR. CUCCIARI 0796782	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA	IN CONTRATTO
21118	05/10/2012		VITALE		PHILIPS HEALTHCAF	05/10/2012 12:30-12:45 SENTITA DITTA	
21254	18/10/2012	SISTEMA FERMO	TSRM SPANO MARIO C	Y		ESEGUITO RESET SISTEMA CON ESITO POSITIVO. SISTEMA FUNZIONANTE	IN CONTRATTO
21334	18/10/2012		CRITICA		PHILIPS HEALTHCAF		
21308	26/10/2012	TAC FERMA	TSRM SPANO MARIO C	Y		ESEGUITO SOPRALLUOGO SU SISTEMA FUNZIONANTE. L'ERRORE E' DA ATTRIBUIRSI AD UNA ECCESSIVA TEMPERATURA	IN CONTRATTO
21388	26/10/2012		VITALE		PHILIPS HEALTHCAF		
21376	05/11/2012	ERRORE: 3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F2F2F	TSRM SPANO MARIO C	Y		AVENDO MOLTI ESAMI DA ESEGUIRE IL REPARTO HA PROVVEDUTO A CONTATTARE SUBITO IL TECNICO TOSHIBA (SIG. BAGALINI)	IN CONTRATTO
21455	05/11/2012	NON ESEGUE L'ESAME	VITALE		PHILIPS HEALTHCAF		
21414	08/11/2012	ESAME BLOCCATO A META'	TSRM SPANO MARIO C	Y		08/11/2012 17:00 RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA FAX N°2499.	PREVENTIVO DI SP
21493	08/11/2012		VITALE		TOSHIBA MEDICAL	08/11/2012 17:30 RIAVIATO IL SISTEMA ED	
21510	29/11/2012	OGNI MATTINA ALL'ACCENSIONE DELLA MACCHINA APPARE IL	TSRM SPANO MARIO C	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 2726	PREVENTIVO DI SP
21592	03/12/2012		VITALE		TOSHIBA MEDICAL	29/11/2012 PROGRAMMATO INTERVENTO PER	
21581	13/12/2012	OGNI MATTINA ALL'ACCENSIONE DELLA MACCHINA APPARE IL		Y		14/12/2012 INVIATA RICHIESTA DI INTERVENTO DITTA ESTERNA: FAX N. 2854	IN CONTRATTO
21663	20/12/2012				TOSHIBA MEDICAL	17/12/2012 INVIATO SOLLECITO RICHIESTA	
22106	28/01/2013	L'UPS SI SPENGA IMPROVVISAMENTE	TSRM SPANO MARIO C	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 3244	IN CONTRATTO
22188	11/02/2013		VITALE		TOSHIBA MEDICAL	30/01/2013 SOLLECITATO INTERVENTO	
22705	23/03/2013	NON INVIA E NON RICEVE WORCLIST	TSRM SPANO MARIO C	N	PUDDU	ESEGUITO SOPRALLUOGO. TAC PERFETTAMENTE FUNZIONANTE PROBLEMA DA ATTRIBUIRE ALLA RETE. SISTEMAZIONE	IN CONTRATTO
22787	23/03/2013		VITALE				
23790	12/08/2013	SISTEMA BLOCCATO: ERRORE "SCAN CONDITION PROIBITED"	TSRM SPANO MARIO C	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 4678	IN CONTRATTO
23872	13/08/2013		VITALE		TOSHIBA MEDICAL	13/08/2013 INTERVENTO TECNICO DITTA	
24179	27/09/2013	NON FA RAGGI	SIGN. MARIO	Y		LA TAC SALTUARIAMENTE DA ARC. NECESSITA SCONDO INTERVENTO. SI LASCIA IL REPARTO IN PROSECUZIONE DEGLI ESAMI	IN CONTRATTO
24261	01/10/2013				PHILIPS HEALTHCAF		
25230	14/02/2014	LA MACCHINA IN OGGETTO. IN DATA ODIERNA SI E' FERMATA DUE VOLTE. IL CODICE DI	TSRM SPANO MARIO C	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N.383	IN CONTRATTO
25312	14/02/2014		VITALE		TOSHIBA MEDICAL	14/02/2013 13:30-16:39 RICEVUTA	
25698	09/04/2014	CODICE ERRORE. CONDIZIONI PROIBITIVE	SPANO MARIO	Y		CONTATTATO TECNICO TOSHIBA PER INFO ERRORE DOVUTO A SURRISCALDAMENTO. IL SISTEMA SI PRESENTE FUNZIONANTE AL	IN CONTRATTO
25780	09/04/2014	3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F3F00	GUASTO NON BLOCCO		PHILIPS HEALTHCAF		

DIARIO MACCHINA

Filtri Inventario: 0000003593 Tipologia: % Produttore: % Modello: 0 Unità: 0 Date: 01/07/2009 - 31/12/2015

diario_macchina.pbl

MANUTENZIONE CORRETTIVA

Ticket	Data Apertura/ N.Intervento	Segnalazione	Referente Guasto	Int/Est	Tecnico Int. Fornitore	Descrizione Intervento	Costo Intervento Modalità
25753	11/04/2014	CODICE ERRORE: CONDIZIONI PROIBITIVE	TSRM SPANO MARIO C	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 737	
25835	14/04/2014	3F3F3F3F3F3F3F3F2F2F	VITALE		TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
26215	11/06/2014	NON ESEGUE RICOSTRUZIONI	TSRM SPANO MARIO C	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 1038	
26297	17/06/2014		VITALE		TOSHIBA MEDICAL	17/06/2014 INTERVENTO TECNICO DITTA	IN CONTRATTO
26238	13/06/2014	BLOCCO IMMAGINI	TSRM NINO DI MICHEL	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 1073	
26319	16/06/2014		VITALE		TOSHIBA MEDICAL	16/06/2014 INTERVENTO TECNICO DITTA	IN CONTRATTO
26597	30/07/2014	IL MONITOR RIMANE NERO, NON RICOSTRUISCE LE IMMAGINI	DR. RUBATTU	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 1323	
26680	08/08/2014		GUASTO BLOCCANTE		TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
26999	18/09/2014	NON ARRIVANO I DATI DELLA WORKSTATION	TSRM SPANO MARIO C	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 1544	
27082	23/09/2014		VITALE		TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
27138	09/10/2014	NON C'E' PIU' SINCRONIA DI TEMPO TRA L'INIETTORE E LA PARTENZA DELL'ESAME TAC.	TSRM SPANO MARIO C	Y		A SEGUITO ACCURATA DIAGNOSI NON SI RICONTRA ANOMALIA DI NESSUN GENERE SUL SISTEMA. IL CLIENTE HA PROBABILMENTE	
27222	09/10/2014		VITALE		PHILIPS HEALTHCARE		IN CONTRATTO
28601	24/04/2015	SEGNALA: ERROR OCCURRED IN THE RECONSTRUCTION ON SEQUENCE CODE	TSRM SPANO MARIO C	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 2258	
28680	29/04/2015		VITALE		TOSHIBA MEDICAL	05/05/2015 SOLLECITATO INTERVENTO	IN CONTRATTO
29227	24/06/2015	SI BLOCCA IL COMPUTER NON PERMETTENDO L'ESECUZIONE DELL'ESAME. L'OPERATORE	TSRM SIG. SPANO MAI	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 2385	
29306	29/06/2015		VITALE		TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
30796	13/11/2015	L'APPARECCHIATURA SI E' SPENTA MENTRE SI ESEGUIVA UN ESAME. LO SCHERMO E'	TSRM SIG. SPANO MAI	Y		RICHIESTO INTERVENTO TECNICO DITTA ESTERNA: FAX N. 2646	
30690			VITALE		TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO

Totale Interventi: 40

MANUTENZIONE PREVENTIVA

Ticket	Data Apertura/ N.Intervento	Segnalazione	Referente	Int/Est	Tecnico Int. Fornitore	Descrizione Intervento	Costo Intervento Modalità
3077	25/01/2010			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA COME DA CONTRATTO	
3156	25/01/2010				TOSHIBA MEDICAL	RAPPORTO ATTIVITA' N. 1132920	IN CONTRATTO
3626	07/06/2011			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA. RAPPORTO DI LAVORO N. 568855	
3706	07/06/2011				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
3627	13/09/2011			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA	
3707	13/09/2011				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
3628	13/12/2011			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA	
3708	13/12/2011				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
5596	13/03/2012			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA	
5679	13/08/2012				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
5597	12/06/2012			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA	
5680	12/06/2012				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
21494	20/11/2012			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA. RAPPORTO DI LAVORO DITTA ESTERNA N. 885281	
21576	20/11/2012				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
22215	11/02/2013			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA. RAPPORTO DI LAVORO N. 888615	
22297	11/02/2013				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
22216	28/05/2013			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA	
22298	28/05/2013				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
22217	03/09/2013			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA	
22299	03/09/2013				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
22218	04/03/2014			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA.	
22300	04/03/2014				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
25225	17/09/2014			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA	
25307	17/09/2014				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO

DIARIO MACCHINA

Filtri Inventario: 00000003593 Tipologia: % Produttore: % Modello: 0 Unità: 0 Date: 01/07/2009 - 31/12/2015

diario_macchina.pbl

MANUTENZIONE PREVENTIVA

Ticket	Data Apertura/	Segnalazione	Referente	Int/Est	Tecnico Int.	Descrizione Intervento	Costo Intervento
N. Intervento	Data Chiusura				Fornitore		Modalità
29711	10/12/2014			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA	
29791	10/12/2014				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
30728	03/03/2015			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA	
30622	03/03/2015				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
30868	10/06/2015			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA	
30762	10/06/2015				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
30869	16/09/2015			Y		ESEGUITA MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA	
30763	16/09/2015				TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO
30870	16/12/2015			Y			
30764					TOSHIBA MEDICAL		IN CONTRATTO

Totale Interventi: 17

CONTROLLI DI QUALITA'

N. Intervento	Ticket	Data Apertura	Data Chiusura	Prossimo Test	Int/Est	Tecnico Int.	Persona	Ubicazione	Scheda
						Fornitore			
4710	4627	11/07/2011	11/07/2011		Y				
						IMAGING SRL			
22296	22214	06/02/2013	20/02/2013		Y				
						PHILIPS HEALTCARE			
30619	30725	11/11/2015	11/11/2015		Y			IN REPARTO	VEDI DOCUME
						PHILIPS HEALTCARE			
30625	30731	11/11/2015	11/11/2015		Y			IN REPARTO	VEDI DOCUME
						PHILIPS HEALTCARE			

Totale Interventi: 4





