

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 271 DEL 01/04/2016

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI D.M. IMPIANTABILI PER FUNZIONALITA' CARDIACA: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 01/04/2016	Al 16/04/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO QUANTO SEGUE

- Con la deliberazione n. 1064 del 14/09/2015, rettificata con deliberazione n 1349 del 03/12/2015 si è autorizzato a contrarre, a mezzo procedura aperta telematica sopra soglia europea, in più lotti, per l'acquisizione, tramite accordi quadro, di dispositivi impiantabili per funzionalità cardiaca in attesa di gara centralizzata regionale in unione d'acquisto (Capofila AO Brotzu), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/06) per i lotti da 1 a 34 e secondo il criterio del prezzo più basso (art.82 del D.Lgs 163/06) per il lotto 35;
- le operazioni di gara si sono svolte come da verbali n. 1 del 27/01/2016, n.2 del 19/02/2016, n.3 del 04/03/2016 e n.4 del 10/03/2016, allegati al presente provvedimento e di cui si condividono i contenuti, da cui risulta che in data 10/03/2016, con pubblicazione di apposito avviso sul forum il 14/03/2016, è stata proclamata l'aggiudicazione provvisoria a favore delle imprese seguenti, aggiudicatarie per i vari lotti:

nr. lotto	Impresa aggiudicataria	base asta	Valore annuale di aggiudicazione (netto Iva)	Percentuale di ribasso	Economia su base annua (iva al 22% inclusa)
1	MdM Srl	€ 16.450,00	€ 14.504,00	11,83	€ 2.374,12
2	Surgical Srl	€ 25.662,00	€ 23.940,00	6,71	€ 2.100,84
3	Medtronic Italia Spa	€ 46.248,00	€ 40.320,00	12,82	€ 7.232,16
4	Boston Scientific Spa	€ 29.610,00	€ 28.980,00	2,13	€ 768,60
5	Medtronic Italia Spa	€ 19.458,00	€ 19.350,00	0,56	€ 131,76
6	Prodifarm Spa	€ 21.573,00	€ 18.900,00	12,39	€ 3.261,06

7	Biotronik Italia Spa	€ 22.419,00	€ 20.070,00	10,48	€ 2.865,78
8	MdM Srl	€ 13.630,00	€ 12.725,00	6,64	€ 1.104,10
9	Biotronik Italia Spa	€ 64.296,00	€ 55.440,00	13,77	€ 10.804,32
10	Boston Scientific Spa	€ 47.376,00	€ 46.760,00	1,3	€ 751,52
11	Prodifarm Spa	€ 38.916,00	€ 29.700,00	23,68	€ 11.243,52
12	Surgical Srl	€ 48.692,00	€ 47.600,00	2,24	€ 1.332,24
13	Biotronik Italia Spa	€ 51.324,00	€ 50.120,00	2,35	€ 1.468,88
14	Medtronic Italia Spa	€ 67.680,00	€ 64.980,00	3,99	€ 3.294,00
15	Medtronic Italia Spa	€ 27.918,00	€ 27.000,00	3,29	€ 1.119,96
16	Medtronic Italia Spa	€ 15.510,00	€ 14.280,00	7,93	€ 1.500,60
18	MH SAS	€ 3.384,00	€ 3.300,00	2,48	€ 102,48
19	MH SAS	€ 126.900,00	€ 124.500,00	1,89	€ 2.928,00
20	Prodifarm Spa	€ 28.200,00	€ 28.000,00	0,71	€ 244,00
21	Medtronic Italia Spa	€ 31.866,00	€ 30.600,00	3,97	€ 1.544,52
22	Boston Scientific Spa	€ 46.248,00	€ 45.200,00	2,27	€ 1.278,56
23	Biotronik Italia Spa	€ 36.096,00	€ 36.000,00	0,27	€ 117,12
24	Prodifarm Spa	€ 38.775,00	€ 35.400,00	8,7	€ 4.117,50
25	Boston Scientific Spa	€ 45.308,00	€ 42.880,00	5,36	€ 2.962,16
26	Prodifarm Spa	€ 80.370,00	€ 78.000,00	2,95	€ 2.891,40
27	Surgical Srl	€ 79.101,00	€ 78.420,00	0,86	€ 830,82
28	Medtronic Italia Spa	€ 68.385,00	€ 56.150,00	17,89	€ 14.926,70
29	Prodifarm Spa	€ 178.365,00	€ 173.800,00	2,56	€ 5.569,30
30	Medtronic Italia Spa	€ 167.790,00	€ 152.300,00	9,23	€ 18.897,80
31	Boston Scientific Spa	€ 86.010,00	€ 85.320,00	0,8	€ 841,80
32	Biotronik Italia Spa	€ 57.340,00	€ 56.560,00	1,36	€ 951,60
33	Surgical Srl	€ 47.517,00	€ 45.000,00	5,3	€ 3.070,74
35	TRX Italy Srl	€ 78.960,00	€ 77.000,00	2,48	€ 2.391,20

Totale

**€
1.663.099,00**

**€
115.019,16**

N.B.: le economie, a parità di attività produttiva, sono sottostimate: infatti, si consideri che i prezzi di progettazione a base d'asta, desunti da quel-

li di precedente procedura competitiva, erano stati decurtati del 6% prima dell'indizione della gara e che le economie sono stimate sulle basi d'asta decurtate.

Le economie attese sull'esercizio 2016, a parità di attività produttiva, posto l'avvio delle forniture dal mese di aprile (stand still non applicabile trattandosi di gara telematica), saranno quindi almeno pari ad € 86.264,37.

- la durata degli accordi quadro che verranno sottoscritti con un operatore economico per lotto è di un anno, e pertanto il valore di aggiudicazione lotto per lotto corrisponde anche al valore del contratto; tali accordi quadro saranno rinnovabili per un ulteriore anno; nel frattempo, è entrata in vigore la normativa sulla centralizzazione di appalti a mezzo centrali di committenza e nel primo gruppo di centralizzazioni sono compresi i pace-makers e i defibrillatori e, rientranti nella programmazione CAT con avvio delle procedure, rispettivamente, nel II e nel IV trimestre 2017 e data prevista di attivazione, rispettivamente, nel II e nel III trimestre 2018; per tali ragioni il presente appalto, inclusa opzione di estensione, è perfettamente in linea con la programmazione centralizzata e avrebbe potuto essere aggiudicato anche se bandito dopo la pubblicazione del DPCM 24/12/2015 (in atti corrispondenza Asl Olbia-CAT Sardegna che avrebbe legittimato l'aggiudicazione);

VISTI

il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare le operazioni di gara risultanti dai verbali da verbali n. 1 del 27/01/2016, n.2 del 19/02/2016, n.3 del 04/03/2016 e n.4 del 10/03/2016, **allegati** al presente provvedimento, e quindi di proclamare l'aggiudicazione definitiva dell'appalto a favore delle imprese citate in premessa, ciascuna per i lotti indicati;
- di dare atto che il Servizio Farmacia Ospedaliera e l'U.O. di Cardiologia del P.O. di Olbia sono responsabili dell'esecuzione del contratto, che si reputa potrebbe avere effetto dal 01/04/2016;
- di dare atto quindi che la spesa presumibilmente graverà a partire dall'annualità 2016 e sarà quindi imputata come segue salvo risoluzione anticipata del contratto in ipotesi di aggiudicazione di gara centralizzata regionale a condizioni più favorevoli, nelle more dell'espletamento gare da parte del CAT; si specifica che, considerata l'urgenza di avviare l'esecuzione dei contratti, vista l'insufficiente disponibilità del conto A501010601 "Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi" la presente deliberazione viene caricata con impegno di spesa per un importo parziale pari ad € 625.309,57, la cui assunzione verrà completata successivamente e che graverà come segue:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CON- TO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO (IVA INCL.)
2016	UA2_FARM	1	A501010601	Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi	1.521.735,59
2017	UA2_FARM	1	A501010601	Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi	507.245,20

- di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedurali inerenti la procedura di aggiudicazione (stipulazione del contratto) è il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
AP
Proposta n°89 /2016
4 ALLEGATI

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI D.M. IMPIANTABILI PER FUNZIONALITA' CARDIACA

VERBALE N. 2 SEDUTA DEL 19.02.2016

Addì diciannove del mese di febbraio alle ore 10:00 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta riservata la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 47 del 26/01/2016.

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbale n. 1 del 27/01/2016, si dà atto di quanto segue:

- È stata trasmessa all'impresa TRX Italy Srl, in data 28/01/2016, con protocollo n. 3305 del 28/01/2016, la comunicazione come da verbale n. 1 inerente il soccorso istruttorio;
- che l'impresa TRX Italy Srl si è avvalsa del soccorso istruttorio, come da nota **allegata** ed è quindi **AMMESSA A FASE SUCCESSIVA** di gara per il lotto per cui ha presentato offerta (35).

La commissione riprende l'esame delle offerte tecnica pervenute, e dispone l'esclusione dell'Impresa Biotronik Italia Spa relativamente al solo lotto 19 per la motivazione riportata di seguito:

Lotto 19: prodotto non conforme ex art. 68 D.Lgs 163/2006 in quanto NON INIETTABILE, come invece richiesto nell'Allegato A al CSA.

Apposita comunicazione verrà inviata all'impresa concorrente secondo i termini di legge. La commissione prosegue con l'esame delle offerte tecniche fino alle ore 11:10, quando la seduta viene dichiarata chiusa e i lavori sono aggiornati a data da concertarsi.

Del che si redige il presente verbale, composto di n.1 pagina, oltre che dell'allegato descritto in premessa, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.

Roberto Di Gennaro Firmato

Pierfranco Terrosu Firmato

Isabella Simongini Firmato

Annamaria Porcu Firmato

Spett.le
ASL OLBIA
Via Bazzoni Sircana, 2/2A
07026 Olbia

San Lazzaro di Savena (BO), 05/02/2016
Prot. 16002/FC/vp

**Oggetto: PROCEDURA APERTA TELEMATICA D.M. IMPIANTABILI PER FUNZIONALITA'
CARDIACA
LOTTO 35: SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto FABIO CUNDARI nato a SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) il 22/03/1948 in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell'impresa TRX ITALY S.R.L. con sede in SAN LAZZARO DI SAVENA (BO) Via SPERANZA N. 35, Codice Fiscale e P. Iva 03409231200;

DICHIARA

con riferimento alla Vostra comunicazione prot. PG/2016/3302 DEL 28/01/2016, di avvalersi del soccorso istruttorio, e a tal fine si invia in allegato quanto segue:

1. Dichiarazione di capacità finanziaria relativa alla società MEDSTEP S.R.L. (impresa ausiliaria di TRX Italy S.r.l.) rilasciata dall'Istituto Bancario CASSA DI RISPARMIO DI CENTO
2. Referenza bancaria relativa alla società TRX ITALY S.R.L., rilasciata dall'Istituto Bancario CASSA DI RISPARMIO DI CENTO
3. Ricevuta del versamento effettuato tramite bonifico bancario relativo alla sanzione pecuniaria di € 1.579,20

Timbro e Firma

TRX ITALY S.r.l.
Legale Rappresentante
Fabio Cundari


**DIREZIONE GENERALE
Servizio Concessione Crediti**

Cento, 5 Febbraio 2016


**Spettabile
ASL OLBIA
Via Bazzoni Sircana nr. 2/2A
07026 OLBIA**

Oggetto: Referenze bancarie a nome MEDSTEP S.R.L., per partecipazione alla "Gara per la stipula di accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici impiantabili per funzionalità cardiaca. Lotto n. 35 – Involucro antibatterico per pacemaker e defibrillatori impiantabili. Codice C.I.G. 642809689F

In evasione a quanto richiesto, si dichiara che la Società **MEDSTEP S.R.L.**, con sede a San Lazzaro di Savena (BO), Via Speranza nr. 35 – Codice Fiscale 03071411205, intrattiene rapporti con la scrivente Cassa di Risparmio di Cento S.p.A., ed ha fino ad ora, dimostrato di essere in possesso di risorse finanziarie tali da consentirLe di fronteggiare con regolarità, puntualità, correttezza e continuità gli impegni tempo per tempo assunti.

Resta inteso che quanto precede viene comunicato in via riservata, sulla base delle notizie attualmente in nostro possesso, senza peraltro alcuna nostra responsabilità né garanzia.

Distinti saluti.


Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Il Responsabile Servizio Concessione Crediti


**DIREZIONE GENERALE
Servizio Concessione Crediti**

Cento, 5 Febbraio 2016

**Spettabile
ASL OLBIA
Via Bazzoni Sircana nr. 2/2A
07026 OLBIA**

Oggetto: Referenze bancarie a nome TRX ITALY S.R.L., per partecipazione alla "Gara per la stipula di accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici impiantabili per funzionalità cardiaca. Lotto n. 35 – Involucro antibatterico per pacemaker e defibrillatori impiantabili. Codice C.I.G. 642809689F

In evasione a quanto richiesto, si dichiara che la Società **TRX ITALY S.R.L.**, con sede a San Lazzaro di Savena (BO), Via Speranza nr. 35 – Codice Fiscale 03409231200, intrattiene con la scrivente Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. rapporto di Conto Corrente su basi attive acceso in data 4 Febbraio 2016.

Resta inteso che quanto precede viene comunicato in via riservata e per gli usi consentiti dalla Legge, sulla base delle notizie attualmente in nostro possesso, senza peraltro alcuna nostra responsabilità né garanzia.

Distinti saluti.


**Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Il Responsabile Servizio Concessione Crediti**

BONIFICO SEPA ITALIA

La Banca può dare esecuzione ai sotto elencati ordini di bonifico Italia anche mediante **utilizzo dello schema di pagamento SEPA**. L'identificativo dell'operazione eseguita e lo schema di pagamento utilizzato sono comunicati nell'informativa relativa all'operazione stessa, con le modalità contrattualmente previste, e inoltre visualizzabile nel dettaglio dell'operazione in 'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Ultimi pagamenti' e 'Pagamenti > Archivio Pagamenti > Lista bonifici'.

BONIFICO DISPOSTO CORRETTAMENTE

ATTENZIONE: Il bonifico verso altre Banche può essere annullato entro le ore 20.00 di oggi o - in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna - entro le ore 20 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Il bonifico su nostra Banca con data esecuzione corrispondente alla data odierna viene eseguito in tempo reale e non è annullabile. Può essere annullato solo in caso di richiesta di esecuzione in data successiva a quella odierna, entro le ore 20.00 del giorno lavorativo precedente la data di esecuzione richiesta. Per annullare il bonifico clicchi qui (e scelga *Bonifici e giroconti*).

DATI ORDINANTE

N° rapporto

Ordinante:

TFX ITALY SRL

DATI BONIFICO

Beneficiario:

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OL

Indirizzo:

VIA BAZZONI SIRCANA 2

Località:

OLBIA

Prov.

CAP:

IBAN:

Banca:

BANCO DI SARDEGNA SPA

Sede:

FILIALE DI OLBIA

Importo:

1579.20

Commissioni:

2.50

Causale:

SANZIONE PECUNIARIA SOCCORSO ISTRUTTORIO TRX ITALY S.R.L.

Data esecuzione

05.02.2016

Data inserimento

05.02.2016

Valuta beneficiario:

08.02.2016

CODICI IDENTIFICATIVI

Riferimenti: C.R.O. / T.R.N.:

TIPO
BONIFICO

La disposizione è visibile nella lista Bonifici, contrassegnata con Tipo: 'SEPA'. La contabile sarà visibile nella sezione Documenti OnLine> Archivio documenti, tra i documenti denominati Bonifici Sepa.

Disposizione / Distinta firmata da

Firmatario

User ID

Data firma

05/02/2016 - 16:42.54

Risparmia Tempo

E' Possibile pagare via Internet dal menù BOLLETTE E UTENZE, MAV RAV REP

I contenuti di questa stampa sono da considerarsi a titolo puramente informativo e non sostituiscono in alcun modo le comunicazioni ufficiali inviate dalla Banca.

Qualora vengano eseguite operazioni che si discostano dalla consueta operatività, la Banca invierà come promemoria un SMS riepilogativo con i dati dell'operazione.

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI D.M. IMPIANTABILI PER FUNZIONALITA'
CARDIACA**

VERBALE N. 4 SEDUTA DEL 10.03.2016

Addì dieci del mese di marzo alle ore 09:00 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta pubblica la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 47 del 26/01/2016. Si specifica che il Dott. Terrosu partecipa alla seduta in teleconferenza.

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbale n. 1 del 27/01/2016, n.2 del 19/02/2016 e n.3 del 04/03/2016, si dà atto che, nel termine indicato in timing di gara, si è provveduto a pubblicare sulle schede trattativa della gara gli esiti delle valutazioni tecniche e, nello specifico, il punteggio complessivo riparametrato delle offerte pervenute.

Si procede alla visione delle offerte economiche e dei file "*offerta a prezzi unitari*" depositati dalle imprese concorrenti. Le offerte economiche presentate risultano regolari, ad eccezione dell'offerta dell'impresa Medtronic Italia Spa per il lotto 17 di € 22.500,00, superiore alla base d'asta di € 21.150,00.

Si procede con l'estrazione dal software di e-procurement del gestore del sistema della graduatoria, che si **allega** al presente verbale, dove vengono riepilogate le informazioni di interesse per ciascun lotto, e cioè base d'asta, graduatoria delle imprese offerenti con l'indicazione del valore e del ribasso percentuale offerto, punteggi qualità e prezzo.

Benchè alcune delle migliori offerte rientrino nella casistica dell'anomalia dell'offerta, in realtà – esaminati anche i dettagli di offerta economica dove vengono riportate informazioni relative ai costi del personale, non vi sono ragioni concrete per sospettare per una o più di esse l'anomalia. In conclusione i dati fin qui acquisiti congiunti alle indagini preliminari all'indizione della gara, che avevano consentito di determinare le basi d'asta consentono di asserire che tutte le offerte valide sono congrue.

La commissione pertanto proclama l'aggiudicazione provvisoria per le imprese prime aggiudicatarie risultanti dalla graduatoria dei vari lotti.

Conclusi i propri lavori, la commissione rassegna gli atti al Servizio Provveditorato per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Alle ore 10:00 si dichiara chiusa la seduta, del che si redige il presente verbale, composto, oltre che dell'allegato descritto in premessa, di n. 1 pagina, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro Firmato

Pierfranco Terrosu Firmato

Isabella Simongini Firmato

Annamaria Porcu Firmato

Graduatoria

Oggetto: Gara per la stipula di accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici impiantabili per funzionalità cardiaca

Round: 1 - Busta chiusa telematica

**1 - Pace maker SSI monocamerale, multiprogrammabile, c... - Base asta
 ribassabile: 16.450,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo
 previsto: Non definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	M.D.M. S.R.L.	14504,00		40,00	60,00	100,00	11,83	Si	No
2	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	14560,00		38,85	60,00	98,85	11,49	No	No
3	PRODIFARM SPA	15400,00		21,58	60,00	81,58	6,38	No	No
4	medtronic italia spa	15680,00		15,83	60,00	75,83	4,68	No	No
5	SURGICAL S.R.L.	15820,00		12,95	60,00	72,95	3,83	No	No

**2 - Pace Maker SSI-R monocamerale con sensore di fasci... - Base asta
ribassabile: 25.662,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo
previsto: Non definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	SURGICAL S.R.L.	23940,00		40,00	60,00	100,00	6,71	Si	No
2	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	24080,00		36,75	54,05	90,80	6,16	No	No
3	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	24360,00		30,24	49,19	79,43	5,07	No	No
4	PRODIFARM SPA	24640,00		23,74	42,16	65,90	3,98	No	No

**3 - Pace Maker SSI-R monocamerale con sensore di fasci... - Base asta
ribassabile: 46.248,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo**

previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	medtronic italia spa	40320,00		40,00	60,00	100,00	12,82	Si	No
2	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	41760,00		30,28	48,50	78,78	9,70	No	No
3	PRODIFARM SPA	44400,00		12,47	52,00	64,47	4,00	No	No

**4 - Pace Maker SSI-R monocamerale con sensore di fasci... - Base asta
ribassabile: 29.610,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo
previsto: Non definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	28980,00		40,00	60,00	100,00	2,13	Si	No

**5 - Pace maker VDD-R bicamerale di fascia bassa multip... - Base asta ribassabile:
19.458,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	medtronic italia spa	19350,00		40,00	60,00	100,00	0,56	Si	No
2	M.D.M. S.R.L.	19395,00		23,33	47,14	70,47	0,32	No	No

**6 - Pace maker VDD-R bicamerale di fascia media multip... - Base asta ribassabile:
21.573,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	PRODIFARM SPA	18900,00		40,00	60,00	100,00	12,39	Si	No
2	medtronic italia spa	19350,00		33,27	51,58	84,85	10,30	No	No
3	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	20070,00		22,49	58,42	80,91	6,97	No	No

7 - Pace maker VDD-R bicamerale di fascia alta multipr... - Base asta ribassabile: 22.419,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	20070,00		30,62	60,00	90,62	10,48	Si	No
2	medtronic italia spa	19350,00		40,00	46,06	86,06	13,69	No	No

8 - Pace maker VDD bicamerale con sensore multiprogram... - Base asta ribassabile: 13.630,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	M.D.M. S.R.L.	12725,00		40,00	60,00	100,00	6,64	Si	No

**9 - Pace Maker DDD-R bicamerale con sensore di fascia ... - Base asta ribassabile:
64.296,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	55440,00		40,00	43,78	83,78	13,77	Si	No
2	SURGICAL S.R.L.	60480,00		17,24	60,00	77,24	5,94	No	No
3	medtronic italia spa	61560,00		12,36	57,30	69,66	4,26	No	No
4	M.D.M. S.R.L.	61128,00		14,31	42,16	56,47	4,93	No	No
5	PRODIFARM SPA	62100,00		9,92	44,32	54,24	3,42	No	No

**10 - Pace maker DDD-R bicamerale con sensore di fascia ... - Base asta
 ribassabile: 47.376,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo**

previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	46760,00		40,00	60,00	100,00	1,30	Si	No

**11 - Pace maker DDD-R bicamerale con sensore di fascia ... - Base asta
 ribassabile: 38.916,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo**

previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	PRODIFARM SPA	29700,00		40,00	60,00	100,00	23,68	Si	No

**12 - Pace maker DDD-R bicamerale con sensore, multiprog... - Base asta
 ribassabile: 48.692,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo
 previsto: Non definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	SURGICAL S.R.L.	47600,00		40,00	60,00	100,00	2,24	Si	No
2	medtronic italia spa	47880,00		29,74	45,41	75,15	1,67	No	No
3	PRODIFARM SPA	48300,00		14,36	38,92	53,28	0,81	No	No

**13 - Pace maker DDD-R bicamerale con sensore, multiprog... - Base asta
 ribassabile: 51.324,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo
 previsto: Non definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	50120,00		40,00	60,00	100,00	2,35	Si	No

**14 - Pace maker DDD-R bicamerale con sensore, multiprog... - Base asta
ribassabile: 67.680,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo**

previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	medtronic italia spa	64980,00		40,00	60,00	100,00	3,99	Si	No
2	SURGICAL S.R.L.	66960,00		10,67	41,00	51,67	1,06	No	No

**15 - Pace maker DDD-R bicamerale con sensore, multiprog... - Base asta
ribassabile: 27.918,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo**

previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	medtronic italia spa	27000,00		40,00	60,00	100,00	3,29	Si	No
2	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	27720,00		8,63	35,11	43,74	0,71	No	No

**16 - Pace Maker tricamerale per la stimolazione bi-vent... - Base asta ribassabile:
15.510,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	medtronic italia spa	14280,00		40,00	60,00	100,00	7,93	Si	No
2	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	15120,00		12,68	48,62	61,30	2,51	No	No
3	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	15240,00		8,78	37,76	46,54	1,74	No	No

**18 - Dispositivo impiantabile di monitoraggio cardiaco ... - Base asta ribassabile:
3.384,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	MEDICA SAS	3300,00		40,00	60,00	100,00	2,48	Si	No

**19 - Dispositivi impiantabile monitor cardiaco iniettab... - Base asta ribassabile:
126.900,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	MEDICA SAS	124500,00		40,00	60,00	100,00	1,89	Si	No

**20 - Sistema di rilevazione dati di attività cardiaca s... - Base asta ribassabile:
28.200,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	PRODIFARM SPA	28000,00		40,00	60,00	100,00	0,71	Si	No

**21 - Defibrillatore automatico impiantabile monocamerale... - Base asta ribassabile:
31.866,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	medtronic italia spa	30600,00		40,00	60,00	100,00	3,97	Si	No
2	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	31800,00		2,09	38,50	40,59	0,21	No	No

22 - Defibrillatore automatico impiantabile monocamerale... - Base asta ribassabile: 46.248,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	45200,00		40,00	55,14	95,14	2,27	Si	No
2	SURGICAL S.R.L.	45360,00		33,89	60,00	93,89	1,92	No	No
3	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	46000,00		9,47	48,11	57,58	0,54	No	No

23 - Defibrillatore automatico impiantabile monocamerale... - Base asta ribassabile: 36.096,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	36000,00		40,00	60,00	100,00	0,27	Si	No

**24 - Defibrillatore automatico impiantabile monocamerale... - Base asta ribassabile:
38.775,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	PRODIFARM SPA	35400,00		40,00	60,00	100,00	8,70	Si	No
2	medtronic italia spa	35700,00		36,44	50,53	86,97	7,93	No	No

**25 - Defibrillatore bicamerale con ampia programmabilit... - Base asta ribassabile:
45.308,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	42880,00		40,00	60,00	100,00	5,36	Si	No
2	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	43360,00		32,09	36,10	68,19	4,30	No	No
3	medtronic italia spa	44920,00		6,39	35,59	41,98	0,86	No	No

**26 - Defibrillatore automatico impiantabile bicamerale ... - Base asta ribassabile:
80.370,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	PRODIFARM SPA	78000,00		40,00	60,00	100,00	2,95	Si	No

**27 - Defibrillatore automatico impiantabile bicamerale ... - Base asta ribassabile:
79.101,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	SURGICAL S.R.L.	78420,00		24,74	60,00	84,74	0,86	Si	No
2	PRODIFARM SPA	78000,00		40,00	41,62	81,62	1,39	No	No
3	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	78840,00		9,48	39,46	48,94	0,33	No	No

28 - Defibrillatore automatico impiantabile bicamerale ... - Base asta ribassabile: 68.385,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	medtronic italia spa	56150,00		40,00	49,48	89,48	17,89	Si	No
2	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	60700,00		25,12	60,00	85,12	11,24	No	No
3	PRODIFARM SPA	65000,00		11,07	47,01	58,08	4,95	No	No

29 - Defibrillatore automatico impiantabile tricamerale... - Base asta ribassabile: 178.365,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non definito

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	PRODIFARM SPA	173800,00		40,00	60,00	100,00	2,56	Si	No

**30 - Defibrillatore automatico impiantabile tricamerale... - Base asta ribassabile:
167.790,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	medtronic italia spa	152300,00		40,00	60,00	100,00	9,23	Si	No
2	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	161200,00		17,02	50,00	67,02	3,93	No	No

**31 - Defibrillatore per il trattamento dello scompenso ... - Base asta ribassabile:
86.010,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	85320,00		40,00	60,00	100,00	0,80	Si	No

**32 - Defibrillatore tricamerale con sensore per il trat... - Base asta ribassabile:
57.340,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	BIOTRONIK ITALIA S.P.A.	56560,00		40,00	60,00	100,00	1,36	Si	No

**33 - Defibrillatore tricamerale con sensore per il trat... - Base asta ribassabile:
47.517,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Punt. quantitativo	Punt. qualitativo	Punt. totale	Ribasso (%)	Aggiud.	Sort.
1	SURGICAL S.R.L.	45000,00		40,00	60,00	100,00	5,30	Si	No

Graduatoria

Oggetto: Lotto 35 - Involucro antibatterico per pacemaker e defibrillatori impiantabili

Round: 1 - Busta chiusa telematica

**1 - Invocro antibatterico completamente riassorbibil... - Base asta ribassabile:
78.960,00 - Base asta non ribassabile: Non definito - Importo previsto: Non
definito**

Pos.	Ragione sociale	Prezzo (EUR)	Prezzo con base asta non ribassabile (EUR)	Ribasso (%)	Congrua	Aggiud.	Sort.
1	TRX ITALY S.R.L.	77000,00		2,48	Si	Si	No

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI D.M. IMPIANTABILI PER FUNZIONALITA' CARDIACA

VERBALE N. 3 SEDUTA DEL 04.03.2016

Addì tre del mese di marzo alle ore 11:00 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta riservata la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 47 del 26/01/2016.

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbale n. 1 del 27/01/2016, e n.2 del 19/02/2016, la commissione riprende l'esame delle offerte tecniche e l'attribuzione dei punteggi, come risulta dalle **schede allegate** al presente verbale; Inoltre ritiene utile annotare a verbale alcune sintetiche osservazioni riguardo i punteggi assegnati, come risulta da **relazione allegata**.

La commissione dispone pertanto le seguenti esclusioni, relativamente ai lotti indicati:

Medtronik Italia Spa:

Lotto 26: prodotto non conforme ex art. 68 D.Lgs 163/2006 in quanto non possiede la caratteristica essenziale: allarmi vibrazionali (importanti per pazienti ipodenti,) come invece richiesto nell'Allegato A al CSA.

Lotto 13: il punteggio attribuito alla Medtronic Italia Spa, dopo la riparazione, non raggiunge il minimo richiesto in atti di gara (Disciplinare di gara, pag.28: *Le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 35/60 dopo la riparazione, non saranno ammesse alle successive fasi di gara.*)

Lotto 32: il punteggio attribuito alla Medtronic Italia Spa, dopo la riparazione, non raggiunge il minimo richiesto in atti di gara (Disciplinare di gara, pag.28: *Le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 35/60 dopo la riparazione, non saranno ammesse alle successive fasi di gara.*)

Surgical Srl

Lotto 4: il punteggio attribuito alla Surgical Srl, dopo la riparazione, non raggiunge il minimo richiesto in atti di gara (Disciplinare di gara, pag.28: *Le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 35/60 dopo la riparazione, non saranno ammesse alle successive fasi di gara.*)

Biotronik Italia Spa

Lotto 33: il punteggio attribuito alla Biotronik Italia Spa, dopo la riparazione, non raggiunge il minimo richiesto in atti di gara (Disciplinare di gara, pag.28: *Le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 35/60 dopo la riparazione, non saranno ammesse alle successive fasi di gara.*)

Prodifarm Spa

Lotto 13: il punteggio attribuito alla Prodifarm Spa, dopo la riparametrazione, non raggiunge il minimo richiesto in atti di gara (Disciplinare di gara, pag.28: *Le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 35/60 dopo la riparametrazione, non saranno ammesse alle successive fasi di gara.*)

Lotto 32: il punteggio attribuito alla Prodifarm Spa, dopo la riparametrazione, non raggiunge il minimo richiesto in atti di gara (Disciplinare di gara, pag.28: *Le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 35/60 dopo la riparametrazione, non saranno ammesse alle successive fasi di gara.*)

Tutte le comunicazioni di esclusione verranno inviate alle imprese concorrenti secondo i termini di legge. Alle ore 13:00 la seduta viene dichiarata chiusa e i lavori sono aggiornati al giorno 10/03/2016 per la visione degli accertamenti che verranno svolti dal gestore del sistema sulle offerte economiche pervenute, e la decisione in ordine a eventuali criticità. Apposito nuovo Timing di gara verrà pubblicato sul forum per informare le imprese concorrenti della ripresa dei termini di gara.

Del che si redige il presente verbale, composto di n.2 pagine, oltre che degli allegati descritti in premessa, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.

Roberto Di Gennaro Firmato

Pierfranco Terrosu Firmato

Isabella Simongini Firmato

Annamaria Porcu Firmato

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N°1: "PACE MAKER MONO-CAMERALE SSI " - RIF. VOCE N° 1													
		1 Caratteristiche tecniche funzionali	Programmabilità delle funzioni antibradicardiche (gestione della caduta di frequenza)	29	BIOTRONIK ITALIA SPA (coeff. tra 0 e 1)	BIOTRONIK ITALIA SPA (punteggio assegnato)	MDM SRL(coeff. tra 0 e 1)	MDM SRL (punteggio assegnato)	MEDTRONIC ITALIA SPA (coeff. tra 0 e 1)	MEDTRONIC ITALIA SPA (punteggio assegnato)	PRODIFARM SPA (coeff. tra 0 e 1)	PRODIFARM SPA (punteggio assegnato)	SURGICAL SRL (coeff. tra 0 e 1)
2 Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	1	1	5	5	1	1	1	5	1	5	1	5
	Peso (g)	1	1	5	5	1	1	1	5	1	5	1	5
	Volume (ml)	1	1	6	6	1	1	1	6	1	6	1	6
	Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	10	1	10	10	1	10	1	10	1	10	1	10
3 Assistenza tecnica post-vendita	Durata garanzia	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	1	2	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	Proposta di assistenza	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		totale massimo 60 punti		60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N°2: "PACE MAKER MONOCAMERALE SSI-R DI FASCIA BASSA " - RIF. VOCE N°2		Punteggio massimo attribuibile	BIOTRONIK ITALIA SPA (coeff.tra 0 e 1)		BIOTRONIK ITALIA SPA (punteggio assegnato)		BOSTON SCIENTIFIC SPA (coeff.tra 0 e 1)		BOSTON SCIENTIFIC SPA (punteggio assegnato)		PROFARM SPA (coeff.tra 0 e 1)		PROFARM SPA (punteggio assegnato)		SURGICAL SRL (coeff.tra 0 e 1)		SURGICAL SRL (punteggio assegnato)	
			0	1	0,55556	0,77778	0,625	0,625	5	7	0	0	1	1	10			
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Doppio sensore (accelerometrico e ventilazione minuto)	10	0	0,5	5	0	0	0	0	1	10						
		Ottimizzazione automatica della risposta in frequenza	9	1	0,55556	5	0,77778	7	1	9								
		Controllo automatico dell'integrità dell'elettrocatetere	8	1	1	8	0,625	5	1	8								
		diagnostica delle aritmie con memoria EGM	8	1	1	8	0,625	5	1	8								
		regolazione automatica dell'uscita in base alla rilevazione automatica della soglia di stimolazione	5	1	1	5	1	5	1	5								
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1						
		Peso (g)	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
		Volume (ml)	5	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	5	1	1	5	1	1	5	1	5	5						
		Durata garanzia	5	0,4	0,8	4	0,6	3	0,4	2								
4	Assistenza tecnica post-vendita	Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	1	1	2	1	2	1	2	1	2						
		Proposta di assistenza	1	0,5	1	0,5	1	1	0,5	1	0,5	1						
		totale massimo 60 punti		45,5				50		39		55,5						
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				49,19				54,05		42,16		60						

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N°3: "PACE MAKER MONO-CAMERALE SSI-R DI FASCIA MEDIA " - RIF. VOCE N° 3				BIOTRONIK ITALIA SPA (coeff.tra 0 e 1)	BIOTRONIK ITALIA SPA (punteggio assegnato)	MEDTRONIC ITALIA SPA (coeff.tra 0 e 1)	MEDTRONIC ITALIA SPA (punteggio assegnato)	PRODIFARM SPA (coeff.tra 0 e 1)	PRODIFARM SPA
<small>Riferim. art.2 Cap.speciale</small>	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile							
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Compatibilità con MRI total body	15	1	15	1	15	1	15
		Riconoscimento automatico della polarità degli elettrocateri all'impianto e avvio automatico della diagnostica	10	1	10	1	10	1	10
		gestione automatica della cattura eseguita in ampiezza e durata e back up a 5V, 1 msec in caso di perdita di cattura	5	0	0	1	5	1	5
		impulso programmabile in ampiezza fino a 7,5 V e in durata fino a 1,5 msec	5	1	5	1	5	1	5
		Algoritmo di regolarizzazione della frequenza ventricolare durante episodi di FA.	5	0,4	2	1	5	0	0
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)		1	1	1	1	1	1
		Peso (g)	5	1	2	1	2	1	2
		Volume (ml)		1	2	1	2	1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	5	1	5	1	5	1	5
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,6	3	1	5	0,6	3	
4	Assistenza tecnica post -vendita	Durata garanzia	2	1	2	1	2	1	2
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	0,5	1	1	2	0,5	1
		Proposta di assistenza	1	0,5	0,5	1	1	1	1
		totale massimo 60 punti			48,5		60		52
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO					48,5		60		52

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N°4: "PACE MAKER MONO-CAMERALE SSI-R DI FASCIA ALTA" - RIF. VOCE N° 4				BOSTON SCIENTIFIC SPA (BOSTON SCIENTIFIC SPA (SURGICAL SRL (coeff. tra C	SURGICAL SRL (punteggio
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile					
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Doppio sensore (accelerometrico e ventilazione minuto ad algoritmo di miscelazione spontanea)	7	1	7	1	7
		compatibilità MRI total body 3T e 1,5 T	6	1	6	0,333333	2
		modalità elettrobisturi(modalità di sicurezza)	6	1	6	0	0
		regolazione automatica dell'ampiezza dello stimolo ventricolare con verifica battito-battito	6	1	6	0	0
		disponibilità di un hardware indipendente con PM di backup per terapia di supporto in caso di malfunzionamenti specifici	5	1	5	0	0
		trend della frequenza respiratoria (fino ad un anno di dati)	4	1	4	0	0
		durata massima dell'impulso 2.0 msec	4	1	4	0	0
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	1	1	1	1
		Peso (g)		1	2	1	2
		Volume (ml)		1	2	1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	5	1	5	1	5
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,8	4	0,4	2	
4	Assistenza tecnica post -vendita	Durata garanzia	4	1	4	1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	1	2	0,5	1
		Proposta di assistenza	1	1	1	0,5	0,5
					59		26,5
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO					60		26,95

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N°5: "PACE MAKER BICAMERALE MONOCATETERE VDDR DI FASCIA BASSA " - RIF. VOCE N°5			MDM SRL (coeff. tra 0 e 1)	MDM SRL (punteggio assegnato)	MEDTRONIC ITALIA SPA (coeff. tra 0 e 1)	MEDTRONIC ITALIA SPA (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile					
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Algoritmo di commutazione automatica della modalità di stimolazione	10	0,5	5	1	10
		Isteresi su AV con ricerca	10	0,5	5	0,6	6
		Sensore accelerometrico	8	1	8	1	8
		Algoritmo di switch automatico per il cambio della polarità del catetere	6	1	6	1	6
		Funzione sonno programmabile	6	1	6	1	6
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	1	1	1	1
		Peso (g)		1	2	1	2
		Volume (ml)		1	2	1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	5	1	5	1	5
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,2	1	1	5	
4	Assistenza tecnica post - vendita	durata garanzia	2	1	2	1	2
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	0,25	0,5	1	2
		Proposta di assistenza	1	0,5	0,5	1	1
				44		56	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				47,14		60	

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N°6: "PACE MAKER BICAMERALE MONOCATETERE VDDR DI FASCIA MEDIA " - RIF. VOCE N°6			BIOTRONIK ITALIA SPA (coeff.tra 0 e 1)	BIOTRONIK ITALIA SPA (punteggio assegnato)	MEDTRONIC ITALIA SPA (coeff.tra 0 e 1)	MEDTRONIC ITALIA SPA (punteggio assegnato)	PRODIFARM SPA (coeff.tra 0 e 1)	PRODIFARM SPA (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile							
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Algoritmo di commutazione automatica della modalità di stimolazione	12	1	12	1	12	1	12
		Registrazione EGM non inferiore a 120 ms, almeno un algoritmo per la caduta di frequenza, visualizzazione del burden AT/AF.	10	1	10	0,2	2	1	10
		Promozione e mantenimento della conduzione AV intrinseca.	8	1	8	1	8	1	8
		Sensore accelerometrico e funzione sonno	5	1	5	1	5	1	5
		Isteresi	5	1	5	0,4	2	1	5
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	1	1	1	1	1	1	
		Peso (g)	5	1	2	1	2	1	2
		Volume (ml)		1	2	1	2	1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	5	1	5	1	5	1	5
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,4	2	1	5	0,6	3	
4	Assistenza tecnica post -vendita	durata garanzia	2	1	2	1	2	1	2
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	0,5	1	1	2	0,5	1
		Proposta di assistenza	1	0,5	0,5	1	1	1	1
		totale massimo 60 punti		55,5		49		57	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				58,42		51,58		60	

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N°7: "PACE MAKER BICAMERALE MONOCATETERE VDDR DI FASCIA ALTA " - RIF. VOCE N° 7			BIOTRONIK ITALIA SPA (coeff.tra 0 e 1)	BIOTRONIK ITALIA SPA (punteggio assegnato)	MEDTRONIC ITALIA SPA (coeff.tra 0 e 1)	MEDTRONIC ITALIA SPA (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile					
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Algoritmo per la promozione della conduzione ventricolare con autoriprogrammazione dell'AV battito-battito (AV max 600 msec) e disattivazione automatica in caso di blocco completo	12	0,833	10	0,167	2
		gestione automatica dell'uscita ventricolare eseguita in ampiezza e durata con back up a 5V e 1 msec	8	0,500	4	0,250	2
		Algoritmo per la regolarizzazione della frequenza ventricolare durante AT/AF	8	1	8	0,250	2
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	1	1	1	1
		Peso (g)	1	2	1	2	
		Volume (ml)	1	2	1	2	
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	5	1	5	1	5
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,400	2	1	5	
4	Assistenza tecnica post - vendita	Durata garanzia	14	1	14	1	14
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	0,500	1	1	2
		Proposta di assistenza	1	0,500	0,5	1	1
		totale massimo 60 punti		49,5		38	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				60		46,06	

ALLEGATO "B"

SCHEMA - PRODOTTO N°8: "PACE MAKER BICAMERALE MONOCATETERE VDD "-RIF. VOCE N° 8			MDM SRL(coeff.tra 0 e 1)	MDM SRL (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile			
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Algoritmo di conferma eiezione dopo pacing e dopo sensing ventricolare	11	1	11
		Sensore diagnostico emodinamico basato su TVI (Impedenza Trans Valvolare)	10	1	10
		Monocatetere con dipolo atriale lungo ovvero di lunghezza >28 mm	10	1	10
		Diagnostica relativa ai dati di Impedenza Trans Valvolare e alla contrattilità cardiaca	9	1	9
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)		1	1
		Peso (g)	5	1	2
		Volume (ml)		1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	5	1	5
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,2	1	
4	Assistenza tecnica post - vendita	Durata garanzia	2	1	2
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	0,25	0,5
		Proposta di assistenza	1	0,5	0,5
		totale massimo 60 punti			54
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO					60

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N° 9: "PACE MAKER BICAMERALE DDD-R DI FASCIA BASSA". RIF. VOCE N° 9		Punteggio massimo attribuibile	Punteggi attribuiti da:										
Mater. art.2 Cap. speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto		Biotronik Italia SPA (coeff. tra 0 e 1)	Biotronik Italia SPA (punteggio assegnato)	MDM SRL (coeff. tra 0 e 1)	MDM SRL (punteggio assegnato)	Medtronic Italia SPA (coeff. tra 0 e 1)	Medtronic Italia SPA (punteggio assegnato)	Prodifarm SPA (coeff. tra 0 e 1)	Prodifarm SPA (punteggio assegnato)	Surgical SRL (coeff. tra 0 e 1)	Surgical SRL (punteggio assegnato)	
1	Caratteristiche tecniche funzionali	8	0	0	0	0	1	8	0,125	1	1	8	
		6	1	6	1	6	1	6	0,167	1	1	6	
		6	0,8333	5	6	6	1	6	1	6	1	6	6
		6	0,8333	5	6	6	1	6	1	6	1	6	6
		5	0	0	0,2	1	0	0	0,2	1	1	1	5
		5	1	5	0,4	2	1	5	1	5	1	5	5
		4	1	4	1	4	0,5	2	1	4	1	4	4
		5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		5	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2
		5	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	2
2	Caratteristiche fisiche	5	1	5	1	5	1	5	1	5	1	5	
		5	0,4	2	0,2	1	1	1	0,6	3	0,4	2	
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
		2	0,5	1	0,25	0,5	1	2	0,5	1	0,5	1	
4	Assistenza tecnica post-vendita	1	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	0,5	
		totale massimo 60 punti	40,5	39	53	41	55,5	60					
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		43,78	42,16	57,30	44,32	55,5	60						

**SCHEDA - PRODOTTO N° 10: "PACE MAKER BICAMERALE DDD-R DI FASCIA
MEDIA "-RIF. VOCE N° 10**

Riferim. art.2 Cap.speciale		Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo	BOSTON SCIENTIFIC SPA (coefficiente 0 e 1)		BOSTON SCIENTIFIC SPA (punteggio assegnato)	
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Compatibilità con esami MRI total body (1,5 T e 3 T)	10	1	10		
		Doppio sensore (accelerometrico e ventilazione minuto) con algoritmo di miscelazione automatica	10	1	10		
		Modalità di sicurezza durante l'uso dell elettrobisturi	8	1	8		
2	Caratteristiche fisiche	Almeno un algoritmo per la prevenzione della FA e gestione delle aritmie atriali	6	1	6		
		sensibilità ventricolare minima pari a 0,15 mV	6	1	6		
		Dimensioni (mm)		1	1		
		Peso (g)	5	1	5		
		Volume (ml)		1	1		
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	5	1	5		
			5	0,8	4		
4	Assistenza tecnica post -vendita	Durata garanzia	2	1	2		
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	1	2		
		Proposta di assistenza	1	1	1		
totale massimo 60 punti							59
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO							60

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N° 11: "PACE MAKER BICAMERALE DDD-R DI FASCIA ALTA " -RIF. VOCE N° 11			PRODIFARM SPA (coeff.tra 0 e 1)	SPA (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile			
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Programmabilità MRI attraverso telecomando	10	1	10
		Algoritmo di commutazione automatica della modalità di stimolazione	9	1	9
		Algoritmo per la promozione e mantenimento della conduzione AV intrinseca	9	1	9
		Sensore accelerometrico	6	1	6
		Durata della Garanzia	6	1	6
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	1	1
		Peso (g)		1	2
		Volume (ml)		1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	4	1	4
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo		4	0,75	3
4	Assistenza tecnica post -vendita	Durata garanzia	4	1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	0,5	1
		Proposta di assistenza	1	1	1
			totale massimo 60 punti		58
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO					60

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N°12: "PACE MAKER BICAMERALE DDD-R PER IL TRATTAMENTO DELLE SINCOPI" - RIF. VOCE N° 12		MEDTRONIC ITALIA SPA (coeff. tra 0 e 1)	MEDTRONIC ITALIA SPA (punteggio assegnato)	PRODFARM SPA (coeff. tra 0 e 1)	PRODFARM SPA (punteggio assegnato)	SURGICAL SRL (coeff. tra 0 e 1)	SURGICAL SRL (punteggio assegnato)
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile					
1	Doppio sensore	0	0	0	0	1	10
	Modalità AAI (R) con possibilità di switch automatico in modo DDD (R) di back-up in caso di blocchi AV di I, II e III grado.	1	8	0,375	3	1	8
	Curva della frequenza cardiaca nelle 24 ore per 7 giorni per il monitoraggio della funzione circolatoria del paziente.	0,3333	2	0,1666667	1	1	6
	Registrazione automatica di episodi di aritmia atriale e ventricolare per un tempo complessivo di 5,5 minuti su doppio canale	0,3333	2	0,8333333	5	0,8333333	5
	Algoritmo per le brusche cadute della frequenza cardiaca	6	1	6	0,8333333	1	6
	Controllo automatico della cattura	4	1	4	1	1	4
	Dimensioni (mm)	1	1	1	1	1	1
	Peso (g)	5	1	2	1	2	1
	Volume (ml)	1	2	1	2	1	2
	Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	4	1	4	1	4	1
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	4	1	4	0,75	3	2
4	Durata garanzia	4	1	4	1	1	4
	Presenza di personale tecnico specialista oltre il minimo richiesto	2	1	2	0,5	1	1
	Proposta di assistenza	1	1	1	1	0,5	0,5
totale massimo 60 punti		42	36	38,92	55,5	60	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		45,41	38,92	60			

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N° 13: "PACE MAKER BICAMERALE DDD- R PER IL TRATTAMENTO DELLA SINCOPE NEUROMEDIATA "-. RIF. VOCE N° 13		Punteggio massimo attribuibile		Biotronik Italia SPA (coeff. tra 0 e 1)		Biotronik Italia SPA (punteggio assegnato)		Medtronic Italia SPA (coeff. tra 0 e 1)		Medtronic Italia SPA (punteggio assegnato)		Prodifarm SPA (coeff. tra 0 e 1)		Prodifarm SPA (punteggio assegnato)			
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto																
1	Caratteristiche tecniche funzionali	adeguamento della frequenza cardiaca basato sull'analisi battito-battito senza sensori meccanici telemetria a lungo raggio		9	1	9	0	0	0,003	0	0,02	0	0,003	0	0,02		
		Promozione e mantenimento della conduzione AV intrinseca possibilità di scelta fra diverse programmazioni in base al tipo di bradicardia		6	1	6	0,167	1	0,167	1	0,200	1	0,200	1	0,250	1	0,250
		controllo automatico dell'impedenza dei cateteri regolazione automatica del sensing		4	1	4	0,250	1	0,250	1	0,500	2	0,500	2	0,500	2	0,500
		Dimensioni (mm)		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		Peso (g)		5	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
		Volume (ml)		2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)		4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1	4	1
		3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo			4	0,5	2	1	4	0,750	3	0,750	3	0,750	3	0,750
				Durata garanzia		9	1	9	1	9	1	9	1	9	1	9	1
		4	Assistenza tecnica post -vendita	Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto		2	0,5	1	1	2	0,500	1	0,500	2	0,500	1	0,500
Proposta di assistenza				1	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
		totale massimo 60 punti		56,5		56,5		30,02		30,02		27,02		27,02			
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				60		60		31,08		31,08		28,69		28,69			

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N° 14: "PACE MAKER BICAMERALE DDD-R COMPATIBILE CON RMN " - RIF. VOCE N° 14			MEDTRONIC ITALIA SPA (coeff. tra 0 e 1)	MEDTRONIC ITALIA SPA (punteggio assegnato)	SURGICAL SRL (coeff. tra 0 e 1)	SURGICAL SRL (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile					
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Algoritmo atto alla riduzione della stimolazione ventricolare destra non necessaria mediante cambio di modalità da DDD(R) a AAi(R) e viceversa	10	1	10	1	10
		Compatibilità Total body con la risonanza magnetica senza alcuna limitazione sulle aree e i tempi di scansione	10	1	10	1	10
		elaborazione digitale dei segnali intracardiaci ad elevata frequenza di campionamento	9	1	9	0	0
		Riconoscimento automatico della polarità degli elettrocateri all'impianto e avvio automatico della diagnostica	4	1	4	0,5	2
		Gestione cattura automatica atriale e ventricolare con back up a 5V e 1 msec e uscita massima programmabile	4	1	4	0,25	1
		algoritmi per la prevenzione dell'FA	3	1	3	0,333333	1
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)		1	1	1	
		Peso (g)	5	1	2	1	2
		Volume (ml)		1	2	1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	4	1	4	1	4
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	4	1	4	0,5	2	
4	Assistenza tecnica post-vendita	Durata garanzia	4	1	4	1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	1	2	0,5	1
		Proposta di assistenza	1	1	1	1	1
		totale massimo 60 punti		60		41	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				60		41	

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N° 15: "PACE MAKER BICAMERALE DDD-R PER LA PREVENZIONE ED IL TRATTAMENTO DELLA FA " - RIF. VOCE N° 15			BIOTRONIK ITALIA SPA (coeff. tra 0 e 1)	BIOTRONIK ITALIA SPA (punteggio assegnato)	MEDTRONIC ITALIA SPA (coeff. tra 0 e 1)	MEDTRONIC ITALIA SPA (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile					
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Algoritmi di prevenzione e terapie per l'interruzione della fibrillazione atriale	10	0,5	5	0,5	5
		Algoritmo atto alla riduzione della stimolazione ventricolare destra non necessaria mediante cambio di modalità da DDD a VVI	8	0,25	2	1	8
		Algoritmi di risposta automatica alla caduta improvvisa della frequenza cardiaca	8	0,25	2	0	0
		diagnostica su 14 mesi della variabilità della frequenza cardiaca e l'attività del paziente	4	0	0	1	4
		Gestione cattura automatica atriale e ventricolare con back up a 5V e 1 msec e uscita massima programmabile fino a 8V	4	0	0	1	4
		Compatibilità con MRI total body senza limitazione sui segmenti corporei e sul tempo di scansione	3	1	3	1	3
		elaborazione digitale dei segnali intracardiaci ad elevata frequenza di campionamento	3	0	0	1	3
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)		1	1	1	
		Peso (g)	4	1	1	1	
		Volume (ml)		1	2	1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	4	1	4	1	4
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,4	2	1	5	
4	Assistenza tecnica post -vendita	Durata garanzia	4	1	4	1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	0,5	1	1	2
		Proposta di assistenza	1	0,5	0,5	1	1
		totale massimo 60 punti		27,5		47	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				35,11		60	

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N° 16: "PACE MAKER TRICAMERALE PER IL TRATTAMENTO DELLO SCOMPENSO CARDIACO" - RIF. VOCE N° 16			BOTRONIK ITALIA SPA (coeff.tra 0 e 1)	ITALIA SPA (punteggio assegnato)	BOSTON SCIENTIFIC SPA (coeff.tra 0 e 1)	SCIENTIFIC SPA (punteggio assegnato)	MEDTRONIC ITALIA SPA (coeff.tra 0 e 1)	ITALIA SPA (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile							
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Ottimizzazione della terapia CRT mediante algoritmo in grado di modificare autonomamente ed in caso di necessità la	10	0,4	4	0,6	6	1	10
		Possibilità di erogazione di terapie ATP automatiche su FA	8	0	0	0	0	1	8
		Possibilità di diverse configurazioni di stimolazione	6	1	6	1	6	0,667	4
		Algoritmo di autocattura sul catetere atriale, ventricolare destro e sinistro	6	1	6	1	6	1	6
		Algoritmo di monitoraggio dello stato di compenso del paziente mediante misura eseguita dal dispositivo	6	0,167	1	1	6	1	6
		Programmabilità degli algoritmi e delle terapie anti-bradicardiche e per la resincronizzazione cardiaca	4	1	4	1	4	1	4
		2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	4	1	1	1	1
Peso (g)	4			1	1	1	1	1	
Volume (ml)	4			1	2	1	2	1	2
Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	4			1	4	1	4	1	4
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,4	2	0,8	4	1	5	
4	Assistenza tecnica post- vendita	Durata garanzia	4	1	4	1	4	1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	0,5	1	1	2	1	2
		Proposta di assistenza	1	0,5	0,5	1	1	1	1
		totale massimo 60 punti		36,5		47		58	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				37,76		48,62		60	

SCHEDA - PRODOTTO N° 17: "SISTEMA PER STIMOLAZIONE TRANSCATETERE MONOCAMERALE- RIF. VOCE N° 17			MEDTRONIC ITALIA SPA (coeff. tra 0 e 1)	MEDTRONIC ITALIA SPA (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile			
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Compatibilità con le indagini diagnostiche di risonanza magnetica a 1,5 tesla o a 3 tesla	8	1	8
		Sistema di recupero del dispositivo impiantato	8	0,75	6
		Gestione automatica della sensibilità con regolazione automatica del sensing	8	1	8
		Risposta in frequenza basata per consentire ottimizzazione del profilo di frequenza	6	1	6
		Elettrodo di stimolazione rivestito a rilascio di steroide	4	1	4
		Gestione cattura automatica in ventricolo	4	1	4
		Meccanismo di fissaggio	2	1	2
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	1	1
		Peso (g)		1	2
		Volume (ml)		1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	4	1	4
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	4	1	4	
4	Assistenza tecnica post-vendita	Durata garanzia	4	1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	1	2
		Proposta di assistenza	1	1	1
		totale massimo 60 punti		58	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				60	

SCHEDA - PRODOTTO N° 18: "DISPOSITIVO DIAGNOSTICO IMPIANTABILE PER IL MONITORAGGIO CARDIACO A LUNGO TERMINE PER LA DIAGNOSI DELLE SINCOPI INSPIEGATE E DELLA ARITMIE COMPATIBILE CON RMN - RIF. VOCE N°18				WIT SAS (GIA MEDICA SAS) (coeff.tra 0 e 1)	WIT SAS (GIA MEDICA SAS)(punteggio assegnato)
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto		Punteggio massimo attribuibile		
1	Caratteristiche tecniche funzionalità	Numero dei dettagli degli episodi	10	1	10
		Stampa riassuntiva	7	1	7
		Lettura automatica e possibilità di attivazione manuale	6	1	6
		Trasmissione telemetrica degli episodi	5	1	5
		Capacità e durata della memorizzazione ECG	4	1	4
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni e peso (g)	7	1	2
		Volume		1	5
		Compatibilità con RMN	5	1	5
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo ed ergonomia		8	1	8
4	Assistenza tecnica post - vendita	Durata garanzia	5	1	5
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	1	2
		Proposta di assistenza	1	1	1
			totale massimo 60 punti		60
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO					60

SCHEDA - PRODOTTO N° 19: "MONITOR CARDIACO INIETTABILE PER IMPIANTO SOTTOCUTANEO CON FUNZIONI DI DIAGNOSI AT/AF" - RIF. VOCE N° 19			BIOTRONIK ITALIA	MH SAS (GIA' MEDICA SAS) (coeff. tra 0 e 1)	MEDICA SAS)(punteggio assegnato)
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile			
	compatibilità in ambiente MRI fino a 3 Tesla	10		1	10
	kit completo di incisione, inseritore e stantuffo per posizionamento sottocutaneo incluso nella confezione sterile del dispositivo	10	Non c.	1	10
	possibilità di interrogazione del dispositivo tramite telecomando in caso di sintomi	5		1	5
	possibilità di registrazione indipendente di eventi AT/AF, tachicardia ventricolare, bradicardia e asistolia	3		1	3
	memorizzazione di almeno 45 min di ECG	2		1	2
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)		1	1
		Peso (g)	5	1	2
		Volume (ml)		1	2
		Autonomia standard (anni)	3	1	3
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5		1	5
4	Assistenza tecnica post -vendita	Durata garanzia		1	14
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	1	2
		Proposta di assistenza	1	1	1
		totale massimo 60 punti			60
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO					60

LA BIOTRONIK ITALIA SPA E' ESCLUSA IN QUESTO LOTTO IN QUANTO IL PRODOTTO NON E' RITENUTO CONFORME

ALLEGATO "B"

SCHEDA - PRODOTTO N°20: "Sistema di rilevazione dati di attività elettrica senza cavi per il monitoraggio prolungato e completo di ECG" - RIF. VOCE N° 20			PRODIFARM SPA (coeff. tra 0 e 1)	PRODIFARM SPA (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo		Punteggio assegnato	
1	Caratteristiche tecniche funzionali	ampia gamma di programmazione	20	1	20
		ampia gamma di funzioni diagnostiche	20	1	20
		possibilità di utilizzo ambulatoriale	12	1	12
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)		1	2
		Peso (g)	5	1	2
		Volume (ml)		1	1
3	Assistenza tecnica post - vendita	Durata garanzia	2	1	2
		Proposta di assistenza	1	1	1
		totale massimo 60 punti			60
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO					60

SCHEDA - PRODOTTO N° 21: "DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE COMPATIBILE CON LA RISONANZA MAGNETICA " - RIF. VOCE N° 21			BIOTRONIK ITALIA SPA (coeff.tra 0 e 1)	BIOTRONIK ITALIA SPA (punteggio assegnato)	MEDTRONIC ITALIA SPA (coeff.tra 0 e 1)	MEDTRONIC ITALIA SPA (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile					
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Compatibilità Total body con la risonanza magnetica senza alcuna limitazione delle aree di scansione in funzione della modalità di pacing programmata per la scansione.	10	1	10	1	10
		Possibilità di programmare il sensing tra bipolo puro e integrato via programmatore	10	0	0	1	10
		Sensing automatico con riconoscimento dell'onda T	5	1	5	1	5
		Algoritmo di autosoglia sul catetere ventricolare destro	4	1	4	1	4
		Possibilità di erogazione di terapie ATP prima e durante la carica del condensatore con autoriprogrammazione a prima della carica in caso di efficacia	5	0	0	1	5
		Algoritmi atti alla minimizzazione degli shock inappropriati	3	0,333333	1	1	3
		Tempi di carica del condensatore costanti per tutta la durata della vita del dispositivo	3	1	3	1	3
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	1	1	1	1
		Peso (g)		1	2	1	2
		Volume (ml)		1	2	1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	3	1	3	1	3
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,4	2	1	5	
4	Assistenza tecnica post-vendita	Durata garanzia	4	1	4	1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	0,5	1	1	2
		Proposta di assistenza	1		0,5	1	1
				38,5		60	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO							
				38,5		60	

SCHEDA - PRODOTTO N°22: "DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE SSIR DI FASCIA MEDIA" - RIF. VOCE N°22			BIOTRONIK ITALIA SPA (coeff.tra 0 e 1)	BIOTRONIK ITALIA SPA (punteggio assegnato)	BOSTON SCIENTIFIC SPA (coeff.tra 0 e 1)	SCIENTIFIC SPA (punteggio assegnato)	SURGICAL SRL (coeff.tra 0 e 1)	SURGICAL SRL (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile							
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Disponibilità di tre finestre di monitoraggio e/o intervento su fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare e tachicardia ventricolare rapida	10	0,8	8	1	10	1	10
		Misura automatica dell'impedenza dell'elettrodo	9	0,6667	6	1	9	1	9
		Energia immagazzinata pari ad almeno 42J	8	0,75	6	0	0	1	8
		Stimolazione post shock	7	0,7143	5	1	7	1	7
		Test di continuità del circuito dello shock	6	0,6667	4	1	6	1	6
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	1	1	1	1	1	
		Peso (g)		1	2	1	2	1	2
		Volume (ml)		1	2	1	2	1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	3	1	3	1	3	1	3
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,4	2	0,8	4	0,4	2	
4	Assistenza tecnica post -vendita	Durata garanzia	4	1	4	1	4	1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	0,5	1	1	2	0,5	1
		Proposta di assistenza	1	0,5	0,5	1	1	0,5	0,5
		totale massimo 60 punti							
				44,5		51		55,5	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				48,11		55,14		60	

SCHEDA - PRODOTTO N° 23: "DEFIBRILLATORE MONO-CAMERALE SSIR DI FASCIA ALTA" - RIF. VOCE N°23			BIOTRONIK ITALIA SPA (coeff. tra 0 e 1)	BIOTRONIK ITALIA SPA (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile			
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Diagnostica atriale rilevata attraverso dipolo flottante atriale integrata nel catetere ventricolare destro di shock.	7	1	7
		Risonanza magnetica compatibile in specifiche condizioni	6	1	6
		specificità elevata nella discriminazione fra TV e TSV	5	1	5
		Possibilità di erogare 8 shock per zone VT e VF per ogni episodio e possibilità di alternare la polarità degli shock.	5	1	5
		multipl parametri di sensing programmabili	5	1	5
		Dotato di apparecchio ricevitore portatile alimentato a batteria, senza fili, in grado di inoltrare automaticamente i dati dell'ICD a centrale operativa, attraverso la rete telefonica cellulare,	4	1	4
		Algoritmo per l'ottimizzazione dell'ATP	4	1	4
		stimolazione ventricolare ad alta frequenza	4	1	4
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	1	1
		Peso (g)		1	2
		Volume (ml)		1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)		3	3
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione dei dispositivo	5	0,4	2	
4	Assistenza tecnica post-vendita	Durata garanzia	4	1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	0,5	1
		Proposta di assistenza	1	0,5	0,5
		totale massimo 60 punti			55,5
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO					60

SCHEDA - PRODOTTO N° 24: "DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE CON FUNZIONI DEDICATE ALLO SCOMPENSO CARDIACO " - RIF. VOCE N° 24			MEDTRONIC ITALIA SPA (coeff. tra 0 e 1)	ITALIA SPA (punteggio assegnato)	PRODIFARM SPA (coeff. tra 0 e 1)	PRODIFARM SPA (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile					
1	Caratteristiche tecniche funzionali	criteri avanzati per il riconoscimento delle aritmie (analisi del QRS, stabilità del ciclo, ecc)	9	0,5556	5	1	9
		compatibile con sistemi di RMN 1,5T	9	1	9	1	9
		Alta energia di shock	8	1	4	1	8
		Possibilità di erogazione di terapie ATP prima e durante la carica del condensatore con autoriprogrammazione a prima della carica in caso di efficacia	5	1	5	1	5
		Diagnostica dedicata al rilevamento dello stato di scompenso cardiaco	5	1	5	1	5
		Algoritmo per la commutazione automatica della configurazione di shock	4	0	0	1	4
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	1	1	1	
		Peso (g)		1	2	2	
		Volume (ml)		1	2	2	
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)		3	1	3	
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	1	5	0,6	3	
4	Assistenza tecnica post-vendita	Durata garanzia	4	1	4	1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	1	2	0,5	1
		Proposta di assistenza	1	1	1	1	1
		totale massimo 60 punti		48		57	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				50,53		60	

SCHEDA - PRODOTTO N° 25: "DEFIBRILLATORE BICAMERALE CON AMPIA PROGRAMMABILITA' DEI CRITERI DI DISCRIMINAZIONE ARITMIE SOPRAVENTRICOLARI " - RIF. VOCE N° 25			BIOTRONIK ITALIA SPA (coeff. tra 0 e 1)	BIOTRONIK ITALIA SPA (punteggio assegnato)	BOSTON SCIENTIFIC SPA (coeff. tra 0 e 1)	BIOTRONIK BOSTON SCIENTIFIC SPA (punteggio assegnato)	MEDTRONIC ITALIA SPA (coeff. tra 0 e 1)	MEDTRONIC ITALIA SPA (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile							
1	Caratteristiche tecniche funzionali	hardware di backup indipendente dal processore principale in grado di garantire la terapia di shock e di stimolazione in caso di malfunzionamenti del dispositivo	10	0,2	2	1	10	0,2	2
		modalità di sicurezza nel caso di uso elettrobisturi	7	0,286	2	1	7	0,28571	2
		Almeno 8 terapie di shock programmabili in zona FV	7	1	7	1	7	0	0
		avanzati criteri di discriminazione aritmie sopraventricolari	6	0,667	4	1	6	1	6
		trend della frequenza respiratoria	5	0	0	1	5	0	0
		sceita fra almeno 3 vettori di shock da programmatore	5	1	5	1	5	1	5
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	1	1	1	1	1	
		Peso (g)		1	2	1	2	1	2
		Volume (ml)		1	2	1	2	1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	3	1	3	1	3	1	3
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,4	2	0,8	4	1	5	
4	Assistenza tecnica post-vendita	Durata garanzia	4	1	4	1	4	1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	0,5	1	1	2	1	2
		Proposta di assistenza	1		0,5		1	1	1
		totale massimo 60 punti		35,5		59		35	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				36,10		60		35,59	

SCHEDA - PRODOTTO N° 26: "DEFIBRILLATORE BICAMERALE COMPATIBILE CON LA RISONANZA MAGNETICA " - RIF. VOCE N° 26			MEDTRONIC ITALIA S	PRODIFARM SPA (coeff. tra 0 e 1)	PRODIFARM SPA (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile				
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Compatibilità con sistemi di RMN 1,5T a tubo chiuso	10		1	10
		Criteri avanzati per il riconoscimento delle aritmie	10		1	10
		Algoritmo di monitoraggio dello stato di compenso del paziente mediante misura eseguita dal dispositivo dell'impedenza transtoracica	5		1	5
		Possibilità di erogazione di terapie ATP prima e durante la carica del condensatore con autoriprogrammazione a prima della carica in caso di efficacia	5		1	5
		Algoritmo di ottimizzazione automatica del ritardo AV	4		1	4
		Algoritmi atti alla minimizzazione degli shock inappropriati	3		1	3
		Algoritmi per la gestione e il trattamento delle aritmie atriali mediante erogazione di ATP e Shock senza l'ausilio di dispositivi esterni.	3		1	3
		2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	
Peso (g)				1		2
Volume (ml)				1		2
Autonomia standard in stimolazione al 10D% (anni)	3				1	3
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5		0,6	3	
4	Assistenza tecnica post-vendita	Durata garanzia	4		1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2		0,5	1
		Proposta di assistenza	1		1	1
		totale massimo 60 punti		0	57	
PUNTEGGI RIPARAMETRATO					60	

Medtronic è esclusa: non possiede la seguente caratteristica: allarmi vibrazionali importanti per pazienti ipouden

Biorim. art.2 Cap-speciale		Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile	PUNTEGGIO RIPARAMETRATO					
				BIOTRONIK ITALIA SPA (coeff. tra 0 e 1)	BIOTRONIK ITALIA SPA (punteggio assegnato)	PRODFARM SPA (coeff. tra 0 e 1)	PRODFARM SPA (punteggio assegnato)	SURGICAL SRL (coeff. tra 0 e 1)	SURGICAL SRL (punteggio assegnato)
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Disponibilità di tre finestre di monitoraggio e/o intervento su fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare e tachicardia ventricolare rapida.	6	0,333	2	0,5	3	1	6
		Trend dell'impedenza del canale ventricolare e del sensing dell'onda R.	6	0,333	2	0,5	3	1	6
		Algoritmo di discriminazione delle TV dalle TPSV e della FA.	6	0,333	2	0,5	3	1	6
		Numero di shock in zona di VF non inferiore a 6.	5	0,400	2	0,4	2	1	5
		Registrazione non inferiore a 8 minuti.	5	1	5	0,4	2	1	5
		Alta energia di erogazione (almeno 35 joule)	4	1	4	1	4	1	4
		Modalità di minimizzare la stimolazione ventricolare mediante funzionamento in AAI e commutazione in DDD in caso di blocco AV	4	0	0	0,25	1	1	4
		Dimensioni (mm)		1	1	1	1	1	1
		Peso (g)		1	2	1	2	1	2
		Volume (ml)		1	2	1	2	1	2
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	Autonomia standard in stimolazione al 100% (armi)	3	1	3	1	3	1	3
			5	0,400	2	0,6	3	0,4	2
4	Assistenza tecnica post vendita	Durata garanzia	8	1	8	1	8	1	8
		Presenza di personale tecnico specializzato oltre il minimo richiesto	2	0,500	1	0,5	1	0,5	1
		Proposta di assistenza	1	0,500	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
totale massimo 60 punti				36,5		38,5		55,5	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				39,46		41,62		60	

SCHEDA - PRODOTTO N° 28: "DEFIBRILLATORE BICAMERALE DDDR DI FASCIA ALTA" - RIF. VOCE N° 28		Punteggio massimo attribuibile						Punteggio massimo attribuibile		
Briefing art.3 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	BIOTRONIK ITALIA SPA (coefficiente 1)	BIOTRONIK ITALIA SPA (punteggio assegnato)	MEDTRONIC ITALIA SPA (coefficiente 1)	MEDTRONIC ITALIA SPA (punteggio assegnato)	PRODIGRAM SPA (coefficiente 1)	PRODIGRAM SPA (punteggio assegnato)			
	monitoraggio automatico del tratto ST.	5	0	0	0	0	1	5		
	In grado di riconoscere 3 zone aritmiche ed erogare shock bifasici a 351 e diversi tipi di ATP.	5	0,8	4	1	5	1	5		
	Erogazione di ATP in finestra PV.	5	0,8	4	1	5	1	5		
	Registrazione EGM di almeno 24 minuti di ECG intracavitario a canale	5	1	5	1	5	1	5		
	Compatibilità con risonanza magnetica	5	1	5	1	5	0,2	1		
	Stimolazione anti-respirazione basata sulla misurazione della contattilità senza necessità di catetere dedicato	5	1	5	0	0	0	0		
	Possibilità di erogare 8 shock per zone VT e VF per ogni episodio e possibilità di alternare la polarità degli shock.	5	1	5	0	0	0	0		
	Predisposizione per monitoraggio remoto attraverso apparecchio ricevitore a batteria	5	1	5	0	0	0	0		
	Dimensioni (mm)	1	1	1	1	1	1	1		
	Peso (g)	5	1	2	1	2	1	2		
	Volume (ml)	1	1	2	1	2	1	2		
	Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	3	1	3	1	3	1	3		
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,4	2	1	5	0,6	3		
	Durata garanzia	4	1	4	1	4	1	4		
4	Assistenza tecnica post-vendita	2	0,5	1	1	2	0,5	1		
	Proposta di assistenza	1	0,5	0,5	1	1	1	1		
totale massimo 60 punti				48,5		40		38		
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				60		49,48		47,01		

SCHEDA - PRODOTTO N° 29: "DEFIBRILLATORE TRICAMERALE CON POSSIBILITA' DI STIMOLAZIONE SX MULTISITO DA UN SOLO ELETTROCATETERE "- RIF. VOCE N° 29			PRODIFARM SPA (coeff. tra 0 e 1)	PRODIFARM SPA (punteggio assegnato)	
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile			
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Energia effettivamente erogabile non inferiore a 40 Joule.	7	1	7
		Algoritmo per il mantenimento della stimolazione bivev tricolore basato su isteresi negativa dell'intervallo AV	7	1	7
		Gestione automatica della cattura atriale e ventricolare con adattamento dell'uscita di stimolazione	7	1	7
		Monitoraggio del tratto ST	6	0	0
		Monitoraggio dello stato dei liquidi nei paziente mediante misure di impedenza transtoracica con segnalazione acustica in caso di eccessivo accumulo di liquidi.	5	1	5
		Possibilità di erogare ATP in finestra FV prima e durante la carica del condensatore	4	1	4
		Possibilità di dotazione di apparecchio portatile in grado di inoltrare automaticamente i dati del dispositivo mediante linea telefonica	4	0	0
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	1	1
		Peso (g)		1	2
		Volume (ml)		1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	3	0,667	2
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,6	3	
4	Assistenza tecnica post -vendita	Durata garanzia	4	0,75	3
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	2	4
		Proposta di assistenza	1	1	1
		totale massimo 60 punti		48	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO				60	

SCHEDA - PRODOTTO N° 30: "DEFIBRILLATORE TRICAMERALE PER IL TRATTAMENTO DELLO SCOMPENSO CARDIACO DI FASCIA ALTA" - RIF. VOCE N° 30				BOSTON SCIENTIFIC SPA (coeff. tra 0 e 1)	BOSTON SCIENTIFIC SPA (punteggio assegnato)	MEDTRONIC ITALIA SPA (coeff. tra 0 e 1)	MEDTRONIC ITALIA SPA (punteggio assegnato)
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio massimo attribuibile					
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Monitoraggio dello stato dei liquidi nel paziente mediante misure di impedenza transtoracica con segnalazione acustica in caso di eccessivo accumulo di liquidi,	9	0	0	1	9
		Possibilità di monitorare la situazione clinica del paziente tramite una diagnostica completa: (frequenza ventricolare giornaliera e notturna, variabilità della frequenza cardiaca, percentuale di stimolazione e attività del paziente, percentuale di tempo in AT/AF).	6	1	6	1	6
		Monitoraggio delle aritmie durante la carica dei condensatori con relativa interruzione in caso di spontanea remissione dell'episodio,	5	1	5	1	5
		Possibilità di dotazione di apparecchio portatile in grado di inoltrare automaticamente i dati del dispositivo al medico, mediante linea telefonica,	5	1	5	1	5
		Algoritmo per il controllo automatico della soglia di stimolazione sinistra con regolazione automatica dell'ampiezza dello stimolo di cattura sinistro.	5	1	5	1	5
		Disponibilità di tre finestre di monitoraggio e/o intervento su fibrillazione ventricolare, tachicardia ventricolare e tachicardia ventricolare rapida	5	1	5	1	5
		Dotato di segnali di avviso sonoro opzionali per parametri di monitoraggio fuori range: impedenze, batteria, tempi di carica.	5	1	5	1	5
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	1	1	1	1
		Peso (g)		1	2	1	2
		Volume (ml)		1	2	1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)		3	1	3	1
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,8	4	1	5	
4	Assistenza tecnica post-vendita	Durata garanzia	4	1	4	1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	1	2	1	2
		Proposta di assistenza	1	1	1	1	1
		totale massimo 60 punti			50	60	
PUNTEGGI RIPARAMETRATO					50	60	

SCHEDA - PRODOTTO N° 31: "DEFIBRILLATORE TRICAMERALE PER IL TRATTAMENTO DELLO SCOMPENSO CARDIACO COMPATIBILE CON CONNETTORI IS4 IS1 LV" - RIF. VOCE N°31				BOSTON SCIENTIFIC SPA (coeff.tra 0 e 1)	BOSTON SCIENTIFIC SPA (punteggio assegnato)
Riferim. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto		Punteggio massimo attribuibile		
		diagnostica di monitoraggio delle apnee notturne con visualizzazione del trend del numero di eventi	9	1	9
		Sceita tra almeno 3 vettori di shock tramite programmatore	8	1	8
		Disponibilità di doppio sensore (accelerometro + ventilazione minuto)con algoritmo di micselezione automatica	8	1	8
		Disponibilità di almeno sei configurazioni di stimolazione in ventricolo sinistro	8	1	8
		Modalità di sicurezza durante l'uso dell'elettrobisturi.	7	1	7
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	1	1
		Peso (g)		1	2
		Volume (ml)		1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)		3	3
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo		5	0,8	4
4	Assistenza tecnica post -vendita	Durata garanzia	4	1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto	2	1	2
		Proposta di assistenza	1	1	1
			totale massimo 60 punti		59
PUNTEGGI RIPARAMETRATO					60

Riferim. art.2 Cap.speciale		Descrizione sintetica del prodotto offerto					Punteggio massimo attribuibile				
SCHEDA - PRODOTTO N° 32: "DEFIBRILLATORE TRICAMERALE PER IL TRATTAMENTO DELLO SCOMPENSO CARDIACO CON CRITERI AVANZATI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ARITMIE" - RIF. VOCE N° 32											
Caratteristiche funzionali	Diagnostica dello scompenso cardiaco	10	1	10	0,2	2	0,1	1	0,1	1	1
	Algoritmo per il mantenimento della stimolazione biventricolare e modalità di stimolazione DDT per il mantenimento della stimolazione anche in corso di FA	10	0,8	8	0,1	1	0,1	1	0,1	1	1
	algoritmo di ottimizzazione dell'intervallo AV e VV	7	0,29	2	0,14	1	0,14	1	0,14	1	1
	possibilità di erogare ATP anche in zona FV sia prima che durante la scarica dei condensatori	7	0,86	6	0,29	2	0,29	2	0,29	2	2
	onda di shock multiprogrammabile	6	1	6	0,17	1	1	1	1	1	6
	Dimensioni (mm)	5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Peso (g)		2	1	2	1	2	1	2	1	2
	Volume (ml)		2	1	2	1	2	1	2	1	2
	3	Autonomia standard in stimolazione al 100% (anni)	3	1	3	1	3	1	3	1	3
		Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,4	2	1	5	0,6	3	0,6	3
Durata garanzia		4	1	4	1	4	1	4	1	4	
4	Assistenza tecnica post vendita	2	0,5	1	1	2	0,5	1	0,5	1	
	Proposta di assistenza	1	0,5	0,5	1	1	0,5	1	0,5	0,5	
totale massimo		47,5		47,5		27		27,5		27,5	
PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		60		60		34,11		34,74		34,74	

SCHEDA - PRODOTTO N° 33: "DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE PER IL TRATTAMENTO DELLO SCOMPENSO CARDIACO CON COMMUTAZIONE AUTOMATICA IN DDD" - RIF. VOCE N° 33			BIOTRONIK ITALIA S	BIOTRONIK ITALIA S	SURGICAL SRL (coeff	SURGICAL SRL (PUN	
Riform. art.2 Cap.speciale	Descrizione sintetica del prodotto offerto	Punteggio assegnato					
1	Caratteristiche tecniche funzionali	Almeno 3 vettori per la stimolazione biventricolare.	8	0,375	3	1	8
		Sensore di accelerazione endocardica per ottimizzazione automatica dei ritardi AV e VV sia in fase di riposo che in fase di esercizio.	7	0	0	1	7
		6 configurazioni di shock con esclusione del coil di vena cava e polarità di shock alternata per tutti gli shock alla massima energia.	7	0	0	1	7
		Terapia ATP in zona FV applicabile in base ai criteri di frequenza e stabilità dell'aritmia.	7	1	7	1	7
		Almeno 3 algoritmi di pacing per la prevenzione delle aritmie ventricolari e almeno 2 per la prevenzione delle aritmie atriali.	6	0	0	1	6
		Misura automatica e periodica dell'impedenza degli elettrocateretri e delle continuità dei circuiti di shock.	5	1	5	1	5
2	Caratteristiche fisiche	Dimensioni (mm)	5	1	1	1	1
		Peso (g)		1	2	1	2
		Volume (ml)		1	2	1	2
		Autonomia standard in stimolazione al 100 % (anni)		3	3	1	3
3	Usabilità dello strumento per l'interrogazione del dispositivo	5	0,4	2	0,4	2	
4	Assistenza tecnica post-vendita	Durata garanzia	4	1	4	1	4
		Presenza di personale tecnico specialistico oltre il minimo richiesto.	2	0,5	1	0,5	1
		Proposta di assistenza.	1	0,5	0,5	2	2
		totale massimo		30,5		57	
		PUNTEGGIO RIPARAMETRATO		32,11		60	

1) **LOTTO 4:** Surgical nei criteri 3-4-5-6-7 viene valutata zero perché tali caratteristiche non risultano essere presenti dalla scheda tecnica.

Nei punti 3-4, il programmatore risulta inferiore a quello Boston per praticità e velocità. L'assistenza Boston risulta superiore per la presenza sul campo di due tecnici.

2) **LOTTO 13:** La telemetria a lungo raggio di Biotronik è superiore rispetto ai concorrenti (Medtronic e Prodifarm) perché ha telemetria wireless sia per i follow up ambulatoriali che per il monitoraggio remoto. Questo comporta presenza di notifiche cliniche non possibili con gli altri due sistemi. Per i 4 criteri successivi le caratteristiche del device Medtronic e Prodifarm sono decisamente inferiori alla concorrenza (minore dettaglio di programmazione e di informazioni derivanti dalle diagnostiche richieste)

3) **LOTTO 14:** Surgical nel criterio 3 viene valutata zero perché tali caratteristiche non risultano essere presenti dalla scheda tecnica.

I criteri 4-5-6 sono presenti ma inferiori a Medtronic (il numero dei parametri diagnostici che si avviano in automatico è superiore nel dispositivo Medtronic; il dispositivo Medtronic ha uscita programmabile a voltaggi superiori; il dispositivo Medtronic ha un pacchetto di algoritmi di prevenzione e terminazione superiore per numero e qualità)

4) **LOTTO 15: Biotronik-** le caratteristiche degli algoritmi presenti ai criteri 1-2-3 sono sensibilmente inferiori alla concorrenza (inferiore programmabilità e diagnostiche implementate sul dispositivo)

Il programmatore Medtronic è superiore per velocità di interrogazione e facilità di utilizzo. L'organizzazione dell'assistenza Medtronic risulta superiore a quella dei concorrenti. In più si avvale di un numero verde per l'assistenza remota

5) **LOTTO 16 :** al criterio 5 nel dispositivo Biotronik non è presente il criterio di misura richiesto.

Il programmatore è meno ergonomico e veloce rispetto ai concorrenti. L'organizzazione dell'assistenza è inferiore a quella della concorrenza

6) **LOTTO 21:** Biotronik ha solo criterio morfologico e di stabilità del ritmo. Nessun criterio per minimizzare shock inappropriati derivanti da rumore/frattura elettrocattetero.

L'organizzazione dell'assistenza è inferiore a quella della concorrenza

7) **LOTTO 25:** nel device offerto da Biotronik non è presente la caratteristica richiesta ai criteri 1-2-4

Il programmatore è poco ergonomico e veloce. L'organizzazione dell'assistenza è inferiore a quella della concorrenza

8) **LOTTO 25 :** il device Medtronic al criterio 1 non presenta un dispositivo con vero hardware di back up; al criterio 2 le modalità di stimolazione asincrona non garantiscono protezione da utilizzo elettrobisturi

9) **LOTTO 26:** Medtronic NON ha la caratteristica essenziale allarmi vibrazionali importanti per pazienti ipoudenti e quindi è esclusa.

10) LOTTO 27: Biotronik presenta un device che al criterio 1 ha un numero inferiore di finestre per il riconoscimento delle aritmie ventricolari; al criterio 2 ha un trend delle impedenze e dell'onda R meno accurato (misure effettuate un numero scarso di volte durante la giornata); al criterio 3. inferiore capacità discriminatoria; al criterio 4 maggiore impatto dell'erogazione degli shock sulla longevità del dispositivo; al criterio 7. commutazione da AAI a DDD non presente

11) LOTTO 27: Prodifarm presenta un device che al criterio 1 ha un numero inferiore di finestre per il riconoscimento delle aritmie ventricolari; al criterio 2 ha un trend delle impedenze e dell'onda R meno accurato (misure effettuate un numero scarso di volte durante la giornata); al criterio 3. inferiore capacità discriminatoria; al criterio 4 maggiore impatto dell'erogazione degli shock sulla longevità del dispositivo; al criterio 5 ha una qualità del segnale inferiore; al criterio 7 non ha modalità da AAI a DDD.

Il programmatore presenta caratteristiche di buona ergonomia ma l'utilizzo non è particolarmente intuitivo .

12) LOTTO 32: il dispositivo Prodifarm ai criteri 1-2-3-4 ha caratteristiche limitate rispetto a quelle della concorrenza (scarso dettaglio di programmabilità e di informazioni deducibili dalle diagnostiche richieste)

Il programmatore presenta caratteristiche di sufficiente ergonomia ma l'utilizzo è difficoltoso e non è intuitivo .

13) LOTTO 32: : il dispositivo Medtronic ai criteri 1-2-3-4 ha caratteristiche limitate rispetto a quelle della concorrenza (scarso dettaglio di programmabilità e di informazioni deducibili dalle diagnostiche richieste)

14) LOTTO 33: al criterio 1. il dispositivo Biotronik ha una flessibilità delle configurazioni di stimolazione inferiore rispetto alla concorrenza.

Il programmatore risulta limitato per praticità e velocità

L'organizzazione dell'assistenza è inferiore a quella della concorrenza

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI D.M. IMPIANTABILI PER FUNZIONALITA' CARDIACA

VERBALE N. 1 SEDUTA DEL 27.01.2016

Addì ventisette del mese di gennaio alle ore 10:10 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta pubblica la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 47 del 26/01/2016, così composta:

Avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
Dott. . Pierfranco Terrosu	Direttore S.C.Cardiology P.O.Sassari	Componente
Dott.ssa Isabella Simongini	Dirig. Medico U.O. di Cardiology P.O.Olbia	Componente
Dott.ssa Annamaria Porcu	Collaboratore amm.vo prof. Serv. Provveditorato	Segretario

Premesso che:

- con deliberazione n. 1064 del 14/09/2015, rettificata con deliberazione n 1349 del 03/12/2015 si è autorizzato a contrarre, a mezzo procedura aperta telematica sopra soglia europea, in più lotti, per l'acquisizione, tramite accordi quadro, di dispositivi impiantabili per funzionalità cardiaca in attesa di gara centralizzata regionale;
- la gara, gestita attraverso procedura telematica, sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/06) per i lotti da 1 a 34 e secondo il criterio del prezzo più basso (art.82 del D.Lgs 163/06) per il lotto 35; si specifica che sulla piattaforma di e-procurement utilizzata si sono dovute implementare due separate schede trattativa, poiché la gara prevede due criteri di aggiudicazione differenti a seconda dei lotti; in ogni caso trattasi di procedura aperta unica, ancorché i fornitori interessati a presentare offerta per il lotto 35 devono utilizzare nel gestionale una scheda trattativa a se stante;
- che il bando di gara ha avuto la prescritta pubblicità mediante pubblicazione integrale sulla GUUE (inviato il 30/09/2015), GURI 119 del 09/10/2015, sito Comunas il giorno 08/10/2015 e sito Ministero delle Infrastrutture il 12/10/2015, Gazzetta Aste e appalti pubblici il 14/10/2015, il Messaggero il 14/10/2015, l'Unione Sarda il 14/10/2015, Corriere dello sport ed. Sardegna il 14/10/2015 ed infine sul sito Aziendale il 08/10/2015;
- in pendenza del termine per la ricezione delle offerte, sono pervenuti quesiti ed osservazioni; alcuni di questi hanno fatto ritenere necessaria la modificazione di talune specifiche tecniche; nel frattempo sono stati

sospesi i termini di ricezione offerte; le modifiche sono state progettate (come quelle originarie) dall'U.O. di Cardiologia del P.O. di Olbia insieme alla Farmacia Ospedaliera;

- l'avviso di modificazione atti di gara e differimento termini ha avuto la prescritta pubblicità mediante pubblicazione sulla GUUE (inviato il 01/12/2015), GURI 143 del 04/12/2015, sito Comunas il 17/12/2015 e sito Ministero delle Infrastrutture il 09/12/2015, Gazzetta Aste e appalti pubblici il 07/12/2015, il Messaggero il 05/12/2015, l'Unione Sarda il 05/12/2015, Corriere dello sport ed. Sardegna il 05/12/2015 ed infine sul sito Aziendale il 03/12/2015
- i membri della commissione hanno reso apposite dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità e astensione di cui all'art. 84 c. 4, 5, e 7 del d. lgs. 163/2006, per la procedura in oggetto, agli atti del Servizio Provveditorato;
- entro il termine prestabilito nel timing di gara, sono pervenute diverse richieste di chiarimento, cui si è dato riscontro nei tempi e con le modalità stabilite dalla legge come risulta dal forum di gara (**allegato 1 e allegato 2** al presente verbale);

Si procede quindi con l'accesso, presso l'albo fornitori aziendale, alle due schede trattativa: 1) *gara per la stipula di accordi quadro per la fornitura di medici impiantabili per funzionalità cardiaca* (lotti da 1 a 34) 2) *lotto 35 – Involucro antibatterico per pacemaker e defibrillatori impiantabili* (lotto 35).

Le imprese che hanno presentato offerta sono le seguenti:

- 1) Biotronik Italia S.P.A CF. 09699320017
- 2) Boston Scientific S.P.A. C.F 11206730159
- 3) M.D.M. Srl C.F. 02097290924
- 4) MK SAS Di Paolo Pellegrini C.F. 02050550926
- 5) Medtronic Italia Spa C.F.09238800156
- 6) Prodifarm Spa C.F. 00138660907
- 7) Surgical Srl C.F.00452130925
- 8) TRX ITALY S.R.L. C.F.03409231200

Indi si prosegue con l'apertura dei file contenenti la documentazione amministrativa e con l'esame della regolarità della documentazione amministrativa caricata a sistema. I lotti per i quali le imprese sopra riportate presentano offerta sono i seguenti:

BIOTRONIK ITALIA SPA	1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 32, 33,
BOSTON SCIENTIFIC SPA	2, 4, 10, 16, 22, 25, 30, 31,
MDM SRL	1, 5, 8, 9,
MH SAS (GIA' MEDICA SAS)	18, 19
MEDTRONIC ITALIA SPA	1, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32

PRODIFARM SPA	1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 20, 24, 26, 27, 28, 29, 32,
SURGICAL SRL	1, 2, 4, 9, 12, 14, 22, 27, 33
TRX Italy SRL	35

Nessuna delle imprese concorrenti presenta riserva di subappalto.

Si riscontra che l'impresa TRX Italy Srl ha ricorso all'istituto dell'avvalimento per quanto attiene i requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art.42 comma 1 lett.A) del D.lgs 163/2006, e i requisiti di capacità economico finanziaria di cui all'art. 41 comma 1 lett. A) del D.Lgs 163/2006, ricorrendo all'impresa ausiliaria Medstep Srl. La commissione rileva che i requisiti di capacità tecnico professionale posseduti dalla concorrente in parola, autocertificati in atti di gara, erano già sufficienti.

L'impresa TRX Italy Srl ha presentato documentazione irregolare: si dispone per essa l'applicazione alla disciplina del soccorso istruttorio come da comunicazione **allegata** (da cui risultano anche le irregolarità riscontrate) e quindi si sospende la decisione della sua ammissione a fase successiva di gara fino allo scadere del termine assegnato (07/02/2016 ore 14:00).

Si dà atto che è stato effettuato l'accesso al casellario informatico presso il sito dell'Autorità www.autoritalavoripubblici.it e accertato che la imprese offerenti non sono state oggetto di provvedimenti sanzionatori che comportano l'esclusione dalla procedura in corso, (vedasi documento con i risultati della ricerca, agli atti del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale). Si precisa che l'accesso è stato effettuato anche per l'impresa Medstep Srl (ausiliaria di TRX Italy Srl).

Si dà atto inoltre che apposita comunicazione inerente gli esiti della verifica della documentazione amministrativa sarà pubblicata sul forum di gara.

A questo punto la commissione inizia l'apertura dei file contenenti la documentazione tecnica per una mera verifica inventariale.

Alle ore 11:30 si dichiara chiusa la seduta pubblica; la commissione decide di proseguire in seduta riservata per iniziare l'esame delle offerte tecniche pervenute. Alle ore 12:30, non avendo ancora concluso l'esame di tutta la documentazione tecnica delle offerte pervenute si decide di sospendere la seduta e di aggiornarla a data da concertarsi.

Del che si redige il presente verbale, composto di n.3 pagine, oltre che dell'allegato descritto in premessa, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.

Roberto Di Gennaro Firmato

Pierfranco Terrosu Firmato

Isabella Simongini Firmato

Annamaria Porcu Firmato

Esportazione forum

Oggetto gara: Gara per la stipula di accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici impiantabili per funzionalità cardiaca

Argomento 88: Patto di integrità

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p style="text-align: center;">Re:Patto di integrità</p> <p>"Buongiorno, stiamo verificando la documentazione richiesta per partecipare alla Gara. Nel Capitolato Speciale d'Appalto all' Articolo 7 patto di integrità, si fa riferimento all'allegato sub C.</p> <p>Nella documentazione scaricata non si rileva alcun allegato sub C, eccezion fatta per quello allegato alla Delibera composta da 57 pagine nelle pagine comprese tra la 31 e la 34. Potremmo anche stampare quella ma il file risulta poco leggibile. Potete provvedere al reinserimento del documento o stampiamo quello sopra citato? Grazie per la cortese risposta"</p> <p>In relazione al "patto di integrità", per mero errore materiale non è stato inserito un allegato a se stante, nonostante l'allegato C sia già stato inserito in delibera di autorizzazione a contrarre, allegata agli atti di gara. Si fornisce in atti di gara, pertanto, l'allegato C; ogni concorrente deve, dopo aver letto attentamente il documento: stamparlo, datarlo e firmarlo, e allegarlo alla restante documentazione amministrativa. Il file dovrà avere formato pdf con firma olografa.</p> <p>Con la propria firma, infatti, l'operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c.3 della presente scrittura (patto di integrità).</p>	14/10/2015 10:10

Argomento 90: DOCUMENTAZIONE TECNICA IN LINGUA ITALIANA

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p style="text-align: center;">Re:DOCUMENTAZIONE TECNICA IN LINGUA ITALIANA</p> <p>"Buonasera,</p> <p>con la presente siamo a richiedere il seguente quesito.</p> <p>Per documentazione tecnica in lingua italiana si intendono le schede tecniche e/o manuali dei dispositivi offerti?</p> <p>Per quanto concerne i Marchi CE la scrivente trasmette una dichiarazione autenticata riguardante il possesso delle certificazioni CE ed ISO corredata dalle copie delle predette certificazioni rilasciate in lingua originale dagli enti notificatori (inglese). Altresi' in merito alla letteratura scientifica trattandosi di studi scientifici internazionali questi sono redatti in lingua inglese e trattandosi di documentazione la cui dimensione e' notevole si chiede la possibilita' di presentarla in lingua originale.</p> <p>in attesa di cortese sollecito riscontro si porgono cordiali saluti</p> <p style="text-align: center;">Ufficio Gare</p> <p>Sono accettati in lingua originale attestato certificazione CE e certificati ISO.</p> <p>Per quanto attiene la lett. scientifica vale la regola generale di gara che richiede la lingua italiana per la valutazione tecnica; si consiglia pertanto quantomeno di allegare dei sunti in lingua italiana della documentazione scientifica ritenuta rilevante.</p>	14/10/2015 10:14

Argomento 93: COMUNICAZIONE INSERIMENTO NUOVO DOCUMENTO DI GARA

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p align="center">COMUNICAZIONE INSERIMENTO NUOVO DOCUMENTO DI GARA</p> <p>Si rende noto che in data odierna è stato inserito - tra la documentazione di gara ("Doc.gara-Allegata") - l'allegato amministrativo 6 al disciplinare, fino ad ora non disponibile per questioni tecniche</p>	13/10/2015 11:32

Argomento 100: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p align="center">Re:DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</p> <p>"BUONGIORNO, VORREMMO SAPERE SE OCCORRE ALLEGARE ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE; - ALLEGATO AMM.6 AL CAPITOLATO; - CAPITOLATO SPECIALE; - DISCIPLINARE TELEMATICO; - DISCIPLINARE DI GARA <p>TUTTI FIRMATI PER ACCETTAZIONE?</p> <p align="center">GRAZIE"</p> <p align="center">RISPOSTA: No. Tali documenti non sono richiesti.</p>	21/10/2015 10:55

Argomento 101: ALLEGATO 4

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p align="center">Re:ALLEGATO 4</p> <p>"CONFERMATE CHE, QUALORA L'ALLEGATO A SIA STATO FIRMATO DAL LEGALE RAPPRESENTANTE, NEL CASO DI S.A.S, QUESTI NON DEBBA COMPILARE ANCHE L'ALLEGATO 4?</p> <p align="center">GRAZIE"</p> <p align="center">RISPOSTA:</p> <p>L'allegato a , nella presente gara, compare solo come allegato al CSA, e non deve essere firmato.</p> <p>L'allegato a cui probabilmente si vuole fare riferimento è l'allegato Amministrativo 1. Poiché nell'all.amm.4 si riporta che "nel caso di s.a.s., la dichiarazione deve essere compilata dai soci accomandatari e dai direttori tecnici"</p> <p>E che il presente allegato non deve essere compilato:... se si sia già resa, per i soggetti di cui sopra, dichiarazione sostitutiva da parte del sottoscrittore dell'istanza come da allegato 1,</p> <p align="center">si conferma che – qualora il legale abbia già reso le dichiarazioni compilando e sottoscrivendo l'allegato amministrativo 1 non deve compilare e allegare l'allegato amministrativo 4.</p>	21/10/2015 10:57

Argomento 105: cnd

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p style="text-align: center;">Re:cnd</p> <p>"BUONASERA, VORREMMO CHIEDERVI COME MAI I LOTTI 18 E 19 HANNO CND DIFFERENTI NONOSTANTE SIANO STATI GIUSTAMENTE COLLOCATI SOTTO LA CATEGORIA "DISPOSITIVI IMPIANTABILI DIAGNOSTICI PER FUNZIONALITA' CARDIACA" E CHE QUINDI DOVREBBERO AVERE ENTRAMBI COME CND J010299.</p> <p style="text-align: center;">GRAZIE CORDIALI SALUTI"</p> <p style="text-align: center;">RISPOSTA: SI TRATTA DI UN ERRORE MATERIALE. ANCHE PER IL LOTTO 18 LA CND è J010299.</p>	27/10/2015 14:50

Argomento 113: AVVISO

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p style="text-align: center;">AVVISO</p> <p>Si prega di prestare attenzione a quanto si riporta di seguito: potrebbe essere necessario apportare rettifiche ad alcuni atti di gara con conseguente differimento dei termini per quanto riguarda la ricezione delle offerte. Le eventuali modifiche sono in istruttoria tecnica e si darà nuovo avviso appena possibile. Da questo momento sono sospese anche le risposte ai quesiti, fino a quando non verranno definite le eventuali modifiche agli atti di gara.</p>	27/10/2015 14:51

Argomento 117: AVVISO SOSPENSIONE TERMINI DI GARA

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p style="text-align: center;">AVVISO SOSPENSIONE TERMINI DI GARA</p> <p>Con questo avviso si comunica che sono sospesi tutti i termini di scadenza e le sedute indicati al Timing di gara dal numero 3 in poi. Con successivo avviso verrà pubblicato nuovo timing di gara. Si ribadisce che sono sospese anche le risposte ai quesiti, fino a quando non verranno definite le eventuali modifiche agli atti di gara.</p>	29/10/2015 14:07

Argomento 147: Rettifica documenti di gara e schema temporale (timing)

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p style="text-align: center;">Rettifica documenti di gara e schema temporale (timing)</p> <p>In relazione alla gara relativa alla "procedura aperta telematica - accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici impiantabili per funzionalità cardiaca"</p> <p style="text-align: center;">si rende noto quanto segue:</p> <p>il termine ultimo di presentazione delle offerte, incluse firma e marcatura temporale delle offerte economiche è differito al 12/01/2016 ore 12:00 . Tutte le altre modifiche apportate al timing e agli altri atti di gara sono contenute nei nuovi documenti pubblicati. Si specifica, inoltre, che non sono fornite le risposte ad alcuni quesiti in quanto vi sono rettifiche agli atti di gara che includono tali risposte.</p>	04/12/2015 12:43

Argomento 149: FOGLIETTI ILLUSTRATIVI E ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p align="center">Re:FOGLIETTI ILLUSTRATIVI E ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE CE</p> <p align="center">"Documentazione tecnica, rif.to 3) foglietti illustrativi 4) attestato di certificazione CE</p> <p>Si chiede conferma in merito alla possibilità di omettere la presentazione della suindicata documentazione, inserendo al suo posto dichiarazione che i documenti richiesti sono disponibili nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici e fornendo per ogni prodotto il rispettivo numero di iscrizione al sito del Ministero e della relativa classe CND."</p> <p align="center">RISPOSTA</p> <p>Si conferma quanto indicato. I concorrenti possono omettere – nell'ambito della documentazione tecnica – i documenti di cui al Disciplinare di Gara – DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA, Lett.b) sub 3) e sub 4) con una dichiarazione, datata e firmata, che attesti che tutte le informazioni ivi contenute sono disponibili nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici, e fornendo per ogni prodotto il rispettivo numero di iscrizione al sito del Ministero e della relativa classe CND.</p>	11/12/2015 14:38
Ente	<p align="center">Re:MODULO OFFERTA A PREZZI UNITARI</p> <p align="center">"BUONASERA, VORREMMO SAPERE SE SIA CONSENTITO, ALL'INTERNO DEL" MODULO OFFERTA A PREZZI UNITARI", INSERIRE RIGHE PER L'EVENTUALE INSERIMENTO DI ACCESSORI IN SCONTO MERCE. GRAZIE."</p> <p align="center">RISPOSTA SI</p>	14/12/2015 15:55

Argomento 152: CRITERIO VALUTATIVO 2: PREZZO

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p align="center">Re:CRITERIO VALUTATIVO 2: PREZZO</p> <p>"Relativamente al criterio di assegnazione punteggio economico, si chiede di specificare se Ra ed Rmax fanno riferimento al valore prezzo di offerta oppure al valore di ribasso rispetto alla base d'asta oppure ancora al ribasso percentuale. Nel caso fosse relativo al valore dell' offerta, sembrerebbero invertiti il numeratore ed il denominatore della formula per il calcolo di V(a)i."</p> <p align="center">RISPOSTA</p> <p>Relativamente al criteri di assegnazione punteggio economico si specifica che sono ben definiti a pag. 29 del Disciplinare di gara.</p> <p>Nella compilazione dello schema di offerta, deve essere inserito nella cella apposita di ciascun lotto il valore che si sta offrendo.</p> <p>Una volta inserito il valore offerto – lotto per lotto - il software gestionale CSAMed elabora automaticamente il ribasso percentuale offerto rispetto alla base d'asta, che è poi utilizzato per l'attribuzione del punteggio prezzo.</p>	14/12/2015 15:53
Ente	<p align="center">Re:Re:Re:CRITERIO VALUTATIVO 2: PREZZO</p> <p align="center">"Si richiedono maggiori chiarimenti in merito.</p> <p align="center">Infatti, se come indicato a pag. 29 del Disciplinare,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li align="center">• $V(a)_i = Ra/R_{max}$ <li align="center">• Ra = valore offerto dal concorrente a <li align="center">• Rmax = valore dell'offerta più conveniente <p>allora, essendo Rmax il valore dell'offerta più conveniente (vale a dire l'offerta di importo minore), V(a)i risulterebbe essere un numero maggiore di 1 e non variabile da 0 a 1 come indicato nella suddetta pag. 29 del Disciplinare. Di conseguenza, il punteggio economico risulterebbe maggiore di 40, ma ciò non è possibile."</p> <p align="center">RISPOSTA RISPOSTA</p> <p align="center">Il rapporto Ra/Rmax deve essere inteso come ribasso offerto dal concorrente/ ribasso massimo</p>	18/12/2015 11:58

	<p>infatti in caso di ribasso massimo si è in presenza dell'offerta più conveniente: al denominatore vi sarà il ribasso maggiore tra quelli offerti dai concorrenti (calcolato come base asta – offerta minima pervenuta) mentre al numeratore il ribasso offerto dal concorrente in esame (calcolato come base asta – offerta fornitore corrente). Ecco perché si ottiene un numero variabile tra 0 e 1.</p> <p>Il concorrente, come indicato più volte nel Disciplinare e nel Disciplinare telematico, e come ribadito anche nella risposta al primo quesito, dovrà inserire nella cella il valore che si sta offrendo per il lotto (e non il ribasso percentuale).</p> <p>Il calcolo del ribasso percentuale offerto rispetto alla base d'asta verrà elaborato automaticamente dal software gestionale CSAMed. Per l'attribuzione del punteggio verrà, appunto, utilizzato tale ribasso percentuale.</p>	
--	---	--

Argomento 154: CHIARIMENTO ACCORDO QUADRO

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p style="text-align: center;">Re:CHIARIMENTO ACCORDO QUADRO</p> <p>"Buongiorno, in relazione alla gara che prevede la stipula di accordi quadro siamo a chiedere maggiori delucidazioni in merito alla modalita' di aggiudicazione dei lotti ovvero quante ditte aggiudicatarie saranno prese in considerazione e le percentuali di suddivisione dei singoli lotti (esempio: 1 aggiudicatario 60%- 2 aggiudicatario..... - 3 aggiudicatario.....) Cordiali Saluti"</p> <p style="text-align: center;">RISPOSTA</p> <p>Come si riporta all'art.3 del CSA, gli accordi quadro saranno sottoscritti con un operatore economico per lotto. Pertanto non vi sarà alcuna suddivisione dei singoli lotti tra più aggiudicatari.</p>	18/12/2015 11:59

Argomento 155: MODULO OFFERTA

Autore	Messaggio	Data
Fornitore	<p style="text-align: center;">Re:MODULO OFFERTA</p> <p>"Nel Timing di gara si fa riferimento ad uno "SchemaOfferta_.xls" da firmare e marcare temporalmente. Confermate trattarsi, invece, del modulo presente tra la documentazione e denominato "Dettaglio Offerta a prezzi unitari", come indicato altresì nel Disciplinare di Gara?"</p> <p>Rettifico in parte: il suindicato "SchemaOfferta_.xls" è il file che sarà messo a disposizione a partire dal 05/01/2016 e che dovrà essere caricato a sistema il giorno 02/02/2016; il file "Dettaglio Offerta a prezzi unitari" dovrà invece essere caricato a sistema il giorno 03/02/2016. Corretto?"</p>	15/12/2015 15:14
Ente	<p style="text-align: center;">Re:Re:MODULO OFFERTA</p> <p>""Nel Timing di gara si fa riferimento ad uno "SchemaOfferta_.xls" da firmare e marcare temporalmente. Confermate trattarsi, invece, del modulo presente tra la documentazione e denominato "Dettaglio Offerta a prezzi unitari", come indicato altresì nel Disciplinare di Gara?"</p> <p>Rettifico in parte: il suindicato "SchemaOfferta_.xls" è il file che sarà messo a disposizione a partire dal 05/01/2016 e che dovrà essere caricato a sistema il giorno 02/02/2016; il file "Dettaglio Offerta a prezzi unitari" dovrà invece essere caricato a sistema il giorno 03/02/2016. Corretto?"</p> <p style="text-align: center;">RISPOSTA</p> <p>E' corretto. "schema Offerta_.xls" è il file che sarà messo a disposizione a partire dal 05/01/2016 e che dovrà essere caricato a sistema il giorno 02/02/2016; il file "Dettaglio Offerta a prezzi unitari" dovrà essere caricato a sistema il giorno 03/02/2016.</p>	18/12/2015 12:03

Argomento 157: DOCUMENTAZIONE TECNICA COMUNE A DIVERSI LOTTI DI PARTECIPAZIONE

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p>Re:DOCUMENTAZIONE TECNICA COMUNE A DIVERSI LOTTI DI PARTECIPAZIONE</p> <p>"Con la presente chiediamo di confermare la possibilità di inserire solo una volta la documentazione tecnica comune a più lotti di partecipazione (riportando i numeri di lotto a cui si riferisce), visto il limitato spazio disponibile per l'upload della documentazione stessa."</p> <p>RISPOSTA</p> <p>Si conferma la possibilità di inserire la documentazione tecnica comune a più lotti di partecipazione, purché si evidenzi in maniera chiara ed inequivocabile a quali lotti si riferisce</p>	22/12/2015 10:18

Argomento 158: SPAZIO DI 32 MB PER UPLOAD DOCUMENTAZIONE TECNICA

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p>Re:SPAZIO DI 32 MB PER UPLOAD DOCUMENTAZIONE TECNICA</p> <p>"Si chiede se possibile incrementare lo spazio consentito per la documentazione tecnica, vista la consistenza della documentazione stessa che deve essere presentata."</p> <p>RISPOSTA</p> <p>Verrà incrementato lo spazio per l'Upload della documentazione tecnica, fino a 5 volte lo spazio messo a disposizione fino ad ora: verranno creati 5 spazi che permetteranno il caricamento – in ciascuno - di una cartella zip di 32 MB.</p>	22/12/2015 10:21

Argomento 163: Garanzia provvisoria e copertura sanzione pecuniaria

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p>Re:Garanzia provvisoria e copertura sanzione pecuniaria</p> <p>"Buongiorno, riguardo la garanzia provvisoria: "la garanzia copre anche le sanzioni per necessità di regolarizzare la documentazione ex art 38 comma 2bis del Codice che è determinata nella misura massima prevista dalla Legge (1% del valore a base di gara), considerata la strategicità per l'azienda del rispetto dei tempi minimi possibili di espletamento dell'appalto" Siamo a richiedere gentilmente di confermare se: la percentuale della sanzione sia effettivamente dell' 1% del valore a base di gara e se l'importo della cauzione provvisoria garantisca anche la sanzione pecuniaria oppure se deve essere incrementato. Grazie "</p> <p>RISPOSTA</p> <p>Si conferma che la percentuale della sanzione è pari all'1% del valore a base di gara (valore riferito però ai lotti per i quali si presenta offerta), tenendo conto che il tetto massimo previsto dalla legge è pari ad € 50.000,00 . Qualora vi siano i presupposti per il soccorso istruttorio, l'impresa partecipante potrà, se lo vorrà (in caso contrario sarà escluso dalla gara): 1) provvedere all'integrazione documentale che verrà richiesta, all'uopo; 2) provvedere al pagamento della sanzione a mezzo, alternativamente - bonifico dell'importo della sanzione sul conto intestato all'Azienda Sanitaria - escussione della garanzia provvisoria già presentata; solo in questo caso l'impresa</p>	29/12/2015 10:32

partecipante dovrà provvedere al reintegro della cauzione presentata per lo stesso importo della sanzione, specificando che essa è ancora valida per i lotti per i quali si partecipa (indicare i lotti e gli importi della garanzia)
 Si conferma quindi che la garanzia provvisoria copre anche le sanzioni nel caso in cui l'impresa partecipante decida di avvalersi del soccorso istruttorio, secondo la procedura sopra riassunta, in perfetta conformità alle previsioni del Codice e delle disposizioni interpretative ANAC.

Argomento 165: Richiesta chiarimenti tecnici

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p style="text-align: center;">Re:Richiesta chiarimenti tecnici</p> <p>"1) Lotto 28, "Defibrillatore automatico impiantabile bicamerale con sensore DDDR di fascia alta", tra i requisiti è richiesto: "erogazione di ATP durante la carica dei condensatori in caso di successo con ATP durante carica". Per le informazioni attualmente in nostro possesso, tale caratteristica risulta essere esclusiva di un'azienda. Pertanto, come indicato nell'art. 4 del CSA PACEMAKER dove si fa riferimento al criterio di equivalenza, si chiede di voler considerare idonei tutte le tipologie di ATP (pre e/o durante carica) in zona FV. A tal proposito, inoltre, non vi è nessuna evidenza scientifica sul beneficio clinico dell'ATP durante carica rispetto all'ATP pre carica e si garantisce la più ampia partecipazione alla gara.</p> <p>2) Lotto 33, "Defibrillatore tricamerale con sensore per il trattamento dello scompenso cardiaco con commutazione automatica in DDD" - cosa si intende per "commutazione automatica in DDD"?</p> <p>3) Lotto 1, alla voce: "programmabilità delle funzioni antibradicardiche comprensive della gestione della caduta di frequenza", quali parametri antibradicardici vengono presi in considerazione per l'assegnazione del punteggio?</p> <p>4) Lotti 2, 3 e 4, alla voce: "programmabilità delle funzioni antibradicardiche", quali parametri antibradicardici vengono presi in considerazione per l'assegnazione del punteggio?</p> <p>5) Come indicato nella prima versione del CSA PACEMAKER, in riferimento al nuovo Capitolato Speciale d'Appalto per ogni singolo lotto esistono basi d'asta separate per il dispositivo e gli elettrocateri?</p> <p>6) Lotto 3, "Pace Maker SSI-R, monocamerale con sensore di fascia media, multi programmabile, comprensivo di garanzia ed assistenza tecnica", è richiesto tra le caratteristiche funzionali: "funzione sonno guidata dal sensore". Attualmente sul mercato esistono diverse tipologie di funzioni sonno ed in virtù del principio di equivalenza, ai sensi della direttiva sui dispositivi medici CEE 93/42 ripreso nell'art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, assolvono alla stessa destinazione d'uso. Si chiede quindi di inserire la clausola "equivalente" al fine di garantire la più ampia partecipazione.</p> <p>7) Lotto 24, "Defibrillatore automatico impiantabile monocamerale SSI-R dedicata allo scompenso cardiaco, compatibile con RMN, con connessioni IS1-DF1 e IS1-DF4, garanzia e assistenza tecnica", la compatibilità con RMN è da intendersi per entrambi i modelli IS1-DF1 e IS1-DF4?</p> <p>8) All'interno dell'allegato B sono indicati i punteggi massimi associati a ciascuna voce. In che modo vengono ripartiti? In che modo viene associato il punteggio massimo? Come vengono assegnati i punteggi ai dispositivi che, secondo insindacabile giudizio della commissione non presenta, o presenta in parte la caratteristica richiesta? Esiste un criterio lineare? Ponderale? Oppure è la media dei voti della commissione giudicatrice?</p> <p>9) Esiste un punteggio tecnico minimo, sotto al quale si viene esclusi dai lotti?</p> <p style="text-align: center;">"</p> <p style="text-align: center;">RISPOSTA</p>	04/01/2016

<p>Quesito 1. Ogni ditta può offrire il proprio dispositivo che sarà comunque valutato dal punto di vista qualitativo con le caratteristiche di ATP che possiede. Per quanto riguarda, inoltre, il criterio di equivalenza, si legga quanto risposto al quesito nr.6.</p> <p>Quesito 2. Si intende commutazione automatica dalla modalità di stimolazione AAI in DDD (nel caso la stimolazione bi-ventricolare non sia del 100%)</p> <p>Quesito 3. Vengono prese in considerazione tutte le caratteristiche antibradicardiche comprensive della gestione della caduta di frequenza implementate sul dispositivo (programmabilità frequenza base, algoritmo per le variazioni improvvise della frequenza cardiaca, ecc)</p> <p>Quesito 4. Vengono prese in considerazione tutte le caratteristiche antibradicardiche comprensive della gestione della caduta di frequenza implementate sul dispositivo (programmabilità frequenza base, algoritmo per le variazioni improvvise della frequenza cardiaca, ecc)</p> <p>Quesito 5. Non esistono basi d'asta separate per i sub componenti di ciascun lotto, né nella versione ultima di CSA né nella versione precedente. A pag.25 del Disciplinare di gara si riporta "La Ditta concorrente dovrà inserire nella piattaforma la propria migliore offerta economica per ogni lotto.La base d'asta – lotto per lotto – è data dal valore annuo ed è indicata nell'allegato A al CSA e nell' ALLEGATO AMMINISTRATIVO 6 al presente disciplinare di gara." A pag 8 del disciplinare telematico si riporta "..... mediante inserimento del valore annuo offerto – lotto per lotto - IVA esclusa... Prima di inserire il valore offerto per ogni lotto, il concorrente è tenuto a considerare attentamente il valore annuale posto a base d'asta, in quanto l'inserimento di un valore superiore determinerà l'esclusione dell'offerta non congrua" Si specifica che nella priva versione di CSA i prezzi unitari dei sub componenti il lotto indicati nell'allegato A erano puramente indicativi, ed inseriti esclusivamente per evidenziare come era stato determinato il valore a base d'asta del lotto. Nell'ultima versione pubblicata di CSA sono stati eliminati poiché avrebbero potuto indurre in errore, nonostante sia ben specificato in atti di gara che il valore a base d'asta è riferito al valore complessivo di ciascun lotto</p> <p>Quesito 6. Ogni ditta può offrire il proprio dispositivo che sarà valutato dal punto di vista qualitativo con le caratteristiche della funzione sonno che possiede. Non è necessaria alcuna integrazione delle caratteristiche richieste in atti di gara, posta l'esistenza dell'art. 68 comma 4 del D.lgs 163/2006 : la prova dell'equivalenza deve essere fornita completa ed esaustiva in offerta tecnica da parte del concorrente. Si ricorda a tal proposito che sull'offerta tecnica non è possibile alcuna integrazione: nel Disciplinare di gara a pag 24 ultima riga si riporta: " in nessun caso sarà ammessa l'integrazione di un'offerta inesatta o lacunosa nella parte tecnica. "</p> <p>Quesito 7. No, la compatibilità è richiesta solo per la connessione IS1-DF4</p> <p>Quesito 8. Si invitano gli offerenti, in merito ai quesiti posti, a leggere attentamente tutti gli atti di gara, in particolare le schede prodotto di cui all'allegato B, il Disciplinare di gara, in particolare al sottoparagrafo "Criteri valutativo 1. Qualità dell'offerta"</p> <p>Quesito 9 . Si, come riportato in Disciplinare di gara, a pag.28 "Le offerte che non raggiungeranno il punteggio minimo di 35/60 dopo la riparazione, non saranno ammesse alle successive fasi di gara."</p>	
--	--

Argomento 170: COSTO DELLE PUBBLICAZIONI SUI QUOTIDIANI

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p>COSTO DELLE PUBBLICAZIONI SUI QUOTIDIANI</p> <p>Si comunica che il costo delle pubblicazioni sui quotidiani, di cui al secondo periodo del comma sette dell'art 66 del D.lgs 163/2006, è pari ad € 3.060,00 netto Iva (€ 3.733,20 Iva 22% inclusa). Tali spese, ai sensi dell'art 34 comma 35 della Legge 221/2012, saranno ripartite tra gli aggiudicatari dei vari lotti proporzionalmente alla loro incidenza sul valore complessivo dell'appalto stimato ex ante. Gli aggiudicatari dovranno provvedere al rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione</p>	04/01/2016 12:55

definitiva, come previsto dal Disciplinare di gara.

Data di creazione: 04/01/2016

Esportazione forum

Oggetto gara: Lotto 35 - Involucro antibatterico per pacemaker e defibrillatori impiantabili

Argomento 94: COMUNICAZIONE INSERIMENTO NUOVO DOCUMENTO DI GARA

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p style="text-align: center;">COMUNICAZIONE INSERIMENTO NUOVO DOCUMENTO DI GARA</p> <p>Si rende noto che in data odierna è stato inserito - tra la documentazione di gara ("Doc.gara-Allegata") - l'allegato amministrativo 6 al disciplinare, fino ad ora non disponibile per questioni tecniche</p>	13/10/2015 11:33

Argomento 97: PATTO DI INTEGRITA'

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p style="text-align: center;">PATTO DI INTEGRITA'</p> <p>In relazione al "patto di integrità", per mero errore materiale non è stato inserito un allegato a se stante, nonostante l'allegato C sia già stato inserito in delibera di autorizzazione a contrarre, allegata agli atti di gara. Si fornisce in atti di gara, pertanto, l'allegato C; ogni concorrente deve, dopo aver letto attentamente il documento: stamparlo, datarlo e firmarlo, e allegarlo alla restante documentazione amministrativa. Il file dovrà avere formato pdf con firma olografa.</p> <p>Con la propria firma, infatti, l'operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 c.3 della presente scrittura (patto di integrità).</p>	14/10/2015 10:16

Argomento 98: DOCUMENTAZIONE TECNICA IN LINGUA ITALIANA

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p style="text-align: center;">DOCUMENTAZIONE TECNICA IN LINGUA ITALIANA</p> <p>Sono accettati in lingua originale attestato certificazione CE e certificati ISO. Per quanto attiene la lett. scientifica vale la regola generale di gara che richiede la lingua italiana per la valutazione tecnica; si consiglia pertanto quantomeno di allegare dei sunti in lingua italiana della documentazione scientifica ritenuta rilevante.</p>	14/10/2015 10:18

Argomento 103: DOCUMENTAZIONE DA NON ALLEGARE

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p style="text-align: center;">DOCUMENTAZIONE DA NON ALLEGARE</p> <p>Si avvisa che i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - autorizzazione a contrarre; - allegato amm.6 al capitolato; - capitolato speciale; - disciplinare telematico; - disciplinare di gara 	21/10/2015 11:14

	Non devono essere firmati per accettazione e allegati alla documentazione amministrativa.	
--	---	--

Argomento 104: ALLEGATO AMMINISTRATIVO 4

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p align="center">ALLEGATO AMMINISTRATIVO 4</p> <p>Si ribadisce che poiché nell'all.amm.4 si riporta che "nel caso di s.a.s., la dichiarazione deve essere compilata dai soci accomandatari e dai direttori tecnici" E che il presente allegato non deve essere compilato:... se si sia già resa, per i soggetti di cui sopra, dichiarazione sostitutiva da parte del sottoscrittore dell'istanza come da allegato 1,</p> <p>si conferma che – qualora il legale abbia già reso le dichiarazioni compilando e sottoscrivendo l'allegato amministrativo 1 non deve compilare e allegare l'allegato amministrativo 4.</p>	21/10/2015 11:15

Argomento 114: Avviso

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p align="center">Avviso</p> <p>Si prega di prestare attenzione a quanto si riporta di seguito: potrebbe essere necessario apportare rettifiche ad alcuni atti di gara con conseguente differimento dei termini per quanto riguarda la ricezione delle offerte. Le eventuali modifiche sono in istruttoria tecnica e si darà nuovo avviso appena possibile. Da questo momento sono sospese anche le risposte ai quesiti, fino a quando non verranno definite le eventuali modifiche agli atti di gara.</p>	28/10/2015 10:11

Argomento 118: AVVISO SOSPENSIONE TERMINI DI GARA

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p align="center">AVVISO SOSPENSIONE TERMINI DI GARA</p> <p>Con questo avviso si comunica che sono sospesi tutti i termini di scadenza e le sedute indicati al Timing di gara dal numero 3 in poi. Con successivo avviso verrà pubblicato nuovo timing di gara. Si ribadisce che sono sospese anche le risposte ai quesiti, fino a quando non verranno definite le eventuali modifiche agli atti di gara.</p>	29/10/2015 14:09

Argomento 148: Rettifica documenti di gara e schema temporale (timing)

Autore	Messaggio	Data
Ente	<p align="center">Rettifica documenti di gara e schema temporale (timing)</p> <p>In relazione alla gara relativa alla "procedura aperta telematica - accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici impiantabili per funzionalità cardiaca"</p> <p align="center">si rende noto quanto segue:</p> <p>il termine ultimo di presentazione delle offerte, incluse firma e marcatura temporale delle offerte economiche è differito al 12/01/2016 ore 12:00 . Tutte le altre modifiche apportate al timing e agli altri atti di gara sono contenute nei nuovi documenti pubblicati. Si specifica, inoltre, che non sono fornite le risposte ad alcuni quesiti in quanto vi sono rettifiche agli atti di gara che includono tali risposte.</p>	04/12/2015 12:48

Argomento 151: AVVISO INERENTE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA

Autore	Messaggio	Data
Ente	AVVISO INERENTE LA DOCUMENTAZIONE TECNICA I concorrenti possono omettere – nell'ambito della documentazione tecnica – i documenti di cui al Disciplinare di Gara – DEPOSITO TELEMATICO DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA, Lett.b) sub 3) e sub 4) con una dichiarazione, datata e firmata, che attesti che tutte le informazioni ivi contenute sono disponibili nel Repertorio Nazionale dei dispositivi medici, e fornendo per ogni prodotto il rispettivo numero di iscrizione al sito del Ministero e della relativa classe CND.	11/12/2015 14:40

Argomento 171: COSTO DELLE PUBBLICAZIONI SUI QUOTIDIANI

Autore	Messaggio	Data
Ente	COSTO DELLE PUBBLICAZIONI SUI QUOTIDIANI Si comunica che il costo delle pubblicazioni sui quotidiani, di cui al secondo periodo del comma sette dell'art 66 del D.lgs 163/2006, è pari ad € 3.060,00 netto Iva (€ 3.733,20 Iva 22% inclusa). Tali spese, ai sensi dell'art 34 comma 35 della Legge 221/2012, saranno ripartite tra gli aggiudicatari dei vari lotti proporzionalmente alla loro incidenza sul valore complessivo dell'appalto stimato ex ante. Gli aggiudicatari dovranno provvedere al rimborso entro sessanta giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, come previsto dal Disciplinare di gara.	05/01/2016 12:01

Data di creazione: 05/01/2016

PG/2016/ 3305

Olbia 28/01/2016

Spett.li
TRX ITALY SRL
Via Speranza nr.35
San Lazzaro di Savena (BO)
e-mail into@trxitaly.it
PEC trxitaly@pec.it

ZURICH SPA

Servizio Bilancio Aziendale

OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA D.M. IMPIANTABILI PER FUNZIONALITA' CARDIACA

LOTTO 35 – ACCERTAMENTO DI PARZIALE IRREGOLARITA' DELLA DOCUMENTAZIONE ED AMMISSIONE AL C.D. "SOCCORSO ISTRUTTORIO" (ARTT. 38 C. 2 BIS E 46 COMMA 1 – TER DEL D.LGS 163/06) – ASSEGNAZIONE TERMINE

Nella seduta pubblica di ieri si è accertato quanto segue.

Codesta spettabile impresa ha ritenuto di ricorrere, per quanto riguarda il requisito di capacità tecnico professionale, richiesto in disciplinare a pag.11-12, all'istituto dell'avvalimento, mediante il quale l'impresa ausiliaria Medstep Srl si è obbligata nei confronti della TRX Italy Srl a fornire il requisito mancante e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Si specifica che, in base alle informazioni presenti nei documenti depositati, il requisito di capacità tecnico professionale di cui all'art.42 comma 1 lett.A) del D.lgs 163/2006 posseduti da codesta spettabile impresa erano già sufficienti, senza la necessità di ricorrere all'avvalimento, in quanto è stato richiesto quanto segue:

La dimostrazione del possesso della capacità tecnico-professionale delle imprese concorrenti è fornita attraverso la presentazione dell'elenco delle principali forniture analoghe a quelle poste in gara effettuate negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici e privati delle forniture stesse; costituisce requisito minimo di ammissione l'aver effettuato almeno 2 forniture analoghe a quelle poste in gara nel triennio precedente a quello in corso, senza limiti di valore.

Pertanto, l'aver effettuato almeno 2 forniture analoghe a quelle poste in gara, anche solo nel 2015, era già sufficiente per soddisfare il requisito minimo richiesto.

Rileva invece porre l'attenzione sui requisiti di capacità economico finanziaria di cui all'art. 41 comma 1 lett. A) del D.Lgs 163/2006, richiesti in disciplinare:

Sono ammesse a presentare offerta le imprese concorrenti che dimostrino il possesso della capacità finanziaria ed economica attraverso la Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993 n.385.

Codesta spettabile impresa ha depositato due dichiarazioni Bancarie dello stesso istituto di credito Unicredit Spa, riferite una all'impresa ausiliata TRX Srl e una alla ausiliaria Medstep Srl.

Manca quindi la referenza di un istituto bancario a favore di TRX Srl, né la referenza prodotta dalla società Medstep Srl può sopperire alla carenza.

Ciò premesso e visti:

- il D.Lgs 163/06 con particolare riferimento all'art. 46 commi 1 – bis e 1- ter, 38 comma 2- bis del D.Lgs 163/06;
- il bando ed il disciplinare di gara con riferimento in particolare a quanto previsto dalle "Premesse" - pag. 6, dall'art. 2 – pag. 11 e 12;
- la determinazione ANAC 1/2015 ed il comunicato del Presidente ANAC 25/03/2015,

cui si rinvia a giustificazione normativa del presente provvedimento, si è deciso quanto segue:

- codesta Impresa è ammessa al soccorso istruttorio;
- la decisione di avvalersi o meno del soccorso istruttorio è demandata a codesta Impresa;
- qualora codesta Impresa decida di avvalersi del soccorso istruttorio, le condizioni cui dovrà ottemperare sono le seguenti:
 - a) dovrà comunicarlo a quest'Azienda con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante, caricato sulla scheda trattativa;
 - b) dovrà pagare l'importo di € 1.579,20 (1% del valore complessivo del lotto per il quale è stata presentata offerta);
 - c) dovrà eventualmente reintegrare la cauzione provvisoria per lo stesso importo (vedasi oltre)

Nel caso in cui si decida di avvalersi dell'istituto del soccorso istruttorio, il termine per l'integrazione documentale è fissato al 07/02/2016 – ore: 14:00; trattasi di termine perentorio, ed il suo decorso infruttuoso comporterà l'esclusione dell'offerta.

L'integrazione documentale necessaria, da caricare su apposito spazio "Documentazione integrativa – soccorso istruttorio" della scheda trattativa di gara, in formato .zip firmato digitalmente, entro tale data è la seguente:

- a) comunicazione a quest'Azienda con formale atto sottoscritto dal legale Rappresentante;
- b) **bonifico pari all'importo di € 1.579,20** (1% del valore complessivo del lotto per il quale si presenta offerta) **o, in alternativa:** 1- **ordine a ZURICH di versare all'Asl di Olbia l'importo complessivo di € 1.579,20** mediante bonifico sul conto intestato all'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia – IBAN IT61K0101584980000070188497, indicando la causale del versamento e caricando copia scannerizzata dell'ordine di bonifico in scheda trattativa;
- c) **(SOLO NEL CASO L'IMPRESA NON SI AVVALGA DELLA POSSIBILITA' DI PROVVEDERE DIRETTAMENTE AL PAGAMENTO DELL'IMPORTO DELLA SANZIONE DI € 1.579,20.) reintegrazione della cauzione provvisoria:** nel caso in cui TRX SRL disponga che il pagamento dell'importo di € 1.579,20 sia pagato escutendo la polizza ZURICH, si dovrà provvedere alla reintegrazione TOTALE dell'intera cauzione provvisoria per l'intero importo di € 1.579,20, caricando copia del reintegro della cauzione provvisoria sulla scheda trattativa.
- d) **dichiarazione bancaria – emessa a favore della stessa TRX Srl di altro istituto di credito, diverso da Unicredit Spa, anche in questo caso, caricando copia di tale dichiarazione sulla scheda trattativa.**
- e) N.b: nell'ipotesi in cui TRX SRL decida di avvalersi del soccorso istruttorio e disponga che la sanzione, per l'importo parziale di € 1.579,20, debba essere pagata escutendo la polizza ZURICH NR.703°6298, la presente costituisce già formale richiesta di escussione da parte della Asl 2 di Olbia.

Nel mentre la procedura di gara prosegue regolarmente.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio Provveditorato
E Amministrazione Patrimoniale
(Avv. Roberto Di Gennaro)
firmato**