

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 323 DEL 14/04/2016

OGGETTO: CIG Z52193F38D - Manutenzione urgente dell'impianto di climatizzazione presso la Camera Iperbarica in la Maddalena tramite ODA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa/CONSIP

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 14/04/2016	Al 29/04/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- Su** conforme proposta del Direttore del Servizio Tecnico;
- Premesso** che a seguito dell'accertata necessità, riscontrata presso la camera Iperbarica esistente all'interno del P.O. "Paolo Merlo" in la Maddalena, così come si evince dalla documentazione allegata, è necessario provvedere alla manutenzione urgente dell'impianto di climatizzazione;
- Richiamato** il decreto legge 07/05/2012 n. 52 convertito dalla legge 06/07/2012 n. 94, e il decreto legge 06/07/2012 n. 95 convertito dalla legge 07/08/2012 n. 135 che integrano e modificano la disciplina dell'acquisizione dei beni e servizi per:
- a) estendere i casi in cui è obbligatorio il ricorso alla convenzione quadro CONSIP e alle convenzioni stipulata da centrali regionali di committenza;
 - b) estendere l'obbligo del ricorso al mercato elettronico;
 - c) rafforzare la sanzione in caso di violazione di tali obblighi;
- Accertato**
- che nel M.E.P.A. (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), gestito da CONSIP per conto del Ministero delle Economia e delle Finanze, esistono prodotti attinenti il servizio di che trattasi "MATEL103";
 - che l'art. 328 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. prevede che le stazioni appaltanti avvalendosi del mercato elettronico possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:
 - a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 - b) in applicazione della procedura di acquisto in economia di cui al capo II;
- Considerato**
- che il ricorso al mercato elettronico CONSIP favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non discriminazione, di snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
 - che il ricorso al mercato elettronico CONSIP consente nell'immediato l'individuazione a parità di qualità di prodotto, del soggetto che offre il bene al prezzo più basso;
 - che è possibile effettuare acquisto attraverso MEPA di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione dell'ordine diretti di acquisto (OdA) e la richiesta di offerta (RdO);
 - che per i prodotti di cui al servizio di che trattasi non sono attive convenzioni CONSIP mentre risultano presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito dalla stessa CONSIP;
 - che l'oggetto del contratto è l'individuazione di un operatore economico a cui affidare la manutenzione urgente dell'impianto di climatizzazione da eseguirsi presso la camera Iperbarica esistente all'interno del P.O. "Paolo Merlo" in la Maddalena;
 - che avvalendosi della piattaforma MePA per il mercato elettronico CONSIP, sono stati esaminati i cataloghi delle imprese accreditate sul mercato elettronico e, successivamente, individuati alle migliori condizioni, nel catalogo della ditta El.Co. Service srl – via Savoia n°31, 07100 Sassari;
 - che, in data 04/04/2016 si è proceduto, ai sensi dell'Articoli 47, 48 delle "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione", alla creazione dell'Ordine Diretto d'Acquisto n. 2856860 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePa (all.to 2 salvato in bozza), alla Ditta El.Co. Service srl – via Savoia n°31, 07100 Sassari, per una spesa complessiva pari a € 7.200,00 oltre IVA al 22%;

Ritenuto opportuno procedere ai sensi dell'Articolo 49 delle "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione", mediante la trasmissione dell'Ordine Diretto d'Acquisto (OdA N.2856860 del 04/04/2016), sottoscritto con firma digitale, alla ditta individuata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione CONSIP, ai sensi della normativa sopra richiamata;

Acquisito il CIG della procedura n. [Z52193F38D](#) al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.;

VISTI il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D. Lgs. n. 163/2006 e il DPR n.207/2010;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare il documento di stipula relativo all'ODA CONSIP N. 2856860 del 04/04/2016, elaborato automaticamente dalla piattaforma elettronica CONSIP, che allegato in bozza al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale, per un importo pari a € 7.200,00 oltre IVA al 22%;

- di dare atto che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio dei documenti di Offerta e Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per gli acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle " *Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione*";

- di provvedere a rendere definitivo l'ordine sulla piattaforma elettronica CONSIP, mediante il caricamento sulla stessa del documento firmato digitalmente;

- di imputare la spesa necessaria, secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	DESCRIZIONE CONTO	IMPORTO (inclusa IVA al 22%)
2016	UA2_TEC	1	A102020301	Impianti	8.784,00

- di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti di competenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Tecleme

Ing. Paolo Tauro

Rapporto di Intervento N° 523/1

Cliente:	054-La Maddalena INGEGNERIA BIOMEDICA SANTA LUCIA	
Via:	Isola La Maddalena	Città: La Maddalena
Impianto:	La Maddalena - P.O. GIOVANNI PAOLO II OLBIA	
Via:	Isola La Maddalena	Città: La Maddalena
Capo Squadra:	Palmiro Laino	
Data:	17/03/2016	

Riferimento Contratto:
 1503 / 16 del 25/02/2016


Operatori:

Descrizione dell'intervento	Data Inizio	Data Fine	N° Operatori
Intervento ordinario:	17/03/2016	17/03/2016	1


Collaudi

Note
 Il condizionatore a freddo (vecchio preesistente non è funzionante)

Il Tecnico



Per il Cliente



Dott. Randaccio

Rapporto di Intervento N° 523/1

Dettaglio Operazioni per Componente

Camera Iperbarica-4EF/100			
Posizione:			
Operazione	Riferimento	Misura	Esito*
01.0 Controllo tenuta linee aria e ossigeno			C
Note:			
02.0 Verifica funzionamento manometri e trasduttori pressione	Controllo stato di pressurizzazione della camera e degli impianti		C
Note:			
03.1 Calibrazione e taratura Ossimetri			C
Note:			
03.9 Verifica della funzionalità del sistema interfonico			C
Note:			
04.0 Verifica funzionalità servocomandi elettrici			C
Note:			
06.0 Verifica funzionalità elettrovalvole	Blocco mandata aria, antincendio e scambio gas in maschera		C
Note:			
07.0 Controllo Filtri Silenziatori	Mandata aria e scarico CP e CE		C
Note:			
08.0 Controllo tenuta Portelli ed Oblò			C
Note: Registrazione portone CP/CE			
09.0 Controllo Impianto TVCC			C
Note:			
09.1 Verifica funzionamento sistema di illuminazione camera			C
Note:			
09.2 Verifica dello stato dei passaluce			C
Note:			
10.2-Verifica ed eventuale sostituzione della batteria della memoria del PLC			C
Note:			
11.0 Verifica del corretto funzionamento del sistema di rilevazione e stoccaggio ALLARMI	Rilevazione e Memorizzazione		C
Note:			
12.0 Controllo efficienza circuiti respirazione ed espirazione			C
Note:			
13.0 Verifica con prova funzionale Impianto Antincendio	Prova funzionale		C
Note:			
14.5 Controllo della qualità dell'aria immessa in Camera Iperbarica	Prova effettuata con analizzatore Draeger AEROTEST ALPHA (CO/CO2/olio,H2O)		C
Note:			

Operazione	Riferimento	Misura	Esito*
22.0 Verifica Valvole di Sicurezza			C
Note:			

Locale Tecnico-4EF/300
Posizione:

Operazione	Riferimento	Misura	Esito*
14.0 Controllo e verifica stazione di produzione aria			C

Note:

14.1 Misurazione ore funzionamento Comp. 1		10419 h	C
--	--	---------	---

Note:

14.2 Misurazione ore funzionamento Comp. 2		10676 h	C
--	--	---------	---

Note:

17.0 Controllo Serbatoi stoccaggio Aria			C
---	--	--	---

Note:

21.0 Controllo funzionalità impianto condizionamento			C
--	--	--	---

Note: Il condizionatore a freddo (vecchio preesistente non è funzionante)

22.0 Verifica Valvole di Sicurezza			C
------------------------------------	--	--	---

Note:

Impianto Antincendio-4EF/200
Posizione:

Operazione	Riferimento	Misura	Esito*
18.0 Controllo autoclavi acqua antincendio			C

Note:

18.2 Verifica del sistema di riempimento del serbatoio antincendio	Verifica del funzionamento della pompa e del pressostato di comando		C
--	---	--	---

Note:

22.0 Verifica Valvole di Sicurezza			C
------------------------------------	--	--	---

Note:

* C = Conforme ; N = Non conforme.

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	2856860
Descrizione Ordine	Fornitura e posa in opera Climatizzazione per Camera Iperbarica La Maddalena, PO Paolo Merlo
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	non sussiste l'obbligo di richiesta
CUP	non inserito
Bando	MATEL103 - Materiale Elettrico
Categoria(Lotto)	Materiale Elettrico
Data Creazione Ordine	04/04/2016
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	08/04/2016
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AUSL 2 OLBIA
Codice Fiscale Ente	01687160901
Nome Ufficio	SERVIZIO TECNICO
Indirizzo Ufficio	VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A, 07026 - OLBIA (OT)
Telefono / FAX ufficio	0789552306/0789646127
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	
Punto Ordinante	PAOLO TAURO / CF: TRAPLA68E10E202V
Email Punto Ordinante	PTAURO@ASLOLBIA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	Non inserito
Ordine istruito da	SILVANA USAI
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	EL.CO. SERVICE S.R.L.
Partita IVA Impresa	02386400903
Codice Fiscale Impresa	02386400903
Indirizzo Sede Legale	VIA SAVOIA - N° 31 - 07100 - SASSARI(SS)
Telefono / Fax	079296211/079296211
PEC Registro Imprese	ELCO.SRL@PEC.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	02386400903
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	15/02/2010
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SS
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18592320
INPS: Matricola aziendale	7307156540
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	18592320
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	ARTIGIANI / METALMECCANICO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

MATEL103 - Materiale Elettrico

Nessun dato rilasciato

Oggetto dell'ordine (1 di 1) - Metaprodotto: Condizionatori e climatizzatori

Acquisti verdi: NO - Area di consegna: SARDEGNA - Assorbimento elettrico in raffreddamento [w]: 4.2 - Assorbimento elettrico in riscaldamento [w]: 4.7 - Classe di efficienza energetica in raffreddamento: Altro - Codice articolo fornitore: PDC 12,8 kw caldo - Codice articolo produttore: BRAN 0041 - Condizioni di pagamento: 30 GG DF - Descrizione tecnica: CHILLER AD ACQUA IN POMPA DI CALORE 12,8 KW IN CALDO E 10,8 IN FREDDO - COMPRESA DI EVENTUALI ACCESSORI NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE STESSA - Dimensioni [cm]: 90X37X124 - Disponibilità minima garantita: 1000 - Etichette ambientali: Nessuna etichetta - Livello sonoro [db]: 69 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: CLIMAVENETA - Nome commerciale: BRAN0041 - Note: FORNITURA E POSA - ALIMENTAZIONE 380V - ABBINABILE CON ALTRE APPARECCHIATURE CLIMAVENETA - Numero di unità interne: 1 - Potenza in raffreddamento delle singole unità interne [kw]: 10.8 - Potenza in riscaldamento delle singole unità interne [kw]: 12.8 - Potenza in riscaldamento [kw]: 12,8 - Prezzo: 7200 - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Refrigerante: R410a - Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 5 - Tipo contratto: Acquisto - Tipologia: Climatizzatori fissi split con funzionamento a pompa di calore - Tipologia di installazione: a parete - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	BRAN0041	7200,00	1 (Pezzo)	7200,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	7200,00
IVA €	1584,00
Totale Ordine (IVA inclusa) €	8784,00

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA A MAGNAGHI - 07020 - LA MADDALENA - (OT)
Indirizzo di Fatturazione	VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A - 07026 - OLBIA - (OT)
Intestatario Fattura	AUSL 2 OLBIA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	01687160901
Partita IVA da Fatturare	non indicato
Modalità di Pagamento	non indicato

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili".

Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE