

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 106 DEL 21.01.2010

**OGGETTO: MODIFICA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
FORNITURA IN REGIME DI SERVICE DI BENI, LAVORI E SERVIZI PER
LA GESTIONE DELLE PROCEDURE CLINICHE DEL LABORATORIO DI
EMODINAMICA DELL'UNITÀ OPERATIVA DI CARDIOLOGIA DEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI OLBIA**

L'anno duemilanove il giorno VENTURO del mese di GENNAIO in Olbia,
nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL COMMISSARIO

Dott. Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avv. Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

PREMESSO che con propria deliberazione n. 1365 del 28/12/2009 è stata autorizzato l'espletamento di procedura aperta di rilievo comunitario, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 163/2006, della fornitura in regime di service di beni, lavori e servizi per la gestione delle procedure cliniche del Laboratorio di Emodinamica dell'Unità Operativa di Cardiologia del Presidio Ospedaliero di Olbia;

PRESO ATTO che il Servizio Provveditorato ha provveduto alla pubblicazione della gara secondo le forme di rito;

VISTA la nota, allegata al presente provvedimento, con la quale l'estensore della parte del capitolato relativa alle apparecchiature, attrezzature, procedure, materiali monouso, materiali soggetti ad uso occasionale propone di modificare alcuni punti del Capitolato speciale d'appalto sia per correggere errori materiali sia per una nuova valutazione di alcune necessità operative;

RITENUTO pertanto di dover provvedere con la rettifica di tali punti così come di seguito specificato:

- Il Punto H del Capitolato Speciale d'appalto è così modificato:

3. Le voci di prezzo sono aggregate come segue

1. prezzi delle procedure e dell'eventuale materiale ad uso saltuario utilizzati nel mese di cui alle relative voci e listini scontati definiti in offerta economica (soggetti ad IVA al 20% - salvo che trattasi di componenti con IVA agevolata, quali ad esempio gli stent).

- L'Allegato A2 al Capitolato è così modificato:

A. CARDIOANGIOGrafo FISSO MONOPLANARE

STATIVO

Isocentrico, anche di tipo "pensile" e di costruzione compatta.

VARIE

Devono essere presenti ai due lati del tavolo radiografico tendine anti-x costituite, per la protezione della parte inferiore del corpo dell'operatore, da una protezione anti-x a teli pendenti con equivalente in piombo di almeno 0.5 mm rivestita in materiale lavabile, (omissis)

B. CARDIOANGIOGrafo MOBILE

VARIE

Devono essere presenti ai due lati del tavolo radiografico tendine anti-x costituite, per la protezione della parte inferiore del corpo dell'operatore, da una protezione anti-x a teli pendenti con equivalente in piombo di almeno 0.5 mm rivestita in materiale lavabile, (omissis)

R. D.P.I.

I guanti anti - X monouso non sono più richiesti

SU conforme proposta, del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione patrimoniale;

VISTI

il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. n. 10 del 24 marzo 1997 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5, e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19", e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. n.163 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. n. 10 del 28 luglio 2006 "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26/01/1995, n. 5";

DELIBERA


Per quanto esposto in premessa:

- di autorizzare le rettifiche al Capitolato speciale d'appalto così come esposto nelle premesse;
- di incaricare il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale di provvedere agli ulteriori adempimenti procedurali relativi alla pubblicazione delle rettifiche in oggetto.


Letto, confermato e sottoscritto

IL DIRETTORE SANITARIO


Dott.ssa Maria Serena Fenu

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Avv. Mario Giovanni Altana

**IL COMMISSARIO**


Dott. Giovanni Antonio Fadda



per il Servizio

T.Soro

Proposta 43/2010



da compilarsi a cura del Servizio/Struttura proponente/estensore

(luogo e data) Olbia ___/___/____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale n. 10 del 28.7.2006

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 27/01/2006, e che:

... è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ___/___/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 27/01/2006

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ___/___/____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ___/___/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ___/___/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

**“Service di Emodinamica”
A.S.L. N. 2 Olbia
Proposta di rettifica del capitolato**

1. Allegato “A2” al Capitolato Tecnico

a. Cardioangiografo Fisso Monopolare

- STATIVO

Al primo punto è stato erroneamente inserito il termine “preferibilmente di tipo pensile”,
che va invece letto come “anche di tipo pensile”

2. Allegato “A2” al Capitolato Tecnico

a. Cardioangiografo fisso Monoplanare

- VARIE

Al 6° punto è opportuno cancellare “e per la protezione della parte superiore dell'operatore da uno schermo aggiuntivo rigido e asportabile da fissare al tavolo radiografico costituito da materiale con equivalente in piombo di almeno 0,5 mm rivestita in materiale lavabile” dal momento che al punto successivo la protezione della parte superiore del corpo è garantita da uno schermo pensile (che altrimenti risulterebbe un “doppione”)

3. allegato “A2” al Capitolato Tecnico

a. Cardioangiografo Mobile

- VARIE

Al 3° punto è opportuno cancellare “e per la protezione della parte superiore dell'operatore da uno schermo aggiuntivo rigido e asportabile da fissare al tavolo radiografico costituito da materiale con equivalente in piombo di almeno 0,5 mm rivestita in materiale lavabile” dal momento che al punto successivo la protezione della parte superiore del corpo è garantita da uno schermo pensile (che altrimenti risulterebbe un “doppione”)

4. A pag. 14 del Disciplinare, tra le apparecchiature minori, cancellare C-ossimetro (non necessario)

5. D.P.I. Si consiglia di cancellare guanti anti - X monouso che non sono materiale da usare di routine (ed infatti non vengono quantificati numericamente)

Dr. Giuseppe Sabino

