

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2663 DEL 13-09-2012

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI ARIA COMPRESSA MEDICALE PRESSO LA U.O. DI PEDIATRIA P.O. GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA: INDIVIDUAZIONE CONTRAENTE.

L'anno duemiladodici il giorno Tredici del mese di Settembre

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL DIRETTORE GENERALE

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

- PREMESSO** che con la Delibera n.95 del 23/01/2012 è stato aggiudicato definitivamente l'appalto per la fornitura di cinque anni con opzione di rinnovo per mesi sei, di gas medicinali, puri e miscele e al servizio di gestione, comprensivo di manutenzione full risk, degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione gas medicinali presso le strutture aziendali al RTI *Sapio Life Srl, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl Se.Sa. di Sechi Salvatore Srl*,
- DATO ATTO** che si è convenuto di procedere all'esecuzione anticipata dell'appalto, in pendenza di stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163/2006, a partire dal giorno 01/02/2012 come risulta dal verbale di esecuzione anticipata inviato con nota prot.4670 del 27/01/2012 agli atti di questa Azienda: il relativo contratto è stato stipulato in data 16/05/2012;
- CONSIDERATO** - che l'appalto prevede, tra le prestazioni obbligatorie a carico del RTI aggiudicatario, il servizio di ingegneria per tutte le prestazioni comprese in appalto, senza oneri aggiuntivi rispetto al canone manutentivo;
- che il contratto include, quale opzione d'estensione, le seguenti attività riguardanti gli impianti di gas medicinali, puri e miscele: a) la realizzazione di nuovi impianti e specifici progetti richiesti dall'Azienda b) la realizzazione di interventi di riqualificazione; c) la realizzazione di interventi derivati da esigenze di adeguamento normativo, ovvero di razionalizzazione della funzionalità e miglioramento della sicurezza degli impianti;
- TENUTO CONTO** - che, come risulta da CSA, dagli atti di gara e dall'offerta tecnica dell'appaltatore, l'importo totale massimo relativo all'opzione di estensione per la realizzazione e esecuzione degli interventi di riqualificazione, di reingegnerizzazione, adeguamento normativo, ampliamento o nuova installazione è pari alla somma degli interventi che verranno realizzati dal RTI fino alla concorrenza di € 750.000,00 (netto Iva), che deve essere rideterminato in riduzione del 5% in applicazione dell' art.15 comma 13 lettera a) del D.L. n. 95 del 6/07/2012 così come convertito dalla legge n.135 del 07/08/2012 e, quindi, è pari ad € 714.285,71;
- che ciascun progetto inerente questa opzione d'estensione deve essere quantificato sulla base a) dei listini regionali vigenti (tariffario della Regione Sardegna) al momento dell'estensione del progetto al netto del ribasso del 2% b) per tutto quant'altro necessario sulla base dei listini prezzi ufficiali di impianti di distribuzione gas medicinali, accessori e testaleto al netto del ribasso del 2%;
- che gli interventi citati relativi all'opzione d'estensione, devono essere realizzati solo previa approvazione formale dell'Azienda e contrattualizzazione relativa;
- DATO ATTO** che la Direzione Medica del P.O. di Olbia, con nota prot.4617 del 27/04/2012 ha chiesto di effettuare uno studio di fattibilità sulle modifiche impiantistiche richieste dal Direttore della U.O. di Pediatria e Neonatologia con nota prot.4593 del 26/04/2012, allegate alla presente;
- PRESO ATTO** che il Direttore del Servizio Tecnico di questa Azienda, con nota prot.n.27797 del 31/05/2012 ha richiesto, così come previsto dal capitolato speciale d'appalto, la progettazione per la realizzazione dell'impianto di distribuzione di aria compressa medica presso l'U.O. di Pediatria del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, in quanto attualmente l'impianto prevede la distribuzione solo dell'ossigeno e del vuoto;
- PRESO ATTO** inoltre, che in data 12/07/2012, prot.200/2012 rev.01, acquisito agli atti con nota prot.37926 del 27/07/2012; il RTI ha provveduto ad inoltrare la propria offerta per l'intervento richiesto, corredata da dettagliata relazione tecnica dell' Ing.Giovanni di Palmo, agli atti del Servizio

tecnico, la quale prevedeva un importo complessivo, netto Iva, pari ad € 13.901,40 oltre ad oneri di sicurezza sul lavoro pari ad € 437,88;

DATO ATTO che Direttore del Servizio Tecnico ha verificato la conformità dei prezzi indicati in offerta tecnica con i prezzi indicati nei listini Regione Sardegna e nei listini presentati in atti di gara, e ha altresì constatato l'applicazione della percentuale di sconto su tali listini del 2%; ed inoltre ha verificato le misure di progetto;

RAVVISATA l'esigenza di perfezionare il procedimento di approvazione degli interventi in opzione d'estensione;

SU conforme proposta del responsabile del Servizio Tecnico;

VISTI:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.


Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare i lavori per la realizzazione dell'impianto di distribuzione di aria compressa medicale presso l'U.O. di Pediatria del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia da eseguirsi dal RTI *Sapio Life Srl, Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl Se.Sa. di Sechi Salvatore Srl*, per un totale di € 13.901,40 (netto Iva) oltre a costi della sicurezza sul lavoro pari ad € 437,88, ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006,
- di dare atto che l'importo contrattuale previsto sopra riportato relativo all'intervento citato in premessa verrà imputato nel conto di bilancio "manut. e rip. Immobili, impianti e pertinenze a richiesta" Cod. 0507010103;
- di provvedere alla liquidazione delle fatture con deliberazione del Direttore Generale previo riscontro della regolarità dei lavori;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e al Servizio Controllo di Gestione e Committenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Giorgio Tadde)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Antonio Fadda)



Per il Ser. Tecnico PT 
Per il Serv. Provveditorato AP
Proposta -2012



Olbia, ____/____/____.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art.29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell'art.29, comma 2 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Il Responsabile del Servizio/ Struttura Provveditorato

Si certifica che la presente deliberazione si trova in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2

dal 19/09/2012, e che

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data ____/____/____, protocollo n° _____ è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 19/09/2012.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ____/____/____.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n° _____ del ____/____/____.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n° 2, per uso _____.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Prot. n. NP 2012-1617

Olbia, li 27/04/2012

Al Direttore del Servizio Tecnico
Ing. Paolo Tauro

e. p.c.:

Direttore UO Pediatria
Dott. Antonio Balata

PO di Olbia

Asl Olbia
SEDE

Oggetto: rif. Nota NP 2012/4593 impianto aria compressa medicale UO Pediatria

Si trasmette in allegato la nota in oggetto, pervenuta dal Direttore della S.C. Dott. Balata, con la preghiera di effettuare uno studio di fattibilità sulle modifiche impiantistiche richieste.

Distinti saluti

Il Responsabile Medico del PO di Olbia

Dott. Fausto Silius



NP-2012-4593
26/04/2012

Olbia 26/04/2012

Ufficio Tecnico

ASL 2 Olbia

Direzione medica P.O.

Giovanni Paolo II

Oggetto: Impianto aria compressa medicale

Come è noto in questo Reparto di Pediatria, per ciascun posto di degenza è presente una sorgente di Ossigeno e una bocchetta di vuoto sanitario, non è invece stato previsto un impianto di aria compressa medicale.

Questa carenza costituisce un grave handicap assistenziale dal momento che oltre a rendere irrealizzabile qualunque tipo di supporto ventilatorio polmonare non consente neppure che venga praticata una corretta ossigeno terapia .

Occorre infatti ricordare che la somministrazione di Ossigeno, in età pediatrica, deve essere preceduta dall'umidificazione e dal riscaldamento del gas che non può attualmente essere realizzata poichè tutti gli umidificatori/riscaldatori in commercio hanno necessità di alti flussi che possono essere garantiti solo attraverso la miscelazione con aria compressa.

La somministrazione di Ossigeno non adeguatamente riscaldato e umidificato è, come riportato dalla letteratura scientifica e confermato dall'esperienza, causa di problemi respiratori (broncospasmo, aumento della densità delle secrezioni

etc.) che contribuiscono a ritardare la guarigione o, in alcuni casi a peggiorare il quadro clinico del piccolo paziente.

Ritengo pertanto assolutamente urgente e non più rinviabile la realizzazione di un impianto per l'erogazione di aria compressa al letto del paziente, almeno in una zona del Reparto, per un totale di 14 postazioni, nelle camere che nella piantina allegata sono contrassegnate da un asterisco.

Questa misura contribuirà sicuramente a migliorare il livello assistenziale aumentando la sicurezza delle cure nei piccoli pazienti ricoverati.

Cordiali saluti

Il direttore

Dr. Antonio Balata

