

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2**  
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2116 DEL 17.07.2013

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI 2 SISTEMI ECOGRAFICI – AGGIUDICAZIONE  
DEFINITIVA

L'anno duemilatredici il giorno diciasette del mese di luglio

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Dottor Giovanni Antonio Fadda*

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Gianfranco Casu

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa M.Serena Fenu

SU proposta del Servizio Provveditorato Amministrazione Patrimoniale;

## PREMESSO CHE

- con deliberazione del Direttore Generale n. 966 del 08/04/2013 è stata autorizzata l'acquisizione, ex art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/06, di n. 2 sistemi ecografici, di cui uno, di alta gamma, all'U.O. di Cardiologia del P.O. Giovanni Paolo II (lotto 1) e l'altro, di media gamma, al Consultorio familiare di Olbia (lotto 2); la gara, sotto soglia europea, è stata gestita a mezzo "Procedura telematica a busta chiusa" con l'ausilio del software messo a disposizione da Csamed, sperimentando per la prima volta, nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il rilancio sulla prima offerta economica;
- con lettera invito prot. n. 21279 del 18/04/2013 sono stati invitati n. 5 operatori iscritti all'albo fornitori aziendale, e, nello specifico le imprese: Ge Medical Systems Italia (vedasi verbale n. 1) , Philips Spa, Siemens Spa, Toshiba Medical Systems Srl, Esaote Spa;
- con deliberazione n. 1383 del 16/05/2013 è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 84 del D.lgs 163/06;
- le operazioni di gara sono descritte nei verbali nn. 1 del 20/05/2013, 2 del 23/05/2013, 3 del 04/06/2013, 4 del 10/06/2013, 5 del 20/06/2013 e 6 del 02/07/2013, allegati al presente provvedimento, di cui si condividono i contenuti e da cui risulta che aggiudicataria provvisoria, per entrambi i lotti, è l'impresa Esaote Spa, unica ad aver partecipato alla fase del rilancio (importi di aggiudicazione: € 65.000 netto Iva - 1° lotto; € 39.949 netto Iva - il 2° lotto);

## VISTI:

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502;  
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;  
il D.PR 207 5 ottobre 2010, n. 207;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10.

## DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate, in conformità alla proposta,

- di approvare le operazioni di gara risultanti dai verbali nn. 1 del 20/05/2013, 2 del 23/05/2013, 3 del 04/06/2013, 4 del 10/06/2013, 5 del 20/06/2013 e 6 del 02/07/2013;
- di aggiudicare definitivamente entrambi i lotti della procedura in oggetto all'impresa Esaote Spa, così come da allegato 4 al verbale n. 5 del 20/06/2013, per un importo relativo al lotto 1 di € 65.000 netto Iva e di € 39.949 netto Iva per il lotto 2;
- di far gravare la spesa come segue: il sistema cardiologico su apposito finanziamento di cui alla determinazione regionale 1707 del 27/12/2012 (progetto "Prevenzione delle patologie cardiovascolari"); il sistema ginecologico- ostetrico su fondi regionali per la riduzione delle lista d'attesa;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c.2 della Legge Regionale 28 luglio 2006..

**Letto, confermato e sottoscritto**


IL DIRETTORE SANITARIO  
(DOTT.SSA M.SERENA FENU)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(DOTT. GIANFRANCO CASU)



IL DIRETTORE GENERALE  
(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA)





Per il Servizio Provveditorato  
R. Di Gennaro  
F. Deledda  
Proposta n. 580/2013

(luogo e data) Olbia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 19/7/13, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 19/7/13.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

## PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI 2 SISTEMI ECOGRAFICI

VERBALE N. 1 SEDUTA DEL 20/05/2013

Addi venti del mese di maggio alle ore 15:30 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta non riservata la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 1383 del 16/05/2013, così composta:

- avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
- dott.ssa Rosanna Pes	Direttore U.O. Cardiologia P.O. di Olbia	COMPONENTE
- dott.ssa Luisa Uras	Medico Servizio Consultoriale	COMPONENTE
- dott.ssa Francesca Deledda	assistente amministrativo	SEGRETARIO

Nessun rappresentante delle Ditte offerenti è presente e neppure ha chiesto di assistere alla seduta.

Premesso che:

- con deliberazione n. 966 del 08/04/2013 si è autorizzata la negoziazione, ex art. 125 del D.Lgs 163/06, per l'acquisizione di n. 2 sistemi ecografici; la gara, gestita attraverso procedura telematica, sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs 163/06);
- sono state invitate, per le ragioni risultanti dall'**allegata** comunicazione, trasmessa alla Direzione Aziendale e tenuta riservata fino alla scadenza delle offerte (10/05/2013 ore 12:00) le seguenti Imprese: GE Healthcare Clinical Systems Srl, Philips Spa, Siemens Spa, Toshiba Medical Systems Srl, Esaote Spa.
- con mail del 19/04/2013 (nostro prot. n. 21642) la ditta Landucci Srl ha chiesto di essere invitata a partecipare alla trattativa in corso; la richiesta è stata respinta attraverso mail prot. n. 21676 del 19/04/2013; eventi successivi di cui è stato attore il legale rappresentante di Landucci Srl, che si sono conclusi con una segnalazione alla Procura della Repubblica di Tempio (nota prot. n. 25280 del 13/05/2013), non sono stati ritenuti motivo di interruzione e/o annullamento della procedura;
- in data 22/04/2013, a seguito di colloquio telefonico verbale intercorso tra il Sig. C. Pastorini, rappresentante l'impresa Ge Medical Systems Italia e il Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, Avv.to R. Di Gennaro, si è preso atto di un errore materiale commesso in fase di trasmissione degli inviti relativi alla procedura in oggetto: è stata infatti erroneamente invitata a partecipare alla trattativa l'impresa Ge Healthcare Clinical Systems Srl invece che l'impresa Ge Medical Systems Italia. Pertanto, con nota prot. n. 21920 del 22/04/2013, si è disposta: la trasmissione dell'invito a partecipare alla procedura alla Ge Medical Systems Italia e la contestuale disabilitazione, dando atto peraltro che non vi erano ragioni per

differire i termini per la presentazione delle offerte poiché la prima GE Medical Systems Italia, era già stata resa edotta dalla seconda, Ge Healthcare Clinical Systems Srl, dell'invito.

- entro il termine prestabilito nel timing di gara (29/04/2013), sull'apposito forum non è pervenuto alcun quesito;
- l'impresa Ge Healthcare ha richiesto dei chiarimenti con mail del 03/05/2013 (prot. n. 23713 del 06/05/2013); per le motivazioni di cui alla mail, prot. n. 23800 del 06/05/2013, non è stato possibile accogliere la sopraccitata richiesta.
- In data 13/05/2013 con apposito avviso pubblicato, oltre che sul forum di gara, anche sul sito aziendale, si è comunicato il differimento della seduta di apertura della documentazione amministrativa e tecnica (il giorno 20/05/2013 alle ore 15:30 anziché alle ore 09:00 come inizialmente previsto nel timing);

Si procede quindi con l'accesso, presso l'albo fornitori aziendale, alla scheda trattativa della "procedura negoziata per l'acquisizione di 2 sistemi ecografici"; le imprese che hanno presentato offerta sono: Ge Medical Systems Italia, Philips Spa e Esaote Spa.

Indi si prosegue con l'apertura dei file contenenti la documentazione amministrativa e con l'esame della regolarità della documentazione amministrativa caricata a sistema; l'esito della verifica è positivo per tutti gli offerenti. Si dà atto che apposita comunicazione inerente gli esiti della verifica della documentazione amministrativa sarà pubblicata sul forum di gara.

Si dà atto che: è stato effettuato l'accesso al casellario informatico presso il sito dell'Autorità [www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it) e accertato che nessuna delle ditte offerenti è stata oggetto di provvedimenti sanzionatori che comportano l'esclusione dalla procedura in corso, (vedasi documento con i risultati della ricerca, agli atti del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale).

A questo punto la commissione inizia l'apertura dei file contenenti la documentazione tecnica. La tabella sotto riportata indica nel dettaglio offerenti e lotti per cui essi offrono.

LOTTI	OFFERENTI
1 - 2	ESAOTE SPA
2	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA
1 - 2	PHILIPS SPA

Quale metodo di lavoro, per assicurare la massima celerità possibile delle operazioni di valutazione delle conformità tecniche, si decide all'unanimità di compiere un esame complessivo preliminare della documentazione delle ditte offerenti riferite ai due lotti, prendendo atto delle eventuali criticità ed in particolare di problemi che potrebbero cagionare l'esclusione di offerte. Le decisioni sull'attribuzione dei punteggi e le decisioni inerenti eventuali esclusioni saranno assunte tutte, una volta concluso l'esame preliminare della documentazione di tutte le ditte partecipanti, quando la Commissione avrà acquisito una visione complessiva delle offerte per entrambi i lotti. I

voti espressi in termini numerici saranno compendati, ove opportuno, da riferimenti sintetici agli elementi di maggiore e/o minore pregio delle offerte.

Alle ore 16:15 si dichiara chiusa la seduta, aggiornandosi a data da concertare. Si conviene che i commissari procedano autonomamente allo studio e all'esame della documentazione tecnica per poi confrontarsi tra loro in successivi incontri.

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, oltre che dell'allegato descritto in premessa, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.

Roberto Di Gennaro




Rosanna Pes



Luisa Uras



Francesca Deledda



NP/2013/4013

Olbia, 15/04/2013

**Al Direttore Generale  
Dott. Giovanni Antonio Fadda**

**Al Direttore Amministrativo  
Dott. Giorgio Tidore**

**Al Direttore Sanitario  
Dott.ssa Maria Serena Fenu**

**Riservata ex lege fino a scadenza termine firma marcatura offerte (10/05/2013 h 12:00)**

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI 2 SISTEMI ECOGRAFICI - CRITERI INTERPELLI OPERATORI CON RINVIO DI CARATTERE GENERALE**

La procedura di cui alla deliberazione n. 966 del 08/04/2013 è la prima concernente l'acquisizione di sistemi ecografici gestita tramite albo fornitori; pertanto trattasi di primo interpello e si sono individuate le ditte da interpellare privilegiando i produttori (sul presupposto che i prezzi dovrebbero essere più contenuti) con riguardo alle marche di primaria importanza, essendo in numero sufficiente rispetto alla previsione normativa.

La presente comunicazione è innovativa rispetto al precedente modus operandi (la Direzione conosceva i criteri di interpello all'esito della procedura, con la delibera di aggiudicazione definitiva); la modifica si è ritenuta opportuna per garantire la conoscibilità del procedimento ex ante, alla luce della nuova normativa in materia di anti - corruzione.

Distinti saluti.

**Il Direttore del Servizio Provveditorato  
E Amministrazione Patrimoniale  
(Avv. F. Di Gennaro)**



## PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI 2 SISTEMI ECOGRAFICI

VERBALE N. 2 SEDUTA DEL 23/05/2013

Addì ventitrè del mese di maggio alle ore 15:00 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta non riservata la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 1383 del 16/05/2013, così composta:

- avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
- dott.ssa Rosanna Pes	Direttore U.O. Cardiologia P.O. di Olbia	COMPONENTE
- dott.ssa Luisa Uras	Medico Servizio Consultoriale	COMPONENTE
- dott.ssa Francesca Deledda	assistente amministrativo	SEGRETARIO

Nessun rappresentante delle Ditte offerenti è presente e neppure ha chiesto di assistere alla seduta.

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbale n. 1 del 20/05/2013, si dà atto che:

- nel termine previsto in timing di gara (21/05/2013 ore 14:00) sono stati pubblicati sul forum di gara gli esiti della verifica della regolarità della documentazione amministrativa degli offerenti;
- attraverso colloquio telefonico verbale del 22/05/2013, tra l'ufficio commerciale GE Medical Systems Italia, nella persona del Sig. C. Pastorini e la dott.ssa Francesca Deledda, l'impresa GE Medical Systems Italia ha segnalato che la stessa aveva depositato offerta relativa ad entrambi i lotti, e non solo per il lotto 2, come risulta dal verbale n. 1; si è chiesto quindi a Csamed, gestore del software utilizzato per la procedura, di effettuare accertamenti tecnici al riguardo e di comunicarne l'esito. Alla luce di quanto comunicato da Csamed (effettivamente, a sistema è risultato il caricamento di 2 file, relativi alla documentazione tecnica, distinti, firmati e marcati temporalmente entro i termini di timing di gara – 10/05/2013 ore 12:00) e delle considerazioni di cui alla nota prot. n. 27209 del 22/05/2013 (trasmessa per ragioni di trasparenza anche alle altre offerenti - **allegato 1**), l'impresa Ge Medical Systems Italia viene ammessa alla procedura anche relativamente al lotto 1, subordinatamente all'esito dell'esame della relativa documentazione per accertarne la regolarità; si è disposto che la documentazione relativa al lotto 1 di cui alla pec delle ore 11:10:55 del 10/05/2013 inviata da Csamed nome assegnato 100513111053\_doc.tecnica lotto 1 vivid venisse caricata a sistema in modo che risulti accessibile alla commissione entro le ore 15:00 del giorno 23/05/2013 (termine perentorio a pena di inammissibilità dell'offerta); le decisioni di cui sopra, assunte dal Presidente, sono condivise anche dai commissari e pertanto sono ratificate con la sottoscrizione del presente verbale.

Si procede quindi con l'accesso alla scheda trattativa e si verifica che è stata depositata la documentazione inerente il lotto 1 da parte di GE. Con mail (protocollo n. 27468 del 23/05/2013 – **allegato 2**), Csamed ha attestato che il file caricato è identico al primo file depositato dalla GE (il numero identificativo di marcatura coincide con quello depositato precedentemente, nei termini di timing), pertanto l'impresa è ammessa alla procedura anche relativamente al lotto 1. La commissione quindi procede all'apertura della documentazione tecnica caricata a sistema dall'impresa GE Medical Systems Italia inerente il lotto 1.

A questo punto la seduta viene dichiarata riservata.

Si rende necessario, al fine di permettere alla commissione anche l'esame della documentazione tecnica relativa al lotto 1, depositata da GE, modificare il timing di gara, dandone apposito avviso sul forum.

L'esame delle offerte tecniche prosegue, senza concludersi, fino alle ore 17:30; indi si dichiara chiusa la seduta, aggiornandosi a data da concertare.


Del che si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, oltre che degli allegati descritti in premessa, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.

Roberto Di Gennaro

Rosanna Pes

Luisa Uras

Francesca Deledda



Spett.li

- GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA

- CSAMED

Epc

- ESAOTE SPA

- PHILIPS SPA

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L'ACQUISIZIONE DI 2 SISTEMI ECOGRAFICI -  
PROVVEDIMENTO INERENTE OFFERTA GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA LOTTO 1**

Facendo seguito al colloquio telefonico informativo di questa mattina tra l'ufficio commerciale GE Medical Systems Italia, nella persona del Sig. C. Pastorini e la dott.ssa Francesca Deledda di quest'Azienda, nel corso del quale GE ha appreso che risultava caricata a sistema l'offerta per il solo lotto 2, mentre riteneva di aver formulato offerta per entrambi i lotti, si comunicano gli esiti dell'istruttoria svolta e delle decisioni assunte.

Nella seduta del 20/05/2013, con inizio alle ore 15:30, la commissione di gara appositamente nominata ha effettuato l'apertura della documentazione amministrativa e tecnica caricata a sistema dagli offerenti invitati a partecipare alla procedura in oggetto.

Nell'esaminare il contenuto della documentazione tecnica caricata a sistema dall'impresa Ge Medical Systems Italia si è preso atto che la stessa offriva solo per il lotto 2.

In sintesi risultavano le seguenti offerte: lotto 1: Esaote Spa e Philips Spa; lotto 2: Philips Spa, Esaote Spa, Ge Medical Systems Italia.

Attraverso colloquio telefonico verbale del 22/05/2013, il Sig. C. Pastorini, rappresentante l'impresa Ge Medical Systems Italia ha invece segnalato che la stessa aveva depositato offerta relativa ad entrambi i lotti.

Per questa ragione questa mattina si è chiesto a Csamed, gestore del software utilizzato per la procedura, di effettuare accertamenti tecnici al riguardo e di comunicarne l'esito.

L'esito è stato comunicato come da nota prot. PB-0236/13 del 22/05/2013 **allegata**.

Si è considerato quanto segue:

- 1) è pur vero che il sistema è stato impostato per ricevere un unico file.tsd, ma non risultava dalla lettera invito che l'invio di un secondo file avrebbe cancellato il primo inserito;
- 2) l'impresa GE, in buona fede, era convinta di aver caricato offerta per entrambi i lotti avendo ricevuto singole pec confermate dal gestore;
- 3) l'impresa GE dovrebbe disporre di firma e marcatura temporale nel termine assegnato dell'offerta relativa al primo lotto (inclusa l'offerta economica, attualmente non ancora rilevante) come risulta dalla pec di conferma del gestore;

- 4) il caso in concreto verificatosi non è espressamente regolato dalla lex specialis di gara (lettera invito) e non rientra nelle fattispecie tassative da cui consegue l'esclusione previste dall'art. 46 comma 1 bis del D.lgs 163/06, ed consentire a GE il caricamento dell'offerta di cui alla pec di ricevuta del gestore non viola la par condicio tra concorrenti.

In data odierna, la commissione, sentitasi sul problema e tutto ciò premesso e considerato, ha disposto quanto segue:


- l'impresa GE è ammessa alla procedura anche relativamente al lotto 1, subordinatamente all'esito dell'esame della relativa documentazione per accertarne la regolarità; la documentazione relativa al lotto 1 di cui alla pec delle ore 11:10:55 del 10/05/2013 inviata da Csamed nome assegnato 100513111053\_doc.technica lotto 1 vivid dovrà essere caricata a sistema in modo che risulti accessibile alla commissione entro le ore 15:00 del giorno 23/05/2013 (termine perentorio **a pena di inammissibilità dell'offerta**); le modalità di caricamento della documentazione saranno concertate da GE con Csamed che ne dovrà certificare anche la corrispondenza con la documentazione di cui alla predetta pec di conferma;

- la commissione è riconvocata, in seduta accessibile agli offerenti, il giorno 23/05/2013 alle ore 15:00 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, 1° piano di via Bazzoni Sircana 2, per esame della documentazione GE relativa al lotto 1, se presente a sistema per quella data e ora.

Distinti saluti.

**Il Presidente della commissione**

**(Avv. R. Di Gennaro)**





Prot. 0236/13 del 22/05/2013

**ASL2**

Prot. 2013/ 0027444 del 23/05/2013  
Mitt. CSA - CREMONA

Spett.  
ASL di Olbia

c.a. Avv. Roberto Di Gennaro



Oggetto: ogrefici Prot. 2013/21279 - Caricamento file documentazione tecnica ditta  
GE MEDICAL SYSTEMS

ogrefici Prot. 2013/21279 - Caricamento file documentazione tecnica ditta

Con la presente si certifica quanto segue:

1. La Ditta GE MEDICAL SYSTEMS ha provveduto a effettuare l'upload del file .zip.p7m.tsd (zip firmato digitalmente e marcato temporalmente) di documentazione tecnica il giorno 10/05/2013.
2. In questa data risulta un primo caricamento di un file denominato "doc. tecnica lotto 1 vivid S6.zip.p7m.tsd" effettuato alle ore 11:10:54. Il sistema ha recepito il file e ha inviato, come si evince dai log sotto riportati, un messaggio PEC alla ditta per comunicare l'avvenuto caricamento:

```
2013-05-10 11:10:54.197|INFO - PecGestoreInvia.inviaMessaggioPec
[PEC_UPLOAD_FILE_DOC_TECNICA_albofor_asolbia_38]: invio messaggio PEC [idFornitore = 282,
ragioneSociale=GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA,
idMessaggio=PEC_UPLOAD_FILE_DOC_TECNICA_38_albofor_asolbia_1368177054197]
```

```
2013-05-10 11:10:55.266|INFO - PecManager.sendPECMessage
[PEC_UPLOAD_FILE_DOC_TECNICA_albofor_asolbia_38]: invio PEC eseguito con successo: [from = ,
to = [gems_pec@ge.com] cc = [adriana.avancini@med.ge.com], oggetto = Albofornitori.it - ASL di Olbia -
Caricamento documentazione tecnica, testo = Buongiorno, <br/>si comunica che relativamente alla trattativa
prot. num 2013/21279 avete come oggetto "Fornitura di due sistemi ecografici" &egrave; stato caricato un
file dalle seguenti caratteristiche.<br/><br/>Ente: ASL di Olbia<br/>Nome originale: doc. tecnica lotto 1
vivid S6.zip.p7m.tsd<br/>Nome assegnato: 100513111053_doc. tecnica lotto 1 vivid
S6.zip.p7m.tsd<br/>Dimensioni: 1673742 byte<br/>Data e ora di caricamento: 10-05-2013
11:10:54<br/><br/>Cordiali saluti, allegati = [], idMessaggio =
[PEC_UPLOAD_FILE_DOC_TECNICA_38_albofor_asolbia_1368177054197]] [smtpServer =
sendm.cert.legalmail.it, userName = M0D704]
```

```
2013-05-10 11:10:55.511|INFO - PecGestoreInvia.inviaMessaggioPec
[PEC_UPLOAD_FILE_DOC_TECNICA_albofor_asolbia_38]: invio messaggio PEC eseguito con successo
[idFornitore = 282, ragioneSociale=GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA,
idMessaggio=PEC_UPLOAD_FILE_DOC_TECNICA_38_albofor_asolbia_1368177054197]
```

3. Risulta poi, sempre in data 10/05/2013, un secondo caricamento, effettuato dalla ditta alle ore 11:11:48, di un file denominato "doc. tecnica lotto 2 voluson E6.zip.p7m.tsd". Il sistema ha recepito il file e ha inviato, come si evince dai log sotto riportati, un messaggio PEC alla ditta per comunicare l'avvenuto caricamento:

```
2013-05-10 11:11:48.426|INFO - PecGestoreInvia.inviaMessaggioPec
[PEC_UPLOAD_FILE_DOC_TECNICA_albofor_asolbia_38]: invio messaggio PEC [idFornitore = 282, r
agioneSociale=GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA,
idMessaggio=PEC_UPLOAD_FILE_DOC_TECNICA_38_albofor_asolbia_1368177108426]
```

```
2013-05-10 11:11:49.432|INFO - PecManager.sendPECMessage
[PEC_UPLOAD_FILE_DOC_TECNICA_albofor_asolbia_38]: invio PEC eseguito con successo: [from = ,
to = [gems_pec@ge.com] cc = [adriana.avancini@med.ge.com], oggetto = Albofornitori.it - ASL di Olbia -
Caricamento documentazione tecnica, testo = Buongiorno, <br/>si comunica che relativamente alla trattativa
```

CSAmed S.r.l. - Sede operativa: Via Sesto 41 - 26100 Cremona - Italy  
Tel. +39 0372 801730 - Fax +39 0372 801740  
P. IVA (IT) 02362600344

[www.csamed.it](http://www.csamed.it) - [www.albofornitori.it](http://www.albofornitori.it)

Azienda con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 2008  
Certificato Nr 50 100 1094





prot. num 2013/21279 avente come oggetto "Fornitura di due sistemi ecografici" &grave; stato caricato un file dalle seguenti caratteristiche.<br/><br/>Ente: ASL di Olbia<br/>Nome originale: doc. tecnica lotto 2 voluson E6.zip.p7m.tsd<br/>Nome assegnato: 10051311148\_doc. tecnica lotto 2 voluson E6.zip.p7m.tsd<br/>Dimensioni: 2440370 byte<br/>Data e ora di caricamento: 10-05-2013 11:11:48<br/><br/>Cordiali saluti, allegati = [], idMessaggio = [PEC\_UPLOAD\_FILE\_DOC\_TECNICA\_38\_albofor\_aslolbia\_1368177108426]] [smtpServer = sendm.cert.legalmail.it, userName = M0D704]

2013-05-10 11:11:49,449|INFO - PecGestoreInvio.inviaMessaggioPec [PEC\_UPLOAD\_FILE\_DOC\_TECNICA\_albofor\_aslolbia\_38]: invio messaggio PEC eseguito con successo [idFornitore = 282, ragioneSociale=GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA, idMessaggio=PEC\_UPLOAD\_FILE\_DOC\_TECNICA\_38\_albofor\_aslolbia\_1368177108426]

#### PREMESSO CHE

4. Il sistema è stato correttamente impostato per ricevere un unico file .tsd contenente tutta la documentazione tecnica richiesta, come previsto a pag. 11 del disciplinare:

“Tutti i file della documentazione tecnica dovranno essere contenuti in un file .zip e ciascuno di essi dovrà avere formato .pdf. Il file .zip dovrà essere firmato digitalmente e marcato temporalmente (la sua estensione dovrà essere necessariamente .tsd) e potrà avere una dimensione massima di 32 Mb. La firma digitale e la marcatura temporale apposte sul file .zip equivalgono alla apposizione della firma digitale e della marcatura temporale su ogni singolo file contenuto nel medesimo file .zip”.

#### SI CONFERMA CHE

5. Il sistema ha correttamente accettato il secondo file inviato dalla Ditta GE MEDICAL SYSTEM come sostitutivo del primo, precedentemente caricato.

Distinti saluti.

CSAmed Srl



- Allegato 2 -

**Francesca Deledda**

**Da:** Info Albofornitori [info@albofornitori.it]

**Inviato:** giovedì 23 maggio 2013 15.23

**A:** 'Francesca Deledda'

**Cc:** info@albofornitori.it

**Oggetto:** File GE - Gara ecografi

Con la presente si conferma che il file caricato dalla ditta GE all'interno della documentazione integrativa della gara in oggetto è lo stesso caricato come primo file in data 10/05/2013 all'interno della documentazione tecnica.

Cordiali saluti.



info@albofornitori.it

CSAmed srl  
Via Sesto 41  
26100 CREMONA - I  
tel. +39 0372 801730  
fax. +39 0372 801740

<http://www.albofornitori.it/>  
<http://www.csamed.it/>

**ASL2**

**Pr. 16,382013/ 0027468 del 23/05/2013**  
Mitt. CSA - CREMONA



23/05/2013

## PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI 2 SISTEMI ECOGRAFICI

VERBALE N. 3 SEDUTA DEL 04/06/2013

Addì quattro del mese di giugno alle ore 11:00 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta riservata la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 1383 del 16/05/2013, così composta:

- avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
- dott.ssa Rosanna Pes	Direttore U.O. Cardiologia P.O. di Olbia	COMPONENTE
- dott.ssa Luisa Uras	Medico Servizio Consultoriale	COMPONENTE
- dott.ssa Francesca Deledda	assistente amministrativo	SEGRETARIO

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbale nn. 1 del 20/05/2013, 2 del 23/05/2013, la commissione riprende l'esame delle offerte tecniche volto all'accertamento preliminare di sufficienza delle stesse.

L'esito della verifica di conformità tecnica è positivo per tutti gli offerenti, ma si ritiene necessario annotare a verbale quanto segue, in relazione alle offerte di GE per il primo e secondo lotto:

- nella documentazione amministrativa vi è l'espressa accettazione da parte di GE degli obblighi contrattuali previsti in atti di gara (in assenza della quale l'offerta avrebbe dovuto essere esclusa per indeterminatezza e impossibilità di compararla alle altre offerte);
- nei due allegati tecnici redatti su fac simile predisposto da quest'Azienda in relazione al lotto 1 ed in relazione al lotto 2, in ordine agli obblighi (ovviamente inclusi in prezzo di aggiudicazione) di perfetto interfacciamento e interconnessione con i software e la rete aziendale, GE specifica quanto segue:  
*(stralcio allegato tecnico compilato per il lotto 1) "I dati alfanumerici e le immagini possono essere esportati attraverso una connessione diretta a client GE e/o a Servers DICOM RIS e PACS (Ethernet protocollo TCP/IP), come previsto dal conferment DICOM statment";*  
*(stralcio allegato tecnico compilato per il lotto 2) "Possibilità (da offrire separatamente dopo attenta analisi dei flussi di comunicazione aziendale) di:*
  - *comunicare secondo il protocollo HL7 (verso i sistemi informativi ospedalieri, p.e da CUP/ADT e anagrafiche e invio erogato) e DICOM (verso PACS).*
  - *applicare firma digitale e inviare referti in pdf attraverso messaggi HI7 al repository*
  - *compiere desktop integration."*

- in entrambi i casi, ma soprattutto in relazione al lotto 2, parrebbe doversi ritenere che l'impresa abbia voluto escludere dal prezzo gli obblighi di interfacciamento e di interconnessione; in tal caso si dovrebbe disporre l'esclusione delle offerte perché i prezzi dei vari concorrenti non sarebbero più comparabili tra loro e l'offerta sarebbe comunque condizionata; la commissione ha però ritenuto, in considerazione dell'accettazione incondizionata degli obblighi contrattuali di lettera invito, di dare prevalenza a quest'ultima manifestazione di volontà, in applicazione del principio del favor participationis.

Quindi si prosegue con l'esame delle offerte finalizzato alla loro valutazione tecnica, che non viene concluso.

Si dà atto che il timing di gara è modificato, come da avviso pubblicato sul forum di gara; nello specifico sono differiti i termini per: fine periodo valutazione commissione (nuovo termine: 10/06/2013 ore 18:00:00) e per la pubblicazione esiti valutazione tecnica (nuovo termine: 10/06/2013 ore 18:01:00), mentre gli altri termini sono rimasti inalterati.


Alle ore 14:00 si dichiara conclusa la seduta; i lavori sono aggiornati a data da concertarsi informalmente; del che si redige il presente verbale, composto di p. 1 pagina, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro

Rosanna Pes

Luisa Uras

Francesca Deledda



## PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI 2 SISTEMI ECOGRAFICI

VERBALE N. 4 SEDUTA DEL 10/06/2013

Addì dieci del mese di giugno alle ore 11:00 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta riservata la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 1383 del 16/05/2013, così composta:

- avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
- dott.ssa Rosanna Pes	Direttore U.O. Cardiologia P.O. di Olbia	COMPONENTE
- dott.ssa Luisa Uras	Medico Servizio Consultoriale	COMPONENTE
- dott.ssa Francesca Deledda	assistente amministrativo	SEGRETARIO

Richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali nn. 1 del 20/05/2013, 2 del 23/05/2013, 3 del 4/06/2013 la commissione riprende e conclude la fase di accertamento preliminare di sufficienza delle offerte tecniche; si procede quindi con l'attribuzione dei punteggi, che, per maggiore chiarezza, come detto, saranno accompagnati, ove opportuno, da riferimenti sintetici agli elementi di maggiore e/o minore pregio delle offerte.

Il dettaglio dei punteggi risulta dagli **allegati 1 e 2** al presente verbale.

Si dà atto che i punteggi riparametrati saranno gli unici visibili sulla scheda trattativa perché i concorrenti conosceranno le valutazioni di dettaglio solo con la comunicazione di aggiudicazione definitiva.


Alle ore 14:30 si dichiara concluso l'esame preliminare delle offerte e tutte vengono dichiarate sufficienti; i lavori sono aggiornati a data da concertarsi informalmente; del che si redige il presente verbale, composto di n. 1 pagina, oltre che degli allegati descritti in narrativa, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro

Rosanna Pes

Luisa Uras

Francesca Deledda



Allegato 2 del verbale n. 4

**LOTTO 2: Sistema ecografico – media gamma – ad uso ginecologico- ostetrico  
PUNTEGGIO QUALITA' (MAX PUNTI 65)**

	<b>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA</b>	<b>ESAOTE SPA</b>	<b>PHILIPS</b>
1 Caratteristiche generali della piattaforma ecografica	5 migliori caratteristiche generali per specificita' in campo ostetrico e ginecologico ; monitor 19 LCD diagnostico hd orientabile a 360° 5	2 monitor 19 LCD non interlacciato orientabile senza specificazione dei gradi 2	2,5 monitor 20 LCD non interlacciato orientabile ruotabile a 360° 2,5
2 Caratteristiche della seconda armonica, compound imaging, riduzione effetto speckle	5 Il armonica funzionante su tutte le sonde presenza del dual imaging 5	3 Il armonica funzionante su tutte le sonde non presenza del dual imaging 3	2 Il armonica non descritto se funzionante su tutte le sonde non presente il dual imaging 2
3 Caratteristiche delle sonde	6 Complessivamente migliori per lo studio dell' anatomia fetale ed infertilita' dotate di pinless 6	4 Dotate di pinless 4	3 Priva di pinless 3
4 Caratteristiche dei moduli 3D e 4D e velocità di acquisizione volumetrica	5 Buon livello generale, eccellenza delle caratteristiche applicate al monitoraggio del cuore fetale 5	2 Buon livello generale 2	3 Buon livello generale, caratteristiche inferiori per il monitoraggio del cuore fetale 3
5 Calcolo e reporting	5 Caratteristiche migliori nel calcolo dei fattori di rischio per le anomalie cromosomiche (anche in termini di affidabilità) 5	2 Offerta non molto chiara per il calcolo dei fattori di rischio delle anomalie cromosomiche 2	3 Qualità intermedia per il calcolo dei fattori di rischio delle anomalie cromosomiche 3

6	Software per incremento risoluzione di contrasto , elaborazione stile tomografia, caratteristiche misurazione traslucenza	5	Presenza di SonoNT, misurazione della traslucenza nucleale secondo linee guida internazionali FMF, warning magnification descritta, software per incremento della risoluzione di contrasto presente su tutte le sonde	5	Non descritto il Sonoit, la misurazione della traslucenza nucleale secondo linee guida nazionali non sec FMF, software per incremento della risoluzione di contrasto non disponibile su tutte le sonde	Sebbene appaia presente il modulo per la misurazione automatica della traslucenza nucleale non risulta presente la Sono NT che prevede la Magnification Warning nel rispetto delle linee guida FMF il software per incremento della risoluzione di contrasto non specifica se disponibile su tutte le sonde
7	Ergonomia, funzionalità, maneggevolezza.	6	Migliore ergonomia funzionalità e maneggevolezza	6	Discrete caratteristiche	Buone caratteristiche
8	Flessibilità, facilità interfaccia utente	5	Buon livello generale elevata capacità di personalizzare i preset in maniera specifica	5	Discreto livello generale	Buon livello generale
9	Caratteristiche e dimensioni archivio, caratteristiche , periferiche, DICOM, masterizzatori CD DVD	5	Hard disk 500 GB	5	Hard Disk 250 Gb 2,5	Hard Disk 500 Gb
10	Hard Ware e software di referatazione	5	Buon livello generale hardware e software, migliore disponibilità di Software con calcoli dedicati all'ostetricia	5	Discreto livello generale hardware e software, caratteristiche molto inferiori e non specifiche	Buon livello generale

11	Caratteristiche altri accessori (lettino, sgabello, stampanti, ecc )	5	Non descritte alcune forniture 2	Non descritte alcune forniture 2	5
12	CONDIZIONI CONTRATTUALI (Garanzia e Assistenza Tecnica)	Punti totali 8 così ripartiti			
	Durata della garanzia se maggiore del massimo previsto (attribuibili in relazione all'eventuale contenuto dell'offerta migliorativa e alla comparazione con offerte concorrenti)	Punti 2	0	2	0
	Condizioni di garanzia (massimo se completamente incondizionata, pari a 0 se previste tutte le limitazioni di garanzia ammissibili, graduato per situazioni intermedie)	Punti 1,5	0	0	0

Tempo massimo di intervento dalla chiamata se inferiore al massimo possibile (vedasi CGA)	Punti 0,25		0	0	0,25
Tempo massimo soluzione guasto se inferiore al massimo possibile (vedasi CGA)	Punti 2,5		2	0,65	2
Fornitura apparecchiatura sostitutiva in anticipo rispetto ai tempi indicati all'art. 1 della lettera invito (valutando tempi)	Punti 1,5		1,5	1,5	1,5
Diagnosi remota	Punti 0,25		0,25	0,25	0,25
<b>TOTALE</b>			<b>57,75</b>	<b>31,9</b>	<b>41,5</b>

*Allegato 4 ex verbale n. 4*

**LOTTO 1 : Sistema ecografico - alta gamma - ad uso cardiologico  
PUNTEGGIO QUALITA' (MAX PUNTI 65)**

			<b>ESAOTE SPA</b>	<b>PHILIPS</b>	<b>GE</b>
1	Caratteristiche generali della piattaforma ecografica	5	4 Monitor non specifica il numero dei pixel e l'angolo di visione	5 monitor piu grande, specifica la matrice	3,5 monitor piu piccolo, non specifica il numero dei pixel
2	Ergonomia, funzionalità, maneggevolezza. Flessibilità, facilità interfaccia utente	5	3 non specifica peso e dimensioni; buon livello	3,5 specifica peso e dimensioni; buon livello	5 specifica dimensioni, ha un peso minore (senza periferiche) ; livello superiore
3	Caratteristiche Software ed hardware per ottimizzazione dei principali parametri di visualizzazione dell'imaging	5	4 ottimizzazione automatica di: B-Mode, Doppler Mode, risoluzione laterale, filtro	3 ottimizzazione automatica dei guadagni in B-Mode, Color Doppler, PW e PRF	5 ottimizzazione automatica di: guadagni, parametri B-Mode, CW e PW, angolo di scansione
4	Caratteristiche e dimensioni archivio e caratteristiche post processing ; Calcolo e misurazioni	7	6 dettagliate le dimensioni dell'archivio e le caratteristiche post-processing; software misurazioni di buon livello	6 dettagliate le dimensioni dell'archivio e le caratteristiche postprocessing; software misurazioni di buon livello	6 dimensioni dell'archivio non quantificate; livello superiore del pacchetto dei calcoli

5	Caratteristiche , periferiche, DICOM, masterizzatori CD DVD, uscite pen drive	4	4	4	4	4
6	Caratteristiche REPORTING con possibilità di trasmissione dei referti e delle immagini su carta comune	6	6	6	4 non specifica la stampa su carta comune	6
7	Caratteristiche delle sonde	5	3 sonda TEE non elettronica	3 sonda non a matrice attiva	5 sonda TEE elettronica, sonde transtoraciche a matrice attiva	5
8	Caratteristiche del modulo riserva coronarica	5	3 caratteristiche generiche	4 calcoli dedicati, automatici, pre-impostati	5 calcoli dedicati, ottimizzazione dell'immagine nei primi 4 cm di scansione	5
9	Caratteristiche del modulo eco stress	5	3,5 possibilità di analisi offline grazie alla copia dei dati grezzi	3 descrizione del pacchetto non dettagliata	5 ottimizzazione dei parametri per ogni livello di acquisizione	5

10	Caratteristiche del modulo strain e strain rate	5	4	5	rappresentazione Global Strain Index su doppio bulls eye	4
11	Caratteristiche altri accessori ( lettino, sgabello, stampanti, ecc )	5	3 non descritta alcuna fornitura	4 non specifica la larghezza del lettino	3 non descritta alcuna fornitura	
12	<b>CONDIZIONI CONTRATTUALI (Garanzia e Assistenza Tecnica)</b>	<b>Punti totali 8 così ripartiti</b>				
	Durata della garanzia se maggiore del massimo previsto (attribuibili in relazione all'eventuale contenuto dell'offerta migliorativa e alla comparazione con offerte concorrenti)	Punti 2	2	0	0	

	Condizioni di garanzia (massimo se completamente incondizionata, pari a 0 se previste tutte le limitazioni di garanzia ammissibili, graduato per situazioni intermedie)	Punti 1,5	0	0	0
	Tempo massimo di intervento dalla chiamata se inferiore al massimo possibile (vedasi CGA)	Punti 0,25	0	0,25	0
	Tempo massimo soluzione guasto se inferiore al massimo possibile (vedasi CGA)	Punti 2,5	0,65	2	2
	Fornitura apparecchiatura sostitutiva in anticipo rispetto ai tempi indicati all'art. 1 della lettera invito (valutando tempi)	Punti 1,5	1,5	1,5	1,5
	Diagnosi remota	Punti 0,25	0,25	0,25	0,25
	<b>TOTALE</b>		<b>47,9</b>	<b>48,5</b>	<b>55,25</b>

## PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI 2 SISTEMI ECOGRAFICI

VERBALE N. 5 SEDUTA DEL 20/06/2013

Addì venti del mese di giugno alle ore 11:00 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta riservata la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 1383 del 16/05/2013, così composta:

- avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
- dott.ssa Rosanna Pes	Direttore U.O. Cardiologia P.O. di Olbia	COMPONENTE
- dott.ssa Luisa Uras	Medico Servizio Consultoriale	COMPONENTE
- dott.ssa Francesca Deledda	assistente amministrativo	SEGRETARIO

Richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali nn. 1 del 20/05/2013, 2 del 23/05/2013, 3 del 4/06/2013 e 4 del 10/06/2013 si dà atto che:

- nel termine indicato in timing di gara si è provveduto a pubblicare sulla scheda trattativa della gara gli esiti delle valutazioni tecniche e, nello specifico, i punteggi complessivi riparametrati;
- con mail del 11/06/2013 (prot. n. 31503 del 13/06/2013 **allegato 1** al presente verbale) Csamed ha segnalato la mancata corrispondenza del numero della marcatura temporale dell'offerta economica caricata a sistema (upload) dall'impresa Philips per il primo round (tra l'altro irregolare perché trattasi in realtà di file di dettaglio dell'offerta richiesto solo agli aggiudicatari -vedasi lettera invito) con il numero di marcatura temporale identificativo dell'offerta economica precedentemente caricato a sistema dalla stessa (si precisa che l'irregolarità sta nel fatto che vi è discrepanza nei due numeri di marcatura temporale, perché in effetti il contenuto del file di dettaglio dell'offerta economica, in termini di valore assoluto, non potrebbe e non dovrebbe essere diverso dall'offerta economica non dettagliata). Pertanto, con comunicazione prot. n. 31215 del 11/06/2013, **allegato 2** (che, per maggiore trasparenza, si è stabilito fosse trasmessa anche agli altri offerenti), firmata dal Presidente sentito per le vie brevi i commissari, si è assegnato a Philips nuovo termine al fine di permettere all'interessata di depositare il file di offerta economica corretto, subordinando la sua accettazione, se depositata, alla verifica del rispetto del termine ultimo di marcatura e della corrispondenza del numero seriale identificativo dell'offerta economica relativa al 1° round, da parte del gestore dell'albo fornitori. Con mail (prot. n. 31500 del 11/06/2013 – **allegato 3**) Csamed ha attestato le regolarità del file di offerta economica nel frattempo caricato a sistema dall'impresa Philips. L'offerta è quindi accettabile.

Terminata la fase del 1° e 2° round, si procede indi alla visione della graduatoria di gara finale, come da **allegato 4**, da cui risulta migliore offerente, per entrambi i lotti, l'impresa Esaote, unica, tra l'altro, ad aver partecipato alla fase del rilancio (2° round).

La commissione dispone quindi l'aggiudicazione provvisoria del lotto 2 in favore dell'impresa Esaote, mentre ritiene opportuno sottoporre a verifica di congruità, in applicazione spontanea dell'art 86 comma 2 del D.Lgs 163/06, l'offerta della stessa impresa relativa al lotto 1, pur non essendo direttamente applicabile la disciplina prevista dagli artt. 86 e seguenti del Codice dei Contratti pubblici, trattandosi di procedimento ex art. 125 del Codice stesso.

Alle ore 14:00 si dichiara chiusa la seduta; i lavori sono aggiornati a data da concertarsi informalmente; del che si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, oltre che degli allegati descritti in narrativa, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro \_\_\_\_\_

Rosanna Pes \_\_\_\_\_

Luisa Uras \_\_\_\_\_

Francesca Deledda \_\_\_\_\_

**Francesca Deledda**

**Da:** Info Albofornitori [info@albofornitori.it]

**Inviato:** martedì 11 giugno 2013 16.40

**A:** Francesca Deledda

**Cc:** info@albofornitori.it

**Oggetto:** Gara sistemi ecografici

Gent.ma dott.ssa Deledda,

con riferimento alla procedura in oggetto, prot. 2013/21279, informiamo che una delle imprese partecipanti ha caricato sulla piattaforma il dettaglio dell'offerta economica (da inviare secondo timing il 20/06/2013) anzichè l'offerta formulata sullo schema excel previsto; il numero di serie della marca temporale associata al documento caricato non risulta corrispondente con il codice che l'operatore economico ha registrato a sistema in data 10/05/2013.

Si può supporre che la ditta sia in realtà in possesso del file di offerta, ma che abbia erroneamente trasmesso oggi il dettaglio, motivo per cui i numeri seriali non corrispondono.

Se la Stazione Appaltante autorizza, CSAméd può contattare il fornitore e farsi mandare via email il file di offerta richiesto, che sarà comunque accettato solo previa verifica del rispetto del termine ultimo di marcatura e della corrispondenza del numero di serie della marca. In caso contrario procederemo a importare in graduatoria solo l'offerta degli altri due concorrenti.

Rimaniamo pertanto in attesa di vostre indicazioni in merito.  
Cordiali saluti.

--




[info@albofornitori.it](mailto:info@albofornitori.it)

CSAméd srl  
Via Sesto 41  
26100 CREMONA - I  
tel. +39 0372 801730  
fax. +39 0372 801740

<http://www.albofornitori.it/>  
<http://www.csamed.it/>

**ASL2**  
Prot. 2013/ 0031503 del 13/06/2013  
M. L. L. (CSAméd) Srl



Allegato 2 del verbale n. 5

Prot. n. PG/2013/31215

Olbia, 11/06/2013

A: PHILIPS  
Epc CSAMED


**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI 2 SISTEMI ECOGRAFICI -  
ESCLUSIONE IMPRESA PHILIPS**

In data odierna Csamed ha comunicato (vedasi allegato) che il numero della marcatura temporale dell'offerta economica caricata a sistema (upload) da Philips per il primo round (tra l'altro irregolare perchè sembrerebbe trattarsi in realtà di file di dettaglio dell'offerta richiesto solo agli aggiudicatari - vedasi lettera invito) non coincide con il numero di marcatura temporale identificativo dell'offerta economica precedentemente caricato a sistema dalla stessa.

Pertanto Csamed è autorizzata ad attivare la procedura indicata nella sua comunicazione, **assegnando termine perentorio per l'invio del file di offerta via e mail non oltre le ore 18:00 di oggi; in difetto l'offerta di Philips dovrà essere considerata automaticamente esclusa. Ovviamente sull'offerta eventualmente inoltrata dovrà essere verificata l'esattezza del numero di marcatura temporale.**

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sardegna entro 30 giorni dalla sua conoscenza.

Distinti saluti.

  
**Avv. Roberto Di Gennaro**  
**Direttore del Servizio Provveditorato e**  
**Amministrazione Patrimoniale**

*Allegato da Lucia Scandolara*

## Francesca Deledda


**Da:** Lucia Scandolara [lucia.scandolara@csamed.it]  
**Inviato:** martedì 11 giugno 2013 17.27  
**A:** Francesca Deledda  
**Cc:** info@csamed.it  
**Oggetto:** Re: GARA ECOGRAFI

Buonasera,

confermo l'invio delle comunicazioni come da sue indicazioni; Philips ci ha trasmesso file di offerta valido (marcatura antecedente il termine ultimo di marcatura e numero di serie della marca corrispondente con il codice inserito a sistema).

Procediamo pertanto con l'inserimento dell'offerta a sistema; la graduatoria di entrambi i lotti sarà visibile dalle ore 16:00 di domani.

Cordiali saluti.



**Dott.ssa Lucia Scandolara**  
lucia.scandolara@csamed.it

**ASL2**

Prot. 2013/ 0031500 del 13/06/2013  
 INFO@CSAMED.IT

CSAmed srl  
 Via Sesto 41  
 26100 CREMONA - I  
 tel. +39 0372 801733  
 fax. +39 0372 801740



<http://www.csamed.it/>


Il 11/06/2013 17:05, Francesca Deledda ha scritto:

In allegato comunicazione da trasmettere alla Philips, **con allegata la vostra comunicazione.**

Il termine per il caricamento è oggi alle ore 18:00.

Cordiali saluti.

F. Deledda



*Allegato A al verbale n. 5*

## Report offerte economiche in busta chiusa telematica ©

**Trattativa** : n.prot. 2013/21279 - Fornitura di due sistemi ecografici**N.B.** Eventuali offerte non congrue, in quanto superiori al base d'asta, sono evidenziate in rosso.

<b>Lotto 1</b>	<b>Base d'asta €</b>	<b>Offerta €</b>
<b>Sistema ecografico - alta gamma - ad uso cardiologico</b>	<b>100000,000</b>	
- ESAOTE S.p.A.		65000,000
- ESAOTE S.p.A.		75000,000
- PHILIPS SPA		79370,000
- GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA		89000,000
<b>Lotto 2</b>	<b>Base d'asta €</b>	<b>Offerta €</b>
<b>Sistema ecografico - media gamma - ad uso ginecologico-ostetrico</b>	<b>75000,000</b>	
- ESAOTE S.p.A.		39490,000
- ESAOTE S.p.A.		52000,000
- PHILIPS SPA		52886,000
- GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA		73000,000

Valutazioni su offerte fornitori

Lotto 1 - Sistema ecografico - alta gamma - ad uso cardiologico - Base asta: 100.000,000 C

**Impostazioni:**

Punteggio MAX valutazione economica (VE): 35  
 Punteggio MAX valutazione tecnica (VT): 65  
 Punteggio MIN valutazione tecnica (VT): 0  
 con riparametrazione dei punteggi tecnici (R: punteggio riparametrato - A: punteggio assegnato dalla Commissione)  
 con calcolo dei punteggi economici effettuato sul ribasso rispetto al base d'asta

**Valutazione tecnica (VT):**

	VE tot riparametrato	VE tot non riparametrato	Caratteristiche generali della prestazione (5,0 punti)	Compatibilità, interoperabilità, compatibilità, portabilità, facilità di installazione (5,0 punti)	Caratteristiche Software ed interfaccia per utenti (5,0 punti)	Caratteristiche di interoperabilità e compatibilità con i sistemi (5,0 punti)	Caratteristiche di interoperabilità con i sistemi (5,0 punti)	Caratteristiche di interoperabilità con i sistemi (5,0 punti)	Caratteristiche di interoperabilità con i sistemi (5,0 punti)	Caratteristiche di interoperabilità con i sistemi (5,0 punti)	Caratteristiche di interoperabilità con i sistemi (5,0 punti)	Caratteristiche di interoperabilità con i sistemi (5,0 punti)	Caratteristiche di interoperabilità con i sistemi (5,0 punti)	Caratteristiche di interoperabilità con i sistemi (5,0 punti)
ESAOTE S.p.A.	35,00	35,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	35,00	35,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
PHILIPS SPA	35,00	35,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
SIEMENS S.p.A.	35,00	35,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

I seguenti fornitori non sono stati ammessi:

	VE	Prezzo (Euro)
GE HEALTH CARE CLINICAL SYSTEMS S.R.L.	35,00	100.000,00
SIEMENS S.p.A.	35,00	100.000,00
Toshiba Medical Systems S.p.A.	35,00	100.000,00

**Graduatoria:**

	VT	VE	Prezzo	Ribasso (%)	Punteggio totale
ESAOTE S.p.A.	65,00	35,00	100.000,00	0,00	100,00
PHILIPS SPA	65,00	35,00	100.000,00	0,00	100,00
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	65,00	35,00	100.000,00	0,00	100,00

Valutazioni su offerte fornitori

Lotto 2 - Sistema ecografico - media gamma - ad uso ginecologico-ostetrico - Base asta: 75.000,000 €

Impostazioni:

Punteggio MAX valutazione economica (VE): 35  
 Punteggio MAX valutazione tecnica (VT): 65  
 Punteggio MIN valutazione tecnica (VT): 0  
 con riparametrazione dei punteggi tecnici: (R: punteggio riparametrato - A: punteggio assegnato dalla Commissione)  
 con calcolo dei punteggi economici effettuato sul ribasso rispetto al base d'asta

Valutazione tecnica (VT):

	VT let trasmissione in segnale	VT nat trasmissione in segnale	Caratteristiche consigli della piattaforma diagnostica (5,0 punti)	Caratteristiche della seconda generazione compunti adattamenti della tecnica (5,0 punti)	Caratteristiche della seconda generazione della tecnica (6,0 punti)	Caratteristiche di sistemi 3D e 4D in pelvica di acquisizione voluntaria (5,2 punti)	Caratteristiche di sistemi 3D e 4D in pelvica di acquisizione voluntaria (5,0 punti)	Software per risultato di coltura di sistemi 3D e 4D in pelvica di acquisizione voluntaria (5,0 punti)	Ergonomia, funzionalità, maneggevolezza (6,0 punti)	Flexibilità facilità di gestione (5,0 punti)	Caratteristiche di sistemi caratteristiche di sistemi di sistemi (5,0 punti)	Caratteristiche di sistemi di sistemi (5,0 punti)	Caratteristiche di sistemi (5,0 punti)
ESAOTE S.p.A.	25,000	25,000	5,000	5,000	6,000	5,200	5,000	5,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	25,000	25,000	5,000	5,000	6,000	5,200	5,000	5,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000
PHILIPS SPA	25,000	25,000	5,000	5,000	6,000	5,200	5,000	5,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000
SIMENS S.P.A. Siemens Medical Systems S.r.l.	25,000	25,000	5,000	5,000	6,000	5,200	5,000	5,000	6,000	5,000	5,000	5,000	5,000

I seguenti fornitori non sono stati ammessi:

Nome (Fornitore)	Prezzo (Euro)
GE HEALTHCARE (GE MEDICAL SYSTEMS) S.R.L.	75.000,00
SIEMENS S.P.A.	75.000,00
Siemens Medical Systems S.r.l.	75.000,00

Graduatoria:

	VT	VE	Punteggio totale	Bilancio (€)	Punteggio totale con ribasso (€)
ESAOTE S.p.A.	65,000	35,000	100,000	75.000,00	100,000
PHILIPS SPA	65,000	35,000	100,000	75.000,00	100,000
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA	65,000	35,000	100,000	75.000,00	100,000

## PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISIZIONE DI 2 SISTEMI ECOGRAFICI

VERBALE N. 6 SEDUTA DEL 02/07/2013

Addì due del mese di luglio alle ore 10:00 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta riservata la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 1383 del 16/05/2013, così composta:

- avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
- dott.ssa Rosanna Pes	Direttore U.O. Cardiologia P.O. di Olbia	COMPONENTE
- dott.ssa Luisa Uras	Medico Servizio Consultoriale	COMPONENTE
- dott.ssa Francesca Deledda	assistente amministrativo	SEGRETARIO

Richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali nn. 1 del 20/05/2013, 2 del 23/05/2013, 3 del 4/06/2013, 4 del 10/06/2013 e 5 del 20/06/2013 si dà atto che:

- Si è pubblicato apposito avviso sul forum inerente l'aggiudicazione provvisoria del lotto 2 ed il fatto che si sarebbero richieste giustificazioni dell'offerta al migliore offerente per il lotto 1;
- con nota prot. n. 33037 del 20/06/2013 si sono richieste all'impresa Esaote giustificazioni ex art. 86 c. 2 del D.Lgs 163/06, inerenti l'offerta relativa al lotto 1 della procedura in oggetto;
- nel termine assegnato (25/06/2013 ore 12:30) l'impresa Esaote ha depositato a sistema la documentazione richiesta (nostro prot. 34125 del 26/06/2013).

La commissione procede quindi all'esame delle giustificazioni fornite dall'impresa Esaote. Esse vengono ritenute esaustive, pertanto viene sciolta la riserva sulla congruità dell'offerta relativa al lotto 1 e si dispone l'aggiudicazione provvisoria a favore dell'impresa Esaote anche per il lotto in questione.

Conclusi i propri lavori, la commissione rassegna gli atti al Servizio Provveditorato per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Alle ore 11:30 si dichiara chiusa la seduta, del che si redige il presente verbale, composto di n. 1 pagina, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Roberto Di Gennaro \_\_\_\_\_

Rosanna Pes \_\_\_\_\_

Luisa Uras \_\_\_\_\_

Francesca Deledda \_\_\_\_\_