

**ALLEGATO 3 AL VERBALE N. 8**

**LOTTO N°4  
POMPA INFUSIONALE A SIRINGA PER ANESTESIA**

<b>APPARECCHIATURA - TOT. PUNTEGGIO</b>					<b>40</b>	
	<i>parametri per l'attribuzione del punteggio dell'apparecchiatura</i>	Punteggio Max. attribuibile	<b>B. BRAUN</b>		<b>FRESENIUS KABI</b>	
			<b>PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)</b>	<b>PMA X PE</b>	<b>PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)</b>	<b>PMA X PE</b>
<b>7</b>	Ergonomia	<b>5</b>	1,00	5,00	1,00	5,00
<b>8</b>	precisione d'infusione	<b>5</b>	0,80	4,00	1,00	5,00
<b>9</b>	Sistemi di sicurezza proposti (diversi dagli allarmi)	<b>5</b>	1,00	5,00	1,00	5,00
<b>10</b>	ampia gamma di flussi	<b>4</b>	1,00	4,00	0,88	3,50
<b>11</b>	Allarmi (tipologia e numero, regolabilità, caratteristiche)	<b>3</b>	1,00	3,00	0,83	2,50
<b>12</b>	Facilità di gestione dell' Archivio farmaci	<b>2</b>	1,00	2,00	0,50	1,00
<b>13</b>	Visualizzazione del nome del farmaco	<b>2</b>	1,00	2,00	1,00	2,00
<b>14</b>	funzioni opzionali:es. predisposizione per PCA	<b>2</b>	1,00	2,00	0,00	0,00
<b>15</b>	Tipi di siringhe compatibili	<b>2</b>	1,00	2,00	0,50	1,00

<b>16</b>	Possibilità di impilare ed agganciare più pompe	<b>2</b>	1,00	2,00	1,00	2,00
<b>17</b>	Cavo di alimentazione preferibilmente senza trasformatore/alimentatore esterno	<b>2</b>	0,75	1,50	1,00	2,00
<b>18</b>	Maggior Grado di Impermeabilità (IP-x)	<b>2</b>	0,90	1,80	0,90	1,80
<b>19</b>	Dimensioni e peso in kg Specificare lunghezza, larghezza, altezza e peso della pompa completa di batteria e senza batteria	<b>2</b>	1,00	2,00	0,75	1,50
<b>20</b>	autonomia delle batterie (ore, se superiori al minimo previsto) e tempo di ricarica delle stesse	<b>2</b>	1,00	2,00	0,25	0,50
<b>DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO TOT. PUNT.</b>		<b>15</b>				
	<i>parametri per l'attribuzione del punteggio dell'apparecchiatura</i>	Punteggio Max. attribuibile	<b>PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)</b>	<b>PMA X PE</b>	<b>PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)</b>	<b>PMA X PE</b>
<b>6</b>	Funzionalità ed ergonomia	<b>5</b>	1,00	5,00	0,80	4,00
<b>7</b>	materiale di costruzione	<b>3</b>	1,00	3,00	1,00	3,00

<b>8</b>	assenza di lattice	<b>2</b>	1,00	2,00	1,00	2,00
<b>9</b>	assenza di ftalati	<b>2</b>	1,00	2,00	1,00	2,00
<b>10</b>	confezionamento ed etichettatura	<b>1</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>11</b>	metodo di sterilizzazione	<b>1</b>	0,50	0,50	0,50	0,50
<b>12</b>	tempo di validita' del prodotto sterile	<b>1</b>	0,75	0,75	1,00	1,00
<b>ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI AGGIUNTIVI - TOT. PUNTEGGIO</b>		<b>5</b>				
	<i>parametri per l'attribuzione del punteggio dell'apparecchiatura</i>	Punteggio Max. attribuibile	<b>PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)</b>	<b>PMA X PE</b>	<b>PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)</b>	<b>PMA X PE</b>

<b>1</b>	modalità generali di assistenza (inclusa telefonica con numero dedicato da lun a ven dalle 9 alle 18)	<b>1</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>2</b>	tempi di intervento su chiamata (ore lavorative)	<b>2</b>	0,50	1,00	1,00	2,00
<b>3</b>	manutenzioni programmate					
<b>4</b>	tempi di sostituzione apparecchio non funzionante (in giorni naturali e consecutivi)	<b>1</b>	0,30	0,30	1,00	1,00
<b>5</b>	Addestramento (ore distinte per tecnici e personale sanitario)	<b>1</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
<b>TOTALE QUALITA'</b>		<b>60</b>		<b>55,85</b>		<b>51,3</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO A SEGUITO DI RIPARAMETRAZIONE</b>				<b>60</b>		<b>55,11</b>