

ALLEGATO 1 AL VERBALE N. 3

SCHEMA LOTTO N°3
POMPA INFUSIONALE VOLUMETRICA MULTICANALE

APPARECCHIATURA - TOT. PUNTEGGIO**40**

*parametri per l'attribuzione del punteggio
dell'apparecchiatura*

Punteggio Max.
attribuibile

ALMED

**PUNTEGGIO ESPRESSO TRA
0 E 1 (PE)**

PMA X PE**7**

Ergonomia

6

0,83

5,00

8

Possibilità di infusioni
contemporanee, specificare
il numero di vie
completamente indipendenti

4

1,00

4,00

9

Sistemi di sicurezza proposti
(diversi dagli allarmi)

4

1,00

4,00

10

Allarmi (tipologia e numero,
regolabilità, caratteristiche)

3

1,00

3,00

11

*FUNZIONALITA' ED
ERGONOMIA*

Autonomia della batteria
ricaricabile, alla velocità
massima (ore, se superiori
al minimo previsto),

2

1,00

2,00

12

Maggior Grado di
Impermeabilità (IP-x)

2

0,25

0,50

13

Cavo di alimentazione
preferibilmente senza
trasformatore/alimentatore
esterno

2

0,50

1,00

14

Funzioni opzionali
potenzialmente attivabili

2

1,00

2,00

15

Facilità di gestione dell'
Archivio farmaci

2

1,00

2,00

16

Possibilità di impilare ed
agganciare più pompe

1

0,50

0,50

17

Tipo di meccanismo di
infusione

3

0,67

2,00

18

PRECISIONE DI

% errore di infusione alla
velocità impostata

3

0,67

2,00

19	INFUSIONE	Volume minimo e massimo programmabile e relativi incrementi in ml/ora	2	1,00	2,00
20		ampia gamma di flussi	2	1,00	2,00
21	DIMENSIONI E PESO	Specificare lunghezza, larghezza, altezza e peso della pompa completa di batteria e senza batteria	2	1,00	2,00
DISPOSITIVI MEDICI - TOT. PUNTEGGIO			15		
	Parametri per l'attribuzione del punteggio dei dispositivi medici monouso sterili		Punteggio Max. attribuibile	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE
6	Funzionalità ed ergonomia		5	0,60	3,00
7	materiale di costruzione		3	1,00	3,00
8	assenza di lattice		2	1,00	2,00
9	assenza di ftalati		2	0,00	0,00
10	confezionamento ed etichettatura		1	1,00	1,00
11	metodo di sterilizzazione		1	1,00	1,00
12	tempo di validita' del prodotto sterile		1	1,00	1,00
ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI AGGIUNTIVI - TOT. PUNTEGGIO			5		
	Parametri per l'attribuzione del punteggio		Punteggio Max. attribuibile	PUNTEGGIO ESPRESSO TRA 0 E 1 (PE)	PMA X PE
1	modalità generali di assistenza (inclusa telefonica con numero dedicato da lun a ven dalle 9 alle 18)		1	0,50	0,50
2	tempi di intervento su chiamata (ore lavorative)		2	0,75	1,50
3	manutenzioni programmate				
4	tempi di sostituzione apparecchio non funzionante (in giorni naturali e consecutivi)		1	1,00	1,00

5	Addestramento (ore distinte per tecnici e personale sanitario)	1	1,00	1,00
TOTALE QUALITA'		60		49,00
TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO A SEGUITO DI RIPARAMETRAZIONE				60,00