

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI PROTESICI IMPIANTABILI VARI: RETI PER ERNIA E LAPAROCELE

VERBALE N. 3 SEDUTA DEL 10/03/2015

Addì dieci del mese di marzo alle ore 13:10 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta riservata, senza preavviso e con concerto dell'ultimo momento, la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 213 del 18/02/2015, così composta:

- avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
- dott.ssa Apollonia Pipere	Dirigente Medico Farmacia P.O. Tempio	COMPONENTE
- dott. Luigi Presenti	Direttore U.O. Chirurgia P.O. di Olbia	COMPONENTE
- dott.ssa Francesca Deledda	assistente amministrativo	SEGRETARIO

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbale n. 1 del 2/03/2015, n. 2 del 09/03/2015 la commissione riprende l'esame dei lotti per cui sono state ravvisate alcune criticità: 2, 4, 6, 15 e 22.

Avendo concluso il riesame delle offerte pervenute per i lotti di cui sopra la commissione stabilisce quanto segue:

LOTTO 2:

La commissione concluso l'esame dell'offerta dell'impresa Sanifarm Srl, adotta i seguenti provvedimenti:
accertato per il lotto 2 che:

- le specifiche di capitolato prevedono quanto segue:
"Rete piana in polipropilene monofilamento macroporosa, di peso leggero (42 g/m2 ca.), per la chirurgia vaginale e per la chirurgia delle ernie inguinali, misura 6 x 11 cm ca., sterile";
- la correlata specifica del prodotto offerto, riportata nella relativa scheda tecnica, è la seguente:
"peso: 127 gr./mq"; si tratta di scostamento sensibilissimo rispetto a quanto richiesto;
- inoltre, da una verifica più approfondita sul campione depositato, la rete non risulta essere macroporosa.

LOTTO 4:

Accertato per il lotto 4 che:

- le specifiche di capitolato prevedono quanto segue:
"Rete pre-sagomata in polipropilene macroporosa, di peso leggero (43 g/m2 ca.), per la chirurgia delle ernie inguinali, pre-sagomata con foro ed apertura, sterile...";

- la correlata specifica del prodotto offerto (4 a e 4 b), riportata nelle relative schede tecniche, è la seguente:
"peso: 107 gr./mq"; si tratta, nello specifico, di scostamento sensibilissimo rispetto a quanto richiesto;
- inoltre, da una verifica più approfondita sul campione depositato, la rete non risulta essere macroporosa.

Per tali motivazioni, in conformità a quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs 163/2006, le offerte dell'impresa Sanifarm Srl, per i lotti 2 e 4, sono respinte e di ciò si dovrà dare comunicazione nelle forme e nei tempi di rito.

LOTTO 6:

La commissione concluso l'esame dell'offerta dell'impresa Terapon Srl, premesso che:

- le specifiche di capitolato prevedono quanto segue:
"Rete pre-sagomata tridimensionale in polipropilene monofilamento formata da una porzione sopra fasciale 12 x 5 cm ca., con foro e provvista di patch ancorato espandibile con filo di sutura, per il trattamento delle ernie inguinali e difetti della parete addominale, sterile, misure...";
- il prodotto offerto non include il filo di sutura; l'impresa dichiara che il proprio prodotto è equivalente dal punto di vista tecnico anzi addirittura superiore; tuttavia l'onere di dimostrare l'equivalenza, che grava sull'impresa (art. 68 c. 4 del Codice dei Contratti), non è soddisfatto in modo sufficiente dalla descrizione del prodotto; per accertare compiutamente l'equivalenza sarebbe stato necessario esaminare un campione che avrebbe dovuto essere depositato spontaneamente dall'impresa, fatto che non è avvenuto.

L'equivalenza della caratteristica tecnica del prodotto offerto non risulta quindi sufficientemente dimostrata.

Per tali motivazioni, in conformità a quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs 163/2006, l'offerta dell'impresa Terapon Srl è respinta e di ciò si dovrà dare comunicazione nelle forme e nei tempi di rito.

LOTTO 15:

La commissione concluso l'esame dell'offerta dell'impresa Medical Spa, premesso che:

- le specifiche di capitolato prevedono quanto segue:
"Rete semi-assorbibile in polipropilene monofilamento macroporoso, rivestita di polidiossanone o equivalente e da uno strato assorbibile a 4 settimane ca., per la riparazione delle ernie incisionali ed insufficienze fasciali con tecnica sia a "cielo aperto" che laparoscopica, sterile, nelle misure:

<i>a</i>	<i>10 x 15 cm ca., di forma ovale</i>
<i>b</i>	<i>15 x 15 cm ca.,</i>
<i>c</i>	<i>10 x 20 cm ca.,</i>
<i>d</i>	<i>30 x 30 cm ca.</i>

- le correlate specifiche del prodotto offerto, riportate nell'offerta tecnica senza prezzi, sono le seguenti:

<i>a</i>	<i>10.2 x 15.2 CM</i>	<i>ELLITICA</i>
<i>b</i>	<i>15.2 CM DIAMETRO</i>	<i>ROTONDA</i>
<i>c</i>	<i>15.2 x 20.3</i>	<i>ELLITICA</i>
<i>d</i>	<i>30.5 x 30.5</i>	<i>RETTANGOLARE</i>

Le caratteristiche dei sub prodotti b e c offerti non risultano quindi rispondenti ai requisiti minimi richiesti (b: per dimensione e forma; c: per dimensione e forma) e non sono equivalenti.

Per tali motivazioni, in conformità a quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs 163/2006, l'offerta dell'impresa Medical Spa, per il lotto 15, è respinta e di ciò si dovrà dare comunicazione nelle forme e nei tempi di rito.

LOTTO 22:

La commissione concluso l'esame dell'offerta dell'impresa Johnson & Johnson Medical Spa, premesso che:

- le specifiche di capitolato prevedono quanto segue:

"Rete biologica in collagene acellulare derivato dal derma suino "cross-linked", sterile, per interventi addominali complessi sia con procedure laparoscopiche che a "cielo aperto", misure: ...";

- il prodotto offerto non è "cross-linked"; ciò è confermato dal fatto che il medesimo prodotto è offerto anche per il lotto 21, per il quale non è invece richiesta la caratteristica in oggetto, e rispetto al quale, per tale ragione risulta conforme.

Per tali motivazioni, in conformità a quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs 163/2006, l'offerta dell'impresa Johnson & Johnson Medical Spa è respinta e di ciò si dovrà dare comunicazione nelle forme e nei tempi di rito.

Gli esiti delle valutazioni effettuate sulle offerte valide per i lotti 2, 4, 6, 15 risultano dalle schede (da **1 a 4**) allegate al presente verbale, mentre si dà atto che il lotto 22 è deserto a seguito dell'esclusione dell'unica offerta (impresa Johnson & Johnson Medical Spa).

Si dà atto che in data 12/03/2015, ore 13:00, si procederà alla pubblicazione, all'interno delle scheda trattativa, di un file contenente i punteggi tecnici complessivi lotto per lotto, mentre i dettagli di attribuzione dei punteggi saranno conoscibili dopo l'aggiudicazione definitiva.

Alle ore 13:50 essendosi conclusi i lavori, la seduta viene dichiarata chiusa.

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 4 pagine, oltre che degli allegati sopra descritti, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.

Roberto Di Gennaro FIRMATO

Luigi Presenti FIRMATO

Apollonia Pipere FIRMATO

Francesca Deledda FIRMATO