

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1065 DEL 14/09/2015

OGGETTO: CONTRATTO DI “SERVICE AREA DEL SIERO” – APPROVAZIONE
VARIANTE IN CORSO D’OPERA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 14/09/2015	Al 29/09/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

Premesso quanto segue :

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1905 del 04/07/2014 si è aggiudicata definitivamente la procedura ristretta di rilievo europeo per la fornitura in service di sistemi diagnostici per "Area del siero", a favore del RTI Capogruppo Abbott Srl; il relativo contratto è stato registrato presso l'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate il 5/12/2013, al n. 3239;
- in fase di gestione contrattuale l'impresa mandante ha iniziato la commercializzazione di una apparecchiatura che costituisce evoluzione tecnologica di quella inclusa nell'offerta di gara, proponendone la sostituzione (vedasi **allegato**); al riguardo il Direttore dell'U.O. Laboratorio Unico ha scritto quanto segue (mail trasmessa al Servizio Provveditorato il 1/09/2015 ore 09:26): "... trattasi del progetto di sostituzione dei 3 strumenti "LIAISON" con 2 "LIAISON XL" che la Ditta non ha potuto offrire fin dall'inizio perché il test PROCALCITONINA era ancora in fase di validazione sullo strumento più evoluto. La sostituzione avverrebbe in due fasi; la prima consiste nella sostituzione di 1 "LIAISON" con 1 "LIAISON XL" e la seconda con la sostituzione dei rimanenti 2 "LIAISON" con il secondo "LIAISON XL". L'operazione non ha alcun costo per l'Azienda ma si traduce, anzi, in un notevole risparmio dovuto sia al miglioramento organizzativo (impiego di personale, utilizzo degli spazi, consumi) che al più razionale utilizzo dei reagenti (minori sedute di calibrazione e controllo); proprio il test su nominato ha sul nuovo strumento una performance a cui non si può rinunciare sia dal punto di vista dei costi (infatti, si passa da calibrazioni ad ogni kit a calibrazioni ogni 60 giorni) sia dal punto di vista delle ricadute cliniche: trattandosi di test salvavita (serve a diagnosticare la setticemia) una riduzione dei tempi di acquisizione del dato da 38 minuti a 16 minuti è tutt'altro che trascurabile! Infine, lo strumento "LIAISON XL", utilizzando puntali monouso, è del tutto scevro dal problema del trascinamento ed utilizzando una più precisa meccanica per il trasporto delle cuvette monouso ha un numero di fermo macchina molto inferiore."
- le ampie e circostanziate motivazioni fornite dal Direttore dell'U.O. Laboratorio Unico aziendale consentono di ricondurre la fattispecie a quanto previsto dall'art. 311 comma 2 lettera b) del DPR 207/2010, cioè a modificazione migliorativa senza alcun onere aggiuntivo diretto per quest'Azienda;

VISTI:

- il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Il DPR .207/2010;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L'atto aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- Di autorizzare la variante in corso d'opera ai sensi dell'art 311 comma 2 lettera b) del DPR 207/2010 del contratto "service Area del Siero", come risulta dalle premesse del presente provvedimento, senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, dando anzi atto che dalla variante deriveranno economie di spesa come descritte nelle stesse premesse;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

per il Servizio
R. Di Gennaro
F.Deledda
Codice Servizio 257/2015

DiaSorin

The Diagnostic Specialist

Tranquillo Protti

DiaSorin S.p.A.
Via Crescentino, snc
13040 Saluggia (VC) Italy
Tel. +39 0161 487 526-947
Fax +39 0161 487 670
www.diasorin.com

Cap. Soc. 55.948.257 Euro i.v. - R.E.A. 180729
Cod. Fiscale e Iscrizione Reg. Imprese di Vercelli
13144290155 - Partita IVA 13144290155
Sede Legale in Saluggia
Via Crescentino, snc

ASL n. 2 OLBIA	
POSTA IN ARRIVO	
31 AGO 2015	
36618	

Spettabile
ACQUISIZIONE BENI
AZ. SANITARIA LOCALE N. 2
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
Viale Aldo Moro
07026 OLBIA

p.c.: Direttore Laboratorio P.O. Olbia
Dr. FLAVIO LAI

DI115530A/lg

Saluggia, 08/05/2015

Oggetto: " AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO DELIBERA 1905 DEL 4/07/2014 E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE DELIBERA 1136 DEL 25/09/2014"

In riferimento alle delibere citate in oggetto, con la presente comunichiamo che DiaSorin SpA è disponibile a fornire, a titolo di aggiornamento tecnologico, la seguente strumentazione :
N. 1 LIAISON XL , senza alcun aggravio di spesa per il Vs. spettabile Ente.

Restiamo in attesa di ricevere copia della presente firmata per accettazione e con l'occasione ci è gradito porgere cordiali saluti

DiaSorin s.p.a.
PROCURATORE
(Stefano Borri)

**Qualità italiana, un valore aggiunto
per la tua professione.**

