

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 625      DEL 07/07/2016**

**OGGETTO:** ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER IL CENTRO TRASFUSIONALE MEDIANTE NEGOZIAZIONE SU ALBO FORNITORI TELEMATICO

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		AVV ROBERTO DI GENNARO	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 07/07/2016	Al 22/07/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**Su proposta del** Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e su istanza del Direttore del Centro Trasfusionale;

**Premesso quanto segue:**

che il Primario del Centro Trasfusionale e di Microcitemia del P.O. di Olbia ha richiesto con nota protocollo n.2354 del 18/04/2016, n. 15 confezioni di TSCD WAFERS cod. SCW017, elementi saldanti per effettuare connessioni sterili di tubatismi per procedure di lavorazione delle sacche di raccolta sangue e circuiti ematici per apparecchiatura Terumo in dotazione al Centro Trasfusionale di Olbia;

**Verificato che** il materiale richiesto potrebbe risultare presente nella vetrina Me.Pa, cui è obbligatorio ricorrere in assenza di convenzione CONSIP, pertanto si è proceduto a lanciare RDO 1229780 considerato il valore della fornitura;

purtroppo la RDO 1229780 è andata deserta;

pertanto, l'impresa fornitrice è stata invitata a presentare offerta sulla piattaforma dell'Albo Fornitori aziendale;

nel termine fissato l'impresa ha presentato la sua offerta:

<b>IMPRESA FORNITRICE</b>	<b>PRESIDIO</b>	<b>QUANTITATIVO</b>	<b>PREZZO UNITARIO NETTO IVA</b>	<b>TOTALE netto IVA</b>
TERUMO BCT ITALIA	Wafer TSCD cod SCW017	15 conf. Da 140 pezzi= 2100 pezzi	2,40	5.040,00

**Considerato** che la spesa per l'acquisto del materiale in parola è pari complessivamente ad € 5.040,00 netto IVA;

**Visti**

Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

La L.R. 28.07.2006 n.10;

La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.;

Il D.lgs 18.04.2016 n. 50 art.36;

**IL Commissario Straordinario**

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- di aggiudicare la fornitura del materiale di seguito descritto all'Impresa Terumo BCT Italia per un importo complessivo stimato di € 5.040,00 I.V.A. esclusa: ,

<b>IMPRESA FORNITRICE</b>	<b>PRESIDIO</b>	<b>QUANTITATIVO</b>	<b>PREZZO UNITARIO NETTO IVA</b>	<b>TOTALE netto IVA</b>
TERUMO BCT ITALIA	Wafer TSCD cod SCW017	15 conf. Da 140 pezzi= 2100 pezzi	2,40	5.040,00

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata

<b>ANNO</b>	<b>UFF AUTORIZZ.</b>	<b>MACRO</b>	<b>NUMERO CONTO</b>	<b>IMPORTO(IVA INCL.)</b>
2015	UA2_ACQ	1	A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari	6.148,80

- Il Servizio Provveditorato è responsabile dell'esecuzione e della gestione contrattuale (ordinativi, etc.) e provvederà alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura, con le modalità indicate nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015; ;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.
- i Comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29 c. 2 della Legge Regionale 28 Luglio 2006, n.10.

**Il Commissario Straordinario  
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 3  
Per il Servizio Provveditorato  
R. Di Gennaro  
F. Nuonno  
M.Amic  
Codice Servizio 198/2016

*Spett.le***AO Santa Maria Terni**  
Via Tristano di Joannuccio, 1  
05100 Terni (TR)

Roma, 13.06.2016

**Ns. Protocollo 17/2016/TOTBCT/AD/mp****Oggetto: RDO accessori per apparecchiature in uso – wafer per connettore TSCD.**

La sottoscritta Adele Dieci, nata a Parma il 31.08.1967, Codice Fiscale DCIDLA67M71G337L, domiciliata per la carica ove appresso, in qualità di Amministratore Delegato della società **Terumo BCT Italia s.r.l. - Unipersonale** con sede legale e sede operativa in Roma, Via Simone Martini, 143/145 - Tel. 06.51303403 - Fax 06.51956078, Partita IVA, Codice Fiscale ed iscrizione alla CCIAA di Roma n. 13730121004, ha il piacere di sottoporre la propria migliore offerta per la fornitura dei prodotti di seguito elencati:

**Materiale di consumo:**

Lamette Wafers per "TSCD II" - Conf. 140 pz. - CND non applicabile - RDM non applicabile

<b>Codice</b>	<b>SC*W017</b>
Descrizione	Wafer per TSCD II
Pezzi per confezione	140
Prezzo di ciascuna unità presente nella confezione	€ 2,40 ( <i>dueeuro/40</i> )
Prezzo di ciascuna confezione;	€ 336,00 ( <i>trecentotrentaseieuro/00</i> )
Quantità richieste	15 conf.
<b>Prezzo totale offerto IVA esclusa</b>	€ 5.040,00 ( <i>cinquemilazeroquarantaeuro/00</i> )

***Gli oneri per la sicurezza incidono sul prezzo offerto per € 10,08 pari allo 0,2% del totale (già inclusi nel prezzo totale di offerta).***

**Condizioni di Fornitura**

I.V.A:	a Vs. carico;
Trasporto:	in porto franco c/o Vs. sede;
Tempi di consegna:	entro 7 gg lavorativi dalla ricezione del Vs. ordine;
Modalità di pagamento:	rimessa diretta entro 90 giorni data fattura;
Validità dell'offerta:	la presente offerta è valida fino al 30/06/2017.

In fede

Il Legale Rappresentante

**Terumo BCT Italia s.r.l. – Unipersonale****Adele Dieci***Amministratore Delegato*

Nata a Parma il 31.08.1967

**Sistema automatico di connessione sterile di tubi di PVC ‘TSCD II’  
Specifiche tecniche lamette (wafer)**

- **Nome Prodotto : TSCD wafers**
- **Codice Prodotto: SC\*W017**



<b>Componenti</b>		<b>Materiali</b>
<b>Wafer</b>	Involucro esterno	Rame
	Adesivo	Resina acrilica
	Elemento resistivo per riscaldamento	Pasta di Argento
<b>Cartuccia</b>	Coperchio	Poliestere
	Contenitore	Poliestere
	Piastra di ritenzione	Poliestere
	Molla	Acciaio Inox
	Etichetta	Poliestere

**Condizioni di stoccaggio** : non conservare a temperature o umidità estreme

**Dimensioni esterne** : 48,2x16,2x45,6mm (LxHxP)  
(Wafer: 34,3x12,7x0,3mm (LxHxP))

**Resistenza** : 7,1-12,5 Ohm

**Resistenza di isolamento** : > 5M Ohm a 500VDC

**Precauzioni** : singolo utilizzo.

*SNC*

PROT.N *2354*  
*18-04-2016*

**AL SERVIZIO PROVVEDITORATO**  
**OLBIA**

**OLBIA 15/04/2016**

**OGGETTO : richiesta wafers**

Si richiedono dalla ditta TERUMO n 15 confezioni di TSCD WAFERS, cod. SC\*W017,  
per connettore sterile TSCD.

Il connettore è di proprietà dell'Azienda e i wafers sono indispensabili per la  
connessione sterile dei tubi delle sacche per la preparazione dei pool piastrinici.

**IL DIRETTORE**

**Dr.ssa Maddalena Lendini**