

SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2**  
Olbia

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE <sup>655</sup> N. DEL 20/03/2012

**OGGETTO: ACQUISTO DI OTOMICROSCOPIO PER L'U.O. DI ORL DEL P.O. DI TEMPIO PAUSANIA EX  
ART.125 DEL DLGS 163/2006.**

L'anno duemiladodici il giorno Sei del mese di Marzo

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Dottor GIOVANNI ANTONIO FADDA***

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

**PREMESSO CHE** il Direttore dell'U.O. di ORL del P.O. di Tempio, ha fatto richiesta di acquisto , per la diagnostica differenziale di svariate patologie auricolari, da quelle infiammatorie (otiti esterne batteriche/micotiche , otiti-medie) a quelle traumatiche (perforazioni timpaniche), oltre che per consentire l'estrazione di corpi estranei e la medicazione post-chirurgica, di un otomicroscopio diagnostico da destinare all'ambulatorio esterni dell'U.O di Tempio Pausania.

**CONSIDERATO** che la spesa è inferiore ad €.40.000 si può procedere all'acquisto ex art.125 del Dlgs 163/2006;

**VERIFICATO** che l'Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP in quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi in nessuna convenzione quadro attualmente in essere;

**RILEVATO** che la Ditta Biomedica by Amplifon sentita per le vie brevi ha inviato la sua offerta;

**RITENUTO** opportuno procedere alla fornitura del materiale suddetto per consentire l'attivazione del progetto in premessa;

**SU** conforme parere del Direttore Generale e del Dirigente Amm.vo del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

**VISTI**  
il D.Lgs. 163/2006 e successive integrazioni e modificazioni;  
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.  
L'Atto Aziendale


#### **DELIBERA**

Per le motivazioni esposte in premessa:

- di acquistare dalla ditta Biomedica by Amplifon n. sistema otomicroscopio diagnostico composto come da offerta allegata da destinare all'U.O. di ORL del P.O. di Tempio per un importo di €.18.500,00 netto Iva ;
- l'importo di €.22.385,00 Iva al 21% compresa graverà sul conto n...0102020401 attrezzature sanitarie e scientifiche del piano dei conti del 2012;
- di provvedere alla liquidazione della fattura con Deliberazione del Direttore Generale previo riscontro della regolarità della fornitura;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed al Servizio Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29 comma 2 della L.R. n. 10/2006.

**Letto, confermato e sottoscritto**

IL DIRETTORE SANITARIO  
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU



per il Servizio Provveditorato  
F. Manconi  
F. Nuonno  
Proposta 197/2012

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
DOTT. GIORGIO TADORE



IL DIRETTORE GENERALE  
DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA



(luogo e data) Olbia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 22/03/2012, e che:

☞ è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 22/03/2012

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso \_\_\_\_\_.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali



**Biomedica by Amplifon**  
è una divisione di Amplifon spa

20141 Milano, Italia  
Via Ripamonti, 133  
Tel. +39 02.574721 (34 linee r.a.)  
Fax +39 02.57472201  
<http://biomedica.amplifon.com>  
Telegr. Amplimilan Milano  
Ccp. 29260205

Geni Iissimo  
Dr. Eozzo Corrado  
@-mail: [coboz@tin.it](mailto:coboz@tin.it)

Palermo, 12 Febbraio 2012.

**OFFERTA N. 07- 012 MC** (da citare in sede di ordine)

La società Amplifon S.p.A. con sede legale in Milano - Via G. Ripamonti n. 131/133 - Codice fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro Imprese n. 04923960159, iscritta al REA della CCIAA di Milano al n. 1064063, nella persona del Sig. CORRAO nella sua qualità di Tecnico Commerciale, con riferimento alla vostra richiesta, si pregia sottoporvi la propria migliore offerta, alle seguenti condizioni:

- **prezzi:** al netto di IVA al 21%
- **validità prezzi:** 180gg. (data)
- **pagamento:** 0-30-60-90 gg ricevimento fattura
- **resa:** franco Vs. indirizzo
- **consegna prevista:** 30gg. data ricevimento ordine.

Le condizioni di fornitura allegate sono parte integrante dell'offerta.

QUANTITA'	DESCRIZIONE	PREZZO
-----------	-------------	--------

**Sistema completo così composto:**

- 22802402 Microscopio diagnostico operativo Karl-Kaps SD M60 con:**
- stativo a pavimento ad H
  - giunto 45°
  - sorgente luce 100W
  - 5 steps di ingrandimento
  - obiettivo 250mm
  - regolazione manuale fuoco fine
  - partitore ottico per telecamere endoscopiche

14 MAR 2012

12999





**21711692    Telecamera medicale 1 ccd 1/3" Amplicam-E con obiettivo 28 mm**

**21713002    Visia, software per acquisizione e gestione di immagini e filmati**

**22625222    Convertitore A/D Canopus con alimentatore medicale**

**21713062    FNL flessibile Amplifon diametro 3,4 mm lungh. 320 mm**


- Completo di cavo luce
- 130° up/down
- Valigetta compresa

**N° 3 Ottiche Rigide a scelta**

**PC con Printer a colori**

**Prezzo a Voi riservato ..... €    18.500,00**

Alleghiamo deplianti illustrativi con caratteristiche tecniche.



La garanzia sulle apparecchiature proposte, come previsto nelle nostre Condizioni Generali di fornitura allegate, è di 1 anni, e comunque a partire da non oltre il 30° giorno dalla data di consegna, qualora per cause indipendenti dalla Amplifon S.p.A. l'installazione non fosse avvenuta entro tale termine. L'installazione e la manutenzione delle apparecchiature eventualmente fornite, coordinate dal Laboratorio Tecnico Centrale di:

**AMPLIFON S.p.A. - via Ripamonti n. 133 - MILANO**

saranno effettuate da nostro personale tecnico altamente specializzato, con esperienza pluriennale nel servizio di assistenza alle apparecchiature elettromedicali, facente capo al Laboratorio Tecnico di area.

Nel caso in cui le apparecchiature vendute da Amplifon prevedano l'installazione e collaudo da parte di personale tecnico di Amplifon, il Cliente verrà contattato per concordare la data e l'ora dell'installazione. Al termine dell'installazione il Cliente accetterà la fornitura come conforme, apponendo la firma sul modulo di collaudo. Nei casi di apertura degli imballaggi da parte del Cliente o da suo personale dopo la consegna fisica del prodotto ma prima dell'installazione da parte del personale tecnico di Amplifon, la decorrenza della garanzia verrà considerata dalla data di consegna riportata sul D.d.T.

Durante l'installazione il Cliente dovrà permettere al personale tecnico di Amplifon il libero accesso ai locali di destinazione nonché aver provveduto alla disponibilità di servizi elettrici, idraulici, di comunicazione e quant'altro sia stato indicato in fase di offerta. Nel caso in cui per ragioni imputabili al Cliente e senza che Amplifon sia stata informata, l'installazione e il collaudo non possano essere perfezionati dal personale tecnico in loco, verrà addebitato al Cliente il costo del viaggio in base alle tariffe in vigore.

Al termine del periodo di garanzia potrà essere stilato contratto di assistenza in abbonamento per le apparecchiature scegliendo tra differenti tipologie di contratto studiate appositamente dal Servizio Assistenza Amplifon per soddisfare le vostre esigenze.

La nostra società si dichiara inoltre disponibile, in alternativa al contratto in abbonamento, a prestare comunque assistenza tecnica, su semplice chiamata, con dei tempi di intervento che possono essere quantificati in 24 ore lavorative dalla chiamata.

In occasione delle operazioni di collaudo e di messa in servizio degli strumenti, i nostri tecnici saranno a vostra disposizione per fornire al personale medico e/o paramedico addetto, tutte le istruzioni relative al buon funzionamento ed al corretto utilizzo delle apparecchiature eventualmente fornite, senza alcun aggravio di spesa.

Precisiamo, che nel periodo di garanzia il personale tecnico di Amplifon è l'unico autorizzato ad intervenire sulle apparecchiature fornite per manutenzione o riparazione.

In caso di interventi, manomissione o alterazione hardware o software dei prodotti rispetto alle condizioni originarie, effettuati da personale non autorizzato da Amplifon, la garanzia (come precisato nelle nostre Condizioni di fornitura) si considera decaduta a tutti gli effetti e non si risponderà per eventuale malfunzionamento delle apparecchiature fornite.

Per ulteriori informazioni, in merito alla presente offerta, vorrete cortesemente contattare il nostro funzionario di zona sig. Corrao, reperibile ai seguenti numeri telefonici: Cell: 347.6100163 - Tel/Fax: 091.933216

Distinti saluti.

AMPLIFON S.p.A.

---

---



## **CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA, GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA** **APPARECCHIATURE BIOMEDICALI AMPLIFON**

### **1) Validità dell'Offerta**

Se non diversamente indicato, la validità delle condizioni di offerta hanno una durata di 60 gg. L'accettazione degli ordini è subordinata alla conferma da parte di Amplifon. Qualora non venga data conferma scritta al Cliente entro 15 giorni dalla data di ricevimento dell'ordine questo è da considerarsi confermato.

### **2) Consegna Apparecchiature**

#### **Condizioni Generali**

Se non diversamente indicato il trasporto e l'installazione sono inclusi nel prezzo di offerta. Il Cliente deve permettere l'accesso ai locali dove dovrà essere installata l'Apparecchiatura e mettere a disposizione del personale tecnico di Amplifon i servizi elettrici, idraulici e murari necessari al funzionamento dell'Apparecchiatura in fase di offerta. I tempi di consegna riportati sull'offerta sono indicativi. Amplifon non riconosce responsabilità per ritardi dovuti a causa di forza maggiore, caso fortuito, scioperi o altre cause riconducibili a terzi.

#### **Cabine Silenti**

L'accettazione degli ordini di Cabine Silenti è subordinato alla firma per accettazione della piantina e delle misure della Cabina e all'indicazione sull'ordine del piano cui verrà installata (P.T., 1°p, 2° p, ecc.). La data di consegna precisa definitiva verrà concordata con il Cliente con un anticipo di almeno 15 gg. Eventuali costi aggiuntivi sostenuti da Amplifon per la consegna della Cabina dovuti a barriere architettoniche non segnalate dal Cliente in fase di richiesta di offerta, oppure dovuti a variazioni della data o del luogo di consegna richieste dal Cliente con un anticipo inferiore ai 15 gg dalla data prevista, saranno a Questi addebitati.

### **3) Installazione e Collaudo**

Nel caso in cui le Apparecchiature vendute da Amplifon prevedano l'installazione e collaudo da parte di personale tecnico di Amplifon, il Cliente verrà contattato per concordare la data e l'ora dell'installazione. Al termine dell'installazione il Cliente accetterà la fornitura come conforme, apponendo la firma sul modulo di collaudo. Nel caso di apertura degli imballaggi da parte del Cliente o da suo personale, dopo la consegna fisica del prodotto ma prima dell'installazione da parte del personale tecnico di Amplifon, la decorrenza della garanzia verrà considerata dalla data di consegna riportata sul D.d.T. Durante l'installazione il Cliente dovrà permettere al personale tecnico di Amplifon il libero accesso ai locali di destinazione nonché aver provveduto alla disponibilità di servizi elettrici, idraulici, di comunicazione e quant'altro sia stato indicato in fase di offerta. Nel caso in cui per ragioni imputabili al Cliente e senza che Amplifon sia stata informata, l'installazione e il collaudo non possano essere perfezionati dal personale tecnico già in loco, verrà addebitato al Cliente il costo del viaggio in base alle tariffe in vigore.

### **4) Condizioni Generali di Garanzia**

Amplifon garantisce che i prodotti biomedicali venduti sono esenti da vizi e difetti di conformità e ne garantisce il buon funzionamento per un periodo minimo di 12 mesi dalla data di installazione o collaudo o dalla data di consegna se non sono previsti installazione e collaudo. Qualora l'installazione ed il collaudo non siano avvenuti per cause non dipendenti dalla volontà di Amplifon, il periodo di garanzia decorre comunque da non oltre 30 giorni dalla data di consegna indicata sul documento di trasporto.

Nel periodo di Garanzia Amplifon fornisce gratuitamente il servizio di riparazione, ripristino o sostituzione, se necessario, dell'Apparecchiatura difettosa ON SITE o presso i suoi laboratori, a seconda del prodotto e come indicato nell'offerta di vendita.

La Garanzia decade per:

- a) guasti causati da negligenza, incuria, dolo o colpa grave del cliente o del suo personale, caso fortuito e accidentale
- b) interventi, manomissione o alterazione hardware o software del prodotto rispetto alle condizioni di consegna da parte di personale non autorizzato da Amplifon

La Garanzia non si applica in caso di:

- a) furto, incendio dei locali d'uso, calamità naturali
- b) eventi terroristici o bellici.

### **5) Assistenza Tecnica**

Amplifon fornisce il servizio di Assistenza Tecnica attraverso personale qualificato sulle Apparecchiature vendute. Il Servizio ON SITE può essere attivato attraverso telefono, fax, e-mail. Nel caso prodotti coperti dalla Garanzia ON SITE l'intervento avviene entro 3 giorni lavorativi dalla chiamata. Le parti di ricambio difettose sostituite gratuitamente in Garanzia rimangono di proprietà di Amplifon. Se necessario Amplifon si riserva il diritto di effettuare la riparazione presso i suoi laboratori senza costi aggiuntivi. Nel caso il prodotto non sia coperto dalla Garanzia ON SITE al Cliente saranno addebitate le sole spese di viaggio in base al tariffario in vigore ed in riferimento al Laboratorio Amplifon più vicino.

Se l'intervento non rientra sotto la copertura di Garanzia in generale verranno addebitate le spese di viaggio (se l'intervento è ON SITE), di mano d'opera nonché il costo delle eventuali parti di ricambio sostituite in base al listino in vigore. In questo caso le parti di ricambio difettose sostituite rimangono di proprietà del Cliente.

E' facoltà del Cliente stipulare con Amplifon contratti specifici di estensione della garanzia.

### **6) Reclami**


Eventuali reclami devono pervenire ad Amplifon per iscritto, via e-mail o via Fax. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Milano.



**biomedica**  
**amplifon**

## **Naso-Faringo-Laringoscopio**

*Uno strumento fondamentale  
dei sistemi di endoscopia  
diagnostica.  
Fornito in una  
valigetta professionale.*



**DOTAZIONI**

- Tester tenuta stagna
- Tappo per compensazione pressione
- Manuale istruzioni
- Cavo luce

**SPECIFICHE TECNICHE**

Direzione campo visivo	0°
Ampiezza campo visivo	80°
Profondità campo visivo	1-50 mm
Diametro esterno	3,4 mm
Lunghezza operativa	320 mm
Movimenti distali	130° in alto 130° in basso
Peso	240 g
Sterilizzazione	ETO – non autoclavabile (vd. Istruzioni)

Prodotto da:  
Xion GmbH  
Pankstr. 8-10 - 13127 Berlin (Germany)

Distribuito da:  
Amplifon S.p.A.  
Via Ripamonti 133 - 20141 Milano (Italia)  
Tel. +39 02 574721 - Fax +39 02 57472201  
[www.biomedica.amplifon.com](http://www.biomedica.amplifon.com)

---


**biomedica**  
**amplifon**

**VISIA**

video imaging software


La gestione dei  
filmati medicali  
più semplice  
ed affidabile

Visia è il software  
Amplifon/Inventis  
per acquisizione di  
video medicali,  
che unisce  
affidabilità  
e completezza di  
funzioni ad una  
semplicità di  
utilizzo senza  
precedenti.




QCF10


Distribuito da: Amplifon S.p.A. - Via Ripamonti 133 Milano - Italia Tel +39 02 574721 Fax. + 39 02 57472201 - Internet: [www.biomedica.amplifon.com](http://www.biomedica.amplifon.com)



Anagrafica completa pazienti.  
Immagini e filmati organizzati per data di visita.



Acquisizione dei filmati e simultanea compressione in formato MPEG-2.  
Possibilità di acquisire l'audio, anche da microfono Bluetooth.



Possibilità di esportare immagini e filmati su supporto ottico (CD, DVD, HD-DVD, BlueRay).

Generazione automatica del referto con immagini, anche in formato Microsoft Word.


Funzionalità di editing sui filmati.

**MEDIX  
CAM X DV**

Possibilità di acquisizione da qualsiasi sorgente Digital Video (DV), oppure dalla telecamera digitale medicale Inventis MediCam.

Funzioni di acquisizione comandate da pedale USB.

Gestione automatica del backup dell'archivio.



**Requisiti minimi di sistema:**

**Processore:** Intel Core 2 Duo 1,6 GHz


**RAM:** 512 MB (consigliato 1 GB)

**Hard disk:** 2 GB liberi

**Risoluzione display:** 1024x768 o superiore


**Sistema operativo:** Windows XP SP2 oppure Vista

**VISIA** è un prodotto:



Inventis srl  
via Guido Rossa, 7  
35020 Ponte San Nicolò (PD)

Distributore esclusivo:



Amplifon SpA  
via Ripamonti, 133  
20141 Milano


QCF10

Distribuito da: Amplifon S.p.A. - Via Ripamonti 133 Milano - Italia Tel +39 02 574721 Fax. + 39 02 57472201 - Internet: [www.biomedica.amplifon.com](http://www.biomedica.amplifon.com)

**biomedica**  
**amplifon**

# Microscopio diagnostico operativo Karl Kaps SDM60

*Microscopio versatile per piccola  
chirurgia e per diagnostica ORL,  
facilmente trasportabile  
grazie allo stativo a pavimento  
di ampia superficie di appoggio,  
montato su quattro ruote  
pivottanti e frenanti.  
Grande luminosità grazie alla  
fonte di luce fredda integrata.  
La configurazione con braccio  
a 45° e testa orientabile  
permette l'utilizzo con paziente  
in piedi, seduto e sdraiato.*



**CONFIGURAZIONE**

- base H con ruote e freni
- braccio orientabile
- sorgente di luce 12V 100W
- tubo binoculare dritto  $f=125\text{mm}$
- coppia di oculari WF 12,5 x V
- 3 step di ingrandimento
- obiettivo 200 mm
- maniglia ergonomica laterale

**ACCESSORI**

- ampia scelta di obiettivi ed oculari alternativi
- adattatore per attacco telecamera medicale

**SPECIFICHE TECNICHE** (modello SDM60 cod. 162.300-000)

Alimentazione	230V +/-10% 50-60 Hz mono fase
Fusibili di protezione	2 x T1,25
Assorbimento max	150VA
Modalità operativa	continua
Temperatura d'uso	10°- 40°C
Umidità relativa d'ambiente max	75%
Peso	76 Kg
Lampada alogena	12V 100W
Protezione	Tipo 1
Certificazioni	93/42EWG, 89/336/EWG, 92/31/EWG, 73/23/EWG, DIN EN 60601-1.

Prodotto da:

Karl Kaps GmbH & Co.KG

Europastrasse, D-35614 Asslar/Wetzlar (Germany)

Distribuito da:

Amplifon S.p.A.

Via Ripamonti 133 - 20141 Milano (Italia)

Tel. +39 02 574721 - Fax +39 02 57472201

[www.amplifon.it](http://www.amplifon.it)