

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 2
OLBIA**

VERBALE DEL 13/01/2014

RDO NR. 336575 "ACQUISTO DI FRIGORIFERI ELETTROMEDICALI PER UNITÀ OPERATIVE E SERVIZI VARI"

Addì tredici del mese di gennaio 2014 alle ore 09:30 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 in Olbia, si sono riuniti in seduta riservata l'Avvocato Roberto Di Gennaro – Direttore del Servizio Provveditorato, la Dott.ssa Annamaria Porcu – Collaboratore Amm.vo Prof.le del Servizio Provveditorato l'Ing. Festi – Ingegnere capocommessa del RTI capogruppo IBSL (manutenzioni biomedicali e servizi complementari); per la valutazione di conformità alle specifiche tecniche richieste in atti di procedura delle offerte relative alla RDO sul Me.Pa. nr. 336575 per la Fornitura – in due lotti - di frigoriferi elettromedicali per unità operative e servizi vari.

Si specifica:

- che si è previsto di procedere all'aggiudicazione in base al criterio di cui all'art.82 D.lgs 163/2006 (prezzo più basso);
- che alla luce di quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 non è necessario nominare una commissione tecnica, ma tuttavia si è ritenuto utile farsi assistere, nella fase di verifica di conformità delle offerte tecniche pervenute rispetto alle specifiche di lettera invito, dall'Ing. Festi (specialista in ingegneria clinica) oltre che dalla Dott.ssa Annamaria Porcu con funzione di segretario verbalizzante.
- che con RDO sono stati invitati a negoziare tutti i 981 fornitori presenti nel Me.Pa al meta prodotto "Frigoriferi ad armadio e da banco ad uso laboratorio/farmacia", così come risulta dalla scheda "dati generali della procedura" sul Me.Pa.;
- come riportato in detta scheda il riepilogo delle 15 offerte ricevute entro il termine del 22/11/2013 ore 13:00 è il seguente:

Analytical Control De Mori, Ahsi, Elettromedical Sas di Giorgio Boscato, KW apparecchi scientifici, Labo Industria Spa, Me.Gi.C Italia Grandi Impianti, Medinlab Srl, Montepaone Srl, Nicogen, Nuova Criotecnica Amcota, Sanamed di Roberta Zedda e Marco Puddu, Si.Ma di Marco Crielesi, Sirio Medical Srl, Smeg Spa, Thermo Fisher Scientific Milano Srl.

In seduta pubblica, dopo lo scadere del termine di presentazione offerte, si sono verificate le offerte amministrative; in quell'occasione è stato riscontrato che l'impresa Sanamed di Roberta Zedda e Marco Puddu non ha presentato la documentazione amministrativa richiesta: in particolare è stato presentato l'allegato C lotto 1 – contenente l'offerta economica – al posto dell'informativa dati personali e sensibili – che contiene anche l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali e sensibili - come invece richiesto nel documento "Condizioni particolari di fornitura. Per tale motivo – per quest'ultima offerente – non si è ritenuto di approvare la documentazione presentata e pertanto essa non è stata ammessa alla procedura successiva,; la relativa comunicazione è stata trasmessa in automatico tramite procedura Me.Pa.

Si procede con l'esame delle offerte tecniche delle altre Offerenti sopra menzionate, avvalendosi dell'Ingegnere Antonio Festi per la verifica di conformità delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti a quanto richiesto nelle condizioni particolari di fornitura dell'RDO summenzionata.

Si stabilisce l'esclusione delle imprese seguenti per le motivazioni riportate di seguito:

ESCLUSIONI LOTTO 1

- 1) Analytical Control De Mori - non si offre porta in lamiera senza vetri, come invece richiesto dall'allegato "Condizioni particolari frigoriferi"; inoltre non è indicata nessuna specifica per quanto riguarda la rumorosità.
- 2) Montepaone Srl - non è presente alcun riferimento per quanto riguarda la bassa rumorosità e la possibilità di integrazione al sistema centralizzato, come invece richiesto dall'allegato "Condizioni particolari frigoriferi";
- 3) Me.Gi.C Italia Grandi Impianti - non si offre porta in lamiera senza vetri, come invece richiesto dall'allegato "Condizioni particolari frigoriferi";
- 4) Smeg Spa - non si offre porta in lamiera senza vetri, come invece richiesto dall'allegato "Condizioni particolari frigoriferi";
- 5) Thermo Fisher Scientific Milano Srl - nel file dell'offerta tecnica non sono presenti schede per poter valutare il prodotto, come invece richiesto dall'allegato "Condizioni particolari frigoriferi".

ESCLUSIONI LOTTO 2

- 1) Labo Industria Spa - Il prodotto presenta un eccessivo scostamento dalla capacità utile interna richiesta; Il prodotto presenta un eccessivo scostamento dal massimo di rumorosità richiesta;
- 2) Ahsi - Il prodotto presenta un eccessivo scostamento dalla capacità utile interna richiesta;
- 3) Elettromedical Sas di Giorgio Boscato - Altro concorrente offre lo stesso prodotto (identica marca e modello) indicando una capacità interna utile di 620 litri, ritenuta eccessivamente discostante da quella richiesta, mentre Elettromedical Sas dichiara una capacità di circa 700 litri; Non si offre spessore di coibentazione di 70 mm, né viene presentata la dichiarazione di equivalenza ex art. 68 del D.Lgs 163/2006; Non offre batteria tampone a ricarica automatica, con autonomia di oltre 24 ore; Non offre la possibilità di integrare con Spylog.
- 4) Medinlab Srl - Il prodotto presenta un eccessivo scostamento dalla capacità utile interna richiesta; Il prodotto presenta un eccessivo scostamento dal massimo di rumorosità richiesta; Non è indicata nessuna

specifica per quanto riguarda la dotazione della batteria; Non è indicata nessuna specifica per quanto riguarda il sistema di monitoraggio centralizzato; Non è dichiarata la conformità alle norme di riferimento indicate.

5) Nicogen - Il prodotto presenta un eccessivo scostamento dalla capacità utile interna richiesta; Il prodotto presenta un eccessivo scostamento dal massimo di rumorosità richiesta;

6) Sirio Medical Srl - Il prodotto presenta un eccessivo scostamento dalla capacità utile interna richiesta; Non si offre spessore di coibentazione di 70 mm, né viene presentata la dichiarazione di equivalenza ex art. 68 del D.Lgs 163/2006.

7) Thermo Fisher Scientific Milano Srl - Non si offre campo di regolazione 0° + 10° ma 1° - 8°; Non si dichiara di possedere il requisito del sistema dell'anticondensa; Non si dichiara la rumorosità

Tali esclusioni verranno comunicate nei termini di legge.


Alle ore 12:30 si chiudono i lavori.

Del che si è ritenuto utile redigere il presente verbale, composto della presente pagina, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Avv.to Roberto Di Gennaro

Ing. Antonio Festi

Dott.ssa Annamaria Porcu



The image shows three handwritten signatures on horizontal lines. The top signature is the most stylized and largest. The middle signature is smaller and appears to be 'Antonio Festi'. The bottom signature is also smaller and appears to be 'Annamaria Porcu'.