

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 715 DEL 25/06/2015

OGGETTO: PROCEDIMENTO DISMISSIONE BENI AZIENDALI UBICATI NEL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI TEMPIO PAUSANIA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 25/06/2015	Al 11/07/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

- Su proposta** del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, attuativa di richiesta come meglio di seguito specificato;
- PREMESSO** che sono pervenute al Servizio scrivente, dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di Tempio Pausania con nota NP/2014/11542 del 31.10.2014, numerose richieste relative alla messa fuori uso di beni di vario genere, di apparecchiature biomedicali inservibili per vetustà, stato d'uso e conformità alla normativa vigente e di varie tipologie di arredi obsoleti e non idonei all'uso cui erano destinati; tutti i beni e i materiali in argomento sono descritti nell'allegato A alla presente ;
- RICHIAMATA** la deliberazione n. 194 del 27/01/2010 concernente: "Nomina commissione fuori uso";
- VISTE** le segnalazioni di criticità manutentiva **(sub A)**, redatte dal manutentore IBSL relative alla verifica tecnica sulle apparecchiature biomedicali e dal manutentore Hardware e software ditta Athena Srl **(sub B)** per le apparecchiature informatiche;
- VISTA** -la nota dell'Unione dei Comuni **(sub C)** che autorizza il conferimento di rifiuti ingombranti (escluso le apparecchiature biomedicali) all'impianto di trattamento R.S.L dell'Unione dei Comuni Alta Gallura al costo, verificabile a consuntivo, di €135,16/tonnellata netto iva;
-il preventivo della Ditta Melis & C **(sub D)**, aggiudicatario dell'appalto dei traslochi, pari ad € 452,56 netto iva pro die da quantificarsi a consuntivo (tempo stimato per l'esecuzione della prestazione : quattro giornate lavorative), il quale effettuerà il trasporto dei rifiuti ingombranti all'impianto R.L.S. di Tempio Pausania;
- VISTO** -il preventivo della ditta Verde Vita **(sub E)**, aggiudicataria dell'appalto per il servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali, pari ad € 2.500,00 netto iva il quale smaltirà le apparecchiature bio medicali ;
-il verbale della commissione per il fuori uso del 29.05.2015 **(sub F)**, parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale è allegato l'elenco dei beni che per raggiunta vetustà risultano non riparabili, obsoleti e non più idonei all'uso cui erano destinati ;
- CONSIDERATO** che i suddetti beni sono risultati privi di valore economico, obsoleti, non conformi e quindi non più idonei a soddisfare le esigenze delle Strutture della ASL; si ritiene pertanto opportuno conferire tutti i beni dismessi agli impianti di trattamento autorizzati, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale;

Visti :

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.P.R. 207/2010;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di prendere atto e di ratificare il verbale del 29.05.2015 **(SUB F)** redatto dalla competente Commissione fuori uso che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di incaricare il Provveditorato della dismissione dei beni,della contestuale cancellazione dall'inventario generale dell'Azienda e degli ulteriori incombenti procedurali;
- di dare atto che la spesa complessiva , verificabile a consuntivo , e il relativo impegno spesa saranno assunti con successivo provvedimento del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
- di comunicare il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Programmazione,Controllo e Committenza.

**Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 7

Struttura proponente: Servizio
Provveditorato

Il Responsabile dell'Istruttoria: Maria Amic.

CODICE INTERNO 141-2015



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 10/06/2015	Progressivo n° D0023/2015
Inventario I. C.: 00000002048 00000002050 00000002054 00000002038 00000002086 00000002754 00000002755 00000002967 00000002964	Inventario ASL 2: ND
Elettromedicale: DEFIBRILLATORE DEFIBRILLATORE POLIGRAFO MONITOR DEFIBRILLATORE SCALDASACCHE SCALDASACCHE MONITOR TELEVISIVO PER BIOIMMAGINI CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO	Produttore: BATTAGLIA RONGONI BATTAGLIA RONGONI ORGANON TEKNIKA SIEMENS ARTEMA AND S&W MONITORING AND EMERGENCY CARE AS BAXTER PHILIPS SIEMENS AG
Modello: ND;ND;ECOCARDIOVISOR03;ND;DEFI2;CAPD; CAPD;OB1412602;POLYMAT 65	Matricola: ND
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO	Reparto - Unità: - MEDICINA - RADIOLOGIA - DIALISI
Nostra chiamata (ODL): ND	
Descrizione: APPARECCHIATURE DA DISMETTERE	



Manutenzione
Apparecchiature Biomediche
ASL OLBIA

PHILIPS

Data: 10/06/2015	Progressivo n° D0023/2015
Descrizione Criticità: <p>A seguito della richiesta di fuori uso ricevuta da parte dell' U.O e della conseguente valutazione della ai fini della dismissione da parte dell'ufficio provveditorato comunichiamo che lo strumento in questione risulta essere obsoleto e fuori produzione da diversi anni, di conseguenza non sono piu reperibili le parti di ricambio. Ne avvalliamo pertanto la proposta di fuori uso e conseguente alienazione del bene.</p> <p>Distinti Saluti</p>	

Esito:

- Accettato
- Non accettato
- _____

Fedonca Ticca

	Manutenzione Apparecchiature Biomediche ASL OLBIA	PHILIPS
---	--	---------

SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 22/12/2009	Progressivo n° D06-2009
Inventario I. C.: 00000002085	Inventario USSL 69: 21239
Apparecchio: DEFIBRILLATORE	Produttore: S&W MEDICO TEKNIK AS
Modello: DEFI 2	Matricola: NON RILEVABILE
Anno di produzione: nn	
Sede: Ospedale Tempio Pausania	Reparto - Unità: Medicina Donne
Nostra chiamata (ODL): 144 Sub: 144	
Descrizione guasto: "Manca batteria, problemi piastra defibrillatore"	
<p>Descrizione Criticità: Lo strumento in oggetto, a complemento del quale è collegato il monitor inv. 00000002086 modello Diascope 2, veniva utilizzato solo come monitoraggio, è sprovvisto della batteria (mancante) ed a seguito della ricerca per l'approvvigionamento del ricambio opportuno presso i distributori Movi spa e Soft&Hard srl, riceviamo da quest'ultimo la dichiarazione allegata di indisponibilità delle parti in quanto lo strumento è fuori produzione da anni.</p> <p>Nel segnalare un analogo modello nello stesso reparto per il quale abbiamo già fornito un apparecchio sostitutivo, suggeriamo la dismissione dello strumento oppure l'utilizzo con sola limitazione del monitoraggio elettrocardiografico, ricordando comunque che in caso di un eventuale prossimo guasto, saremmo impossibilitati al ripristino funzionale.</p>	

Inoltrata a: Struttura Ingegneria Clinica
 Altro : _____

Allegati (copie): OdL
 Richiesta Ente
 dichiarazione ditta manutentrice esterna

Esito: Accettato
 Non accettato

IBSL:	Per ricevuta: <i>Fede Bern</i>	Data: <i>22.12.09</i>
--------------	--	---------------------------------



Manutenzione
Apparecchiature Biomediche
ASL OLBIA

PHILIPS

RAPPORTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA

FdL: 144 Sub: 144 Data apertura: 05/08/2009

Inizio intervento: data 05/08/2009 Ora 12:40 Risoluzione intervento: data 08/09/2009 Ora 10:16

Manutentore: IBSL

IDENTIFICAZIONE APPARECCHIATURA

Inventario: 00000002086

Matricola: NON RILEVABILE

Presidio: OSPEDALE TEMPIO PAUSANIA

Tipo app.: DEFIBRILLATORE

Reparto: MEDICINA DONNE

Produttore: S&W MEDICO TEKNIK AS

Ubicazione:

Modello: DEF1 2

GUASTO SEGNALATO

MANCA BATTERIA PROBLEMI PIASTRA DEFIBRILLATORE

Ref.: SIG.RA GIOVANNA SPANU 079678263

Data /ora Inizio	Data/ora Fine	Descrizione Attivita'
05/08/09 12:40	05/8/09 13:30	GUASTO RISCOTRATO: MANCANZA BATTERIE DESCRIZIONE INTERVENTO: VERIFICA, PROVE ACQUISIZIONE ECG, PROVE DI SCARICA, ORDINATE BATTERIE (RICHIESTO PREVENTIVO)
08/09/09 10:00	08/09/09 10:30	DIFFICOLTA' NEL REPERIRE IL PACCO BATTERIE. CONSEGNATO MULETTO

ENTITA' DISSERVIZIO	STATO INTERVENTO	APP. TRASF. IN LAB SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Timbro e firma dell'utente
<input checked="" type="checkbox"/> ASSENTE <input type="checkbox"/> PARZIALE <input type="checkbox"/> TOTALE	<input checked="" type="checkbox"/> Attesa materiali <input type="checkbox"/> Richiesta esterna <input checked="" type="checkbox"/> Sostituito con muletto	Date: 05/08/2009 Data: Data:	

MATERIALI IMPIEGATI				
Codice	Descrizione	RRM	Q.ta	Udm

Si dichiara che il lavoro sopradescritto e' stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione

Nome del tecnico	Timbro e firma dell'utente
Firma del tecnico	



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 07/01/2015	Progressivo n° D0011/2015
Inventario I. C.: ND	Inventario ASL 2: ND
Elettromedicale: SPREMISACCA	Produttore: ND
Modello: ACS-222/8892E26	Matricola: ND
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO	Reparto - Unità: NEFROLOGIA
Nostra chiamata (ODL):	
Descrizione: NON FUNZIONA	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta di fuori uso ricevuta da parte dell' U.O e della conseguente valutazione della ai fini della dismissione da parte dell'ufficio provveditorato comunichiamo che lo strumento in questione risulta essere obsoleto e fuori produzione da diversi anni, di conseguenza non sono piu reperibili le parti di ricambio. Ne avvalliamo pertanto la proposta di fuori uso e conseguente alienazione del bene. Distinti Saluti	

Esito: Accettato
 Non accettato

Federica Tico



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 28/11/2012	Progressivo n° D0030/2012
Inventario I. C.: 00000002457	Inventario ASL 2: 0021439
Apparecchio: MONITOR FETALE	Produttore: SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS
Modello: SONICAID TEAM	Matricola: T5339
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE TEMPIO PAUSANIA	Reparto - Unità: GINECOLOGIA OSTETRICIA
Nostra chiamata (ODL): 21299 Sub: 21379	
Descrizione: GRAFICA STRETTA, SONDA TOCO NON FUNZIONANTE	
Descrizione Criticità: <p>A seguito della comunicazione ricevuta da parte del reparto, con la quale si richiedeva intervento tecnico sull'apparecchiatura in oggetto, il fornitore autorizzato ha verificato che si tratta di strumento obsoleto e non più riparabile poiché le parti di ricambio non sono reperibili sul mercato . Valutata quindi la sua vetustà, proponiamo il fuori uso con la conseguente alienazione. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario. Distinti Saluti</p>	

Allegati (copie): ODL 21299
COPIA DICHIARAZIONE FORNITORE AUTORIZZATO

Esito: Accettato
 Non accettato



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 07/01/2015	Progressivo n° D0007/2015
Inventario I. C.: 2465 - 2466	Inventario ASL 2:
Elettromedicale: ECOTOMOGRFO+ACCESSORI	Produttore: TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEM
Modello: 250 A SONOLAYER ALFA	Matricola: A0563730
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO	Reparto - Unità: GINECOLOGIA OSTETRICIA
Nostra chiamata (ODL):	
Descrizione:	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta di fuori uso ricevuta da parte dell' U.O e della conseguente valutazione della ai fini della dismissione da parte dell'ufficio provveditorato comunichiamo che lo strumento in questione risultano essere obsoleto e fuori produzione da diversi anni, di conseguenza non sono piu reperibili le parti di ricambio. Ne avvalliamo pertanto la proposta di fuori uso e conseguente alienazione del bene. Distinti Saluti	

Esito: Accettato
 Non accettato

Federica Ticce



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 28/11/2012	Progressivo n° D0030/2012
Inventario I. C.: 00000002457	Inventario ASL 2: 0021439
Apparecchio: MONITOR FETALE	Produttore: SONICAID LTD OXFORD INSTRUMENTS
Modello: SONICAID TEAM	Matricola: T5339
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE TEMPIO PAUSANIA	Reparto - Unità: GINECOLOGIA OSTETRICIA
Nostra chiamata (ODL): 21299 Sub: 21379	
Descrizione: GRAFICA STRETTA, SONDA TOCO NON FUNZIONANTE	
Descrizione Criticità: <p>A seguito della comunicazione ricevuta da parte del reparto, con la quale si richiedeva intervento tecnico sull'apparecchiatura in oggetto, il fornitore autorizzato ha verificato che si tratta di strumento obsoleto e non più riparabile poiché le parti di ricambio non sono reperibili sul mercato . Valutata quindi la sua vetustà, proponiamo il fuori uso con la conseguente alienazione. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario. Distinti Saluti</p>	

Allegati (copie): ODL 21299
COPIA DICHIARAZIONE FORNITORE AUTORIZZATO

Esito: Accettato
 Non accettato



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 07/01/2015	Progressivo n° D0010/2015
Inventario I. C.: 1970	Inventario ASL 2: ND
Elettromedicale: -BILANCIA PESA PERSONE	Produttore: SECA
Modello: 761	Matricola: 2761139056615
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO	Reparto - Unità: MEDICINA
Nostra chiamata (ODL):	
Descrizione:	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta di fuori uso ricevuta da parte dell' U.O e della conseguente valutazione della ai fini della dismissione da parte dell'ufficio provveditorato comunichiamo che lo strumento in questione risulta essere obsoleto e fuori produzione da diversi anni, di conseguenza non sono piu reperibili le parti di ricambio. Ne avvalliamo pertanto la proposta di fuori uso e conseguente alienazione del bene. Distinti Saluti	

Esito: Accettato
 Non accettato

Federica Tico



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 07/01/2015	Progressivo n° D0009/2015
Inventario I. C.: 00000002101-2102	Inventario ASL 2: nd
Elettromedicale: -ECOTOMOGRAFO+ACCESSORI	Produttore: TOSHIBA CORP MEDICAL SYSTEM
Modello: 380 A POWER VISION	Matricola: B7372838
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO	Reparto - Unità: MEDICINA
Nostra chiamata (ODL): ND	
Descrizione: NON FUNZIONA	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta di fuori uso ricevuta da parte dell' U.O e della conseguente valutazione della ai fini della dismissione da parte dell'ufficio provveditorato comunichiamo che lo strumento in questione risulta essere obsoleto e fuori produzione da diversi anni, di conseguenza non sono piu reperibili le parti di ricambio. Ne avvalliamo pertanto la proposta di fuori uso e conseguente alienazione del bene. Distinti Saluti	

Esito:

- Accettato
 Non accettato

Federica Ticca



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 07/01/2015	Progressivo n° D0008/2015
Inventario I. C.: 00000002087	Inventario ASL 2: ND
Elettromedicale: FRIGORIFERO BIOLOGICO	Produttore: INDESIT
Modello: ND	Matricola: ND
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO	Reparto - Unità: MEDICINA
Nostra chiamata (ODL): ND	
Descrizione: NON FUNZIONA	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta di fuori uso ricevuta da parte dell' U.O e della conseguente valutazione della ai fini della dismissione da parte dell'ufficio provveditorato comunichiamo che lo strumento in questione risulta essere obsoleto e fuori produzione da diversi anni, di conseguenza non sono piu reperibili le parti di ricambio. Ne avvalliamo pertanto la proposta di fuori uso e conseguente alienazione del bene. Distinti Saluti	

Esito: Accettato
 Non accettato

Federico Tico



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 07/01/2015	Progressivo n° D0004/2015
Inventario I. C.: 2022 ACCESSORI: 2024 2027-2028 ²⁰²⁵ -2026-2023	Inventario ASL 2: ND
Elettromedicale: ECOTOMOGRFO	Produttore: HITACHI MEDICAL CORP
Modello: SPR 8000 CFM	Matricola: EUB 165
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO	Reparto - Unità: MEDICINA DONNE
Nostra chiamata (ODL): ND	
Descrizione: NON FUNZIONANTE	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta di fuori uso ricevuta da parte dell' U.O e della conseguente valutazione della ai fini della dismissione da parte dell'ufficio provveditorato comunichiamo che gli strumenti in questione risultano essere obsoleti e fuori produzione da diversi anni, di conseguenza non sono piu reperibili le parti di ricambio. Ne avvalliamo pertanto la proposta di fuori uso e conseguente alienazione del bene. Distinti Saluti	

Esito: Accettato
 Non accettato

Federica Ticca



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 07/01/2015	Progressivo n° D0005/2015
Inventario I. C.: 2014	Inventario ASL 2: ND
Elettromedicale: ECOTOMOGRFO	Produttore: ESAOTE
Modello: SIM 5000 PLUS	Matricola: 02108
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO	Reparto - Unità: MEDICINA DONNE
Nostra chiamata (ODL): ND	
Descrizione: NON FUNZIONANTE	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta di fuori uso ricevuta da parte dell' U.O e della conseguente valutazione della ai fini della dismissione da parte dell'ufficio provveditorato comunichiamo che lo strumento in questione risulta essere obsoleto e fuori produzione da diversi anni, di conseguenza non sono piu reperibili le parti di ricambio. Ne avvalliamo pertanto la proposta di fuori uso e conseguente alienazione del bene. Distinti Saluti	

Esito: Accettato
 Non accettato

Federica Tico



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 07/01/2015	Progressivo n° D0006/2015
Inventario I. C.: ND	Inventario ASL 2: ND
Elettromedicale: SFIGMOMANOMETRO CON RUOTE SFIGMOMANOMETRO SEMPLICE	Produttore: ND
Modello: ND	Matricola:
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO	Reparto - Unità: MEDICINA DONNE
Nostra chiamata (ODL): ND	
Descrizione: NON FUNZIONANTE	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta di fuori uso ricevuta da parte dell' U.O e della conseguente valutazione della ai fini della dismissione da parte dell'ufficio provveditorato comunichiamo che gli strumenti in questione risultano essere obsoleti e fuori produzione da diversi anni, di conseguenza non sono piu reperibili le parti di ricambio. Ne avvalliamo pertanto la proposta di fuori uso e conseguente alienazione del bene. Distinti Saluti	

Esito:

- Accettato
 Non accettato

Federica Ticca



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 07/01/2015	Progressivo n° D0003/2015
Inventario I. C.: ND	Inventario ASL 2: ND
Ausilio: N° 4 SFIGMOMANOMETRI	Produttore: ND
Modello: ND	Matricola: ND
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO	Reparto - Unità: CARDIOLOGIA
Nostra chiamata (ODL): ND	
Descrizione: NON FUNZIONANO	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta di fuori uso ricevuta da parte dell' U.O e della conseguente valutazione della ai fini della dismissione da parte dell'ufficio provveditorato comunichiamo che gli strumenti in questione risultano essere obsoleti e fuori produzione da diversi anni, di conseguenza non sono piu reperibili le parti di ricambio. Ne avvalliamo pertanto la proposta di fuori uso e conseguente alienazione del bene. Distinti Saluti	

Esito:

- Accettato
 Non accettato

Federica Ticca



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 24/03/2014	Progressivo n° D0008/14
Inventario I. C.: 2917;2963;2971;2972	Inventario ASL 2: 0021872;NR; 0021867 ; NR
Apparecchio: Diafanoscopio,Consolle di comando per gruppo radiologico ; Ecotomografo; Monitor televisivo per bioimmagini	Produttore: DUPI X Spa; Philips medical systems; ATL Advanced technologies laboratories inc; ATL Advanced technologies laboratories inc;
Modello: Diadux L1 NL 10 spot da tavolo; NR; HDI 3000; NR	Matricola: 642; NR;00L1M1; 01682AO79
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO PAUSANIA	Reparto - Unità: Magazzino Piano 0 "fianco sala prelievi";
Nostra chiamata (ODL): richiesta Asl	Sub:
Descrizione: "Analisi stato apparecchiature".	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta ricevuta da parte della Dott.ssa Amic e del successivo sopralluogo effettuato sulle apparecchiature in oggetto, abbiamo rilevato la particolare obsolescenza delle stesse ed il non utilizzo da tempo prolungato, (alcuni per altro risultavano già non in uso sul sistema gestionale). Vista l'obsolescenza delle apparecchiature in oggetto e visto che non sono ormai più in uso riteniamo opportuno dismettere definitivamente le apparecchiature. Siamo a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario e con l'occasione porgiamo distinti saluti.	

Allegati (copie):

Esito: Accettato
 Non accettato



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 21/06/2012	Progressivo n° D0022/2012
Inventario I. C.: 00000002935;	Inventario ASL 2: 000021838
Apparecchio: GRUPPO RADIOLOGICO	Produttore: SIEMENS AG
Modello: TRIOPHOS 1000	Matricola: 00082
Anno di produzione: n.n.	
Sede: TEMPIO PAUSANIA	Reparto - Unità: RADIOLOGIA: DIAGNOSTICA 3
Nostra chiamata (ODL):	
Descrizione: QUANDO SI PREME IL PUSLANTE DI EROGAZIONE RAGGI SI PERCEPISCE UN FORTE RUMORE E NON E' POSSIBILE L'EROGAZIONE DELLA RADIAZIONE. IL PROBLEMA PERMANE RIAVVIANDO AD OLTRANZA L'APPARECCHIO.	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta di intervento ricevuta dal reparto il nostro personale tecnico ha eseguito sopralluogo e verificato che si tratta di strumento obsoleto. Nonostante il produttore Siemens abbia comunicato l'indisponibilità dei ricambi abbiamo comunque provveduto a richiedere l'intervento di una ditta esterna locale (General Ray). Sia i tecnici interni che la ditta esterna ci confermano l'obsolescenza della diagnostica (APPARECCHIATURA FUORI PRODUZIONE DA OLTRE 10 ANNI) e la conseguente indisponibilità delle parti di ricambio. Proponiamo pertanto il fuori uso con la conseguente alienazione. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario. Distinti Saluti	

Allegati (copie): RIEPILOGO ODL 6170 SUB 6254
DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE DI INDISPONIBILITA' RICAMBI

Esito: Accettato
 Non accettato



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 07/01/2015	Progressivo n° D0014/2015
Inventario I. C.: 00000002963	Inventario ASL 2:
Elettromedicale: CONSOLLE DI COMANDO PER GRUPPO RADIOLOGICO	Produttore: PHILIPS HEALTHCARE
Modello: ND	Matricola: ND
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO	Reparto - Unità: RADIOLOGIA
Nostra chiamata (ODL):	
Descrizione: NON FUNZIONA	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta di fuori uso ricevuta da parte dell' U.O e della conseguente valutazione della ai fini della dismissione da parte dell'ufficio provveditorato comunichiamo che gli strumenti in questione risultano essere obsoleti e fuori produzione da diversi anni, di conseguenza non sono piu reperibili le parti di ricambio. Ne avvalliamo pertanto la proposta di fuori uso e conseguente alienazione del bene. Distinti Saluti	

Esito:

- Accettato
 Non accettato

Federico Tico



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 07/01/2015	Progressivo n° D0012/2015
Inventario I. C.: 2971	Inventario ASL 2: 0021867
Elettromedicale: ECOTOMOGRAFO+ ACCESSORI	Produttore: ATL ADVANCED TECHNOLOGIES LABORATORIES
Modello: HDI 3000	Matricola: 00L1M1
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO	Reparto - Unità: RADIOLOGIA
Nostra chiamata (ODL):	
Descrizione: NON FUNZIONA	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta ricevuta da parte dell' U.O comunichiamo che gli strumenti in questione risultano essere obsoleti e fuori produzione di conseguenza non sono piu reperibili le parti di ricambio. Distinti Saluti	

Esito: Accettato
 Non accettato

Federica Ticco



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 30/01/20123	Progressivo n° D006/2013
Inventario I. C.: 00000002931;	Inventario ASL 2: 000021838
Apparecchio: ORTOPANTOMOGRFO	Produttore: GENDUX CORP
Modello: DENTSPLY	Matricola: 94500801
Anno di produzione: n.n.	
Sede: TEMPIO PAUSANIA	Reparto - Unità: RADIOLOGIA
Nostra chiamata (ODL): 21927	
Descrizione: DURANTE L'ESECUZIONE DELLE TELERADIOGRAFIE DEL CRANIO LA MACCHINA SI INCEPPA	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta di intervento ricevuta dal reparto il nostro personale tecnico ha eseguito sopralluogo e verificato che si tratta di strumento obsoleto. Nonostante il produttore abbia comunicato l'indisponibilità dei ricambi abbiamo comunque provveduto a richiedere l'intervento il fuori uso ufficialmente e siamo in attesa di un riscontro dopo diversi solleciti. Sia i tecnici interni che la ditta esterna ci confermano l'obsolescenza della diagnostica (APPARECCHIATURA FUORI PRODUZIONE ISTALLATA DA OLTRE 10 ANNI) e la conseguente indisponibilità delle parti di ricambio. Proponiamo pertanto il fuori uso con la conseguente alienazione. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario. Distinti Saluti	

Allegati (copie): RIEPILOGO ODL 21927
DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE DI INDISPONIBILITA' RICAMBI
(NON APPENA PERVENUTA)

Esito: Accettato
 Non accettato

Antonio Festi
Sar
c
Vi
Tel: 0123 456789 1011 1213 1415 1617 1819 2021 2223 2425 2627 2829 3031 3233 3435 3637 3839 4041 4243 4445 4647 4849 5051 5253 5455 5657 5859 6061 6263 6465 6667 6869 7071 7273 7475 7677 7879 8081 8283 8485 8687 8889 9091 9293 9495 9697 9899 10000

CT -



Manutenzione
Apparecchiature Biomediche
ASL OLBIA

PHILIPS

SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 28/11/2012	Progressivo n° D0029/2012
Inventario I. C.: 00000002900	Inventario ASL 2: 0021892
Apparecchio: CENTRIFUGA	Produttore: ALC
Modello: 4235A	Matricola: 250685
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE TEMPIO PAUSANIA	Reparto - Unità: CENTRO TRASFUSIONALE
Nostra chiamata (ODL): 21506 Sub: 21588	
Descrizione: PROBLEMA NELLA CHIUSURA DEL COPERCHIO DELLA CENTRIFUGA CHE NE IMPEDISCE IL FUNZIONAMENTO	
Descrizione Criticità: A seguito della comunicazione ricevuta da parte del dr. Aisoni, con la quale si richiedeva intervento tecnico sull'apparecchiatura in oggetto, il produttore ha verificato che si tratta di strumento obsoleto e non più riparabile poichè le parti di ricambio non sono reperibili sul mercato. Valutata quindi la sua vetustà, proponiamo il fuori uso con la conseguente alienazione. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento fosse necessario. Distinti Saluti	

Allegati (copie): ODL 21506
COPIA DICHIARAZIONE PRODUTTORE

Esito: Accettato
 Non accettato



SEGNALAZIONE DI CRITICITA' MANUTENTIVA

Data: 07/01/2015	Progressivo n° D0002/2015
Inventario I. C.: 00000003755	Inventario ASL 2: ND
Ausilio: STUFA ESSICATRICE	Produttore: INTERCONTINENTAL SRL
Modello: DAS 40020	Matricola: 5421/92
Anno di produzione: n.n.	
Sede: OSPEDALE PAOLO DETTORI TEMPIO	Reparto - Unità: CENTRO TRASFUSIONALE
Nostra chiamata (ODL): ND	
Descrizione: NON RISPONDENTE ALLE NORMATIVE VIGENTI	
Descrizione Criticità: A seguito della richiesta di fuori uso ricevuta da parte dell' U.O e della conseguente valutazione della ai fini della dismissione da parte dell'ufficio provveditorato comunichiamo che lo strumento in questione risulta essere obsoleto e fuori produzione da diversi anni, di conseguenza non sono piu reperibili le parti di ricambio. Ne avvalliamo pertanto la proposta di fuori uso e conseguente alienazione del bene. Distinti Saluti	

Esito: Accettato
 Non accettato

allegato A

quantità	U.O. DESCRIZIONE BENE	N.INVENTARIO
CARDIOLOGIA		
3	Monitor PC	SN
1	stampante	SN
3	Tastiere	SN
2	2 PC.	SN
4	1 Sfigmomanometro	SN
2	2 aste per sfigmo.	SN
3	Paraventi	8270 / 8292
1	carrello	SN
MEDICINA		
1	Stampante Epson Stylus c 62	SN
1	Stampante Epson Stylus color 460	SN
1	Stampante Canon I 250	SN
1	Stampante Olivetti DM 309 L	SN
1	monitor PC Sansung	SN
1	Sfigmomanometro con ruote	SN
1	ECOTOMOGRAFO HITACHI	2022
1	Videoregistratore Panasonic	2028
1	Video Hitachi	2023
1	Sonda Ecografica	2024
1	Sonda Ecografica	2025
1	Sonda Ecografica	2026
1	Riproduttore video Sony corp	2027
1	Bilancia	1970
1	Defibrillatore Battaglia Rongoni	2048
1	Defibrillatore Battaglia Rongoni	2050
1	Sfigmomanometro s.i.	SN
1	Ecografo Sim 5000 plus ESAOTE	2014
1	Ecocardiovisor 03 Organon teknica	2054
1	Minigraf 62 Siemens-Elеме	2038
1	Defibrillatore Vismo	2086
1	Defibrillatore Vismo	2085
1	Sonda Ecografica	2102
1	Ecografo Toshiba	2101
1	Ecotomografo Esaote	2014
1	Sedia	8437
7	Spondine letto	SN
1	Paravento in tela	8346
1	3 poltrone in pelle -	8441/8670
1	1 sedia con ruote	
2	Mobile a vetrina	8665
1	Scrivania	SN
1	Mobile da cucina	SN
1	Sedia pelle nera	SN
1	Paravento tessuto bianco	SN
1	Mobile farmaci	SN
2	Vassoio portavivande	8601
1	Tavolo degenza verde	SN

allegato A

1	Frigorifero Indesit	2087
---	---------------------	------

CHIRURGIA

3	aste flebo acciaio	SN
2	poltrona	SN
5	sedie	4947/ 4894/ 5114
1	lettino	SN
1	porta biancheria	SN

ORTOPEDIA

1	sedia rilassamento	SN
2	sedie	SN
1	Barriera antiraggi x	SN
1	mobile basso in metallo	7654

OSTETRICIA

1	Stampante Sony	2466
1	Stampante	SN
1	Ecografo Toshiba +SONDE	2465
1	Cardiotocografo HP n.	2457
1	sedia in velluto	SN
2	sedie blu in plastica	SN
1	sedia nera in ecopelle	SN
1	comodino	6635
1	comodino	6646
1	Appendiabiti	SN
1	Piastra elettrica	SN
1	Forno a microonde	SN
1	Frigo Rex	6865

PEDIATRIA

7	Culle neonatali	SN
9	Culle pediatriche	SN
2	Armadio 3 ante in ferro	SN
1	Sedia con braccioli	SN
2	Armadi con cassetti e sportelli in ferro	SN
1	sedia aula	SN
1	poltroncina 3 posti in metallo e plastica	SN
1	Carrozzina	SN
1	Nebulizzatore	SN
1	armadio metallo	SN

PRONTO SOCCORSO

1	carrello porta vivande	SN
4	BARELLA	SN

DIALISI

2	Stampante	SN
1	Scanner	SN
1	Trasformatore	18702
1	Monitor	SN

allegato A

2	Tastiera per pc.	SN
1	Telefono	SN
1	Spremisacche	sn
1	Pinza Chirurgica Cocker	SN
1	Manometri ossigenoterapia	
3	Scaldasacche Peritoneale inv. 000002754/Serie 9207	9207/9202/ 2755

RADIOLOGIA

1	Monitor	2967
1	Ortopantomografo	2931
1	Tavolo di comando	2964
1	Tavolo di comando TAC 1	2963
1	Ecografo	2971
1	MONITOR televisivo per bioimmagini	2972
1	Barriera antiraggi.	
1	Consolle	2935
1	Lampada	2917
1	Barriera antiraggi x	SN
1	Teleradiografo	2940
1	complesso radiogeno	2936
1	stativo pensile	2938
1	generatore alta tensione	2939
1	tavolo per paziente	2941
1	stativo pensile	2942
1	complesso radiogeno	2944
1	teleradiografo siemens	2945
2	lettini	6567/6553
1	Scrivania	SN
1	1 pensile	613
2	sedie	SN
1	piantana per flebo	5329

CENTRO TRASFUSIONALE

1	stufa essiccatore	21912/3755
1	centrifuga	21892

FARMACIA

1	stampante	337
1	fax	18253
1	bancolino	SN

DIREZIONE SANITARIA

1	stampante	18825
---	-----------	-------

CENTRO SALUTE MENTALE

1	lavatrice	12269
1	lavatrice	12268
1	piano tavolo	12230
4	pc	18898/1889 5/18902/18 308
4	pc	SN

allegato A

2	monitor	SN
1	stampante	SN
1	Videoregistratore	12183
1	televisore	12306
2	tastiere	SN

FISIATRIA

1	sedia	4709
1	sedia	6199
1	sedia	4709
1	sedia	5357
1	sedia	6298
1	tavolo	SN
1	girello	SN

Comuni di:
Agius
Aglientu
Badesi
Bortigiadas
Calangianus
Luogosanto
Luras
Santa Teresa Gallura
Tempio Pausania

**UNIONE DEI COMUNI
"ALTA GALLURA"**

Via G.A. Cannas, n° 1 - 07029 Tempio Pausania

Tel. 079/6725600 Fax 079/6725619
e-mail unionealtagallura@tiscali.it

Tempio Pausania

TEL 079/187

Prot. n. _____ del _____

20 FEB 2015
779

Spett.le ASL n. 2 Olbia
Servizio Provveditorato e
Amministrazione Patrimoniale
Via Claudio Demartis
07029 Tempio Pausania
camic@aslolbia.it

c.a. Dott.ssa Maria Amic

OGGETTO: Richiesta conferimento rifiuti ingombranti presso l'impianto di trattamento R.S.L. dell'Unione dei Comuni Alta Gallura.

Con riferimento alla richiesta di codesta Spett.le ASL prot. n. PG/2015/2753 del 21.01.2015, con la presente si autorizza il conferimento dei rifiuti ingombranti provenienti dal presidio ospedaliero di Tempio Pausania come specificati nell'elenco allegato alla nota che si riscontra.

Si specifica che tali rifiuti dovranno essere trasportati a cura e spese di codesta Spett.le ASL, che il costo per il trattamento/smaltimento è pari ad € 135,16/tonnellata, oltre all'IVA nella misura del 10% e che dovranno essere preventivamente comunicati le targhe dei mezzi adibiti al trasporto ed i nominativi dei conducenti.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
(Dott.ssa Jeanne Francine Murgia)

JFM/ghb

23 FEB 2015
8287

Stampa circolare dell'Unione dei Comuni Alta Gallura e firma manoscritta.

PROVV.



ASL2

Sassari, 30 marzo 2015

~~Pr. 10~~ 232015/15581 del 09/04/2015 ori
Mitt.: VERDE VITA SRL SASSARI
Ass.: Servizio provveditorato e amminis...



Spett.le
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale
Via Bazzoni Sircana 2/2a
07026 OLBIA (OT) **AMIC**

Oggetto: preventivo per servizio di raggruppamento, movimentazione, raccolta, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati delle seguenti tipologie di rifiuti presenti presso l'Ospedale di Tempio Pausania.

In riferimento alla Vostra richiesta e al sopralluogo effettuato, inerente il servizio di cernita, raccolta, trasporto ed invio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti presenti presso alcuni reparti dell'Ospedale di Tempio Pausania, con la presente Vi comunichiamo la nostra migliore offerta economica:

Descrizione del servizio:

Cernita, raggruppamento, condizionamento, etichettatura, carico, trasporto e conferimento presso impianti autorizzati delle seguenti tipologie di rifiuto presenti i reparti indicati nell'Allegato A della Vostra richiesta:

- Apparecchiature fuori uso non pericolose;
- Apparecchiature fuori uso contenenti sostanze pericolose;
- Apparecchiature fuori uso contenenti CFC;
- Sfigmomanometri fuori uso;
- Apparecchiature fuori uso contenenti oli.

Costo del servizio:

Costo totale:

Euro 2.500,00 + IVA di legge.

Note:

Il servizio comprende la bonifica del tubo radiogeno e lo smaltimento degli oli, potenzialmente contenenti PCB/PCT.

In caso di accettazione il servizio potrà essere svolto solo previa consegna da parte Vostra della dichiarazione rilasciata da Dottore Fisico che attesti l'assenza di radiazioni nelle apparecchiature oggetto dell'intervento.

In attesa di un Vostro cortese riscontro in merito, cogliamo l'occasione per porci a Vostra disposizione.



S.S. n° 291 (Sassari-Fertilia) km 2,00 - 07100 SASSARI
Tel. 079.2678094 - Fax 079.2679100 - www.verdevitasrl.it
Codice Fiscale e P.IVA 01721260907

VERDE VITA s.r.l.

Sede legale e amministrativa

S.S. n. 291 (Sassari-Fertilia) km 2 - 07100 Sassari - Tel. 079.2678094 - Fax 079.2679100 - info@verdevitasrl.it
C.F. e P.IVA 01721260907 - C.C.I.A.A. SS 01721260907 - Cap. Soc. € 115.000,00 I.V. - PEC: verdevita@legalmail.it - www.verdevitasrl.it

Impianto di Compostaggio

Via D. Millelire - Z. I. La Marinella - 07046 Porto Torres (SS) - Tel. Fax 079.517071 - compostiamo@verdevitasrl.it

VERBALE COMMISSIONE FUORI USO
SEDUTA DEL 29/05/2015

Addì 29 del mese di maggio duemilaquindici, presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale di Tempio Pausania si è riunita la commissione per il fuori uso nominata con delibera n. 194 del 27/03/2010 e così composta:

avv. Roberto Di Gennaro, Direttore del Servizio Provveditorato Presidente;
dott.ssa Maria Amic, Assistente Amministrativo Servizio Provveditorato Componente
con funzioni di segretario verbalizzante;

Agli atti del Provveditorato vi sono, accumulate nel tempo, innumerevoli richieste di fuori uso di beni di vario genere, tutti in dotazione al P.O. di Tempio Pausania (allegato A al presente verbale); sono compresi beni privi di etichetta; la Direzione Medica ha chiesto più volte la dismissione di tutti i beni in elenco; si tratta di arredi, apparecchiature, dispositivi biomedicali e materiali vari diventati obsoleti e non più idonei all'uso cui erano destinati.

Quanto sopra è stato accertato, quando necessario (biomedicali e hardware) acquisendo i pareri di conferma dell'inutilizzabilità rispettivamente dal manutentore IBSL e dal manutentore hardware e software di base (Athena), anch'essi allegati; negli altri casi, con sopralluoghi dove detti beni risultano allocati, che hanno permesso di confermare che realmente trattasi di beni fatiscenti. Pertanto occorre disporre il fuori uso, conferendo i materiali alle discariche autorizzate .

Alle ore 13:30 si dichiara chiusa la seduta.

Del che si redige il presente verbale, composto di una pagina oltre che degli allegati descritti in narrativa.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Commissione




allegato A

quantità	U.O. DESCRIZIONE BENE	N.INVENTARIO
CARDIOLOGIA		
3	Monitor PC	SN
1	stampante	SN
3	Tastiere	SN
2	2 PC.	SN
4	1 Sfigmomanometro	SN
2	2 aste per sfigmo.	SN
3	Paraventi	8270 / 8292
1	carrello	SN
MEDICINA		
1	Stampante Epson Stylus c 62	SN
1	Stampante Epson Stylus color 460	SN
1	Stampante Canon I 250	SN
1	Stampante Olivetti DM 309 L	SN
1	monitor PC Sansung	SN
1	Sfigmomanometro con ruote	SN
1	ECOTOMOGRAFO HITACHI	2022
1	Videoregistratore Panasonic	2028
1	Video Hitachi	2023
1	Sonda Ecografica	2024
1	Sonda Ecografica	2025
1	Sonda Ecografica	2026
1	Riproduttore video Sony corp	2027
1	Bilancia	1970
1	Defibrillatore Battaglia Rongoni	2048
1	Defibrillatore Battaglia Rongoni	2050
1	Sfigmomanometro s.i.	SN
1	Ecografo Sim 5000 plus ESAOTE	2014
1	Ecocrdiovisor 03 Organon teknica	2054
1	Minigraf 62 Siemens-Elеме	2038
1	Defibrillatore Vismo	2086
1	Defibrillatore Vismo	2085
1	Sonda Ecografica	2102
1	Ecografo Toshiba	2101
1	Ecotomografo Esaote	2014
1	Sedia	8437
7	Spondine letto	SN
1	Paravento in tela	8346
1	3 poltrone in pelle -	8441/8670
1	1 sedia con ruote	
2	Mobile a vetrina	8665
1	Scrivania	SN
1	Mobile da cucina	SN
1	Sedia pelle nera	SN
1	Paravento tessuto bianco	SN
1	Mobile farmaci	SN
2	Vassoio portavivande	8601
1	Tavolo degenza verde	SN

allegato A

1	Frigorifero Indesit	2087
---	---------------------	------

CHIRURGIA

3	aste flebo acciaio	SN
2	poltrona	SN
5	sedie	4947/ 4894/ 5114
1	lettino	SN
1	porta biancheria	SN

ORTOPEDIA

1	sedia rilassamento	SN
2	sedie	SN
1	Barriera antiraggi x	SN
1	mobile basso in metallo	7654

OSTETRICIA

1	Stampante Sony	2466
1	Stampante	SN
1	Ecografo Toshiba +SONDE	2465
1	Cardiotocografo HP n.	2457
1	sedia in velluto	SN
2	sedie blu in plastica	SN
1	sedia nera in ecopelle	SN
1	comodino	6635
1	comodino	6646
1	Appendiabiti	SN
1	Piastra elettrica	SN
1	Forno a microonde	SN
1	Frigo Rex	6865

PEDIATRIA

7	Culle neonatali	SN
9	Culle pediatriche	SN
2	Armadio 3 ante in ferro	SN
1	Sedia con braccioli	SN
2	Armadi con cassetti e sportelli in ferro	SN
1	sedia aula	SN
1	poltroncina 3 posti in metallo e plastica	SN
1	Carrozzina	SN
1	Nebulizzatore	SN
1	armadio metallo	SN

PRONTO SOCCORSO

1	carrello porta vivande	SN
4	BARELLA	SN

DIALISI

2	Stampante	SN
1	Scanner	SN
1	Trasformatore	18702
1	Monitor	SN

allegato A

2	Tastiera per pc.	SN
1	Telefono	SN
1	Spremisacche	sn
1	Pinza Chirurgica Cocker	SN
1	Manometri ossigenoterapia	
3	Scaldasacche Peritoneale inv. 000002754/Serie 9207	9207/9202/ 2755

RADIOLOGIA

1	Monitor	2967
1	Ortopantomografo	2931
1	Tavolo di comando	2964
1	Tavolo di comando TAC 1	2963
1	Ecografo	2971
1	MONITOR televisivo per bioimmagini	2972
1	Barriera antiraggi.	
1	Consolle	2935
1	Lampada	2917
1	Barriera antiraggi x	SN
1	Teleradiografo	2940
1	complesso radiogeno	2936
1	stativo pensile	2938
1	generatore alta tensione	2939
1	tavolo per paziente	2941
1	stativo pensile	2942
1	complesso radiogeno	2944
1	teleradiografo siemens	2945
2	lettini	6567/6553
1	Scrivania	SN
1	1 pensile	613
2	sedie	SN
1	piantana per flebo	5329

CENTRO TRASFUSIONALE

1	stufa essiccatore	21912/3755
1	centrifuga	21892

FARMACIA

1	stampante	337
1	fax	18253
1	bancolino	SN

DIREZIONE SANITARIA

1	stampante	18825
---	-----------	-------

CENTRO SALUTE MENTALE

1	lavatrice	12269
1	lavatrice	12268
1	piano tavolo	12230
4	pc	18898/1889 5/18902/18 308
4	pc	SN

allegato A

2	monitor	SN
1	stampante	SN
1	Videoregistratore	12183
1	televisore	12306
2	tastiere	SN

FISIATRIA

1	sedia	4709
1	sedia	6199
1	sedia	4709
1	sedia	5357
1	sedia	6298
1	tavolo	SN
1	girello	SN

Prot. PG/2015/23334
del 29.05.2015



Sassari li 29 maggio 2015

Spett. le ASL n° 2 Olbia
Via Bazzoni Sircana 2
07026 OLBIA
Servizio Provveditorato e Amministrazione
Patrimoniale

Prot. n° _____

Oggetto: Preventivo facchinaggio e trasporto ad impianti smaltimento di rifiuti ingombranti e Apparecchiature elettriche fuori uso.

In relazione all'oggetto ed al sopralluogo effettuato alla data del 07-01-15, presso il P.O. di Tempio Pausania, accompagnati dalla dott.ssa Amic, siamo a riformulare/completare come da vs richiesta il preventivo/relazione per i lavori da eseguirsi come all'oggetto, lo stesso è in linea con il ns del 07-01-15.

Si stimano quattro giornate lavorative per squadra di tipo "B" per otto ore giornaliere salvo impedimenti non dovuti a ns volontà che dovessero sopravvenire, quali ad esempio:

- Variazioni dei volumi da trasportare ad impianto;
- Soste per attesa di scarico presso impianto, etc.

il costo giornaliero della squadra "TIPO B" come da contratto e pari ad € 452,56.

Così come stabilito in fase di sopralluogo sarà ns. cura la compilazione e gestione dei Formulari, mentre vs. sarà la fase di accordo con gli impianti per i conferimenti.

All'atto del sopralluogo emersero i seguenti codici CER:

- 20 03 07 Rifiuti Ingombranti
- 20 01 36 apparecchiature elettriche fuori uso.

Vogliate verificare con gli impianti se tali codici sono esatti.

Cordiali Saluti

Per "Melis & C. Service Coop. Arl"

Il Presidente del C.d.A.


(*SANDRO BARMINA*)

Melis & C. Service Coop. ARL

Viale Porto Torres 119/12, 07100 Sassari
Tel. +39 079 2679111, Fax +39 079 2676012
www.melisservizi.it - info@melisservizi.it

partita iva 01743010900
capitale sociale Euro 25.561,80 i.v.
reg. delle imprese 83996, Rea 122296

albo naz. coop.ve A115593
albo naz. conto terzi SS 9253711/c
albo naz. gestori ambientali CA 03167



ATHENA s.r.l.
 Cap. Soc. € 89.000 i.v.
 Sassari: Z. I. Predda Niedda Nord, str. 18
 Tel. 079 - 2638500
 Fax 079 - 2633198
 Cagliari: Via Piero Della Francesca
 C/o Centro Comm.le "I Mujini" (Uff. 32)
 Tel. 070 - 5489041 5434112 Fax 070 541102
 e-Mail: info@athenasardegna.it

ELENCO MATERIALE INFORMATICO DISMESSO - MAGAZZINO FIANCO 118 TEMPIO				
STAMPANTE	OKI 400EX	NO	310A6093013	OBSOLETO
MONITOR	SIEMENS CRT	NO	?	OBSOLETO
MONITOR	SAMSUNG SYNC MASTER 7535	NO	?	OBSOLETO
TELEFONO				GUASTO
ELENCO MATERIALE INFORMATICO DISMESSO - EX MEDICINA UOMINI 5° PIANO TEMPIO				
MONITOR	SAMSUNG SYNC MASTER 510MS	NO	HA15H1LK2080740	OBSOLETO
STAMPANTE	CANON I250	NO	F8YH73566	OBSOLETO
STAMPANTE	EPSON STYLUS C62	NO	EJWY257885	OBSOLETO
STAMPANTE	OLIVETTI DM309L	NO	0295753	OBSOLETO
PC	HP VECTOR VE17	NO	FR004LS084	OBSOLETO
PC	ASSEMBLATO	NO	2102301	OBSOLETO
STAMPANTE	EPSON STYLUS COLOR 460	NO	BW2E087466	OBSOLETO
ELENCO MATERIALE INFORMATICO DISMESSO - U.O. DI DIALISI				
STAMPANTE	??	NO	32833540	OBSOLETO
STAMPANTE	??	NO	EC6181M31154500	OBSOLETO
SCANNER	??	NO	F76V097221	OBSOLETO
MONITOR	ACER	NO	AA1115140532A174	OBSOLETO
ELENCO MATERIALE INFORMATICO DISMESSO - RADIOLOGIA				
MONITOR	??	NO	ND	OBSOLETO
ELENCO MATERIALE INFORMATICO DISMESSO - GINECOLOGIA E OSTETRICIA				
STAMPANTE	SONY	ND	1414	OBSOLETO
STAMPANTE	??	NO	ND	OBSOLETO
ELENCO MATERIALE INFORMATICO DISMESSO - ANESTESIA				
MONITOR	HP	NO	300652	OBSOLETO
ELENCO MATERIALE INFORMATICO DISMESSO - FARMACIA OSPEDALIERA				
STAMPANTE	??	ND	J37	OBSOLETO
LETTORE BC	BANCOLINI	NO		OBSOLETO
ELENCO MATERIALE INFORMATICO DISMESSO - CARDIOLOGIA				
MONITOR	CRT	NO	ND	OBSOLETO
MONITOR	CRT	NO	ND	OBSOLETO
MONITOR	CRT	NO	ND	OBSOLETO
PC	ASSEMBLATO	NO	ND	OBSOLETO
PC	ASSEMBLATO	NO	ND	OBSOLETO
STAMPANTE	??	NO	ND	OBSOLETO
ELENCO MATERIALE INFORMATICO DISMESSO - CSM				
PC	??	ND	18998	OBSOLETO
PC	??	ND	18355	OBSOLETO
PC	??	ND	18902	OBSOLETO
PC	??	ND	18303	OBSOLETO
PC	??	NO	ND	OBSOLETO
PC	??	NO	ND	OBSOLETO
PC	??	NO	ND	OBSOLETO
PC	??	NO	ND	OBSOLETO
MONITOR	??	NO	ND	OBSOLETO
MONITOR	??	NO	ND	OBSOLETO
STAMPANTE	??	NO	ND	OBSOLETO

TEMPIO 21/10/2014

08/01/2015