

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 984      DEL 11/08/2015**

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA, PER LOTTI, VOLTA ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI QUADRO DI DURATA TRIENNALE CON OPZIONE DI RINNOVO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA, PER ARITMOLOGIA E VARI – AFFIANCAMENTO TECNOLOGICO DI DISPOSITIVI DI FUNZIONALITA' CARDIACA COME DA ART.5 DEL CAPITOLATO SEPCIALE D'APPALTO.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 11/08/2015	Al 26/08/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	



**SU** Proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale conseguente a istruttoria del Servizio Farmaceutico Ospedaliero unitamente al Direttore dell' U.O. di Cardiologia del P.O. di Olbia;

**Premesso quanto segue :**

- Con Deliberazione del Direttore Generale n.1579 del 29/06/2011, è stata aggiudicata la “PROCEDURA APERTA VOLTA ALL’ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER LA FUNZIONALITA’ CARDIACA, PER ARITMOLOGIA E VARI”
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 974 del 08/08/2014, si è proceduto al rinnovo annuale degli accordi quadro;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n.863 del 16/07/2015 si autorizzata la variazione in aumento dei lotti 3-9-18-20-22-24-25;
- il Direttore dell’U.O. di Cardiologia del P.O. di Olbia in data 20/07/2015 ha consegnato SPM la richiesta di affiancamento tecnologico di dispositivi per funzionalità cardiaca relativi ai lotti:
  - n. 12 della Ditta Medical Spa
  - n. 3 a e 16 della Ditta Medtronic Italia Spa
  - n. 11 e 20 della Ditta Prodifarm
  - n. 13 della Ditta Biotronik;
  - n. 2, 4, 26 della Ditta Boston Scientific,
- l’art 5 del CSA prevede che “Nel caso che la Ditta aggiudicataria, in corso di contratto, sostituisca o introduca in commercio un prodotto innovativo rispetto a quello aggiudicato, la medesima si impegna a fornire quest’ultimo in luogo di quello aggiudicato a prezzo non superiore e su espressa accettazione o richiesta da parte del Servizio di Farmacia”;
- pertanto si è iniziato ad istruire la procedura inviando alle Ditte su elencate una nota con una richiesta di sconto sul prezzo di aggiudicazione, nonostante il succitato art.5 del CSA preveda che la ditta debba fornire ad un prezzo superiore a quello di aggiudicazione, prot. 31470 del 21/07/2015 indirizzata alla Medical Spa; prot. 31492 del 21/07/2015 alla Medtronic Italia Spa; prot. 31498 del 21/07/2015 Prodifarm; prot. 31529 del 21/07/2015 Biotronik; prot. 31518 del 21/07/2015 Boston Scientific;

**Preso**

**atto**

**che**

della nota prot. 23601 del 03/06/2015 con la quale la Ditta interpellata conferma la

- le ditte hanno risposto con nota :

prot .32758 del 28/07/2015 la Ditta Medical spa accordandoci uno sconto pari al 4% sul prezzo di aggiudicazione,

prot.32815 del 29/07/2015 la Medtronic Italia spa con sconto del 5%;

prot. 32751 del 28/07/2015 la Prodifarm spa con sconto del 5% limitatamente al lotto 11;

prot 33833 del 05.08.2015 la Biotronik conferma la quotazione di gara;

prot.32870 del 29/07/2015 la Boston Scientific spa accordandoci sconto 5%;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Il DPR .207/2010;
- il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
- la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.
- L'atto aziendale;

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

per i motivi sopra espressi,

**DELIBERA**

- Di autorizzare gli affiancamento tecnologici limitatamente ai lotti:  
12 della Ditta Medical Spa  
3 e 16 della Ditta Medtronic Italia Spa  
11 20 della Ditta Prodifarm  
13 della Ditta Biotronik;  
2, 4, 26 della Ditta Boston Scientific,
- Di incaricare il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e il Servizio Farmaceutico Ospedaliero dell'adozione dei successivi provvedimenti di competenza (il primo, degli accordi il secondo dell'esecuzione dei contratti ed oneri conseguenti);
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all'Area Programmazione, Controllo e Committenza.

**Il Commissario Straordinario  
Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n.7  
per il Servizio

R. Di Gennaro  
FN  
Codice Servizio 226/2015

CSA: Capitolato Speciale d'appalto

"ACCORDI QUADRO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA, PER ARITMOLOGIA E VARI".

## Sommario

1. Oggetto della fornitura- natura giuridica del rapporto
2. Valore di stima degli accordi – valore di stima della procedura - Durata degli accordi – opzione di rinnovo
3. Modalità di presentazione della documentazione
4. Offerta economica
5. Aggiornamento tecnologico
6. Campionatura
7. Modalità di aggiudicazione
8. Contratti – Consegne

Allegato A – quadro descrittivo e quantitativo– basi d'asta

### Art. 1 Oggetto della fornitura – natura giuridica del rapporto

L'appalto è costituito da n. 36 lotti. I prodotti oggetto della gara, che si prevede possano occorrere all'Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia, sono quelli descritti nel Quadro descrittivo e quantitativo- allegato "A"- del Capitolato Tecnico che fa parte integrante del presente Disciplinare. I quantitativi annui stabiliti in gara e indicati nel Capitolato Tecnico, per tipo e per numero sono presunti e non tassativi per cui l'eventuale aggiudicazione di tutta o parte delle quantità richieste nella presente gara non impegna questa Azienda ad emettere ordinativi di fornitura, in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti esclusivamente sulla base delle effettive necessità operative degli utilizzatori. L'aggiudicatario, pertanto, dovrà somministrare solo quelle quantità che gli verranno richieste, senza sollevare eccezioni.

L'appalto condurrà alla stipulazione di accordi quadro (con un operatore per ciascun lotto) di cui all'art. 59 del D. Lgs. 163/06. Le forniture previste in CSA costituiscono lo scopo degli accordi e sono nettamente prevalenti, in termini economici, rispetto ai servizi. Le condizioni di vendita saranno quelle definite negli accordi quadro. Le vendite sono disciplinate: dall'art. 1521 del Codice Civile; il termine ivi previsto è variabile e collegato alle esigenze cliniche di volta in volta considerate per emettere gli ordinativi; dall'art. 1522 del Codice Civile per i lotti per i quali è prevista campionatura obbligatoria. Per quanto non previsto dal presente CSA ed in quanto compatibile, si applica il Capitolato Generale d'Appalto dell'Azienda.

### Art. 2 Valore di stima degli accordi – Valore di stima della procedura - Durata degli accordi- opzione di rinnovo

Le stime del valore annuo dei singoli lotti, che corrispondono alle basi d'asta, sono riportate nell'allegato A al presente CSA; il valore di stima triennale di ciascun singolo accordo quadro è quindi pari al triplo del valore riportato in allegato A.

La stima del valore dell'intera procedura, ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D. Lgs. 163/2006, è pari ad € 6.424.600,00 netto IVA.

La durata degli accordi sarà di **anni 3** (tre) decorrenti dalle date di stipulazione dei contratti; l'Azienda ha facoltà (diritto potestativo) di rinnovare l'accordo per un anno; nel valutare se esercitare tale diritto, si considererà anche l'esito di una negoziazione con l'aggiudicatario volta a migliorare le condizioni dell'accordo relativamente ai prezzi e alle condizioni di pagamento.

### Art. 3 Modalità di presentazione dell'offerta

#### Busta B – Documentazione tecnica

Le Imprese concorrenti sono tenute a presentare la seguente documentazione tecnica, a pena di esclusione :

- 1) schede tecniche aggiornate della ditta produttrice, tali schede dovranno riportare l'indicazione della voce cui fanno riferimento (Allegato "A") e dovranno contenere ogni notizia utile per la valutazione e l'accertamento della corrispondenza tecnica dei materiali offerti a quanto previsto nel presente Disciplinare. (C. T. A.) (se disponibili nel Repertorio dei Dispositivi Medici non ne è obbligatoria la presentazione).

*N.B. E' preferibile che le schede tecniche siano allegate alle schede-prodotto (vedi punto 2)*

- 2) scheda-prodotto dedicata compilata per ogni voce:

A tali schede dovranno essere uniti, debitamente sottoscritti al pari dell'offerta economica, redatti in lingua italiana e rilegati in modo tale da consentire la separazione dei fogli, con le pagine numerate secondo lo schema "pagina n di m":

- (a) foglietto illustrativo o sua copia, se previsto,
- (b) depliant illustrativo possibilmente con immagini a colori

*Inoltre solo per i "dispositivi medici" così come definiti dal D.Lgs. n.46/97 privi di numero identificativo di iscrizione nel Repertorio dei dispositivi medici ( Decreto del Min. della Salute 20/02/07 è necessario allegare anche:*

- (c) per i dispositivi medici appartenenti alla classe I:  
copia della dichiarazione di conformità CE rilasciata dal fabbricante;
- per i dispositivi medici appartenenti alla classe IIa , IIa b e III:
- (c) copia del certificato CE di conformità emesso dall'Organismo Notificato e nel caso di certificazione per TIPI/FAMIGLIE di prodotti, si chiede di allegare una copia dell' elenco dei prodotti di cui al fascicolo tecnico approvato dall'organismo certificatore;
- per i dispositivi medici sterili:
- (c) copia del certificato CE di conformità emesso dall'Organismo Notificato relativo al processo di sterilizzazione (è sufficiente una copia per tutti i prodotti);

*N.B.: le schede tecniche aggiornate della ditta produttrice, i depliant illustrativi, l'eventuale foglietto illustrativo o sua copia, per ogni prodotto offerto, devono contenere l'indicazione delle voci secondo la numerazione dell'Allegato (A) Quadro-Offerta. Tutti i requisiti che formano o costituiscono titoli per l'attribuzione di un punteggio non sufficientemente individuati e non facilmente individuabili, non verranno presi in considerazione per l'attribuzione del relativo punteggio, secondo gli elementi considerati nell'Allegato "B" - "Scheda prodotto" . Non saranno prese in considerazione descrizioni, notizie e quant'altra informazione relativa all'oggetto della presente gara, che non siano espresse in lingua italiana, limitatamente alla parte che ne risulti priva.*

- 3) Dichiarazione redatta e firmata dal fornitore o dal produttore (in carta libera) attestante:

- a) la conformità delle caratteristiche tecniche dei prodotti a tutte le norme vigenti in materia ed in particolare:
  - per i dispositivi medici impiantabili attivi: al DECRETO LEGISLATIVO n. 507 - 14 dicembre 1992 (emendato col D. lgs. 25.01.2010, n. 37) e ss. mm. ii.

- per i dispositivi medici monouso: al Decreto Legislativo n.46 del 24/02/97 (emendato col D. lgs. 25.01.2010, n. 37) e ss. mm. ii.
- per i dispositivi medici impiantabili attivi e per i dispositivi medici monouso: al decreto 21 dicembre 2009 (G.U. n°17 del 22 gennaio 2010).

b) **solo** per le voci dal n° 16 al 26:

- impegno a garantire la presenza in sala operatoria di personale qualificato di categoria A;
- dichiarazione in merito all' apposita notifica o autorizzazione rilasciata dal ministero del lavoro ai sensi dell'art.62, comma 4 del D. Lgs 230/95 e ss. mm. ii ;
- l'impegno ad assolvere i corrispondenti obblighi posti a carico del datore di lavoro o del lavoratore autonomo, per la tutela dai rischi da radiazioni ionizzanti, nei casi previsti dagli art.62, 64 e 65 del D.Lgs 230/95 e ss. mm. ii..

c) **solo** per le voci n°35 e n°36:

- Compatibilità elettrica in ambiente sanitario dell'apparecchiatura.

#### **4) Dichiarazione del Responsabile della ditta offerente attestante la disponibilità :**

- a) a fornire prodotti di recente produzione, aventi al momento della consegna 3/4 della loro validità presso la Farmacia Ospedaliera di Olbia, entro cinque giorni dalla richiesta;
- b) a comunicare eventuali provvedimenti di sospensione o revoca, variazioni delle modalità d'uso ecc. del prodotto, entro le 24 ore al Servizio di Farmacia Ospedaliera dell' A.S.L. N.2 di Olbia ed al referente della dispositivo-vigilanza, nonché eventuali variazioni di Ragione Sociale e indirizzo;
- c) nominativo e recapito telefonico del Direttore Tecnico responsabile e dell'eventuale collaboratore di zona e numero di telefax cui trasmettere gli ordinativi;
- d) nominativo del referente/responsabile per la segnalazione degli eventuali incidenti.

*N. B.: per una corretta presentazione della documentazione tecnica, si consiglia di indicare in epigrafe ad ogni documento richiesto, il riferimento sopra esposto (1-2-3-4), tale da consentire a questa Amministrazione un controllo più spedito della documentazione presentata.*

### **ART. 4 OFFERTA ECONOMICA**

L'offerta economica, deve essere predisposta mediante la compilazione del modulo offerta allegato all'unito Capitolato (Allegato "B" Quadro- Offerta), con firma leggibile e per esteso dal titolare della ditta concorrente o dal suo legale rappresentante (o dai titolari o legali rappresentanti di ogni singola impresa raggruppata), secondo il seguente schema:

- a. costo del materiale di consumo: ciascuna voce distintamente con relativa aliquota I.V.A.
- b. valore complessivo ANNUO del lotto: comprensivo del materiale di consumo previsto.
- c. indicazione della percentuale di sconto sul listino prezzi (per i prodotti non richiesti, ma il cui acquisto potrebbe essere necessario per completamento o per variazione delle esigenze cliniche).

Solo per le voci n°35 e 36, indicare:

- a. costo del materiale di consumo: ciascuna voce distintamente con relativa aliquota I.V.A.
- b. costo della locazione o del comodato dell'apparecchiatura;
- c. valore complessivo del lotto: comprensivo del materiale di consumo previsto.

La ditta dovrà presentare un'offerta relativa ad eventuali prodotti utilizzabili con le apparecchiature offerte, in quanto questa Amministrazione, in caso di necessità, procederà all'acquisto dei prodotti non previsti nel lotto in parola alle condizioni indicate.



All'offerta economica deve essere allegato il **LISTINO PREZZI ufficiale della ditta produttrice in vigore alla data di spedizione dell'offerta.**

I prezzi oggetto della presente, fissati al momento dell'aggiudicazione, resteranno fissi ed invariati per il primo anno di durata dell'accordo; negli anni successivi essi saranno soggetti ad aggiornamento in base alle variazioni degli indici ISTAT per i beni al consumo assunta base 100 la data di stipulazione dell'accordo, salvo offerta migliorativa in fase di gara.

SI PRECISA:

1) CHE AI FINI DELL'AGGIUDICAZIONE SI CONSIDERERA' SOLO IL PREZZO RIFERITO AL VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO, NECESSARIAMENTE AL RIBASSO RISPETTO ALLA BASE D'ASTA, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA;

2) CHE I VALORI DEI SUBCOMPONENTI IL LOTTO POSSONO ESSERE DETERMINATI LIBERAMENTE DALL'OFFERENTE, FERMO QUANTO PREVISTO AL PRECEDENTE PUNTO 1)

3) CHE NELL'IPOTESI IN CUI LA SOMMA DEI PREZZI UNITARI INDICATI PER I VARI COMPONENTI DEL LOTTO, CIASCUNO DI ESSI MOLTIPLICATO PER LE QUANTITA' DI BENI INCLUSE NEL LOTTO, DOVESSE RISULTARE, A VERIFICA SUCCESSIVA ALL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA (VERIFICA CHE SARA' EFFETTUATA SOLO PER L'AGGIUDICATARIO) SUPERIORE O INFERIORE AL PREZZO D'AGGIUDICAZIONE, I RELATIVI VALORI SARANNO AUTOMATICAMENTE, PROPORZIONALMENTE E UNIFORMEMENTE RIDOTTI O AUMENTATI FINO A UGUAGLIANZA DEI DUE IMPORTI.

#### ART. 5 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel caso che la Ditta aggiudicataria, in corso di contratto, sostituisca o introduca in commercio un prodotto innovativo rispetto a quello aggiudicato, la medesima si impegna a fornire quest'ultimo in luogo di quello aggiudicato a prezzo non superiore e su espressa accettazione o richiesta da parte del Servizio di Farmacia.

#### Art. 6 CAMPIONATURA

**A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA** le Ditte dovranno presentare, con le stesse modalità previste per l'offerta, **DOPPIA CAMPIONATURA**, *possibile con ogni mezzo (raccomandata A.R., corriere, consegna a mani presso l'ufficio protocollo dell'Azienda, ovvero mediante Agenzia di recapito autorizzata, ecc)*, **come di seguito confezionata**, in modo da consentire il controllo dei prodotti offerti. Il plico dei campioni è così composto :

- **pacco n°1:** n°1 pezzo solo per le voci n° 30-31-32-33-34 dell'allegato "A" a disposizione della Commissione giudicatrice;
- **pacco n°2:** da utilizzare quale campionatura di controllo in caso di aggiudicazione: da confezionare uguale al pacco n.1 (per ogni voce per la quale è richiesta la campionatura).

Per le voci per le quali non è prevista la campionatura obbligatoria, *l'azienda si riserva di richiederla solo nel caso in cui la Commissione la ritenesse indispensabile per una migliore valutazione del prodotto.*

Il plico dei campioni contenente la doppia campionatura (così come più sopra confezionata), deve essere accompagnato da un documento di trasporto o equipollente che riporti i numeri delle voci presentate secondo la numerazione dell'Allegato "A" Quadro-Offerta, con l'esatta indicazione del nome commerciale del prodotto, della ditta produttrice ed il nome della ditta offerente o R.T.I.

Il plico dovrà recare all'esterno **"CONTIENE CAMPIONI PER LA FORNITURA DI "DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA, PER ARITMOLOGIA E VARI"**

(indicando espressamente le voci per i quali si presenta campionatura)", l'esatta denominazione e sede della ditta mittente o di ogni singola impresa raggruppata, e dovrà pervenire **al seguente indirizzo : A.S.L. N.2**

OLBIA: Servizio di Farmacia -Ospedale "G. Paolo II" Via Bazzoni -Sircana-, località Tannaule, padiglione "S" sottopiano - 3, 07026 Olbia (OT), entro e non oltre i termini previsti dal bando di gara, per il ricevimento offerta di gara.

Anche per questo piego saranno applicate le medesime sanzioni previste nel presente disciplinare, per il plico contenente i documenti e l'offerta economica.

**I CAMPIONI** delle ditte non aggiudicatrici saranno restituiti entro un mese dall'avvenuta aggiudicazione. In ogni caso la restituzione sarà effettuata a cura e spese delle Ditte proprietarie, restando inteso che qualora non provvedano entro sessanta giorni dall'aggiudicazione i campioni diventeranno di proprietà dell'Azienda Sanitaria Locale N°2.

Si precisa che la campionatura è gratuita e non potrà essere fatturata.

**ATTENZIONE:** nel documento di trasporto dei campioni, nei campioni stessi dovrà essere indicato il numero della voce a cui ci si riferisce, secondo quanto indicato nell'allegato quadro (A), PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA, limitatamente all'articolo che ne risulta privo.

*Per una migliore valutazione del prodotto, l'azienda si riserva di richiedere campionatura o dimostrazione d'uso a discrezione della Commissione Giudicatrice.*

Si precisa che la campionatura e la dimostrazione d'uso sono gratuite e non potranno essere fatturate.

#### ART. 7 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

In particolare, l'aggiudicazione verrà effettuata con il metodo di cui all'articolo 83, del D. Lgs. 163/06 a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per la determinazione della quale, verrà attribuito agli elementi di valutazione sotto riportati, il punteggio massimo di punti 100 di cui:

- A. **QUALITA' e caratteristiche del prodotto:** punteggio attribuibile da 1 a 60 PUNTI (la Commissione giudicatrice valuterà i prodotti a suo insindacabile giudizio, attribuendo alle singole voci relative alle caratteristiche tecniche i punteggi a disposizione sotto riportati, secondo la relativa importanza tecnica).

RIFERIMENTO VOCE	Caratteristiche tecniche funzionali	Caratteristiche fisiche	Usabilità del programmatore ed ergonomia	Servizio di informatizzazione e dei controlli in remoto	Assistenza tecnica post vendita	Punteggio Totale
PACEMAKER N°1	29	26	-	-	5	60
PACEMAKER N°2-3-5-6-7-8-9-10	35	15	5	-	5	60
PACEMAKER N°4-11-12-13-14-15-16	33	15	5	2	5	60
DEFIBRILLATORI N°17-18-19-20-21-22-23-24-25-26	33	15	5	2	5	60
DISPOSITIVI IMPIANTABILI DIAGNOSTICI PER FUNZIONALITA' CARDIACA: N°27 E N°28	35	12	8	-	5	60
PACEMAKER NON IMPIANTABILE VOCE N°29	32	13	8	-	7	60
	CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE	CARATTERISTICHE TECNICHE FUNZIONALI	USO CLINICO ED ERGONOMIA	METODO DI STERILIZZAZIONE	TEMPO DI VALIDITÀ	
DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA N°30-31	33	10	10	4	3	60
DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA N° 32-33-34-35	33	15	5	4	3	60
VARIE N° 36	28	15	10	4	3	60

I relativi sottocriteri sono ulteriormente dettagliati nelle relative **Schede prodotto** dell 'Allegato "B" del Capitolato tecnico.

***N.B. Le voci che non raggiungeranno il punteggio minimo di 35/60 non saranno ammesse alle successive fasi di gara.***

- B. **PREZZO:** punteggio massimo attribuibile 38 PUNTI, con riduzione proporzionale del punteggio per i prezzi superiori al minore, in base alla formula sotto riportata: 38 (punt. max) moltiplicato **Importo complessivo annuo più basso riferito al valore totale del lotto** (calcolato sulla base dei quantitativi presunti riportati nell'Allegato "A" Quadro - Offerta del Capitolato per il relativo costo unitario, sommando i subtotali ove il lotto comprenda più prodotti diversi quotati separatamente ) diviso **Importo complessivo annuo in esame**.
- C. **CONDIZIONI CONTRATTUALI:** punteggio massimo attribuibile 2 PUNTI sono riservati ad eventuale offerta migliorativa relativa all'adeguamento prezzi per il secondo e terzo anno di validità dell'accordo.

*L'aggiudicazione verrà effettuata per singola voce a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'ASL n.2. Le Ditte concorrenti dovranno, a pena di esclusione presentare offerta per tutti i prodotti e misure indicate per ciascuna voce restando, in ogni caso, esclusa la possibilità di aggiudicazioni frazionate per una stessa voce se presente un' offerta completa.*

Si procederà, infine, alla somma dei punteggi espressi per caratteristiche tecniche, prezzo e condizioni contrattuali; l'aggiudicazione della fornitura avverrà pertanto a favore della Ditta che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.

Nel caso due o più offerte ammesse abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, si rinvia all'art.2, c.2 del capitolato generale.

L'aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta valida.

#### Art. 8 Contratti - Consegne

La Ditta Appaltatrice dovrà fornire a questa A.S.L. N.2 la quantità complessiva indicata da ciascun contratto (nel seguito, buono di ordine) emesso dal Servizio di Farmacia, consegnando il bene a sue spese e rischio e secondo gli orari che saranno concordati, presso il presidio di Olbia- entro 5 giorni dalla richiesta stessa, anche a mezzo fax, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 12,30, salvo casi d'emergenza da fronteggiarsi entro 48 ore. Qualora ciò non sia possibile il Fornitore dovrà provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata, in modo che tale acconto sia sufficiente a coprire il fabbisogno fino alla consegna del saldo, in ogni caso sarà tenuto a darne tempestiva comunicazione al Servizio di Farmacia richiedente.

Non verranno accettati prodotti che alla consegna non abbiano un periodo di validità residuo di almeno 3/4 della validità complessiva.

La consegna deve avvenire in porto franco, nelle quantità, qualità richieste e descritte nell'ordine emesso dalla Farmacia richiedente, con messa a terra a propria diligenza, rischio e spesa di qualunque natura, nei magazzini farmaceutici o reparti ospedalieri indicati.

L'accettazione delle forniture avverrà ad insindacabile giudizio dei Presidi di cui sopra, che si riservano il controllo e l'accertamento dei caratteri fisici, chimici e biologici delle singole partite, che dovranno essere conformi ai campioni presentati e valutati. Data l'impossibilità di periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, il Fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla qualità, quantità e confezionamento del genere somministrato, anche a distanza di tempo dalla consegna, cioè all'atto di apertura dei colli finalizzata al loro utilizzo terapeutico (si veda il precedente art. 1 del presente CSA), quando ne sarà possibile il controllo.

I requisiti richiesti per i prodotti in gara debbono essere corrispondenti a quelli indicati nell'allegato (A) del presente Capitolato debbono inoltre essere conformi ai saggi tecnologici, chimici e biologici della Farmacopea Ufficiale ultima edizione e suoi aggiornamenti e a tutte le norme in materia.

Per i prodotti sterili devono essere indicati:

- sia nell'imballaggio che nella singola confezione: il numero del lotto, il metodo di sterilizzazione e la data di scadenza;

- nel documento di trasporto: il numero del lotto e la data di scadenza;

Le eventuali descrizioni del prodotto in lingua straniera dovranno essere accompagnate da una traduzione in lingua italiana a cura della Ditta, PENA L'ESCLUSIONE DALLA GARA.

Per i lotti a campionatura obbligatoria in gara si applica, come specificato all'art. 1 del presente CSA, l'art. 1522 del C.C..

**ALLEGATO "A" QUADRO DESCRITTIVO E QUANTITATIVO – BASI D'ASTA**
**DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA**

RIF. VOCE	Descrizione	Unità di misura	Quantità anno	Valore unitario	Valore totale anno
<b>Pace Maker</b>					
1	<b>Pace Maker SSI <u>monocamerale</u></b> , multiprogrammabile, comprensivo di garanzia ed assistenza tecnica, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. programmabilità delle funzioni antibradicardiche comprensive della gestione della caduta di frequenza,</li> <li>b. con funzioni di base: dimensioni, peso e volume del generatore contenuti,</li> <li>c. autonomia standard in stimolazione 100% in anni non inferiore a cinque anni.</li> </ul>	PZ	15	1.100	16.500,00
	<b>Elettrocattetere</b> permanente endocardico bipolare ventricolare a fissaggio passivo/attivo, sterile.	PZ	15	300	4.500,00
	<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>				
2	<b>Pace Maker SSI-R, <u>monocamerale</u></b> di fascia bassa, multi programmabile, comprensivo di garanzia ed assistenza tecnica, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. programmabilità delle funzioni antibradicardiche;</li> <li>b. funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>c. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>d. sensore accelerometrico</li> </ul> <i>e preferibilmente con:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. ottimizzazione automatica della risposta in frequenza sensore,</li> <li>f. controllo automatico dell' integrità dell' elettrocattetere;</li> <li>g. monitoraggio holter e statistica per un prolungato follow up.</li> </ul>	PZ	15	1.500	22.500,00
	<b>Elettrocattetere</b> permanente endocardico bipolare ventricolare a fissaggio passivo/attivo, sterile.	PZ	15	300	4.500,00
	<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>				
3	<b>Pace Maker SSI-R, <u>monocamerale</u></b> di fascia media, multi programmabile, comprensivo di garanzia ed assistenza tecnica, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. programmabilità delle funzioni antibradicardiche;</li> <li>b. funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>c. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>d. funzione sonno guidata dal sensore.</li> </ul> <i>preferibilmente con:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. doppio sensore,</li> <li>f. ottimizzazione automatica della risposta in frequenza,</li> <li>g. frequenza di riposo.</li> </ul>	PZ	15	1.800	27.000,00
	<b>Elettrocattetere</b> permanente endocardico bipolare ventricolare a fissaggio passivo/attivo, sterile.	PZ	15	300	4.500,00
	<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>				

4	a	<p><b>Pace Maker SSI-R, <u>monocamerale</u></b> di fascia alta, multi programmabile, comprensivo di garanzia ed assistenza tecnica, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. programmabilità delle funzioni antibradicardiche;</li> <li>b. con funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>c. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>d. possibilità di controllo in remoto,</li> </ul> <p><i>preferibilmente con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. ottimizzazione automatica della risposta in frequenza,</li> <li>f. isteresi,</li> <li>g. doppio sensore (accelerometrico e ventilazione minuto ad algoritmo di miscelazione automatica),</li> <li>h. monitoraggio Holter e statistica per un prolungato follow-up e memorizzazione automatica EGM,</li> <li>i. algoritmi accessori per la misurazione automatica della soglia, ventricolare, dell'onda R,</li> <li>j. algoritmo per il controllo dell'integrità del sistema elettrodroico</li> </ul>	PZ	15	2.000	30.000,00
	b	<b>Elettrocatteter</b> e permanente endocardico bipolare ventricolare a fissaggio passivo/attivo, sterile	PZ	15	300	4.500,00
	<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>					34.500,00
5	a	<p><b>Pace Maker VDD-R <u>bicamerale</u></b> di fascia bassa, multiprogrammabile comprensivo di garanzia ed assistenza tecnica, monocatteter con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. con funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni,</li> </ul> <p><i>e preferibilmente con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. algoritmo di commutazione automatica della modalità di stimolazione,</li> <li>d. sensore accelerometrico,</li> <li>e. isteresi su AV con ricerca,</li> <li>f. algoritmo di switch automatico per il cambio della polarità del catetere,</li> <li>g. funzione sonno programmabile.</li> </ul>	PZ	15	2.200	33.000,00
	b	<b>Elettrocatteter</b> e permanente endocardico bipolare per pace-maker monocatteter, sterile.	PZ	15	300	4.500,00
	<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>					37.500,00
6	a	<p><b>Pace Maker VDD-R <u>bicamerale</u></b> di fascia media, multi programmabile, comprensivo di garanzia ed assistenza tecnica, monocatteter con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>c. misurazione automatica della soglia ventricolare con eventuale adattamento automatico dell'ampiezza dell'impulso e misurazione automatica dell'onda P e onda R,</li> </ul> <p><i>e preferibilmente con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. algoritmo di commutazione automatica della modalità di stimolazione,</li> <li>e. promozione e mantenimento della conduzione AV intrinseca,</li> <li>f. registrazione EGM non inferiore a 120 ms, almeno un algoritmo per la caduta di frequenza, visualizzazione del burden AT/AF,</li> </ul>	PZ	15	2.300	34.500,00

	g. sensore accelerometrico e funzione sonno, h. isteresi.				
	<b>b</b> Elettrocatteteri permanente endocardico bipolare per pace-maker monocatteteri, sterile.	PZ	15	300	4.500,00
<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>					39.000,00
7	<b>a</b> Pace Maker VDD-R <u>bicamerale</u> di fascia alta, multiprogrammabile compresa la garanzia e l'assistenza tecnica, monocatteteri, con: a. funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti, b. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni, c. memorizzazione del burden AT/AF sino a 14 mesi, e <i>preferibilmente con</i> : d. algoritmo per la promozione della conduzione ventricolare, e. algoritmo per le improvvise cadute di frequenza, f. regolazione automatica dell'uscita ventricolare, g. possibilità di dotazione di apparecchio portatile in grado di inoltrare automaticamente i dati del dispositivo al medico, mediante linea telefonica	PZ	15	2.500	37.500,00
	<b>b</b> Elettrocatteteri permanente endocardico bipolare per pace-maker monocatteteri, sterile.	PZ	15	300	4.500,00
	<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>				
8	<b>a</b> Pace Maker VDD <u>bicamerale</u> , multi programmabile con possibilità di <u>stimolazione DDD</u> , compresa la garanzia e l'assistenza tecnica, con: a. funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti, b. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni, e <i>preferibilmente con</i> : c. algoritmo di conferma eiezione dopo pacing e dopo sensing ventricolare, d. sensore diagnostico emodinamico basato su T.V.I. (Impedenza Trans Valvolare) e. monocatteteri con dipolo atriale lungo, ovvero lunghezza >28 mm , f. diagnostica relativa ai dati di Impedenza Trans Valvolare e alla contrattilità cardiaca.	PZ	8	4.500	36.000,00
	<b>b</b> Elettrocatteteri permanenti endocardici bipolari per pace-maker monocatteteri, sterili.	PZ	16	300	4.800,00



					VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA	40.800,00
9	a	<b>Pace Maker DDD-R bicamerale</b> di fascia bassa, multiprogrammabile compresa la garanzia e l' assistenza tecnica, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni,</li> </ul> <i>e preferibilmente con:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. riprogrammazione automatica dei ritardi AV in base ai tempi di conduzione spontanea in modalità DDD(R),</li> <li>d. registrazione automatica di episodi di aritmia atriale e ventricolare per un tempo complessivo di 3,5 minuti su doppio canale</li> <li>e. promozione e mantenimento della conduzione AV intrinseca,</li> <li>f. curva della frequenza cardiaca nelle 24 ore per 7 giorni per il monitoraggio della funzione cicardiana del paziente,</li> <li>g. controllo automatico della cattura,</li> <li>h. sensore accelerometrico,</li> <li>i. algoritmo per le brusche cadute della frequenza cardiaca.</li> </ul>	PZ	10	3.450	34.500,00
	b	<b>Elettrocateri</b> permanenti endocardici bipolari, atriale e ventricolare, a fissaggio passivo/attivo, sterili.	PZ	20	300	6.000,00
					VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA	40.500,00
10	a	<b>Pace Maker DDD-R bicamerale</b> di fascia media, multi programmabile, compresa la garanzia e l' assistenza tecnica, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>c. promozione e mantenimento della conduzione AV intrinseca,</li> <li>d. controllo automatico della cattura ventricolare,</li> </ul> <i>e preferibilmente con:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>e. algoritmo di commutazione automatica della modalità di stimolazione ,</li> <li>f. sensore accelerometrico,</li> <li>g. switch polarità cateteri sul mal funzionamento,</li> <li>h. almeno un algoritmo per la prevenzione della FA e gestione delle aritmie atriali ,</li> <li>i. algoritmo per la risposta alla caduta di frequenza.</li> </ul>	PZ	10	4.500	45.000,00
	b	<b>Elettrocateri</b> permanenti endocardici bipolari, atriale e ventricolare, a fissaggio passivo/attivo, sterili.	PZ	20	300	6000,00
					VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA	53.000,00

11	a	<p><b>Pace Maker DDD-R <u>bicamerale</u></b> di fascia alta, multiprogrammabile ,compresa la garanzia e l' assistenza tecnica, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>c. controllo automatico della cattura atriale e ventricolare,</li> <li>d. possibilità di telemetria wireless,</li> <li>e. possibilità di controllo in remoto,</li> </ul> <p>e <i>preferibilmente con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>b. algoritmo di commutazione automatica della modalità di stimolazione,</li> <li>c. promozione e mantenimento della conduzione AV intrinseca,</li> <li>d. sensore accelerometrico,</li> <li>e. switch polarità cateteri sul mal funzionamento con controllo battito-battito,</li> <li>f. isteresi in modalità mono e bi camerale.</li> </ul>	PZ	10	4.700	47.000,00
	b	<p><b>Elettrocateri permanenti endocardici bipolari, atriale e ventricolare, a fissaggio passivo/attivo, sterili.</b></p>	PZ	20	300	6.000,00
<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>						<b>53.000,00</b>
12	a	<p><b>Pace Maker DDD-R <u>bicamerale</u></b> multiprogrammabile per il trattamento delle <b>sincopi</b>,compresa la garanzia e l' assistenza tecnica, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>c. isteresi avanzata (algoritmo per il trattamento della sincope),</li> </ul> <p>e <i>preferibilmente con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. registrazione automatica di episodi di aritmia atriale e ventricolare per un tempo complessivo di 5,5 minuti su doppio canale,</li> <li>e. modalità AAI (R) con possibilità di switch automatico in modo DDD ( R) di back-up in caso di blocchi AV di I, II e III grado,</li> <li>f. doppio sensore (accelerometrico + ventilazione / minuto) ,</li> <li>g. curva della frequenza cardiaca nelle 24 ore per 7 giorni per il monitoraggio della funzione cicardiana del paziente,</li> <li>h. algoritmo per le brusche cadute della frequenza cardiaca,</li> <li>i. controllo automatico della cattura.</li> </ul>	PZ	10	4.000	40.000,00
	b	<p><b>Elettrocateri permanenti endocardici bipolari, atriale e ventricolare, a fissaggio passivo/attivo, sterili.</b></p>	PZ	20	300	6.000,00
<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>						<b>46.000,00</b>
13	a	<p><b>Pace Maker DDD-R <u>bicamerale</u></b>, multiprogrammabile per il trattamento della sincope neuromediata, compresa la garanzia e l' assistenza tecnica con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>c. isteresi avanzata (algoritmo per il trattamento della sincope neuromediata)</li> </ul> <p>e <i>preferibilmente con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. isteresi della frequenza con funzione ripetitiva e scansione,</li> <li>e. promozione e mantenimento della conduzione AV intrinseca,</li> <li>f. algoritmo di gestione della frequenza cardiaca regolato dalla</li> </ul>	PZ	10	4.000	40.000,00

	<ul style="list-style-type: none"> <li>dinamica di contrazione,</li> <li>g. sensore accelerometrico,</li> <li>g. switch polarità cateteri sul mal funzionamento con controllo battito-battito,</li> <li>h. controllo automatico della cattura,</li> <li>i. possibilità di controllo remoto mediante GSM.</li> </ul>				
	<b>b</b> Elettrocateri permanenti endocardici bipolari, atriale e ventricolare, a fissaggio passivo/attivo, sterili.	PZ	20	300	6.000,00
<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>					<b>46.000,00</b>
14	<b>a</b> Pace Maker DDD-R <u>bicamerale</u> multiprogrammabile <b>compatibile con RMN</b> , compresa la garanzia e l' assistenza tecnica, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>c. compatibilità MRI total body,</li> </ul> <i>e preferibilmente con :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. modalità AAIR con possibilità di switch automatico in DDR in caso di blocco AV o pause patologiche,</li> <li>e. possibilità di erogazione ATP automatica su FA,</li> <li>f. algoritmo di risposta automatica alla caduta improvvisa della frequenza cardiaca,</li> <li>g. della modalità di stimolazione,</li> <li>h. promozione e mantenimento della conduzione AV intrinseca,</li> <li>i. sensore accelerometrico,</li> <li>j. controllo automatico della cattura.</li> </ul>	PZ	15	3.600	54.000,00
	<b>b</b> Elettrocateri permanenti endocardici bipolari, atriale e ventricolare, a fissaggio passivo/attivo, sterili.	PZ	30	300	9.000,00
<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>					<b>63.000,00</b>
15	<b>a</b> Pace Maker DDD-R <u>bicamerale</u> , multiprogrammabile per la prevenzione della FA, compresa la garanzia e l' assistenza tecnica, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>c. un algoritmo per la prevenzione di aritmie atriali.</li> </ul> <i>e preferibilmente con:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. algoritmo di commutazione automatica della modalità di stimolazione,</li> <li>e. sensore accelerometrico,</li> <li>f. switch polarità cateteri sul mal funzionamento</li> <li>g. controllo automatico della cattura atriale e ventricolare,</li> <li>h. possibilità di controllo remoto.</li> </ul>	PZ	5	3.600	18.000,00
	<b>b</b> Elettrocateri permanenti endocardici bipolari, atriale e ventricolare, a fissaggio passivo/attivo, sterili.	PZ	10	300	3.000,00
<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>					<b>21.000,00</b>

16	a	<p><b>Pace Maker</b> tricamerale per la stimolazione bi-ventricolare per elettrostimolazione nello <b>scompenso cardiaco</b> con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. funzioni di base: dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. autonomia standard 100% non inferiore a 5 anni,</li> </ul> <p><i>e preferibilmente con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. programmabilità degli algoritmi e delle terapie antibradicardiche e per la resincronizzazione cardiaca;</li> <li>d. algoritmo di autocattura sul catetere atriale, ventricolare destro e sinistro,</li> <li>e. risposta all'AF condotta,</li> <li>f. possibilità di diverse configurazioni di stimolazione,</li> <li>g. possibilità di monitoraggio dello scompenso cardiaco,</li> <li>h. Leadless ECG,</li> <li>i. Possibilità di controllo in remoto.</li> </ul>	PZ	3	4.500	13.500,00
	b	<b>Elettrocateri</b> permanenti endocardici bipolari, atriale e ventricolare, a fissaggio passivo/attivo, sterili.	PZ	6	300	1.800,00
	c	<b>Elettrocateri</b> per ventricolo sinistro con sistema di cannulamento del seno coronarico.	PZ	3	800	2.400,00
	<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>					
<b>DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI</b>						
17	a	<p><b>Defibrillatore</b> automatico <b>impiantabile monocamerale SSIR</b> di fascia bassa, compresa la garanzia e l'assistenza tecnica, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. alta energia di erogazione (almeno 35 Joule),</li> <li>c. sensore accelerometrico,</li> <li>d. autonomia standard al 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>e. trend d'impedenza del canale ventricolare e del sensing dell'onda R,</li> </ul> <p><i>e preferibilmente con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. disponibilità di 3 finestre di monitoraggio e/o intervento su FV, TV e TPSV rapida,</li> <li>g. monitoraggio delle aritmie durante la carica dei condensatori con relativa interruzione in caso di remissione spontanea dell'aritmia,</li> <li>h. algoritmo di discriminazione delle TV dalle TPSV e confronto decisionale con la forma d'onda memorizzata,</li> <li>i. dotato di avviso sonoro opzionale per parametri di monitoraggio fuori range (impedenza, batteria e tempi di carica)</li> <li>j. possibilità di controllo remoto.</li> </ul>	PZ	5	10.500	52.500,00
	b	<b>Elettrocateri</b> permanente per stimolazione e defibrillazione in ventricolo destro, a singola/doppia spirale, a fissaggio passivo/attivo, diverse misure, sterile.	PZ	5	1.000	5.000,00

					VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA	57.500,00
18	a	<p><b>Defibrillatore</b> automatico impiantabile <u>monocamerale</u> SSIR di fascia media, per la prevenzione primaria della morte improvvisa secondo i criteri dello studio Madit II, compresa la garanzia e l'assistenza tecnica, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. alta energia di erogazione effettiva (almeno 35 Joule),</li> <li>c. sensore accelerometrico,</li> <li>d. autonomia standard al 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>e. possibilità di controllo remoto,</li> </ul> <p>e <i>preferibilmente con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>f. disponibilità di 3 finestre di monitoraggio e/o intervento su FV, TV e TSPV rapida,</li> <li>g. frequenza massima di stimolazione atrio-biventricolare programmabile a valori superiori al minimo cut-off di riconoscimento di aritmia ventricolare,</li> <li>h. algoritmo di ottimizzazione automatica dei ritardi AV e VV,</li> <li>i. sensore di accelerazione endocardica per l'ottimizzazione dei ritardi AV E VV,</li> <li>j. funzione diagnostica relativa allo stato clinico del paziente, basata su sistema doppio sensore accelerometrico e ventilazione minuto.</li> </ul>	PZ	5	12.500	62.500,00
	b	<p><b>Elettrocattetere</b> permanente per stimolazione e defibrillazione in ventricolo destro, a singola/doppia spirale, a fissaggio passivo/attivo, diverse misure, sterile.</p>	PZ	5	1.000	5.000,00
						VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA
19	a	<p><b>Defibrillatore</b> automatico <b>impiantabile</b> <u>monocamerale</u> SSIR di fascia alta, compresa la garanzia e l'assistenza tecnica, con:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. alta energia di erogazione (almeno 35 Joule),</li> <li>c. sensore accelerometrico,</li> <li>d. autonomia standard al 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>e. trend d'impedenza del canale ventricolare e del sensing dell'onda R,</li> <li>f. possibilità di controllo in remoto,</li> </ul> <p>e <i>preferibilmente con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g. disponibilità di 3 finestre di monitoraggio e/o intervento su FV, TV e TV rapida,</li> <li>h. monitoraggio delle aritmie durante la carica dei condensatori con relativa interruzione in caso di remissione spontanea dell'aritmia,</li> <li>i. algoritmo di discriminazione delle TV dalle TPSV e confronto decisionale con la forma d'onda memorizzata,</li> <li>j. possibilità di programmazione delle forme dell'onda di defibrillazione, possibilità di programmazione della modalità di stimolazione post shock indipendente,</li> <li>k. numero di shock non inferiore a 8,</li> <li>l. capacità di registrazione dell'EGM intracavitario su due canali</li> </ul>	PZ	5	14.000	70.000,00

	<p>non inferiore a 30 minuti,</p> <p>m. possibilità di visualizzazione dei follow up precedenti,</p> <p>n. gestione automatica dell'intervallo di rigenerazione dei condensatori in funzione della tensione della batteria e dei tempi di carica.</p>					
<b>b</b>	<b>Elettrocattetere</b> permanente per stimolazione e defibrillazione in ventricolo destro, a singola/doppia spirale, a fissaggio passivo/attivo, diverse misure, sterile.	PZ	5	1.000	5.000,00	
<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>					<b>75.000,00</b>	
<b>20</b>	<p><b>Defibrillatore</b> automatico impiantabile SSI-R, garanzia e assistenza tecnica, con:</p> <p>a. dimensioni, peso e volume contenuti,</p> <p>b. alta energia di erogazione (almeno 36 Joule),</p> <p>c. sensore accelerometrico,</p> <p>d. autonomia standard al 100% non inferiore a 5 anni,</p> <p>e. trend d'impedenza del canale ventricolare e del sensing dell'onda R,</p> <p>f. allarme vibrazionale</p> <p>g. gestione automatica della soglia di cattura e regolazione dell'uscita di stimolazione delle 3 camere</p> <p><i>e preferibilmente</i> con:</p> <p>h. disponibilità di 3 finestre di monitoraggio e/o intervento su FV, TV e TV rapida,</p> <p>i. monitoraggio delle aritmie durante la carica dei condensatori con relativa interruzione in caso di remissione spontanea dell'aritmia,</p> <p>j. algoritmo di discriminazione delle TV dalle TPSV e confronto decisionale con la forma d'onda memorizzata,</p> <p>k. possibilità di programmazione delle forme dell'onda di defibrillazione,</p> <p>l. possibilità di programmazione della modalità di stimolazione post shock indipendente,</p> <p>m. numero di shock non inferiore a 8,</p> <p>n. capacità di registrazione dell'EGM intracavitario su due canali non inferiore a 30 minuti,</p> <p>o. possibilità di visualizzazione dei follow up precedenti,</p> <p>p. gestione automatica dell'intervallo di rigenerazione dei condensatori in funzione della tensione della batteria e dei tempi di carica,</p> <p>q. possibilità di controllo remoto a distanza.</p>					
	<b>a</b>	<b>monocamerale</b>	PZ	2	12.000	24.000,00
	<b>b</b>	<b>bicamerale</b>	PZ	6	13.000	78.000,00
	<b>c</b>	<b>tricamerale,</b>	PZ	2	14.000	28.000,00
	<b>d</b>	<b>Elettrocattetere</b> permanente endocardico bipolare atriale a fissaggio passivo/attivo, sterile.	PZ	10	300	3.000,00

	e	Elettrocatteter permanente per stimolazione e defibrillazione in ventricolo destro, a singola/doppia spirale a fissaggio <u>passivo</u> /attivo, diverse misure, sterile.	PZ	8	1.000	8.000,00
	f	Elettrocatteter per ventricolo sinistro con sistema di cannulamento del seno coronarico, sterile	PZ	2	1.500	3.000,00
	VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA					144.000,00
21	a	<b>Defibrillatore</b> automatico impiantabile <u>bicamerale</u> DDR di fascia bassa, per pazienti tipo Madit II, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. alta energia di erogazione (almeno 35 Joule),</li> <li>c. sensore accelerometrico,</li> <li>d. autonomia standard al 100% non inferiore a 5 anni,</li> </ul> e <i>preferibilmente</i> con: <ul style="list-style-type: none"> <li>e. numero di shock programmabili non inferiore a 8</li> <li>f. capacità di registrazione dell'EGM intracavitario di almeno 20 minuti,</li> <li>g. possibilità di misurazione automatica giornaliera indolore dell'impedenza di pacing e shock,</li> <li>h. monitoraggio delle aritmie durante la carica dei condensatori con relativa interruzione in caso di remissione spontanea dell'aritmia,</li> <li>i. algoritmo di discriminazione delle TV dalle TPSV e confronto decisionale con la forma d'onda memorizzata,</li> <li>j. possibilità di controllo in remoto.</li> </ul>	PZ	5	10.000	50.000,00
	b	Elettrocatteter permanente endocardico bipolare atriale a fissaggio passivo/attivo, sterile.	PZ	5	300	1.500,00
	c	Elettrocatteter permanente per stimolazione e defibrillazione in ventricolo destro, a singola/doppia spirale a fissaggio <u>passivo</u> /attivo, diverse misure, sterile.	PZ	5	1.000	5.000,00
	VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA					56.500,00
22	a	<b>Defibrillatore</b> automatico impiantabile <u>bicamerale</u> DDDR di fascia media, comprensivo di garanzia ed assistenza tecnica, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. alta energia di erogazione (almeno 35 Joule),</li> <li>c. sensore accelerometrico,</li> <li>d. autonomia standard al 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>e. possibilità di erogazione di ATP in zona FV prima di erogare lo shock di defibrillazione,</li> <li>f. modalità di minimizzare la stimolazione ventricolare mediante funzionamento in AAI e commutazione in DDD in caso di blocco AV,</li> </ul> e <i>preferibilmente</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>g. con disponibilità di 3 finestre di monitoraggio e/o intervento su FV, TV e TV rapida,</li> <li>h. numero di shock in zona FV non inferiore a 6,</li> <li>i. trend d'impedenza del canale ventricolare e del sensing dell'onda R,</li> </ul>	PZ	5	13.500	67.500,00

		<ul style="list-style-type: none"> <li>j. algoritmo di discriminazione delle TV dalle TSPV e dalla FA,</li> <li>k. registrazione non inferiore a 8 minuti,</li> <li>l. possibilità di controllo remoto.</li> </ul>				
	<b>b</b>	<b>Elettrocatteter</b> permanente per stimolazione e defibrillazione in ventricolo destro, a singola/doppia spirale a fissaggio <u>passivo</u> /attivo, diverse misure, sterile.	PZ	10	1.000	10.000,00
<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>						<b>77.500,00</b>
<b>23</b>	<b>a</b>	<b>Defibrillatore</b> automatico impiantabile <u>bicamerale</u> <b>DDDR</b> di fascia alta, compresa la garanzia e l'assistenza tecnica, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. alta energia di erogazione (almeno 35 Joule),</li> <li>c. sensore accelerometrico,</li> <li>d. autonomia standard al 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>e. erogazione di ATP durante la carica dei condensatori in caso di successo con ATP durante carica;</li> <li>f. trend d'impedenza del canale ventricolare e del sensing dell'onda R,</li> <li>g. possibilità di controllo remoto,</li> </ul> <i>e preferibilmente con:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>h. possibilità di erogazione di ATP in zona FV prima di erogare lo shock di defibrillazione,</li> <li>i. algoritmo di discriminazione delle TV dalle TSPV,</li> <li>j. registrazione dell'EGM endocavitario 60 minuti un canale o 30 minuti doppio canale,</li> <li>k. criteri di discriminazione per le aritmie sopraventricolari,</li> <li>l. numero di shock in zona FV non inferiore a 8.</li> </ul>	PZ	5	14.000	70.000,00
	<b>b</b>	<b>Elettrocatteter</b> permanente per stimolazione e defibrillazione in ventricolo destro, a singola/doppia spirale a fissaggio <u>passivo</u> /attivo, diverse misure, sterile.	PZ	10	1.000	10.000,00
	<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>					
<b>24</b>	<b>a</b>	<b>Defibrillatore</b> automatico impiantabile <b>DDDR</b> di fascia alta, ad elevata energia, compresa la garanzia e l'assistenza tecnica, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. alta energia di erogazione (almeno 40 Joule),</li> <li>c. sensore accelerometrico,</li> <li>d. autonomia standard al 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>e. erogazione di ATP durante la carica dei condensatori in caso di successo con ATP durante carica;</li> <li>f. trend d'impedenza del canale ventricolare e del sensing dell'onda R,</li> <li>g. monitoraggio automatico del tratto ST,</li> <li>h. allarme vibrazionale,</li> <li>i. controllo automatico della soglia cattura e regolazione automatica dell'uscita di stimolazione,</li> <li>j. connessione IS4 e IS1,</li> <li>k. possibilità di controllo remoto,</li> </ul>				



	<p>e <i>preferibilmente con:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>l. monitoraggio dello stato dei liquidi nel paziente mediante misure di impedenza trans toracica con segnalazione acustica in caso di eccessivo accumulo di liquidi,</li> <li>m. monitoraggio delle aritmie durante la carica dei condensatori con relativa interruzione in caso di spontanea remissione dell'episodio,</li> <li>n. possibilità di dotazione di apparecchio portatile in grado di inoltrare automaticamente i dati del dispositivo al medico, mediante linea telefonica,</li> <li>o. algoritmo per il controllo automatico della soglia di stimolazione sinistra con regolazione automatica dell'ampiezza dello stimolo di cattura sinistro,</li> <li>p. disponibilità di 3 finestre di monitoraggio e/o intervento su FV, TV e TV rapida,</li> <li>q. dotazione di segnali di avviso sonoro opzionali per parametri di monitoraggio fuori range: impedenza, batteria, tempi di carica,</li> <li>r. possibilità di monitorare la situazione clinica del paziente tramite una diagnostica completa: frequenza ventricolare giornaliera e notturna, variabilità della frequenza cardiaca, percentuale di stimolazione e attività del paziente, percentuale di tempo in AT/AF.</li> </ul>				
	<b>a Monocamerale</b>	PZ	2	16.500	33.000,00
	<b>b Bicamerale</b>	PZ	3	16.500	49.500,00
	<b>c Elettrocattetere permanente endocardico bipolare atriale a fissaggio passivo/attivo.</b>	PZ	5	300	1.500,00
	<b>d Elettrocattetere permanente per stimolazione e defibrillazione in ventricolo destro, a singola/doppia spirale a fissaggio <u>passivo</u>/attivo, diverse misure, sterile.</b>	PZ	5	1.000	5.000,00
	<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>				<b>89.000,00</b>
<b>25</b>	<p><b>Defibrillatore automatico impiantabile <b>biventricolare</b> per il trattamento dello scompenso cardiaco, di fascia alta</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dimensioni, peso e volume contenuti,</li> <li>b. alta energia di erogazione (almeno 35 Joule),</li> <li>c. sensore accelerometrico,</li> <li>d. autonomia standard al 100% non inferiore a 5 anni,</li> <li>e. possibilità di erogazione di ATP in zona FV prima di erogare lo shock di defibrillazione nei canali RV, LV, BIV,</li> <li>f. trend d'impedenza del canale ventricolare e del sensing dell'onda R,</li> <li>g. algoritmo per l'analisi dello scompenso cardiaco (eventuale accumulo di liquidi),</li> </ul> <p>e <i>preferibilmente:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h. con disponibilità di 3 finestre di monitoraggio e/o intervento su FV, TV e TV rapida,</li> <li>i. numero di shock in zona FV non inferiore a 6,</li> <li>j. monitoraggio delle aritmie durante la carica dei condensatori</li> </ul>	PZ	8	17.000	136.000,00

	<p>con relativa interruzione in caso di remissione spontanea dell'aritmia,</p> <p>k. algoritmo di discriminazione delle TV dalle TSPV e dalla FA,</p> <p>l. registrazione non inferiore a 8 minuti,</p> <p>m. possibilità di controllo remoto.</p>				
<b>b</b>	<b>Elettrocattetero permanente endocardico bipolare atriale a fissaggio passivo/attivo, sterile.</b>	PZ	8	300	2.400,00
<b>c</b>	<b>Elettrocattetero permanente per stimolazione e defibrillazione in ventricolo destro, a singola/doppia spirale a fissaggio <u>passivo</u>/attivo, diverse misure, sterile.</b>	PZ	8	800	6.400,00
<b>d</b>	<b>Elettrocattetero per ventricolo sinistro con sistema di cannulamento del seno coronarico, sterile.</b>	PZ	8	1.000	8.000,00
<b>VALORE TOTALE LOTTO – BASE D'ASTA</b>					<b>152.800,00</b>
<b>26</b>	<p><b>Defibrillatore camerale compatibile con connettore IS-4, IS-1 e LV-1 automatico impiantabile DDDR di fascia alta, compresa la garanzia e l'assistenza tecnica, con:</b></p> <p>a. dimensioni, peso e volume contenuti,</p> <p>b. disponibilità di connettore IS-4 per primi impianti e IS-1 e LV-1 per sostituzioni,</p> <p>c. alta energia di erogazione (almeno 36 joule)</p> <p>d. sensore accelerometrico,</p> <p>e. possibilità di erogazione di ATP in zona FV prima di erogare lo shock</p> <p>f. disponibilità di algoritmi multipli per la discriminazione delle aritmie sopraventricolari,</p> <p>g. misurazione giornaliera di sensing su tutti i canali,</p> <p>e <i>preferibilmente con</i></p> <p>h. numero di shock in zona FV non inferiore a 8,</p> <p>i. disponibilità di sensori esterni al dispositivo per il monitoraggio dello scompenso cardiaco in modalità di controllo remoto,</p> <p>j. disponibilità di modalità di sicurezza nel funzionamento del dispositivo durante l'uso dell'elettrobisturi,</p> <p>k. configurazioni di stimolazione del canale sinistro non inferiori a 6.</p>				
<b>a</b>	<b>Bicamerale</b>	PZ	3	15.500	46.500,00
<b>b</b>	<b>Tricamerale</b>	PZ	3	15.500	46.500,00

c	Elettrocatteter permanente endocardico bipolare atriale a fissaggio passivo/attivo, sterile.	PZ	6	300	1.800,00
d	Elettrocatteter permanente per stimolazione e defibrillazione in ventricolo destro, a singola/doppia spirale rivestita per la riduzione di fibrosi e facilitazione dell'estrazione, a fissaggio <u>passivo</u> /attivo, diverse misure, sterile.	PZ	6	800	4.800,00
e	Elettrocatteter per ventricolo sinistro con sistema di cannulamento del seno coronarico, sterile	PZ	3	1.000	3.000,00
VALORE TOTALE LOTTO - BASE D'ASTA					102.600,00
<b>DISPOSITIVI IMPIANTABILI DIAGNOSTICI PER FUNZIONALITA' CARDIACA</b>					
27	<b>Dispositivo impiantabile</b> di monitoraggio cardiaco a lungo termine per la diagnosi delle <b>sincopi inspiegate</b> e delle <b>aritmie compatibile con RMN</b> , con peso e dimensioni contenute e <i>preferibilmente</i> con: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. alto numero dei dettagli degli episodi,</li> <li>b. stampa riassuntiva,</li> <li>c. lettura automatica e possibilità di attivazione manuale,</li> <li>d. alta capacità e durata della memorizzazione ECG,</li> <li>e. trasmissione telemetrica degli episodi,</li> <li>f. possibilità di controllo in remoto..</li> </ul>	PZ	5	1.600	8.000,00
	VALORE TOTALE LOTTO - BASE D'ASTA				
28	<b>Dispositivo impiantabile</b> sottocute per la registrazione continua dell' ECG , destinato al monitoraggio delle aritmie di origine ventricolare e atriale, indicato per la gestione del paziente con <u>fibrillazione atriale</u> , con peso e dimensioni e <i>preferibilmente</i> con . <ul style="list-style-type: none"> <li>a. compatibilità con RMN,</li> <li>b. alto numero dei dettagli degli episodi,</li> <li>c. stampa riassuntiva,</li> <li>d. lettura automatica e possibilità di attivazione manuale,</li> <li>e. alta capacità e durata della memorizzazione ECG,</li> <li>f. trasmissione telemetrica degli episodi,</li> <li>g. possibilità di controllo in remoto.</li> </ul>	PZ	5	2.000	10.000,00
	VALORE TOTALE LOTTO - BASE D'ASTA				
<b>PACE MAKER NON IMPIANTABILE</b>					
29	<b>Pace maker</b> esterno monocamerale per stimolazione atriale o ventricolare temporanea intensiva, con parametri programmabili: modalità di stimolazione , frequenza di base , ampiezza e sensibilità.	PZ	5	3.000	15.000,00
	VALORE TOTALE LOTTO - BASE D'ASTA				
<b>DISPOSITIVI PER ARITMOLOGIA</b>					

30	Elettrocaterere endocardico provvisorio per stimolazione <u>bipolare</u> temporanea, armato, in poliuretano o pebax, con mandrino non inserito, corpo rigido, punta morbida con presenza di marker radiopachi terminali e indicatori di profondità, con disponibilità di curvature: dritta, Josephson, Cournand e Damato; lunghezza maggiore uguale a 110 cm ca., diverse misure, sterile					PZ	30	150	4.500,00	
	VALORE TOTALE LOTTO - BASE D'ASTA								4.500,00	
31	Elettrocaterere da stimolazione <u>bipolare con palloncino</u> per la terapia d'urgenza da posizionare in ventricolo senza la necessità di un apparecchio di Rx-scopia, 5Fr, lunghezza utile 110 cm ca., volume di gonfiaggio del palloncino 1,0 ml, sterile					PZ	5	160	800,00	
	VALORE TOTALE LOTTO - BASE D'ASTA								800,00	
32	<b>Elettrocaterere tetrapolare</b> per elettrofisiologia a <u>curva fissa</u> , in poliuretano o pebax, sterile, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. armatura metallica interna per l'ottimizzazione della risposta in torsione ed il mantenimento della curva,</li> <li>b. lunghezza maggiore uguale a 110 cm ca.,</li> <li>c. spaziature interelettrodiche 2-5 -2,5-5- 5 e 10-10-10 mm,</li> <li>d. Misure 5 e 6 Fr,</li> <li>e. disponibilità di curvature: dritta, Josephson, Cournand e Damato ,</li> </ul>					PZ	15	300	4.500,00	
	<b>b</b>	Cavo di connessione					PZ	3	300	900,00
	VALORE TOTALE LOTTO - BASE D'ASTA								5.400,00	
33	<b>Elettrocaterere decapolare</b> per elettrofisiologia a <u>curva orientabile</u> , in poliuretano o pebax, sterile, con: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. armatura metallica interna per l'ottimizzazione della risposta in torsione ed il mantenimento della curva,</li> <li>b. disponibilità di curvature: dritta, Josephson, Cournand e Damato,</li> <li>c. lunghezza maggiore uguale a 110 cm ca.,</li> <li>d. spaziature interelettrodiche : 2-5 -2, e/o 2-6-2 mm,</li> <li>e. misura: 6 Fr,</li> </ul>					PZ	15	600	9.000,00	
	<b>b</b>	Cavo di connessione					PZ	3	300	900,00
	VALORE TOTALE LOTTO - BASE D'ASTA								9.900,00	

34	a	<b>Elettrocatteter decapolare</b> in poliuretano per elettrofisiologia a curva orientabile in due direzioni, con: a. armatura metallica interna per l'ottimizzazione della risposta in torsione ed il mantenimento della curva, b. disponibilità di diverse curvature, c. lunghezza: maggiore di 110 cm ca., d. spaziature interelettrodeiche : 2-8 -2 mm, e. misura: 7 Fr,	PZ	15	700	10.500,00
	b	cavo di connessione	PZ	3	300	900,00
	VALORE TOTALE LOTTO - BASE D'ASTA					11.400,00
35		<b>Elettrocatteter nasale</b> per stimolazione cardiaca transesofagea e studi elettrofisiologici ed elettrodi in acciaio, disponibilità di curvature: dritta, Josephson, Cournand e Damato, completo di mandrino-guida inserito ed uno di ricambio, sterile, con:				
	a	Corpo in poliuretano e punta traumatica in silicone, adulti e pediatrico, diverse misure,	PZ	15	350	5.250,00
	b	Corpo in silicone e punta traumatica in silicone, adulti, diverse misure,	PZ	15	600	9.000,00
	c	Apparecchio stimolatore cardiaco programmabile per lo studio elettrofisiologico endocavitario e transesofageo per la rilevazione e trattamento delle aritmie sopraventricolari sincronizzate, con diversi programmi di stimolazione, in comodato d'uso o locazione, compresa l'assistenza tecnica "full risk".	PZ	1	3.000	3.000,00
VALORE TOTALE LOTTO - BASE D'ASTA					17.250,00	
<b>VARIE</b>						
36		<b>Sistema chirurgico</b> con tecnologia al plasma pulsato e con isolamento termico, da utilizzare nel riposizionamento di generatori pacemaker e sostituzione di batterie, composto da:				
	a	<b>Elettrodo</b> a lama, sterile.	PZ	20	500	10.000,00
	b	<b>Generatore</b> con pedaliera e carrello in locazione o comodato d'uso, compresa l'assistenza tecnica "full risk".	PZ	1	0	0
VALORE TOTALE LOTTO - BASE D'ASTA					10.000,00	
<b>totale €1.606.150</b>						

MEDICAL

**MEDICAL S.p.A.**

07100 SASSARI - Viale porto Torres  
tel. 079 2675033 fax 079 2675042  
00148 ROMA - Via Portuense, n° 94  
tel. 06 65192810 fax 06 65190262  
pec: [medicalspa@legalmail.it](mailto:medicalspa@legalmail.it)  
e-mail: [info@medicalspa.it](mailto:info@medicalspa.it) Internet: .....




ASL2

Prot. 2015/32758 del 28/07/2015 ore 13,

Mitt.: MEDICAL S.P.A.

Ass.: Servizio provveditorato e amminis...



Spett.le  
AZIENDA U.S.L. N. 2  
Servizio Provveditorato  
e Amministrazione Patrimoniale  
Via Bazzoni Sircana, n. 2/2a  
07026 OLBIA OT

Offerta n. AM217/dp

Sassari, Prot. n. 4622 del 23.07.2015

Oggetto: Procedura aperta volta alla sottoscrizione di accordi quadro per la fornitura di dispositivi per funzionalità cardiaca, per aritmologia e vari. Delibera di aggiudicazione n. 1579/02011. Aggiornamento Tecnologico.  
Vs. richiesta sconto Prot. n. PG/2015/31470 del 21/07/2015.

A seguito della Vs. nota in oggetto, per venire incontro alla Vs. richiesta, Vi comunichiamo di poter praticare sul prezzo di aggiudicazione, limitatamente al lotto 12, uno sconto massimo del 4% (quattroper cento).

Pertanto i nuovi prezzi saranno i seguenti:

Lotto 12

**Pacemakers**

"KORA 100 DR/SR" (proposto in affiancamento al Mod. REPLY200 offerto in gara)

Mod. KORA100 DR: Codice TPM006C - CND J01010302 - RDM 1022726/R

Mod. KORA100 SR: Codice TPM007C - CND J01010102 - RDM 1022743/R

a € 3.408,00=(tremilaquattrocentootto/00) più IVA 4%

**Elettrocattetere**

"BEFLEXRF45/46D" (proposto in affiancamento al Mod. TILDA offerto in gara)

Mod. BEFLEXRF45D: Codice JR5CN - CND J0190010102 - RDM 771091/R

Mod. BEFLEXRF46D: Codice JR6CN - CND J0190010102 - RDM 771092/R

a € 288,00=(duecentoottantotto/00) più IVA 4%

Restano invariate tutte le condizioni di fornitura previste in gara.

Distinti saluti.

MEDICAL S.p.A.

Presidente e Amm.re Delegato

Dr. Angelino Masala

## ASL2

Prot. 132015/32870 del 29/07/2015 or.  
 MITT BOSTON SCIENTIFIC  
 Ass Servizio Provveditorato e amminis



Spett.le  
 AUSL N. 2 OLGBIA  
 VIA DEI CADUTI DEL LAVORO, 35  
 07026 OLGBIA OT

**Boston Scientific S.p.A.**  
 Viale Forlanini, 23  
 20134 Milano (MI) Italy  
 Tel. +39 02 20983.1  
 Fax +39 02 20983.230  
 www.bostonscientific-international.com

Lungomare Canepa, 55  
 10140 Genova Italy  
 Tel. +39 02 20983.1  
 Fax +39 010 6060.200

Genova, 29 Luglio 2015  
 Nr rif.to: Prot. N. IMPC-10682/2013-10791/304105/CRM/15/06/2015/mz

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA STIPULAZIONE DI ACCORDI QUADRO PER L'ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI PER FUNZIONALITA' CARDIACA, PER ARITMOLOGIA E VARI. DELIBERA. 1579 DEL 29/6/2011. CONDIZIONI ECONOMICHE MIGLIORATIVE.**

In riferimento alla gara di cui all'oggetto e alla richiesta migliorativa Vs prot. PG/2015/31518 del 21/07/2015, considerando gli ottimi rapporti finora intercorsi tra noi e la Vostra Spettabile Azienda, con la presente, la sottoscritta BOSTON SCIENTIFIC S.p.A. è lieta di comunicare le seguenti condizioni migliorative:

### LOTTO 2

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
L110	ESSENTIO MRI SR - Pacemaker monocamerale a frequenza adattativa compatibile con risonanza magnetica - Connettore IS-1 - Dim 44,5x48,1x x7,5 mm; Peso 23,6 gr; Vol 13,2 cc	1.240,00 (milleduecentoquaranta / 00)	4 %	1	J01010102	1221731/R

### LOTTO 4

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
L310	ACCOLADE MRI SR - Pacemaker monocamerale a frequenza adattativa compatibile con risonanza magnetica - Connettore IS-1 - Dim 44,5x48,1x x7,5 mm; Peso 23,6 gr; Vol 13,2 cc	1.850,00 (milleduecentochi quaranta / 00)	4 %	1	J01010102	1215949/R

**LOTTO 10**

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
L311	ACCOLADE MRI DR - Pacemaker bicamerale a frequenza adattativa compatibile con risonanza magnetica - Connettore IS-1 - Dim 44,5x50,2x x7,5 mm; Peso 24,8 gr; Vol 13,7 cc ACCOLADE MRI DR EL - Pacemaker bicamerale a frequenza adattativa e longevità estesa compatibile con risonanza magnetica - Connettore IS-1 - Dim 44,5x58,8x x7,5 mm; Peso 29,2 gr; Vol 15,8 cc	2.900,00 (duemilanovecento / 00)	4 %	1	J01010302	1215917/R
L331	ACCOLADE MRI DR - Pacemaker bicamerale a frequenza adattativa compatibile con risonanza magnetica - Connettore IS-1 - Dim 44,5x50,2x x7,5 mm; Peso 24,8 gr; Vol 13,7 cc ACCOLADE MRI DR EL - Pacemaker bicamerale a frequenza adattativa e longevità estesa compatibile con risonanza magnetica - Connettore IS-1 - Dim 44,5x58,8x x7,5 mm; Peso 29,2 gr; Vol 15,8 cc	2.900,00 (duemilanovecento / 00)	4 %	1	J01010302	1215943/R

**LOTTO 26**

**DEFIBRILLATORI BICAMERALI**

Codice	Descrizione	Prezzo conf. in €	I.V.A.	Pz. Per Conf.*	CND	Repertorio
D046	AUTOGEN MINI DR - Generatore di Impulsi defibrillatore/cardioverter automatico implantabile bicamerale Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Di dimensioni ridotte - Connettore IS-1/DF-4; Dim 52,3x70,3x9,9 mm; Peso 62,5 gr; Vol 28,5 cc	13.900,00 (tredicimilanovecento/ 00)	4 %	1	J01050201	1010106/R
D047	AUTOGEN MINI DR - Generatore di Impulsi defibrillatore/cardioverter automatico implantabile bicamerale Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF. Di dimensioni ridotte - Connettore IS-1/DF-1; Dim 52,3x71,4x9,9 mm; Peso 62,3 gr; Vol 28,5 cc	13.900,00 (tredicimilanovecento/ 00)	4 %	1	J01050201	1010127/R
D176	AUTOGEN EL DR - Generatore di Impulsi defibrillatore/cardioverter automatico implantabile bicamerale Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF - Connettore IS-1/DF-4; Dim 53,7x76,8x9,9 mm; Peso 71,4 gr; Vol 31 cc	13.900,00 (tredicimilanovecento/ 00)	4 %	1	J01050201	1010002/R
D177	AUTOGEN EL DR - Generatore di Impulsi defibrillatore/cardioverter automatico implantabile bicamerale Rate Responsive, Alta Energia e telemetria RF - Connettore IS-1/DF-1; Dim 53,7x77,9x9,9 mm; Peso 71 gr; Vol 31,5 cc	13.900,00 (tredicimilanovecento/ 00)	4 %	1	J01050201	1010007/R




**DEFIBRILLATORI BIVENTRICOLARI**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Prezzo conf. in C</b>	<b>I.V.A.</b>	<b>Pz. Per Conf.*</b>	<b>CND</b>	<b>Repertorio</b>
G172	AUTOGEN CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori:DF-4/1S-1/1S-1;Dim: 53,7 x 81,8 x 9,9 mm;Peso 73,6 gr; Vol 32,5 cc	13.900,00 (tredicimilanovecento/ 00)	4 %	1	J01050301	10097317/R
G173	AUTOGEN CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori: DF-1/1S-1/1S-1;Dim: 53,7 x 80,8 x 9,9 mm;Peso 72,8 gr; Vol 32cc	13.900,00 (tredicimilanovecento/ 00)	4 %	1	J01050301	1009886/R
G175	AUTOGEN CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori: DF-1/1S-1/LV-1;Dim: 53,7 x 80,8 x 9,9 mm;Peso 72,9 gr; Vol 32cc	13.900,00 (tredicimilanovecento/ 00)	4 %	1	J01050301	1009905/R
G177	AUTOGEN X4 CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori: DF-1/1S-1/1S-4;Dim: 53,7x80,8x9,9 mm;Peso 73,4 gr; Vol 32cc	13.900,00 (tredicimilanovecento/ 00)	4 %	1	J01050301	1009961/R
G179	AUTOGEN X4 CRT-D - Defibrillatore per CRT in grado di erogare stimolazione atrio biventricolare. Canali ventricolari indipendenti. Diagnostica studiata per la gestione del paziente scompensato e funzioni di defibrillazione e cardioversione. Funzione di comunicazione telemetrica perfezionata con telemetria ZIP senza bacchetta - Connettori:DF-4/1S-1/1S-4;Dim: 53,7x81,8x9,9 mm;Peso 73,8 gr; Vol 32,5 cc	13.900,00 (tredicimilanovecento/ 00)	4 %	1	J01050301	1009993/R

\* : confezione indivisibile

Certi di aver fatto cosa a Voi gradita, restando a Vs. disposizione per ogni ulteriore necessità è gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.  
Il Procuratore  
Marco Bonardi



**Referente: Ufficio Gare**  
☎ 02/269831 / ☎ 010-6060200  
e-mail: [tender.italy@bsci.com](mailto:tender.italy@bsci.com)

Fausta Nuonno

**Da:** Zappia, Michela [ZAPPIAM@bsci.com]  
**Inviato:** mercoledì 29 luglio 2015 09:43  
**A:** fnuonno@aslobia.it  
**Cc:** Latino, Giuseppe  
**Oggetto:** R: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO ditta Boston Scientific spa  
**Allegati:** miglioriora Boston.pdf

Buongiorno,  
con la presente sono ad inoltrare offerta migliorativa.  
Si rimane a completa disposizione per eventuali informazioni.  
Cordiali saluti.

Michela Zappia  
Tender Department, Italy  
zappiam@bsci.com  
Phone +39-010-6060239  
Fax +39-010-6060200  
Lungomare Canepa 55  
16149 Genova - ITALY

**Boston Scientific**  
Advancing science for life™

**Da:** Fausta Nuonno [mailto:fnuonno@aslobia.it]

**Inviato:** martedì 21 luglio 2015 13:41

**A:** Tender Department in Italy

**Oggetto:** AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO ditta Boston Scientific spa

**PG/2015/31518**

**Data:** 21/07/2015 13:40

Buongiorno,  
in riferimento alle Vs comunicazioni protIMPC-10682/2013-10791/304105/CRM/30/04/2014/mz del 30/04/2014 e prot. protIMPC-10682/2013-10791/304105/15/06/2015/cg del 15/06/2015 per il rinnovamento tecnologico del lotto 2 a e lotto 4, lotto 26 a della gara pacemaker delibera di aggiudicazione 1579/2011, esercitata opzione di rinnovo con delibera 974/2014, dovendo istituire l'atto deliberativo, si chiede uno sconto pari al 5% sul prezzo di aggiudicazione.  
Distinti saluti  
Fausta Nuonno



**Medtronic**

Medtronic Italia S.p.A.  
Via Varesina, 162  
20156 Milano (MI)  
Tel. 0224137.1 (60 linee r.a.)  
Fax 02241381

*Flow*  
*Touche*

Spettabile  
**Azienda Usi N. 2 -**  
**Olbia Regione Autonoma Della Sardegna**  
Via Bazzoni Sircana 2/2A  
07026 OLBIA OT

Milano, 28 Luglio 2015

**Nostro Protocollo N: ITQ0014782/15/Medicadas/gg**

**Oggetto: TRASMISSIONE OFFERTA MIGLIORATIVA prot. ITQ001402/2015/MEDICASAS/EL del 14/07/2015 - Riferimento Vs. richiesta prot. PG/2015/31492 del 21/07/2015**

A seguito della Vostra richiesta citata nell'oggetto, in riferimento al nostro affiancamento prot. ITQ0014402/15/Medicadas/el del 1/07/2015, siamo lieti di trasmettere la nostra offerta migliorativa:

COD CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	IVA %
<b>Lotto: 3a</b>				
A3SR01	Advisa SR MRI SureScan	Pacemaker monocamerale digitale con tecnologia SureScan (VVIR) - SureScan (compatibilità con la Risonanza Magnetica) - Diagnostica - Capture Management™ (Gestione cattura RVCM) CND:J01010102 Repertorio:1156865/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I7130939709804	€ 1.750,00 (milleottococinquanta/00)	4,00

**AFFIANCA**

Ns. modello Adapta SR cod. ADSR01 - ADSR03 - ADSR06

COD CFN	NOME MODELLO	DESCRIZIONE	PREZZO UNITARIO	IVA %
<b>Lotto: 16a</b>				
C5TR01	VIVA CRT-P	Pacemaker digitale con terapia di resincronizzazione cardiaca (OAE-DDDR). Diagnostica Capture Management™ completa (ACM, RVCM, LVCM) con monitoraggio dell'accumulo di fluido OptiVol®. Vision 3D Quick Look™ II, diagnostica e terapie AT/AF Suite, algoritmo AdaptivCRT™, ottimizzazione CardioSync™ e compatibilità Medtronic CareLink® Network CND:J01010401 Repertorio:1163596/R Classe CE: Impiantabili attivi Certificato CE: I7120739709829	€ 4.085,00 (quattromilatrecento/00)	4,00

**AFFIANCA**

Ns. Modello Synkra CRT-P cod. C2TR01

Rimangono invariate le restanti modalità di fornitura

Cordiali saluti

**Medtronic Italia S.p.A.**

**UN PROCURATORE**


*Annalisa Carleo*  
*Annalisa Carleo*

**ASL2**

~~Prot. 192015/32815~~ del 29/07/2015 ori  
Mitt. MEDTRONIC ITALIA SPA  
Ass. Servizio provveditorato e acquisti



Prot. n. 972/15/CRM/sz



Vimodrone, 5 Agosto 2015

Spett.le  
**ASL OLBIA**  
Via Bazzoni-Sircana, 2/2A  
07026 OLBIA

c.a. **Dipartimento Amministrativo**  
**Servizio Provveditorato**  
**Amministrazione Patrimoniale**  
**Dr.ssa Fausta Nuonno**  
**Email: fnuonno@aslolbia.it**

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO - Fornitura di dispositivi per funzionalità cardiaca, per aritmologia e vari - Dellibera di aggiudicazione n. 1579 del 29/06/2011**

In riferimento alla Vs. richiesta ricevuta tramite email del giorno 21/07/2015 con la presente la scrivente società BIOTRONIK Italia S.p.A. con sede legale ed operativa in Vimodrone (MI), Via delle Industrie n. 11, (cap 20090) - Tel. 02/274394200-Fax 02/274394304 - C.F. e P.I. 09699320017 - Socio Unico BIOTRONIK International Vertriebs AG CH-6341 Baar (ZG) - in persona dell'Amministratore Delegato/Legale Rappresentante, Luca Torchi, nato a Genova il 13-07-1961 e residente a Varese in Via C. Bossi n. 6 - cod. fisc. TRCLCU61L13D969V comunica che in Rif.to alla Vs richiesta di miglioria pari al 5% per il **LOTTO N. 13** a noi aggiudicato, la scrivente Vi ha trasmesso con ns. prot. N. 1277/14CRM/sz del 17/11/2014 la comunicazione di aggiornamento prodotto proponendoVi un pacemaker di ultima generazione EPYRA 8 DR-T ProMRI.

Si conferma la quotazione unitaria aggiudicata in gara per il lotto sopra citato in quanto risulta essere congrua e remunerativa

A Vs. disposizione per qualsiasi ulteriore informazione a riguardo, la scrivente porge i più cordiali saluti.

  
BIOTRONIK ITALIA S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Luca Torchi

ASL2

Referente: Sara Zaninello-Ufficio Gare

☎ 02/274394237- ☎ 02/274394304  
e-mail: tender-it@biotronik.com

Prot. 2015/33833 del 05/08/2015 ore 12,  
Mitt.: BIOTRONIK ITALIA S.P.A.  
Ass.: Servizio provveditorato e amminis...



*Flow*

ASL 2 - SASSARI  
FEDERAZIONE  
28 LUG 2015

ASL2

Prot. 2015/32751 del 28/07/2015 ore 13.  
Mitt. PRODIFARM SPA  
Ass. Servizio provveditorato e amminis.

*Spett.le ASL 2  
Serv. provv. e amm. ne patrimoniale  
c.a. Dott.ssa Nuonno*



Sassari, 24/07/2015

Prot. 90/mc

**Oggetto:** Fornitura dispositivi per funz. cardiaca delib. 1579 del 29/06/2011

In riferimento alla Vs. richiesta del 21/07/2015 Prot. 31498 relativa alla delibera in corso per sostituzione e affiancamento prodotti sull'aggiudicazione in oggetto si comunica quanto segue :

**LOTTO 11**

Sostituzione del codice PM2124(fuori produzione) con il nuovo modello PM2272  
Disponibilità all'applicazione dello sconto del 5% sul prezzo di aggiudicazione  
€ 4.200,00 - 5% = € 3.990,00 + IVA 04%

**LOTTO 20**

Affiancamento al cod. CD3215 con i nuovi modelli tecnologicamente più avanzati  
CD-3371-40 e CD 3271-40 varie versioni  
Purtroppo per i suddetti articoli non ci è possibile applicare alcuno sconto e verranno venduti al prezzo offerto in gara, ovvero € 13.900,00 + IVA 04%

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

*Prodifarm SpA*

Al direttore del Provveditorato Dr R.Di Gennaro  
Alla Responsabile del servizio Farmaceutico Dott.ssa C. Bucciero  
e pc alla Dott.ssa F. Nuonno

Il merito alla richiesta sull'affiancamento di dispositivi per funzionalità cardiaca aggiudicata con delibera n. 1579 del 29 giugno 2011

si allega il riepilogo dei dispositivi per i quali si chiede l'affiancamento

 **MEDICAL**

Prodotto in gara lotto N°12 REPLAY 200 DR - affiancamento per miglieorie tecnologiche

GENERATORE : KORA 100 DR MRI – affiancamento per compatibilità RMN

CATETERI MRI : atrio BEFLEX R53  
ventricolo BEFLEX R60

ps Compatibilità con RMN se impiantati con gli elettrocateri dedicati BeFlex .

Tempo in modalità di stimolazione MRI limitato alla durata dell'esame diagnostico.

 **MEDTRONIC**

1) Prodotto in gara lotto N°3a Adapta SR "affiancato " Advisa SR MRI Sure Scan per compatibilità RMN

2) Prodotto in gara lotto N°16 Syncra CRT-P cod. C2TR01 è stato affiancato dal prodotto VIVA CRT-P cod. C5TR01 per ottimizzazione stimolazione biventricolare

 **PRODIFARM**

1) Prodotto in gara lotto N°11 Accent MRI cod. PM 2124 "affiancato "  
da Assurity MRI DR cod. PM 2272 ( con elettrocaterere TENDRIL MRI attacco a vite dedicato) per dismissione del PMD ACCENT DR MRI

2) Prodotto in gara lotto N°20 PROMOTE ACCEL "affiancato " da  
- QUADRA ASSURA (CRT) single point con rivestimento in parilene per riduzione rischio infezione

Rosanna 20/7/15 per

- **QUADRA ASSURA MP ( CRT ) multi point per riduzione rischio infezione e per stimolare in più punti il muscolo cardiaco**

Il dispositivo **QUADRA ASSURA ( CRT ) ( single point )**

Il dispositivo **QUADRA ASSURA MP ( CRT ) ( multi point )**

prevedono l'utilizzo di 1 catetere **QUARTET** che presenta 4 elettrodi in punta con possibilità di avere più configurazioni nella stimolazione bi ventricolare

### **BIOTRONIK**

Prodotto in gara lotto 13 **EVIA DR** affiancato da **EPYRA DR** per compatibilità con MRI se impiantato con catetere MRI Conditional dedicato

### **BOSTON**

Prodotto in gara lotto N°2 **ALTRUA 50/SR** affiancato **ESSENTIO MRI** per compatibilità MRI se impiantato con gli elettrocateri dedicati

Prodotto in gara lotto N° 4 **INGENIO SR DR** affiancato da **VITALIO SR/DR** perché disponeva dell'algoritmo per le apnee notturne successivamente a sua volta è stato dismesso e sostituito da **ACCOLADE SR/DR** per compatibilità MRI se impiantati con gli elettrocateri dedicati

Prodotto in gara lotto N°26 **ICD INCEPTA Bicamerale e Tricamerale** affiancati da **AUTOGEN Bicamerale e Tricamerale** e i relativi cateteri per migliorie tecnologiche.

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N°2

P.O. Giovanni Paolo II  
U.O. CARDIOLOGIA - UTIC  
D.ssa Rosanna Pes

