

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**N. 1364      DEL 10/12/2015**

**OGGETTO:** ACQUISTO DI ACCESSORI PER VENTILATORE OXILOG 3000 IN DOTAZIONE ALL' U.O DI ANESTESIA DEL PO. DI TEMPIO PAUSANIA

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

DOTT. PAOLO TECLEME

*(firma digitale apposta)*

<b>ACQUISITI I PARERI DI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 10/12/2015	Al 25/12/2015
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

**Su proposta del** Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e su istanza dell'U.O di Anestesia di Tempio Pausania

**Delibera con impegno di spesa**

**PREMESSO** che il Responsabile del Servizio di Anestesia del P.O. di Tempio Pausania con nota NP/2015/5752 del 4.08.2015, autorizzata dalla Direzione medica di Presidio e dalla Farmacia Ospedaliera Aziendale, chiede l'acquisto per 24 mesi dei circuiti di ventilazione per il ventilatore Oxilog 3000 in dotazione al Reparto. Di seguito il riepilogo della richiesta:

voce	descrizione	codice Me.Pa	unità mis.	quantità 2015	quantità 2016
<b>A</b>	tubo flessibile di ventilazione composto da: un tubo corrugato-una valvola di non ritorno-un alloggiamento sensore di flusso-una membrana nel sensore di flusso un adattatore-un raccordo paziente	5703-041	PZ	10	20
<b>B</b>	tubo flessibile di ventilazione -e composto da: un tubo corrugato-una valvola di non ritorno-un alloggiamento sensore di flusso-una membrana nel sensore di flusso un adattatore-un raccordo paziente	5704-964	PZ	5	5

**Considerato** che il materiale in parola è presente nella vetrina del Me.Pa, cui è obbligatorio ricorrere in assenza di convenzione CONSIP; è possibile, quindi, procedere con una RDO ai sensi dell'art.328 comma 4 lettera a) del Regolamento D.P.R. n. 207/2010;

**Dato Atto** che con RDO n. 1015948 si è negoziato con la Ditta Surgical P.I. 00452130925 , così come risulta dall'allegato "dati generali della procedura" (**all. sub A**);

Nei termini fissati in atti di gara è pervenuta l'offerta allegata (**all. sub B**), ritenuta idonea dalla Responsabile della Servizio in argomento;

DESCRIZIONE	codice Me.Pa	QUANTITA'	prezzo offerto RDO n. 1015948	totale netto iva
circuito paziente per adulti per oxylog 3000	<b>5703-041</b>	<b>30</b>	<b>€ 230,00</b>	<b>€ 6.900,00</b>
circuito paziente monouso pediatrico per oxylog 3000	<b>5704-964</b>	<b>10</b>	<b>€ 45,70</b>	<b>€ 457,00</b>

**Visti :**

Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;  
La L.R. 28.07.2006 n.10;  
La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.;  
Il D.lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;

### **Il Commissario Straordinario**

per i motivi sopra espressi,

#### **DELIBERA**

-di approvare gli atti della RDO n. 1015948 risultanti dagli allegati **sub A** "dati generali della procedura", **sub B** "Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute" , **sub C** "dettaglio economico" parti integranti e sostanziali di questo provvedimento, nei quali è altresì indicato il dettaglio della fornitura;

-di aggiudicare la fornitura dei materiali descritti in premessa, alla ditta Ditta Surgical P.I. 00452130925, secondo quanto riportato analiticamente negli allegati più sopra citati, dando atto che l'importo complessivo della RDO in argomento è pari ad € 8.975,54 iva al 22% inclusa; di seguito il riepilogo della fornitura:

Ditta Surgical P.I. 00452130925 VIA MONTENERO 16 - 09122 - Cagliari (CA)					
DESCRIZIONE	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	IVA 22%	COSTO UNIT. IVA INC.	totale iva inclusa
circuito paziente per adulti per Oxylog 3000	30	€ 230,00	€ 50,6	€ 23,43	€ 8.418,00
circuito paziente monouso pediatrico per Oxylog 3000	10	€ 45,70	€ 10,054	€ 26,52	€ 557,54
					€ 8.975,54

-di imputare la spesa totale secondo la tabella di seguito specificata

ANNO	UFF AUTORIZZ.	MACRO	NUMERO CONTO	IMPORTO(IVA INCL.)
2015	UA2_FARM	1	A501010603	€ 3.084,77
2016	UA2_FARM	1	A501010603	€ 5.890,77

- di dare atto che REC è il Servizio Farmaceutico e provvederà alla liquidazione delle fatture previo riscontro della regolarità della fornitura, con le modalità indicate nella nota della Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015;

-di disporre che nel contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di sopravvenute esigenze pubblicitiche connesse alla riforma del SSR in itinere;

-di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Controllo e Committenza, al U.O. di Anestesia per i provvedimenti di competenza;

- di comunicare il presente atto all'Assessorato Regionale dell'Igiene e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, n.10.

**Il Commissario Straordinario**  
**Dr. Paolo Tecleme**

Allegati: n. 3  
Per il Servizio Provveditorato  
R. Di Gennaro  
M.Amic/F.Nuonno  
Codice Servizio 363/2015

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	1010767
<b>Descrizione RDO:</b>	Acquisto di cannule SHILEY - AUTORIZZAZIONI N. 2209/2015 PAZ. V.L -AUTORIZZAZIONI N. 2210/2015 PAZ.N.M
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AUSL 2 OLBIA 01687160901 VIA BAZZONI SIRCANA 2/2A OLBIA OT
<b>Punto Ordinante</b>	ROBERTO DI GENNARO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: ROBERTO DI GENNARO Amministrazione: AUSL 2 OLBIA
<b>Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	UFYZWF Maria Amic
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	09/11/2015 17:29
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	16/11/2015 12:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	11/11/2015 13:00
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	09/05/2016 12:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	7
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BSS - Beni e Servizi per la Sanità
<b>Numero fornitori invitati:</b>	1
<b>Segnalazione delle offerte anomale:</b>	si

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	CANNULE SHILLEY
----------------------------	-----------------

<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	Servizio SARP presso Ospedale San Giovanni Di Dio Viale Aldo Moro, Olbia 0789 552009
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 4% Indirizzo di fatturazione: Via bazzoni siracana 2/2a Olbia - 07026 (OT)
<b>Termini di pagamento</b>	60gg df
<b>Importo totale a base d'asta</b>	1820,00

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Cannule tracheolaringostomiche 8FEN
<b>Quantita'</b>	14

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Denominazione commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	SHILEY
2	* Codice articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
4	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Covidien
5	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	8FEN
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SHILEY
7	* Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	R01050201
8	* Materiale	Tecnico	Valore minimo	PVC

			ammesso	
9	* Luogo di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Covidien USA
10	* Latex free	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
11	* Sterile	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
12	* Tipo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fenestrata
13	* Cannula	Tecnico	Valore minimo ammesso	Semirigida
14	* Misura (Ø) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 7,5 a 7,9
15	* Lunghezza [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 80 a 84
16	* Connettore esterno	Tecnico	Valore minimo ammesso	M15
17	* Linea radiopaca	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
18	* Controcannula	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	* Forma cannula	Tecnico	Valore minimo ammesso	Angolata
20	* Forma cuffia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cilindrica
21	* Armatura cannula	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
22	* Valvola fonatoria	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
23	* Flangia di fissaggio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fissa
24	* Lume aggiuntivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
25	* Kit	Tecnico	Valore	Cannula/controcannula/mandrino/fascetta

			minimo ammesso	di fissaggio
26	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Cannule tracheolaringostomiche 8 LPC
<b>Quantita'</b>	14

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Denominazione commerciale	Tecnico	Valore minimo ammesso	SHILEY
2	* Codice articolo fornitore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
4	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	Covidien
5	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	8LPC
6	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	SHILEY
7	* Codice CND	Tecnico	Valore minimo ammesso	R01050201
8	* Materiale	Tecnico	Valore minimo ammesso	PVC
9	* Luogo di produzione	Tecnico	Valore minimo ammesso	Covidien USA
10	* Latex free	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI



11	* Sterile	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
12	* Tipo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cuffiata
13	* Cannula	Tecnico	Valore minimo ammesso	Semirigida
14	* Misura (Ø) [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 7,5 a 7,9
15	* Lunghezza [mm]	Tecnico	Valore minimo ammesso	da 80 a 84
16	* Connettore esterno	Tecnico	Valore minimo ammesso	M15
17	* Linea radiopaca	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
18	* Controcannula	Tecnico	Valore minimo ammesso	SI
19	* Forma cannula	Tecnico	Valore minimo ammesso	Angolata
20	* Forma cuffia	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cilindrica
21	* Armatura cannula	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
22	* Valvola fonatoria	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
23	* Flangia di fissaggio	Tecnico	Valore minimo ammesso	Fissa
24	* Lume aggiuntivo	Tecnico	Valore minimo ammesso	NO
25	* Kit	Tecnico	Valore minimo ammesso	Cannula/controcannula/mandrino/fascetta di fissaggio
26	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento
ALLEGATO C	CANNULE SHILLEY	<a href="#">Allegato C.xls (30.5KB)</a>
Allegato D Informativa Dati Sensibili	Gara	<a href="#">Allegato D Informativa Dati Sensibili.doc (29KB)</a>
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA CANNULE	Gara	<a href="#">Condizioni Particolari Di Fornitura Cannule.pdf (82.89KB)</a>
patto d'integrità	Gara	<a href="#">Patto D Integrit.pdf (126.69KB)</a>

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Allegato D Informativa Dati Sensibili	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
CARTA DI IDENTITA'	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Obbligatorio	Si
CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA CANNULE	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
patto d'integrità	Gara	Amministrativa	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
SCHEDE	CANNULE	Tecnica	Invio	Obbligatorio	Si

TECNICHE	SHILLEY		telematico		
ALLEGATO C	CANNULE SHILLEY	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	CANNULE SHILLEY	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale
1	COVIDIEN ITALIA	08641790152	08641790152

Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

<b>Numero RDO:</b>	1015948
<b>Descrizione RDO:</b>	Acquisto di accessori per ventilatore OXILOG 3000
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	AUSL 2 OLBIA 01687160901 VIA BAZZONI SIRCANA 2/2A OLBIA OT
<b>Punto Ordinante</b>	ROBERTO DI GENNARO
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: ROBERTO DI GENNARO Amministrazione: AUSL 2 OLBIA
<b>Codice univoco ufficio - IPA</b>	Non disponibile
<b>Data e ora inizio presentazione offerte:</b>	12/11/2015 15:21
<b>Data e ora termine ultimo presentazione offerte:</b>	14/11/2015 10:00
<b>Data e ora termine ultimo richiesta chiarimenti:</b>	13/11/2015 12:36
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	12/03/2016 14:00
<b>Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	5
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	BSS - Beni e Servizi per la Sanità

Lotto esaminato: 1 CIRCUITI DI VENTILAZIONE

<b>CIG</b>	
<b>CUP</b>	
<b>Oggetto di Fornitura 1</b>	> Riga unica per la Fornitura di Carta, Accessori ed Opzioni per Apparecchiature Elettromedicali/1/
<b>Importo totale a base d'asta</b>	7597,50

Concorrenti

#	Denominazione	Forma di Partecipazione	Partita IVA	Data Invio Offerta
1	SURGICAL	Singola	00452130925	13/11/2015 09:13

ESAME DELLA BUSTA AMMINISTRATIVA	Inizio	Fine
	17/11/2015 19:27:57	17/11/2015 19:28:35

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi		Eventuale documentazione relativa all'avvalimento		ALLEGATO D - INFORMATIVA DATI SENSIBILI		CARTA DI IDENTITA		patto d'integrità		Condizioni Particolari Di Fornitura	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SURGICAL		nessuna		nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA TECNICA	Inizio	Fine
	17/11/2015 19:28:50	17/11/2015 19:29:16

Concorrente	SCHEDE TECNICHE	
	Valutazione	Note
SURGICAL	Approvato	nessuna

ESAME DELLA BUSTA ECONOMICA	Inizio	Fine
	17/11/2015 19:29:25	17/11/2015 19:31:16

Concorrente	allegato C		Offerta Economica (fac-simile di sistema)	
	Valutazione	Note	Valutazione	Note
SURGICAL	Approvato	nessuna	Approvato	nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta
SURGICAL	7357,00

Note di gara	nessuna
Note specifiche lotto 1	nessuna

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE						Area compilata dal FORNITORE					
Riga	Metaprodotto MEPA	CODICE PRODOTTO	Descrizione	Unità di misura	Qtà richieste	Marca	Codice Articolo Fornitore prodotto offerto	Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto	Note	Prezzo unitario (IVA esclusa)	Prezzo Totale per riga
1	ACCESSORI PER APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI	5703-041	tubo flessibile di ventilazione composto da: un tubo corrugato una valvola di non ritorno un alloggiamento sensore di flusso una membrana nel sensore di flusso un adattatore un raccordo paziente	PZ	30	DRAEGER	5703041	CIRCUITO PAZIENTE PER ADULTI PER OXYLOG 3000	CONFEZIONI INSCINDIBILI DA PEZZI	5,230	€ 6.900,00
2	ACCESSORI PER APPARECCHIATURE ELETROMEDICALI	5704-964	tubo flessibile di ventilazione composto da: un tubo corrugato una valvola di non ritorno un alloggiamento sensore di flusso una membrana nel sensore di flusso un adattatore un raccordo paziente	PZ	10	DRAEGER	5704964	CIRCUITO PAZIENTE MONOUSO PEDIATRICO PER OXYLOG 3000	CONFEZIONI INSCINDIBILI DA PEZZI	45,7	€ 457,00

Prezzo dell'intera fornitura >>>	€ 7.357,00
----------------------------------	------------

COMPILARE IL CAMPO SOTTOSTANTE

aggiudicazione al prezzo più basso"gli oneri interni alla sicurezza incidono sul prezzo per € 36,79"