

## *ALLEGATO N° 6 (Dispositivi diagnostici in vitro)*

**LOTTO N° 3 – Identificazione delle più frequenti mutazioni Alpha Thalassemiche per il Centro Trasfusionale del P.O. di Olbia.**

**(Compilare la Scheda n° 2 – Allegato n° 2)**

*Si richiedono kit pronti all'uso con tutti i reagenti necessari per eseguire l'intera procedura analitica :*

1. Estrazione del DNA;
2. Amplificazione del DNA con tecnica PCR;
3. Controllo amplificato;
4. Sistema di rivelazione;
5. Marker peso molecolare.

TIPOLOGIA DI ESAMI/REAGENTI

DETERMINAZIONI ANNUE

*Identificazione delle più frequenti mutazioni :*

alfa 3,7 - alfa 4,2 - alfa 20,5 – MED - alfa alfa alfa - anti 3,7

100

### **Caratteristiche minime**

- La ditta dovrà fornire quanto necessario alla corretta esecuzione degli esami richiesti (calibratori, controlli, materiale di consumo, puntali sterili con filtro e quant'altro).
- La ditta comunque dovrà fornire il numero effettivo di confezioni necessario ad effettuare gli esami e non quelle teoriche.