

FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER L'ESECUZIONE DELL'ESAME CHIMICO-FISICO DELLE URINE E PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DEGLI ELEMENTI CORPUSCOLATI

ALLEGATO N.1 a
- APPARECCHIATURE -
(COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE LA SCHEDA N° 3 / ALLEGATO N° 3)

Requisiti indispensabili del sistema diagnostico offerto – modulo chimico fisico

In aggiunta e ad ulteriore precisazione e/o riepilogo rispetto a quanto già indicato nel testo del capitolato speciale, il sistema offerto deve possedere i seguenti requisiti indispensabili:

	DETERMINAZIONE DEI SEGUENTI PARAMETRI CHIMICO-FISICI: 1. PH 2. PESO SPECIFICO 3. COLORE 4. ASPETTO 5. PROTEINE 6. EMOGLOBINA/EMAZIE 7. CHETONI 8. UROBILINOGENO 9. BILIRUBINA 10. GLUCOSIO 11. NITRITI 12. LEUCOCITI
	Analisi di urina nativa in provetta primaria senza nessuna preparazione o manipolazione
	Identificazione della provetta mediante codice a barre
	Formulazione del kit che includa reagenti, calibratori, controlli e quant, altro necessario alla esecuzione degli esami dichiarati nello stesso
	Capacità di processare almeno 50 campioni per ora
	Marchiatura CE
	Taratura dei calibratori e dei controlli verso gli standard internazionali disponibili

Dichiarazione attestante il possesso de i requisiti

Io sottoscritto _____, in qualità di _____

dichiaro che il sistema offerto possiede tutti, nessuno escluso, i requisiti indispensabili sopra indicati.

_____, / /2011

FIRMA e TIMBRO