

PROCEDURA APERTA VOLTA ALL' ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA  
FORNITURA DI MICROINFUSORI PER LA TERAPIA DEL DIABETE INSULINO – DIPENDENTE E  
RELATIVI MATERIALI DI CONSUMO

RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI N. 2

In relazione alla richiesta di chiarimenti pervenuta da un potenziale offerente e pubblicata sul sito di questa Azienda (si veda il file "Richiesta di chiarimenti 2") si comunica quanto segue:

Con riferimento al lotto n. 2 "*Microinfusori per insulina con sistema di monitoraggio in continuo della glicemia*" con le caratteristiche descritte nell'allegato 2 al capitolato speciale d'appalto e forniture dei relativi materiali di consumo" il microinfusore richiesto deve intendersi quale sistema integrato con sensore glicemico per il controllo in continuo della glicemia interfacciato direttamente ed automaticamente con il microinfusore.

Publicato sul sito in data 23.07.2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DOTT.SSA M. CASSITTA