

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 3

Chiarimento n. 1

In riferimento a quanto riportato nel “Capitolato speciale d’appalto”, punto n. 2, pag. 4 “Caratteristiche tecniche minime – contenuto della prestazione”, si chiede il seguente chiarimento:
- Per “Calcolatore di bolo integrato alla pompa”, si intende che il calcolo del bolo possa essere effettuato attraverso un dispositivo che interagisce in remoto con la pompa, in quanto parte integrante del sistema, coerentemente con quanto riportato nell’ “Allegato n. 1 al capitolato speciale d’appalto - Lotto n. 1” punto relativo alle “Specifiche tecniche minime dei microinfusori”?

Chiarimento n. 2

In riferimento a quanto riportato nell’ “Allegato n. 1 al capitolato speciale d’appalto - Lotto n. 1” punto relativo alle “Specifiche tecniche minime dei microinfusori”, si chiede il seguente chiarimento:

- Il “sistema di gestione esterno della pompa” a cui si fa riferimento, è da intendersi come **un solo** dispositivo esterno in grado di gestire **tutte** le seguenti funzioni?

- Tutte le funzioni del microinfusore.
- Calcolo delle unità di bolo da fare ai pasti in funzione della glicemia misurata tramite lo stesso dispositivo.
- Analisi dei dati glicemici ed insulinici.

Chiarimento n. 3

In riferimento a quanto riportato nell’ “Allegato n. 1 al capitolato speciale d’appalto - Lotto n. 1” punto A “Materiali di consumo (fabbisogno stimato) pazienti ai quali deve essere impiantato il microinfusore”, si chiede il seguente chiarimento:

- Per n. 220 pezzi si intende il fabbisogno annuo di cannule e di set di infusione per tutti i 20 pazienti che dovranno impiantare il microinfusore?

Se sì, chiediamo conferma che le n. 4 confezioni da 25 pezzi di cartucce e i n. 4 pezzi di Service Pack indicati siano da intendersi come il **fabbisogno annuo per singolo paziente**.