

PROCEDURA APERTA - APPALTO DELLA FORNITURA, PER LOTTI, DI ATTREZZATURE PER IL
II° LOTTO DEL NUOVO OSPEDALE CIVILE DI OLBIA CON OPZIONI DI ESTENSIONE

RISCONTRO RICHIESTE CHIARIMENTI N. 1 E 2

In relazione alla richiesta di chiarimenti pervenuta da un potenziale offerente e pubblicata sul sito di questa Azienda (si veda il file "*Richieste di chiarimenti 1 e 2*") si comunica quanto segue:

RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI 1

Per adattatore si intende lo strumento di raccordo nel quale possono essere inseriti gli accessori del letto.

Qualora il letto sia dotato di dispositivi che consentono il montaggio diretto degli accessori non è necessaria la presenza dell'adattatore.

RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI 2

Per quanto concerne il pagamento del contributo AVCP si comunica che questa S.A. ha provveduto la perfezionamento dei CIG relativi alla procedura in oggetto.

Publicato sul sito in data 01.09.2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA M. CASSITTA