

RICHIESTA CHIARIMENTI N. 5

PROCEDURA APERTA - APPALTO DELLA FORNITURA, PER LOTTI, DI ATTREZZATURE PER IL II° LOTTO DEL NUOVO OSPEDALE CIVILE DI OLBIA CON OPZIONI DI ESTENSIONE

Richiesta chiarimenti – Lotto n. 10 – Elettrobisturi q.tà 4

In riferimento alla gara in oggetto, la presente per richiedere un chiarimento in merito al LOTTO n. 10.

PUNTO 14 – Incluso tutto il materiale di consumo per far fronte a 2.000 interventi chirurgici (prezzo del materiale di consumo fermo per un biennio)

RICHIESTA CHIARIMENTO:

Per un'omogeneità di valutazione delle diverse offerte economiche, si richiede quanti accessori per la sintesi vascolare debbano essere computati per le procedure laparoscopiche e quanti per quelle di chirurgia generale.

**PROCEDURA APERTA - APPALTO DELLA FORNITURA, PER LOTTI, DI ATTREZZATURE PER IL
II° LOTTO DEL NUOVO OSPEDALE CIVILE DI OLBIA CON OPZIONI DI ESTENSIONE**

RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI N. 5

Nel predisporre gli atti di gara si è previsto un quantitativo di materiali di consumo per far fronte a 2000 interventi chirurgici. Nel predisporre l'offerta in relazione ai materiali di consumo si tenga presente che dei 2000 interventi indicati circa il 25 per cento riguardano procedure laparoscopiche mentre il 75 per cento riguarda procedure di chirurgia generale.

Pubblicato sul sito in data 03.09.2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA M. CASSITTA