

**PROCEDURA APERTA - APPALTO DELLA FORNITURA, PER LOTTI, DI APPARECCHIATURE  
RADIOLOGICHE CON OPZIONI DI ESTENSIONE**

**AVVISO IMPORTANTE 1**

In relazione alla procedura in oggetto, lotto n. 4 *"Apparecchio di radiologia digitale per esami di radiologia convenzionale con lavori di ristrutturazione locali"* si comunica quanto segue:

con riferimento a quanto indicato nella relazione tecnica allegata al *"Progetto nuova diagnostica RX P.O. Paolo Dettori Tempio Pausania (OT)"* pag. 6/8 *"Gruppi di continuità"* si precisa che il gruppo di alimentazione tampone (UPS) con autonomia in piena operatività non inferiore a cinque minuti deve preservare soltanto la parte elettronica della consolle operatore e non l'intera apparecchiatura.

Publicato sul sito in data 15.02.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DOTT.SSA M. CASSITTA