

PROCEDURA APERTA - APPALTO DELLA FORNITURA, PER LOTTI, DI APPARECCHIATURE
RADIOLOGICHE CON OPZIONI DI ESTENSIONE

AVVISO IMPORTANTE 2

In relazione alla procedura in oggetto si comunica quanto segue:

nell'allegato 1 al Capitolato speciale d'appalto "Specifiche tecniche" lotto n. 10 "Ecotomografo ginecologia" si è rilevato quanto segue:

- 1) A causa di un mero errore materiale è stata indicata la seguente specifica tecnica "Profondità di scansione almeno 34 cm"; detta specifica è palesemente illogica; pertanto deve essere intesa come segue:

"elevata capacità di scansione".

- 2) Sempre a causa di un mero errore materiale è stata riportata la seguente specifica tecnica:
(sono evidenziati in grassetto gli errori e le correzioni)

"Programma e setting per la traslucenza nucale, con misure accurate sotto al mm e sonda lineare edicata di ultima generazione"

La suddetta specifica è corretta come segue:

"Programma e setting per la traslucenza nucale, con misure accurate sotto al mm e sonda dedicata di ultima generazione".

Pubblicato sul sito in data 23.02.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA M. CASSITTA