

**PROCEDURA APERTA - APPALTO DELLA FORNITURA, PER LOTTI, DI APPARECCHIATURE
RADIOLOGICHE CON OPZIONI DI ESTENSIONE**

AVVISO IMPORTANTE 3

In relazione alla procedura in oggetto si comunica quanto segue:

Con riferimento al lotto n. 1 "ARCO A "C" *ULTRA BILANCIATO E DI RIDOTTE DIMENSIONI DI ULTIMA GENERAZIONE E DOTATO DI PANNELLO DIGITALE DIRETTO AD ACQUISIZIONE DINAMICA*" nell'allegato 1 al capitolato speciale d'appalto "Specifiche tecniche" – Tavolo porta paziente si è indicata la seguente specifica tecnica:

"POSSIBILITÀ DI INCLINAZIONE LATERALE".

A causa di un mero errore materiale si è omessa la dicitura " *E' PREFERIBILE (...)*".

Pertanto la specifica deve essere intesa come segue:

"E' PREFERIBILE LA POSSIBILITÀ DI INCLINAZIONE LATERALE".

Publicato sul sito in data 24.02.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA M. CASSITTA