

**PROCEDURA APERTA - APPALTO DELLA FORNITURA, PER LOTTI, DI APPARECCHIATURE  
RADIOLOGICHE CON OPZIONI DI ESTENSIONE**

**AVVISO IMPORTANTE 5**

In relazione alla procedura in oggetto, lotto n. 4 *“Apparecchio di radiologia digitale per esami di radiologia convenzionale con lavori di ristrutturazione locali”* si precisa quanto segue:

Come è evidente dalla tavola grafica di progetto preliminare, il progetto prevede la fornitura e collocazione in opera di tre porte piombate di cui una scorrevole (trattasi delle tre porte aperte direttamente sulla sala diagnostica) e di due porte, di cui una scorrevole, non piombate (accesso da corridoio a locale controllo e accesso da corridoio a spogliatoio).

In computo metrico sono state indicate solo due porte piombate e una porta in legno non piombata.

Si ricorda comunque che devono essere fornite tutte le porte previste in tavola grafica.

Non sono necessarie variazioni della base d'asta perché essa, secondo le stime di questa amministrazione, copre ampiamente i costi della porta piombata e della porta non piombata non incluse in computo metrico.

Publicato sul sito in data 02.03.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DOTT.SSA M. CASSITTA