

**PROCEDURA APERTA - APPALTO DELLA FORNITURA, PER LOTTI, DI APPARECCHIATURE
RADIOLOGICHE CON OPZIONI DI ESTENSIONE**

RISCONTRO RICHIESTE CHIARIMENTI N. 5

In relazione alla procedura in oggetto sono stati richiesti seguenti chiarimenti di interesse generale:

QUESITI:

- 1) In riferimento al documento ALLEGATO SPECIFICHE TECNICHE, PAG. 15, "FANTOCCI PER CONTROLLI DI QUALITA' DELLE IMMAGINI IN RADIOLOGIA DIGITALE", si chiede di precisare se l'offerta deve includere tutti i 4 diversi tipi di fantocci richiesti, o solo quelli attinenti alla modalità di funzionamento dell'attrezzatura richiesta (non predisposta né alla scopia né alla fluoroscopia) che nel caso del lotto 4 sono i soli fantocci per grafia riportati nei punti 2 e 3.
- 2) Nel documento Capitolato speciale art. 1, pag. 4 viene riportato "La progettazione dei lavori dovrà essere realizzata conformemente a quanto stabilito dalle norme vigenti, tra le quali sono di particolare rilevanza i criteri per l'accreditamento fissati con Decreto A.R.I.S. Sardegna n.1957/3 Serv. del 29/06/1998, nonché le linee guida e le direttive impartite dall'ISPELS e dai Vigili del Fuoco." Nel documento Progetto a pag. 5 viene riportato "E' onere:
- dei concorrenti redigere il progetto esecutivo nel rispetto del preliminare di

Capitolato e delle raccomandazioni specifiche degli Enti quali il Comando VV.FF. l'Ispeles e l'U.T. della stazione appaltante." Vi preghiamo di fornirci copia dei documenti citati della ISPELS e dei Vigili del Fuoco.

- 3) In riferimento ai documenti delle planimetrie, attualmente disponibili in formato pdf, Vi preghiamo di fornirci gli stessi anche in formato DWG.

RISPOSTE QUESITI:

- 1) Dovranno essere forniti tutti i fantocci richiesti nell'allegato 1 al capitolato speciale d'appalto "Specifiche tecniche".
- 2) Come specificato in capitolato speciale d'appalto (art. 1, pag.3) e come già chiarito nel documento "*Riscontro richiesta chiarimenti 4*" pubblicato sul sito aziendale in data 15.03.2011 (si veda quesito n. 3) la progettazione esecutiva è a carico dell'aggiudicatario. La progettazione definitiva di progetto offerta dell'aggiudicatario dovrà essere trasmessa, come è consuetudine nei rapporti tra questa Azienda l'ISPELS e il Comando dei vigili del fuoco, a questi ultimi prima della redazione del progetto esecutivo; essi, come talvolta è accaduto, potrebbero allora fornire direttive in merito. Pertanto le direttive dell' ISPELS, del Comando dei vigili del fuoco e dell'Ufficio riguarderanno i soli rapporti con l'aggiudicatario. Il progetto definitivo di gara deve peraltro rispettare le norme vigenti
- 3) Contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sono pubblicate le planimetrie in formato DVG.

Publicato sul sito in data 23.03.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA M. CASSITTA