

**PROCEDURA APERTA - APPALTO DELLA FORNITURA, PER LOTTI, DI APPARECCHIATURE
RADIOLOGICHE CON OPZIONI DI ESTENSIONE**

RISCONTRO RICHIESTA CHIARIMENTI N. 6

In relazione alla procedura in oggetto sono stati richiesti i seguenti chiarimenti di interesse generale:

QUESITO:

Lotto n. 2 Arco a C per Sala Operatoria

Nel questionario al punto 7 cosa si intende per "*Sistema di gestione dell'apparecchiatura e di elaborazione delle immagini che consenta di effettuare misure ed elaborazioni specifiche per i controlli di qualità sia di accettazione che di costanza?*"

RISPOSTA AL QUESITO

"Sistema di gestione dell'apparecchiatura (...) che consenta di effettuare misure per i controlli di qualità sia di accettazione che di costanza".

Si intende la descrizione delle diverse modalità di esposizione dell'apparecchiatura, sia in service che come utente, con riferimento alla possibilità di impostazione dei parametri di esposizione in manuale durante l'esecuzione dei controlli di qualità.

“Sistema (...) di elaborazione delle immagini (...) che consenta di effettuare elaborazioni specifiche per i controlli di qualità sia di accettazione che di costanza”

Si intende la descrizione dei tools di elaborazione delle immagini disponibili direttamente sulla consolle dell'apparecchiatura che possano essere utilizzati durante i controlli di qualità, quali per esempio: zoom dell'immagine, misura di distanze, misura del valor medio e deviazione standard di ROI definite sull'immagine, possibilità di esportazione delle immagini contenenti i dati di elaborazione e/o possibilità di stampa su carta.

Pubblicato sul sito in data 11.04.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT.SSA M. CASSITTA