

**PROCEDURA APERTA VOLTA ALL'ISTITUZIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI
SPINE PER ORTOPEDIA DESTINATE ALLE UU.OO. DI ORTOPEDIA DELL'AZIENDA (GARA 3)**

RISCONTRO RICHESTI CHIARIMENTI N. 2

In relazione alla procedura in oggetto un potenziale offerente ha richiesto i seguenti chiarimenti:

QUESITO

in riferimento alla gara citata in oggetto ed alle specifiche tecniche di capitolato del lotto n. 33, sono a porre il seguente quesito:

cosa si intende per lame retrattori radiotrasparenti?

Cannule di dilatazione che permettono l'inserimento delle viti peduncolari in via percutanea, oppure un sistema di retrazione dei tessuti (TIPO PORTALE MIS) con lame radiotrasparenti?

RISPOSTA QUESITO 1

E' possibile offrire il sistema di retrazione dei tessuti (TIPO PORTALE MIS) con lame radiotrasparenti oppure le cannule di dilatazione che permettono l'inserimento delle viti peduncolari in via percutanea purchè radiotrasparenti e conformi alle specifiche minime indicate in CSA.

Publicato sul sito in data 06.07.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA M. CASSITTA