

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  
Olbia**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 2280 DEL 03.10.2011**

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA- FORNITURA IN MODALITA' "SERVICE" IN LOTTO UNICO DI UN SISTEMA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA E DI LAVA STRUMENTI ENDOSCOPICI CON OPZIONI D'ESTENSIONE E DI RINNOVO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

L'anno duemilaundici il giorno TRE del mese di OTTOBRE

in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

**IL DIRETTORE GENERALE**

***Dottor Giovanni Antonio Fadda***

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Giorgio Tidore

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Serena Fenu

## **PREMESSO**

-che con propria deliberazione n. 262 del 16/02/2011 si è autorizzato a contrarre per la fornitura in modalità "service" in lotto unico di un sistema di endoscopia digestiva e di lavastrumenti endoscopici con opzioni d'estensione e di rinnovo a mezzo procedura aperta (art. 54 e art 3 comma 37 del D.lgs 163/2006) di rilievo europeo, prevedendosi quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa - art 83 del D.lgs 163/2006, di cui all'allegato CSA;

- che con deliberazione n. 911 del 11.04.2011 è stato integralmente sostituito l'allegato A "specifiche tecniche minime" del CSA approvato con deliberazione n. 262 del 16/02/2011, è rimasta ferma ogni altra disposizione della delibera in parola;

-che il relativo bando di gara ha ricevuto le forme di pubblicità prescritte dalla normativa vigente per gli appalti di importo superiore alla soglia comunitaria mediante pubblicazione su GUCE, GURI, sito internet Ministero delle Infrastrutture, Osservatorio LL.PP., profilo committente e per estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale;

-che con deliberazione n. 1447 del 20.06.2011, assunta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle offerte, è stata nominata la Commissione giudicatrice;

## **DATO ATTO**

che le operazioni di gara si sono svolte come da verbali delle sedute n. 1 del 20 /06/2011, n. 2 del 25.06.2011, n.3 del 8.07.2011 , n. 4 del 09.07.2011 , n. 5 del 14.07.2011, n. 6 del 23.09.2011 allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, di cui si condividono i contenuti;

## **PRESO ATTO**

che, come risulta dai succitati verbali, il costituendo RTI Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante) è risultato il migliore offerente;

## **SU**

conforme proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

## **VISTI**

il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. n. 10 del 24 marzo 1997 "Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle Aziende Sanitarie Regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5, e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19", e successive modificazioni ed integrazioni;

il D.Lgs. n.163 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e successive modificazioni ed integrazioni;

la L. R. n. 10 del 28 luglio 2006 "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26/01/1995, n. 5";

Per i motivi sopra espressi

## **DELIBERA**

- di approvare gli atti della procedura di gara come da verbali n. 1 del 20 /06/2011, n. 2 del 25.06.2011, n.3 del 8.07.2011 , n. 4 del 09.07.2011 , n. 5 del 14.07.2011, n. 6 del 23.09.2011 ed i relativi allegati;

- di aggiudicare definitivamente la procedura aperta sopra soglia comunitaria per la fornitura in modalità "service" in lotto unico di un sistema di endoscopia digestiva e di lavastrumenti endoscopici con opzioni d'estensione e di rinnovo al costituendo RTI Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) ,CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante) ;

- di dare atto che l'importo contrattuale complessivo, sulla base della durata contrattuale prevista ( tre anni) e del prezzo di aggiudicazione , è pari a € 516.320,64 Iva esclusa , la spesa in ragione annua pari ad € 172.106,88 IVA esclusa ( canone mensile € 14.342,24 Iva esclusa) , prezzo fisso ed invariato per tutta la durata del service in seguito ad offerta migliorativa, graverà su apposito sul conto " 0506020105 canone di noleggio per attrezzature sanitarie" del piano dei conti anno 2011;
- di provvedere alla liquidazione delle fatture con successivo provvedimento, previo controllo della regolarità delle forniture;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all'Area Programmazione e Controllo e Committenza;
- di comunicare il presente atto all'Assessorato regionale dell'Igiene e sanità e dell'assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge regionale 28 luglio 2006, n.10.

Letto, confermato e sottoscritto

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dott.ssa Maria Serena Fenu



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dott. Giorgio Tidore



**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dottor Giovanni Antonio Fadda



per il Servizio  
R. Di Gennaro  
M. Amic  
Proposta 741



(luogo e data) Olbia \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

La presente deliberazione:

... è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

... deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura \_\_\_\_\_ (proponente/estensore)

(firma) \_\_\_\_\_

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 06/10/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

... con lettera in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, protocollo n. \_\_\_\_\_, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 06/10/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

La presente deliberazione:

... è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

... è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio \_\_\_\_\_ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

... è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

\_\_\_\_\_

**FORNITURA IN MODALITA' "SERVICE" IN LOTTO UNICO DI UN SISTEMA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA E DI LAVA  
STRUMENTI ENDOSCOPICI CON OPZIONI D'ESTENSIONE E DI RINNOVO**

VERBALE N. 1 SEDUTA DEL 20/06/2011

Addì venti del mese di giugno 2011, alle ore 09,30 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta pubblica la Commissione composta dalle seguenti persone:

Avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
Dott. Vincenzo Lavosi	Direttore S.C. Chirurgia P.O. Tempio	COMPONENTE
Dott. Fabio Floris	Dirigente Medico Chirurgia P.O. Tempio	COMPONENTE

Segretario verbalizzante: dott.ssa Maria Amic.

sono altresì presenti, qualificati quali rappresentanti delle ditte i signori:

- Massimo Ghedi (procuratore - documento C.I. AN 0289845) e Carlo Magri (funzionario commerciale - documento AM 3289894) in rappresentanza della Ditta Olympus;
- Massimo Melis (rappresentante - documento pat. di guida CA5445338H) per il costituendo RTI Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante);

La Commissione, preso atto della regolarità della sua costituzione giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1447 del 20/06/2011 assunta successivamente alla scadenza del termine per il deposito delle offerte (08/06/2011 h 12:00), prende visione degli atti di gara ed accerta che il bando di appalto ha avuto la prescritta pubblicità mediante pubblicazione in: G.U.R.I. (n. 48 del 22/04/2011), sito internet Ministero delle Infrastrutture (22/04/2011), sito internet Aziendale e sito Regionale. E' stato inoltre pubblicato sul sito aziendale, in conformità alle previsioni del bando, un chiarimento contenente risposte a quesiti.

Successivamente dà atto:

- che nel termine perentorio predeterminato al punto 6 del bando di gara (08/06/2011 h 12:00) sono pervenuti all'Ufficio Protocollo Generale e sono stati trasmessi da questo alla Commissione i seguenti plichi:

CONCORRENTE	N° PROTOCOLLO	DATA DI RICEVIMENTO PLICO
DITTA OLYMPUS	32388	07/06/2011 h 8:30
COSTITUENDO R.T.I. Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante)	32387	07/06/2011 h 8:30
DITTA ASE	32723	08/06/2011 h 10:30



- che tutte le Ditte offerenti hanno effettuato il sopralluogo, richiesto al paragrafo 4 del disciplinare di gara, così come emerge dalle certificazioni depositate e agli atti della commissione;
- che i plichi, tutti sigillati, sono integri.

Quindi si dispone di procedere all'apertura dei plichi, per verificare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ammissione alla gara. Saranno mantenuti sigillati quelli contenenti le offerte economiche che saranno siglati da ciascun membro della commissione e dal segretario sui lembi di chiusura per garantire l'integrità fino all'apertura e saranno aperti in seduta pubblica, con esclusione di quelli riferiti ad offerte che non avranno superato anche la valutazione tecnica.

La verifica della documentazione amministrativa finalizzata all'ammissione o esclusione delle Imprese dà il seguente esito :

CONCORRENTE	ESITO VERIFICA	PROVVEDIMENTO
DITTA OLYMPUS	DOCUMENTAZIONE REGOLARE. L'offerente non intende avvalersi del subappalto.	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
COSTITUENDO R.T.I. Pentax Itlaia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante)	DOCUMENTAZIONE REGOLARE. L'offerente non intende avvalersi del subappalto.	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA
DITTA Ase S.p.A	DOCUMENTAZIONE REGOLARE. L'offerente non intende avvalersi del subappalto.	AMMESSA A FASE SUCCESSIVA

Durante l'esame della documentazione amministrativa si prende atto che:

~~la Ditta Pentax intende, nel caso risulti essere l'aggiudicataria del presente appalto, costituire (come capogruppo) un raggruppamento temporaneo d'impresе con le Ditte CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante)~~

Si precisa quanto segue: dalla verifica del contenuto dei plichi contenenti la documentazione amministrativa si evince che la Ditta Ase dichiara di non voler consentire l'accesso formale all'offerta economica e alla documentazione tecnica presentata al fine di tutelare il segreto tecnico e commerciale.

La Commissione rende noto che l'art 13 del D.lgs 163/2006, applicabile alla procedura ed anche espressamente richiamato in atti di gara, al comma 6 prevede che l'accesso alle offerte è consentito ai concorrenti



che ne facciano richiesta per la tutela dei propri interessi in giudizio in relazione alla procedura d'affidamento in corso.

Il presidente della commissione dà atto che è stato effettuato l'accesso al casellario informatico presso il sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ( [www.autoritalavoripubblici.it](http://www.autoritalavoripubblici.it) ) e accerta che nessuna delle ditte ammesse è stata oggetto di provvedimenti sanzionatori che comportano l'esclusione dai pubblici appalti, (vedasi documento con i risultati della ricerca, stampato in pari data ed agli atti del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale).

Indi si procede con l'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e alla verifica inerente la mera corrispondenza tra quanto indicato nell'elenco dei documenti richiesti e la documentazione costituente l'offerta delle varie Ditte: la verifica ha esito positivo per tutti gli offerenti.

Alle ore 10,45 la commissione dichiara chiusa la seduta pubblica e si aggiorna al 25 giugno alle ore 10:00 in seduta riservata per l'esame della documentazione tecnica in relazione alla procedura di che trattasi .

Tutti i plichi contenenti la documentazione relativa alla gara in oggetto vengono risigillati e custoditi in luogo sicuro e chiuso a chiave presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, sotto la responsabilità del segretario verbalizzante.

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 3 pagine compresa la presente, che viene letto, confermato e sottoscritto in ogni pagina.

Avv. Roberto Di Gennaro



Dott. Vincenzo Lavosi



Dott. Fabio Floris



Dott.ssa Maria Amic



**FORNITURA IN MODALITA' "SERVICE" IN LOTTO UNICO DI UN SISTEMA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA E DI LAVA  
STRUMENTI ENDOSCOPICI CON OPZIONI D'ESTENSIONE E DI RINNOVO**

VERBALE N. 2 SEDUTA DEL 25/06/2011

Addi venticinque del mese di giugno 2011, alle ore 10:00 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta riservata la Commissione appositamente nominata dalla stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 1447 del 20/06/2011, così composta:

Avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
Dott. Vincenzo Lavosi	Direttore S.C. Chirurgia P.O. Tempio	COMPONENTE
Dott. Fabio Floris	Dirigente Medico Chirurgia P.O. Tempio	COMPONENTE

Segretario verbalizzante: dott.ssa Maria Amic.



Indi la Commissione, dichiarata aperta la seduta e richiamate le operazioni di gara di cui al verbale n. 1 del 20/06/2011, inizia l'esame della documentazione tecnica in relazione alla procedura di che trattasi.

La Commissione prende atto di doversi attenere, per la valutazione delle offerte, ai criteri specificati nell'allegato al disciplinare di gara "Criteri di valutazione delle offerte".

Si dà atto che, relativamente alla "Qualità della fornitura strettamente considerata", cui è riservato un massimo di 65 punti su cento, la valutazione dovrà essere necessariamente anche comparativa, pertanto si conviene di esprimere il proprio giudizio sia in termini numerici che, con note esplicative a compendio del voto espresso che evidenzino gli aspetti delle singole offerte che maggiormente hanno inciso su tale giudizio. Le note esplicative saranno verbalizzate nella seduta conclusiva l'esame delle offerte tecniche e allegare al relativo verbale.

Nel corso della seduta, la Commissione inizia e conclude la valutazione delle offerte tecniche relative alle voci che vanno dal n.1 al n.5 attribuendo per ogni Ditta il relativo punteggio come da tabella che segue:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	DITTA OLYMPUS	COSTITUENDO R.T.I. Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante)	DITTA ASE
VOCE 1 VIDEOPROCESSORE ALTA DEFINIZIONE (HD O FULL HD)	6	7	6
VOCE 2 FONTI LUCE E POMPA INSUFFLAZIONE	5	6	4
VOCE 3 MONITOR LCD HDTV	4	3	3





VOCE 4 VIDEOREGISTRATORE DVD HD	2	2	2
VOCE 5 CARRELLO PER ENDOSCOPIA	1	1	1

La seduta riservata viene chiusa alle ore 13,30 ed aggiornata al giorno 8 luglio 2011 alle ore 9:30 in seduta riservata, per il proseguo dell'esame delle offerte tecniche.

Tutti i plichi contenenti la documentazione relativa alla gara in oggetto vengono risigillati e custoditi in luogo sicuro presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, sotto la responsabilità del segretario verbalizzante.

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Avv. Roberto Di Gennaro



Dott. Vincenzo Lavosi



Dott. Fabio Floris



Dott.ssa Maria Amic




**FORNITURA IN MODALITA' "SERVICE" IN LOTTO UNICO DI UN SISTEMA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA E DI LAVA  
STRUMENTI ENDOSCOPICI CON OPZIONI D'ESTENSIONE E DI RINNOVO**

VERBALE N. 3 SEDUTA DEL 08/07/2011

Addi otto del mese di luglio 2011, alle ore 09:30 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Claudio Demartis in Tempio si è riunita in seduta riservata la Commissione appositamente nominata dalla stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 1447 del 20/06/2011, così composta:

Avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
Dott. Vincenzo Lavosi	Direttore S.C. Chirurgia P.O. Tempio	COMPONENTE
Dott. Fabio Floris	Dirigente Medico Chirurgia P.O. Tempio	COMPONENTE

Segretario verbalizzante: dott.ssa Maria Amic.

Indi la Commissione richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali n. 1 del 20 /06/2011, n. 2 del 25.06.2011 prosegue l'esame della documentazione tecnica in relazione alla procedura di che trattasi.

Nel corso della seduta, la Commissione inizia e conclude la valutazione delle offerte tecniche relative alle voci che vanno dal n.6 al n.10 attribuendo per ogni Ditta il relativo punteggio come da tabella che segue:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	DITTA OLYMPUS	COSTITUENDO R.T.I. Pentax Itaia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante)	DITTA ASE
VOCE 6 VIDEOCOLONSCOPIO	3	3	2
VOCE 7 VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO LUNGO	3	3	2
VOCE 8 VIDEOGASTROSCOPIO	2	3	1
VOCE 9 VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO PER EMERGENZE	3	2	2
VOCE 10 VIDEOGASTROSCOPIO TRANSNASALE	3	3	1

La seduta riservata viene chiusa alle ore 14,00 ed aggiornata al giorno 9 luglio 2011 alle ore 10:00 in seduta riservata, per il proseguo dell'esame delle offerte tecniche.







Tutti i plichi contenenti la documentazione relativa alla gara in oggetto vengono risigillati e custoditi in luogo sicuro presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, sotto la responsabilità del segretario verbalizzante. Del che si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Avv. Roberto Di Gennaro




Dott. Vincenzo Lavosi



Dott. Fabio Floris



Dott.ssa Maria Amic



**FORNITURA IN MODALITA' "SERVICE" IN LOTTO UNICO DI UN SISTEMA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA E DI LAVA  
STRUMENTI ENDOSCOPICI CON OPZIONI D'ESTENSIONE E DI RINNOVO**

VERBALE N. 4 SEDUTA DEL 09/07/2011

Addì nove del mese di luglio 2011, alle ore 10:00 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Claudio Demartis in Tempio Pausania si è riunita, in seduta riservata, la Commissione appositamente nominata dalla stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 1447 del 20/06/2011, così composta:

Avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
Dott. Vincenzo Lavosi	Direttore S.C. Chirurgia P.O. Tempio	COMPONENTE
Dott. Fabio Floris	Dirigente Medico Chirurgia P.O. Tempio	COMPONENTE


Segretario verbalizzante: dott.ssa Maria Amic.

Indi la Commissione richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali n. 1 del 20 /06/2011, n. 2 del 25.06.2011, n.3 del 8.07.2011 riprende l'esame della documentazione tecnica in relazione alla procedura di che trattasi.

Nel corso della seduta, la Commissione inizia e conclude la valutazione delle offerte tecniche relative alle voci che vanno dal n.11 al n.16 attribuendo per ogni Ditta il relativo punteggio come da tabella che segue:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	DITTA OLYMPUS	COSTITUENDO R.T.I. Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante)	DITTA ASE
VOCE 11 ELETTROBISTURI PER PRATICHE CHIRURGICHE CON DOPPIA USCITA MONOPOLARE, DOPPIA USCITA BIPOLARE E MODULO ARGON	1	4	0
VOCE 12 SISTEMA DI ASPIRAZIONE	2	2	2
VOCE 13 VIDEO STAMPANTE	1	1	1
VOCE 14 ARMADIO PORTA ENDOSCOPI CON APPOSITI CONTENITORI PER GLI STRUMENTI	1	1	1
VOCE 15 LAVASTRUMENTI (LAVAENDOSCOPI) TEMPIO	1	4	1
VOCE 16 LAVASTRUMENTI (LAVAENDOSCOPI) OLBIA	1	5	






Indi procede all'attribuzione dei punteggi relativamente ai parametri "Assistenza" e "Piano formazione" come da tabella che segue:

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	DITTA OLYMPUS	COSTITUENDO R.T.I. Pentax Itaia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante)	DITTA ASE
ASSISTENZA	2	4	2,5
PIANO FORMAZIONE	2	3	0,5

La Commissione infine dà atto che nelle offerte tecniche nessun offerente ha incluso proposte migliorative relativamente alle clausole di revisione del prezzo; l'omissione potrebbe essere stata cagionata dal fatto che nel modello di offerta tecnica predisposto dall'Azienda non si era riservato alcuno spazio per questo scopo. Pertanto, non vengono assegnati punteggi per questo sub criterio, fermo che, se in offerta economica fosse rinvenuta offerta migliorativa, la Commissione attribuirà il relativo punteggio nella stessa seduta pubblica e di ciò si darà notizia in apertura di seduta.


Quindi il dettaglio dell'attribuzione dei punteggi complessivi sulla qualità risulta dall'allegato (A) al presente verbale composto di n. 1 pagina formato A 4, mentre gli aspetti delle singole offerte che maggiormente hanno inciso sul giudizio risultano dall'allegato B (note esplicative) al presente verbale, composto di n. 4 pagine formato A 4.

La seduta riservata viene chiusa alle ore 13,00 ed aggiornata al giorno 14 luglio 2011 alle ore 9:00 in seduta pubblica, per l'apertura delle offerte economiche.


Tutti i plichi contenenti la documentazione relativa alla gara in oggetto vengono risigillati e custoditi in luogo sicuro presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, sotto la responsabilità del segretario verbalizzante.

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine oltre agli allegati A e B descritti in narrativa, che viene letto, confermato e sottoscritto.

Avv. Roberto Di Gennaro



Dott. Vincenzo Lavosi



Dott. Fabio Floris



Dott.ssa Maria Amic




**ALLEGATO A**  
**VERBALE N 4 DEL 09/07/2011**

ELEMENTO DI VALUTAZIONE	Punt max	DITTA ASE	DITTA OLYMPUS	COSTITUENDO R.T.I. Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Sri (Mandante)
VOCE 1 VIDEOPROCESSORE ALTA DEFINIZIONE ( HD O FULL HD)	7	6	6	7
VOCE 2 FONTI LUCE E POMPA INSUFFLAZIONE	6	4	5	6
VOCE 3 MONITOR LCD HDTV	4	3	4	3
VOCE 4 VIDEOREGISTRATORE DVD HD	2	2	2	2
VOCE 5 CARRELLO PER ENDOSCOPIA	1	1	1	1
VOCE 6 VIDEOCOLONSCOPIO	3	2	3	3
VOCE 7 VIDEOCOLONSCOPIO PEDIATRICO LUNGO	3	2	3	3
VOCE 8 VIDEOGASTROSCOPIO	3	1	2	3
VOCE 9 VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO PER EMERGENZE	3	2	3	2
VOCE 10 VIDEOGASTROSCOPIO TRANSNASALE	3	1	3	3
VOCE 11 ELETTOBISTURI PER PRATICHE CHIRURGICHE CON DOPPIA USCITA MONOPOLARE, DOPPIA USCITA BIPOLARE E MODULO ARGON	4	0	1	4
VOCE 12 SISTEMA DI ASPIRAZIONE	2	2	2	2
VOCE 13 VIDEO STAMPANTE	1	1	1	1
VOCE 14 ARMADIO PORTA ENDOSCOPI CON APPOSITI CONTENITORI PER GLI STRUMENTI	1	1	1	1
VOCE 15 LAVASTRUMENTI (LAVAENDOSCOPI) TEMPIO	4	1	1	4
VOCE 16 LAVASTRUMENTI (LAVAENDOSCOPI) OLBIA	5	1	1	5
CLAUSOLA DI REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO	2	0	0	0
ASSISTENZA	8	2,5	2	4
FORMAZIONE	3	0,5	2	3
		<b>33</b>	<b>43</b>	<b>57</b>

*[Handwritten signatures and initials]*





Voce	Quantità	Descrizione caratteristiche richieste	Punteggio max	ASE - descrizione tecnica punteggio	Olympus punteggio	Olympus descrizione tecnica	Pentax punteggio	Pentax descrizione tecnica
Voce 1	1	<p><b>VIDEOPROCESSORE DIGITALE AD ALTA DEFINIZIONE.</b></p> <p>a- Videoprocessore alta definizione ( HD O FULL HD)                      b- Risoluzione 720p 1080i o 1080p                      c- Zoom digitale superiore ad 1.5X                      d- Deve consentire la visione contemporanea di immagini endoscopiche e provenienti da altre fonti (videoregistratore, ecografo, etc)                      e- Sistema di controllo automatico esposizione immagini e luminosità                      f- Sistema di gestione per input di informazioni (tastiera, touch screen, etc.)                      g- Sistema completo di cavi necessario al sicuro funzionamento                      h- Registrazione di immagini su memory card removibile o con altro sistema equivalente di memoria allo stato solido                      i - deve consentire la visione del pattern vascolare con tecnologie sopra descritte o con un sistema unico integrato o con i due sistemi separatamente</p>	7	<p>Scansione progressiva 1080p Zoom fino a 2x Rispondenza ai punti d-e-f-g Per il punto h l'apparecchiatura ha possibilità di connettere memory card dello standard Compact Flash che, solo tramite apposito adattatore è possibile riversare il contenuto su computer.</p> <p>Per il punto "i" l'azienda Fujinon sull'allegato tecnico "1" dell'offerta tecnica dichiara di possedere tali caratteristiche ma non ne descrive i dettagli. Dall'esame della scheda tecnica del videoprocessore si desume che il sistema F.I.C.E. sia la risposta a questo punto. Si parla di "i" vantaggi che si attendono da questo nuovo sistema di elaborazione digitale è un aumento drammatico nella rilevazione ed identificazione di modifiche patologiche. ommissis.. vengono analizzate le immagini pixel per pixel e vengono realizzati i veri spettri delle immagini. Una volta conosciuti gli spettri dei pixel delle immagini sono conosciuti, è possibile applicare ad una singola immagine una singola lunghezza d'onda ottica."</p> <p>Sicuramente trattati di un sistema raffinato di</p>	6	<p>Scansione interlacciata 1080i Zoom 1.5x (viene richiesto superiore a 1.5x) Rispondenza ai punti d-e-f-g Per il punto h l'apparecchiatura ha possibilità di connettere memory card dello standard Compact Flash che, solo tramite apposito adattatore è possibile riversare il contenuto su computer.</p> <p>Per il punto "i" la ditta Olympus ha in dotazione il sistema NBI (Narrow Band Imaging). Sistema di illuminazione che, attraverso uno speciale filtro passabanda applicato alla luce bianca della fonte di luce allo xenon permette di evidenziare il pattern vascolare delle mucose rendendo più facilmente visibili aree sospette e supportando la diagnosi di lesioni o l'individuazione di lesioni o l'individuazione dei margini di patologie già visibili.</p>	7	<p>Scansione progressiva 1024p Zoom fino a 2x Rispondenza ai punti d-e-f-g Per il punto h l'apparecchiatura presenta per l'archiviazione di immagini due uscite USB per la connessione non solo di supporti a stato solido, ma anche di stampanti e HD portatili, senza necessità di adattatori.</p> <p>Per il punto "i" la ditta Pentax ha sistema denominato i-scan. Possibilità di utilizzo di i-scan SE per l'enfatizzazione della superficie con tre livelli di intensità (Low, Mid, High), e del pit-pattern. Possibilità di utilizzo delle funzioni sia singolarmente che in combinazione tra loro. L'apparecchiatura inoltre ha parametri che possono essere personalizzati o integrati anche in futuro sulle indicazioni fornite dalle multicentriche che operano per aumentare ulteriormente la sensibilità diagnostica. Il sistema di enfaticizzazione della struttura vascolare consente di effettuare interi esami endoscopici con le funzioni attivate in modo tale da effettuare indagini di screening con sensibilità diagnostica molto più elevata rispetto alla visualizzazione tradizionale (vedi lavori scientifici di comparazione nella documentazione tecnica allegata).</p>
Voce 2	1	<p><b>FONTI LUCE E POMPA INSUFFLAZIONE</b></p> <p>a- Sistema illuminante in grado di fornire adeguata illuminazione anche per visione del pattern vascolare in modalità Narrow Band Imaging o tecnologia equivalente da almeno 300 Watt                      b- Lampada primaria allo Xenon, o tecnologia equivalente da almeno 300 Watt                      c- Lampada secondaria di emergenza che entri in funzione automaticamente in caso di guasto della primaria                      d- Transilluminazione e insufflazione su 4 livelli                      e- Sistema completo di cavi necessario al sicuro funzionamento</p>	6	<p>Sistema illuminante idoneo al funzionamento del sistema F.I.C.E., ha lampada di principale da 300 W e lampada ausiliaria alogena da 75 W. La pompa di insufflazione ha una regolazione su tre livelli e non su 4 come richiesto in capitolato.</p>	5	<p>Possiede sistema di illuminazione che, attraverso uno speciale filtro passabanda applicato alla luce bianca della fonte di luce allo xenon permette di evidenziare il pattern vascolare delle mucose rendendo più facilmente visibili aree sospette e supportando la diagnosi di lesioni o l'individuazione di lesioni o l'individuazione dei margini di patologie già visibili.</p> <p>Ha lampada primaria allo xenon da 300 W e di emergenza alogena ad inserimento automatico da 35 W. Funzioni di transilluminazione, pompa aria con regolazione su 4 livelli.</p>	6	<p>Colorazione digitale della mucosa con possibilità di utilizzo di specifiche funzioni denominate i-scan-P che offrono una colorazione virtuale per l'enfatizzazione della vascolarizzazione e del pit-pattern. Possibilità di utilizzo di queste funzioni sia singolarmente che simultaneamente. Ha lampada primaria allo xenon da 300 W e funzione di transilluminazione.</p> <p>Caratteristiche migliorative rispetto al capitolato e ai concorrenti: livello di regolazione della pompa dell'aria su 5 livelli (Olympus 4 e Fujinon 3), lampada di emergenza ad inserimento automatico del tipo a LED, quindi priva di manutenzione e con efficacia garantita per tutto il ciclo di vita del videoprocessore.</p>
Voce 3	1	<p><b>MONITOR LCD HDTV</b></p> <p>a- Dimensione schermo migliore o uguale a 22"                      b- Compatibile con visione HD TV 1080 linee                      c- Deve permettere visione contemporanea diversi segnali di ingresso                      d- Formati dei segnali in ingresso analogico, digitale e alta definizione                      e- risoluzione non inferiore a 1920x1080</p>	4	<p>Conforme a tutte le richieste di capitolato, 24"</p>	4	<p>Conforme a tutte le richieste di capitolato, 26"</p>	3	<p>Conforme a tutte le richieste di capitolato, 24"</p>

mg

Ar

Ar

Voce	Quantità	Descrizione caratteristiche richieste	Punteggio	ASE - descrizione tecnica	Olympus punteggio	Olympus descrizione tecnica	Pentax punteggio	Pentax descrizione tecnica
Voce 4	1	<p><b>VIDEOREGISTRATORE DVD HD</b></p> <p>a- Sistema registrazione e archiviazione immagine e video da alloggiare nella colonna</p> <p>b- Predisposizione per collegamento in rete</p> <p>c- Modalità esportazione ( dvd, cd, hard disk esterno, etc)</p> <p>d- Deve consentire registrazione immagini in HD e Full HD</p> <p>e- Deve consentire connessione pc</p>	2	Conforme alle richieste di capitolato	2	Conforme alle richieste di capitolato	2	Conforme alle richieste di capitolato
Voce 5	1	<p><b>CARRELLO PER ENDOSCOPIO</b></p> <p>a- Carrello completo di trasformatore di isolamento</p> <p>b- Almeno 5 ripiani regolabili in altezza</p> <p>c- Ruote pivotanti e antistatiche due delle quali dotate di freno</p> <p>d- supporto tastiera, supporto per bottiglietta endoscopi, supporto per connettore endoscopi, maniglie di movimentazione, interruttore generale luminoso, una vaschetta laterale per protezione dei distali degli endoscopi, un supporto per pedale elettrobisturi e un'asta di supporto snodata per due endoscopi. Cavi e quanto altro necessario per il corretto funzionamento del carrello e della strumentazione ad esso collegata o sistemi equivalenti</p>	1	Conforme alle richieste di capitolato	1	Conforme alle richieste di capitolato	1	Conforme alle richieste di capitolato
Voce 6	2	<p><b>VIDEOLONGOSCOPIO</b></p> <p>a- Tipo lungo con diametro distale sonda inferiore a 14 mm,</p> <p>b- Canale operativo maggiore o uguale 3, 7 mm,</p> <p>c- Angolo di visione con range compreso tra 140 e 170 o comunque non inferiore a 140 d- Profondità di campo 2-100 mm,</p> <p>e- Lunghezza operativa superiore a 1650 mm.</p> <p>f- Rigilità della sonda regolabile o sistema equivalente</p> <p>g- Visione HD TV 1080i</p> <p>h- Visione che utilizza la tecnologia Narrow Band Imaging o equivalente per pattern vascolare</p>	3	<p>Apparecchiatura che rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato. L'endoscopio presentato dalla Fujinon è del tipo con zoom ottico (100X) e regolazione del fuoco con sistema ottico, peculiarità non richiesta in capitolato, ma apprezzabile e migliorativa. Per contro non possiede né water jet per lavaggio in parete, né sistema di regolazione di rigidità della sonda, ma viene citata la possibilità di scegliere in fase fornitura tra tre diversi modelli prodotti dalla Fujinon con rispettivi tre gradi di rigidità fissa.</p>	3	<p>Apparecchiatura che rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato. Possiede sistema di regolazione della rigidità della sonda e campo di visione di 170 gradi. È anche dotato di canale supplementare water jet per lavaggio mirato in parete (caratteristica migliorativa).</p>	3	<p>Apparecchiatura che rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato. Possiede tubo di inserzione con flessibilità progressiva a tre stadi. Ha inoltre una connessione unica al videoprocessore rotante di 180 gradi che agevola le manovre dell'operatore durante la colonscopia (caratteristica migliorativa). È anche dotato di canale supplementare water jet per lavaggio mirato in parete (caratteristica migliorativa).</p>
Voce 7	3	<p><b>VIDEOLONGOSCOPIO PEDIATRICO LUNGO</b></p> <p>a- Tipo lungo con diametro distale sonda inferiore a 12 mm,</p> <p>b- Canale operativo maggiore o uguale 3, 2 mm,</p> <p>c- Angolo di visione 140</p> <p>d- Profondità di campo 2-100 mm,</p> <p>e- Lunghezza operativa superiore a 1650 mm.</p> <p>f- Rigilità della sonda regolabile o sistema equivalente</p> <p>g- Visione HD TV 1080i</p> <p>h- Visione che utilizza la tecnologia Narrow Band Imaging o equivalente per pattern vascolare</p>	3	<p>Apparecchiatura che rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato. Non possiede sistema di regolazione di rigidità della sonda anche se viene citata la possibilità di scegliere in fase fornitura tra tre diversi modelli prodotti dalla Fujinon con rispettivi tre gradi di rigidità fissa. Possiede water jet per lavaggio mirato in parete.</p>	3	<p>Apparecchiatura che rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato. Possiede sistema di regolazione della rigidità della sonda. Possiede water jet per lavaggio mirato in parete.</p>	3	<p>Apparecchiatura che rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato. Possiede tubo di inserzione con flessibilità progressiva a tre stadi. Ha inoltre una connessione unica al videoprocessore rotante di 180 gradi che agevola le manovre dell'operatore durante la colonscopia. Lavaggio mirato in parete water jet. Per l'erogazione dell'acqua e dell'aria ha due canali separati (minor possibilità di ostruzione e maggiore efficienza ed efficacia).</p>




*my*

*[Signature]*

2



Voce	Descrizione caratteristiche richieste	Punteggio Max	ASE - descrizione tecnica	Olympus punteggi	Olympus descrizione tecnica	Pentax punteggi	Pentax descrizione tecnica
<b>Voce 8</b>	<b>2 VIDEOGASTROSCOPIO</b> a- Diametro distale sonda inferiore a 10 mm, b- Canale operativo maggiore o uguale 2.8 mm, c- Angolo di visione 140 d- Profondità di campo 2-100 mm, e- Lunghezza operativa superiore a 1000 mm. f- Visione HD TV 1080i g- Visione che utilizza la tecnologia Narrow Band Imaging o equivalente per pattern vascolare	3	1) Apparecchiatura che non rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato in quanto il diametro massimo richiesto è di 10 mm (lo strumento offerto ha 10,8 mm). L'endoscopio presentato dalla Fujinon è del tipo con zoom ottico (100x) e regolazione del fuoco con sistema ottico, peculiarità non richiesta in capitolato, ma apprezzabile e migliorativa.	2	Apparecchiatura che rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato. Nessuna caratteristica migliorativa.	3	Apparecchiatura che rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato. Ha una connettore unica al videoproiettore rotante di 180 gradi che agevola le manovre dell'operatore durante la gastroscopia, il lavaggio mirato in parete water jet e il miglior range di angolazione del tratto distale che raggiunge 210 gradi in retroversione e i 120 gradi in tutti gli altri movimenti (tutte caratteristiche migliorative ai requisiti minimi di capitolato).
<b>Voce 9</b>	<b>1 VIDEOGASTROSCOPIO OPERATIVO PER EMERGENZE</b> a- con un canale non inferiore a 6mm o in alternativa due canali uno con diametro 2.8 e uno non inferiore a 3,8 mm tale da permettere lo svolgimento dell'esame e contemporaneamente gestire la aspirazione, in fase di emergenza b- Angolo di visione 140 c- Profondità di campo 3-100 mm, d- Lunghezza operativa superiore a 1000 mm.	3	2) Apparecchiatura che rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato.	3	Apparecchiatura che rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato. Si rievla non compatibilità con le funzioni di enfattizzazione della struttura vascolare (peculiarità offerta dai concorrenti anche se non richiesta in capitolato per questo modello). Si da invece maggior enfasi al canale da 6 mm di diametro, sicuramente molto efficace nei sanguinamenti massivi in emergenza per l'aspirazione dei coaguli.	2	Apparecchiatura che rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato.
<b>Voce 10</b>	<b>1 VIDEOGASTROSCOPIO TRANSNASALE</b> a- Diametro distale sonda non superiore a 5.5 mm, b- Canale operativo maggiore o uguale 2 mm, c- Angolo di visione 120 d- Profondità di campo 3-100 mm, e- Lunghezza operativa superiore a 1100 mm. f- Visione che utilizza la tecnologia Narrow Band Imaging o equivalente per pattern vascolare	3	1) Apparecchiatura che rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato. Apprezzabile il diametro più contenuto rispetto ai concorrenti, ma rispetto a loro presenta modello con solo 1 due movimenti up/down, rendendolo uno strumento con ridotte capacità di manovra rispetto alle versioni, seppur con diametro ridotto, dotate di 4 movimenti (up/down e left/right).	3	Apparecchiatura che rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato. Ha diametro di 5,5 mm e tutti e quattro i movimenti up/down e left/right.	3	Apparecchiatura che rientra nelle caratteristiche dimensionali richieste in capitolato. Ha diametro di 5,3 e 5,4 mm e tutti e quattro i movimenti up/down e left/right.
<b>Voce 11</b>	<b>1 ELETTROBISTURI PER PRATICHE CHIRURGICHE CON DOPPIA USCITA MONOPOLARE, DOPPIA USCITA BIPOLARE E MODULO ARGON</b> Quantità 1 a- Numero 2 uscite monopolari di cui almeno una azionabile da manipo e una da pedale. b- Numero 2 uscite bipolari di cui almeno una azionabile da manipo e una da pedale. c- Sistema di autocontrollo dei parametri di uscita sia in taglio che in coagulo (corrente, tensione, forma d'onda) d- Compatibilità con strumentario di emostasi endoscopica ( colonscopi, gastroscopi) e- Dotazione di set strumentario di emostasi minimo 2 manipoli bipolari, 2 pinze bipolari con cavo, 2 cavi elettrodi neutro, cavi per collegamento a strumentario endoscopico (pinze, anse, etc) per gastroscopia e colonscopia f- Massima potenza 300watt g- Modulo argon comprensivo di manipoli e cavi per coagulazione argon in chirurgia aperta laparoscopica ed endoscopica ( gastroscopia e colonscopia)	4	0) Apparecchiatura di buon livello tecnologico che possiede le caratteristiche minime richieste in capitolato. Non è evincibile né la tipologia tantomeno la qualità degli accessori presentati in offerta che completano l'apparecchiatura. Essendo le sonde argon e gli accessori elettrochirurgici parte fondamentale della fornitura, questi possono peraltro discriminare pesantemente l'efficacia della procedura chirurgica endoscopica. Non conoscendo la natura (né codifica, tantomeno illustrazione), alla ditta Ase viene attribuito il punteggio "0".	1	Apparecchiatura di buon livello tecnologico che possiede le caratteristiche minime richieste in capitolato. Dotazione di accessori esauriente e completa.	4	Apparecchiatura di eccellente ed elevato contenuto tecnologico che possiede le caratteristiche minime richieste in capitolato. Inoltre possiede le seguenti caratteristiche migliorative: 1) Sonda argon con filtro antibatterico integrato con connessione unica diretta allo strumento senza adattatori o cavi supplementari. Riconoscimento della sonda collegata e impostazione dei parametri di flusso di gas appropriati. 2) Ha sonde argon con emissione laterale a 360 gradi, con innesci sul punto più vicino per l'approccio nei distretti anatomici più complessi, come le piliche del colon 3) Ha programmi dedicati alle tecniche endoscopiche monopolari e bipolari di endoscopia digestiva più recenti, inclusa la mucosectomia con standardizzazione dei parametri 4) è integrabile con modulo idrodissettore per effettuare interventi di ESD (endoscopic submucosal dissection) utilizzando speciali strumenti che accorciano la procedura chirurgica riducendo le complicanze emorragiche e gli eventi di perforazione 5) l'argon ha un dispositivo di calibrazione della profondità di necrosi per azzerare le possibilità di effettuare necrosi profonda con rischio di perforazione tardiva dell'intestino anche nei distretti con parete più sottile quale è il cieco.
<b>Voce 12</b>	<b>1 SISTEMA DI ASPIRAZIONE</b> Compatibile con gli strumenti endoscopici sopra elencati	2	2) idoneo e conforme	2	Idoneo e conforme	2	Idoneo e conforme



Voce	Quantità	Descrizione caratteristiche richieste	Punteggio max ASE	ASE - descrizione tecnica Punteggio	Olympus Punteggio	Olympus descrizione tecnica	Pentax Punteggio	Pentax descrizione tecnica
13	1	1 VIDEO STAMPANTE	1	1 idoneo e conforme	1	1 idoneo e conforme	1	1 idoneo e conforme
14	2	2 ARMADI PORTA ENDOSCOPI CON APPOSITI CONTENITORI PER GLI STRUMENTI	1	1 idoneo e conforme	1	1 idoneo e conforme	1	1 idoneo e conforme
15	1	1 LAVASTRUMENTI (LAVAENDOSCOPI) TEMPIO. L'apparecchiatura: 1) deve essere perfettamente compatibile con quanto fornito in appalto; 2) deve essere dotata: a - di un sistema di certificazione del processo di disinfezione in grado di identificare univocamente lo strumento rilasciato su stampa a fine processo. b - di un sistema di verifica automatica dell'impermeabilità degli strumenti trattati c - di dimensioni il più contenute possibile 3) deve assicurare: a- un'efficace disinfezione ad alto livello degli strumenti trattati. b- il rispetto delle vigenti leggi in materia di smaltimento nella rete fognaria. c- un effettivo ciclo chiuso, senza alcuna emissione di vapori (tossici). d- la ripetitività dei cicli in totale automatismo senza possibilità di modificare i parametri dei programmi. e- il minor tempo possibile di sterilizzazione (considerati i carichi di lavoro, si considera ottimale un tempo del ciclo di sterilizzazione di 10-20 minuti per singolo strumento) fermo che la macchina deve poter lavorare a ciclo continuo senza inconvenienti	4	1 Disinfettante utilizzato: acido peracetico. Tempo di processo per singolo endoscopio: 19/20 minuti. Necessità di stoccaggio di taniche contenenti i disinfettanti. Temperatura di esercizio: 40 gradi. Ingombro: 70x65x110 cm (profondità x larghezza x altezza), viene comunque suggerito dal produttore di prevedere un ingombro operativo di 90x80 cm	1	1 ETD-3 Basic GA Sistema di disinfezione con ciclo termochimico. Disinfettante utilizzato: glutaraldeide. Tempo di processo di disinfezione: circa 40 minuti, a strumento 20 minuti (in ogni caso l'apparecchiatura trattiene per la disinfezione due strumenti per un totale di 40 minuti, tempo forzato di inattività. Ciclo con temperatura di 59 gradi. Dimensioni: 60 x 90 x 85 cm (profondità x larghezza x altezza)	4	4 Sistema di disinfezione degli endoscopi con tecnologia ad acqua acida. Non utilizza sostanze disinfettanti tossiche e non ne richiede alcuna manipolazione. Tempo di processo per singolo strumento 10 minuti. Non necessita di stoccaggio di prodotti disinfettanti. Massima biocompatibilità ambientale (utilizza acqua scomposta per elettrolisi). Ciclo a freddo che non comporta stress termico per l'endoscopio. Ingombro: 75,3x61x110,5 cm (profondità x larghezza x altezza)
16	2	2 LAVASTRUMENTI (LAVAENDOSCOPI) OLBIA Le apparecchiature: 1) devono essere perfettamente compatibili con quanto in dotazione alle strutture; 2) devono essere dotate: a - di un sistema di certificazione del processo di disinfezione in grado di identificare univocamente lo strumento rilasciato su stampa a fine processo. b - di un sistema di verifica automatica dell'impermeabilità degli strumenti trattati c - di dimensioni il più contenute possibile 3) devono assicurare: a- un'efficace disinfezione ad alto livello degli strumenti trattati. b- il rispetto delle vigenti leggi in materia di smaltimento nella rete fognaria. c- un effettivo ciclo chiuso, senza alcuna emissione di vapori (tossici). d- la ripetitività dei cicli in totale automatismo senza possibilità di modificare i parametri dei programmi. e- il minor tempo possibile di sterilizzazione (considerati i carichi di lavoro, si considera ottimale un tempo del ciclo di sterilizzazione di 10-20 minuti per singolo strumento) fermo che la macchina deve poter lavorare a ciclo continuo senza inconvenienti	5	1 Disinfettante utilizzato: acido peracetico. Tempo di processo per singolo endoscopio: 19/20 minuti. Necessità di stoccaggio di taniche contenenti i disinfettanti. Temperatura di esercizio: 40 gradi. Ingombro: 70x65x110 cm (profondità x larghezza x altezza), viene comunque suggerito dal produttore di prevedere un ingombro operativo di 90x80 cm	1	1 ETD-3 Basic GA Sistema di disinfezione con ciclo termochimico. Disinfettante utilizzato: glutaraldeide. Tempo di processo di disinfezione: circa 40 minuti, a strumento 20 minuti (in ogni caso l'apparecchiatura trattiene per la disinfezione due strumenti per un totale di 40 minuti, tempo forzato di inattività. Ciclo con temperatura di 59 gradi. Dimensioni: 60 x 90 x 85 cm (profondità x larghezza x altezza)	5	5 Sistema di disinfezione degli endoscopi con tecnologia ad acqua acida. Non utilizza sostanze disinfettanti tossiche e non ne richiede alcuna manipolazione. Tempo di processo per singolo strumento 10 minuti. Non necessita di stoccaggio di prodotti disinfettanti. Massima biocompatibilità ambientale (utilizza acqua scomposta per elettrolisi). Ciclo a freddo che non comporta stress termico per l'endoscopio. Ingombro: 75,3x61x110,5 cm (profondità x larghezza x altezza)
			30		39		50	
<b>TOTALE PUNTI</b>								

*Handwritten signature and initials.*

**FORNITURA IN MODALITA' "SERVICE" IN LOTTO UNICO DI UN SISTEMA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA E DI LAVA  
STRUMENTI ENDOSCOPICI CON OPZIONI D'ESTENSIONE E DI RINNOVO**

VERBALE N. 5 SEDUTA DEL 14/07/2011

Addi quattordici del mese di luglio 2011, alle ore 09:15 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta pubblica la Commissione appositamente nominata dalla stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 1447 del 20/06/2011, così composta:

Avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
Dott. Vincenzo Lavosi	Direttore S.C. Chirurgia P.O. Tempio	COMPONENTE
Dott. Fabio Floris	Dirigente Medico Chirurgia P.O. Tempio	COMPONENTE

Segretario verbalizzante: dott.ssa Maria Amic.

Sono altresì presenti, qualificati quali rappresentanti delle ditte i signori:

- Carlo Magri (funzionario commerciale - documento AM 3289894) in rappresentanza della Ditta Olympus;
- Massimo Melis (rappresentante - documento pat. di guida CA5445338H) per il costituendo RTI Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante);

La Commissione, dichiarata aperta la seduta e richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali n. 1 del 20/06/2011, n. 2 del 25.06.2011, n.3 del 8.07.2011, n. 4 del 09.07.2011 dà atto che con nota prot. 39769 del 11/07/2011 tutti gli offerenti sono stati preavvertiti via fax del giorno, dell'ora e del luogo della seduta.

Prima di procedere all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche il Presidente rende noti gli esiti delle valutazioni inerenti le offerte tecniche mediante consegna dell'allegato (A) al verbale n. 4 del 09.07.11, recante i punteggi assegnati a ciascun offerente relativamente alla qualità, assistenza, formazione.

La Commissione rende noto che nelle offerte tecniche nessun offerente ha incluso proposte migliorative relativamente alle clausole di revisione del prezzo e che pertanto nell'allegato i relativi punteggi sono "0" per tutti i concorrenti; si è supposto che l'omissione potrebbe essere stata cagionata dal fatto che nel modello di offerta

tecnica predisposto dall'Azienda non si era riservato alcuno spazio per questo scopo. Pertanto, si informa che la Commissione, se in offerta economica fosse rinvenuta offerta migliorativa, attribuirà il relativo punteggio nella stessa seduta pubblica.

Quindi si procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche (che sono stati conservati integri e sigillati, come fatto verificare da tutti i presenti), alla loro lettura ed all'attribuzione dei relativi punteggi, tenendo conto del valore globale presunto d'appalto e secondo la seguente formula: (migliore offerta x 35)/valore offerta considerata.

Dette operazioni danno il seguente esito:



DITTA	REGOLARITA' OFFERTA	PREZZO OFFERTO ( OBBLIGATORIAMENTE IN RIBASSO RISPETTO A € 220.000,00 NETTO IVA)	PUNTEGGIO OFF. ECONOMICA (migliore offertaX35/offerta considerata)	PUNTEGGIO CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREZZO
DITTA OLYMPUS	SI	163.363,07	35	Contiene offerta migliorativa: punti attribuiti 2
COSTITUENDO R.T.I. Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante)	SI	176.106,88	32,47	Contiene offerta migliorativa: punti attribuiti 2
DITTA ASE	SI* con riserva	184.965,63	30,91	0

\* Premesso :

l'art 1 del CSA prevede la fornitura in service

- a) di un Sistema endoscopico (completo di accessori e di lava endoscopi) e relativi consumabili di ogni tipo occorrenti all'U.O. di Chirurgia del P. O. di Tempio Pausania per l'esecuzione di interventi di endoscopia digestiva; per tutte le apparecchiature e attrezzature è inclusa manutenzione full risk per tutta la durata del service;
- b) di lava endoscopi e relativi consumabili di ogni tipo per il P.O. di Olbia; è inclusa manutenzione full risk per tutta la durata del service;

La commissione ha constatato che l'offerta economica di ASE si compone del modello Allegato economico 1 indicante il prezzo globale pari a € 184.965,63 e da un ulteriore allegato composto da 3 voci indicanti rispettivamente :

prima voce: "listino prezzi parti di consumo pluriuso dedicati, non compresi nel contratto di manutenzione",

seconda voce: "listino prezzi parti di consumo monouso dedicati . compresi nel contratto di manutenzione",

terza voce "accessori reperibili sul libero mercato"

Ciò premesso, la commissione ritiene valida l'offerta economica, reputando tuttavia necessario chiedere alla Ditta di confermare che tutti i consumabili, nulla escluso ed eccettuato, necessari per le apparecchiature oggetto del service risultano inclusi nel canone annuo indicato nell'offerta, precisando all'impresa che nel caso in cui l'offerta presentata preveda costi ulteriori per qualsiasi tipologia di consumabile, la Commissione provvederà all'esclusione dell'offerta stessa.



Indi si forma il quadro comparativo complessivo, che risulta essere il seguente:

DITTA	PREZZO OFFERTO (OBBLIGATORIAMENTE IN RIBASSO RISPETTO A € 220.000,00 NETTO IVA)	PUNTEGGIO OFF. ECONOMICA (migliore offertaX35/offerta considerata)	PUNTEGGIO CLAUSOLA DI REVISIONE DEL PREZZO	PUNTEGGIO TECNICO	PUNTEGGIO TOTALE
DITTA OLYMPUS	163.363,07	35	2	43	80
COSTITUENDO R.T.I. Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante)	176.106,88	32,47	2	57	91,47
DITTA ASE	184.965,63	30,91	0	33	63,91

La Commissione, esaminato in generale l'andamento delle offerte e gli scostamenti rispetto alla base d'asta, decide di chiedere giustificazioni sulle voci di prezzo, ai sensi dell'art. 86 del D. lgs. 163/2006, all'offerente Costituendo RTI Pentax Italia S.r.l., CBC (Europe) Ltd, Erbe Italia Srl;


Alle ore 11,30 conclusi i lavori la commissione aggiorna la seduta a data da determinarsi.

Tutti i plichi contenenti la documentazione relativa alla gara in oggetto vengono risigillati e custoditi in luogo sicuro presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, sotto la responsabilità del segretario verbalizzante. Del che si redige il presente verbale, composto di n. 3 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto.


Avv. Roberto Di Gennaro



Dott. Vincenzo Lavosi



Dott. Fabio Floris



Dott.ssa Maria Amic




**FORNITURA IN MODALITA' "SERVICE" IN LOTTO UNICO DI UN SISTEMA DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA E DI LAVA  
STRUMENTI ENDOSCOPICI CON OPZIONI D'ESTENSIONE E DI RINNOVO**

VERBALE N. 6 SEDUTA DEL 23/09/2011

Addì ventitre del mese di settembre 2011, alle ore 09:25 presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2, sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2 in Olbia si è riunita in seduta riservata la Commissione appositamente nominata dalla stazione appaltante con deliberazione del Direttore Generale n. 1447 del 20/06/2011, così composta:

Avv. Roberto Di Gennaro	Direttore Servizio Provveditorato	PRESIDENTE
Dott. Vincenzo Lavosi	Direttore S.C. Chirurgia P.O. Tempio	COMPONENTE
Dott. Fabio Floris	Dirigente Medico Chirurgia P.O. Tempio	COMPONENTE

Segretario verbalizzante: dott.ssa Maria Amic.

Richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali n. 1, 2, 3, 4, 5, la Commissione, in seduta riservata, alle ore 9,25, inizia i propri lavori.

Premesso che, in seguito a quanto risultante dal verbale n. 5 del 14.07.2011 :

- con nota prot. PG/2011/40651 del 14.07.2011 sono state richieste giustificazioni sulle voci di prezzo, ai sensi dell'art. 86 del D. lgs. 163/2006, all'offerente costituendo RTI Pentax Italia S.r.l., CBC (Europe) Ltd, Erbe Italia Srl, e con nota prot. PG/2011/40639 del 14.07.2011 sono stati richiesti chiarimenti alla Ditta ASE relativamente all'offerta economica presentata;

- sono pervenute: a) le giustificazioni del costituendo RTI Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante) (comunicazione trasmessa via e-mail il giorno 28.07.2011 agli indirizzi di posta elettronica [acquisti@aslolbia.it](mailto:acquisti@aslolbia.it), [camic@aslolbia.it](mailto:camic@aslolbia.it) e pervenuta in originale al P.G. il giorno 01.08.2011 , prot. 44304 ); b) la risposta della ditta ASE S.p.A P.G n. 42374 del 21.07.2011;

- dalla data dell'ultima seduta pubblica (14.07.2011) ad oggi la Commissione non è riuscita a riunirsi per il susseguirsi delle assenze per ferie estive di vari membri;


- che si è deciso di riunire, in data odierna, alle ore 9,00, la commissione in seduta riservata per l'esame dei documenti trasmessi dalla ditte e di seguito in seduta pubblica per comunicare le decisioni assunte;

Tutto ciò premesso, la commissione:

dopo avere esaminato la documentazione presentata dal costituendo RTI Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante), ritiene adeguate le giustificazioni fornite e quindi reputa congrua l'offerta;

dopo aver esaminato la risposta della ditta ASE, conferma la validità dell'offerta economica.

Indi la Commissione alle ore 9,40 dichiara chiusa la seduta riservata.



Alle 9,40 si dichiara aperta la seduta pubblica e richiamate le operazioni di gara di cui ai verbali n. 1 del 20/06/2011, n. 2 del 25.06.2011, n.3 del 8.07.2011, n. 4 del 09.07.2011, n. 5 del 14.07.2011, si dà atto che con nota prot. 52230 del 20/09/2011 tutti gli offerenti sono stati preavvertiti via fax del giorno, dell'ora e del luogo della seduta.

Sono presenti, qualificati quali rappresentanti delle ditte i signori:

- Carlo Magri (funzionario commerciale - documento AM 3289894) in rappresentanza della Ditta Olympus;
- Massimo Melis (rappresentante - documento pat. di guida CA5445338H) per il costituendo RTI Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante);

La Commissione rende noto:

- A) Che le giustificazioni del costituendo RTI Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante) sono ritenute esaustive;
- B) Che la risposta della ditta ASE è ritenuta soddisfacente.

Pertanto:

si conferma la validità dell'offerta della ditta ASE;

si proclama l'aggiudicazione provvisoria a favore del costituendo RTI Pentax Italia S.r.l. (capogruppo) CBC (Europe) Ltd (Mandante) Erbe Italia Srl (Mandante).

La seduta è chiusa alle ore 9,50.

Quindi la Commissione, avendo concluso i propri lavori, rassegna gli atti al Servizio Provveditorato e Amministrazione patrimoniale per quanto di competenza.

Tutti i plichi contenenti la documentazione relativa alla gara in oggetto vengono custoditi in luogo sicuro presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, sotto la responsabilità del Rup.

Del che si redige il presente verbale, composto di n. 2 pagine, che viene letto, confermato e sottoscritto.


Avv. Roberto Di Gennaro



Dott. Vincenzo Lavosi



Dott. Fabio Floris



Dott.ssa Maria Amic

