

**POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II:  
INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' – OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 –  
OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2 – LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.B – IMPORTO COMPLESSIVO €  
33.017.000,00 – DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL 23.11.2010**

**PROCEDURA APERTA – APPALTO DELLA FORNITURA DI UN TOMOGRAFO APERTO A  
RISONANZA MAGNETICA PER IL NUOVO OSPEDALE CIVILE GIOVANNI PAOLO II DI OLBIA**

### **CHIARIMENTI 1**

In relazione alla procedura in oggetto sono pervenute le seguenti richieste di chiarimenti di interesse generale:

#### **CHIARIMENTI**

##### **Impianto Elettrico**

Si chiede di confermare come condiviso in fase di sopralluogo coi vostri funzionari tecnici, che è possibile ubicare il nuovo UPS all'interno del Locale “ REI 9E-1”, in adiacenza al gruppo di continuità che attualmente serve il Reparto RMN; in caso contrario si chiede di specificare un'area dove sarà possibile posizionarlo, indicandone anche la relativa distanza dalla cabina elettrica e dell'area d'intervento della nuova RMN.

##### **Impianto di Condizionamento**

Si chiede di confermare come condiviso in fase di sopralluogo coi vostri funzionari tecnici, che è possibile collocare la nuova UTA nel Locale “REI 8 E-1”, nelle vicinanze dell'area

d'intervento; in caso contrario si chiede di specificare un'area dove sarà possibile posizionarla, indicandone anche la relativa distanza dall'area d'intervento dalla nuova RMN.

In merito all'istallazione del nuovo Gruppo Frigorifero, si richiede se è possibile ubicarlo nelle vicinanze dell'attuale Chiller a servizio della RMN esistente (intercapedine adiacente ala Reparto RMN), così come condiviso con i vostri funzionari tecnici in sede di sopralluogo; in caso contrario si chiede di specificare un'area dove sarà possibile collocarlo, indicandone anche la relativa distanza dall'area d'intervento della nuova RMN.

### **Generali**

Si chiede di confermare che a carico dell'aggiudicataria vi è solo il Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione, così come riportato nel capitolato Speciale D'Appalto, pag. 4, mentre la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione sarà a cura di codesto spett.le Ente e, pertanto non oggetto di questo Appalto.

### **RISCONTRO**

#### **Impianto Elettrico**

Si conferma

#### **Impianto di Condizionamento**

Si conferma

### **Generali**

Si conferma

Publicato sul sito in data 22.03.2011

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
DOTT.SSA M. CASSITTA