

OGGETTO: PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA QUADRIENNALE, SUDDIVISA IN PIÙ LOTTI, CON OPZIONE DI ESTENSIONE PER UN ANNO, DI SUTURE CHIRURGICHE E DISPOSITIVI DI SUTURA VARI

IN RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA IN OGGETTO SONO STATI PRESENTATI IN DATA 26/07/12 I SEGUENTI QUESITI:

Lotto G (sutura chirurgica sintetica riassorbibile in copolimero di acido glicolico)

In relazione al lotto sopra menzionato, alla **voce n. 30** è richiesto un filo con ago 1/2 cerchio cilindrico.

Si chiede di voler cortesemente chiarire se la descrizione è esatta o se l'ago non debba invece avere una "curvatura variabile"

Identicamente, alla **voce n. 40** si fa riferimento ad ago singolo.

Si chiede di voler cortesemente chiarire se la descrizione è esatta o se l'ago non debba invece essere "doppio".

CHIARIMENTO

- lotto G: voce n°30 si intende a "curvatura variabile".
- lotto G: voce n°40 la descrizione è esatta;

Lotto M (sutura chirurgica non riassorbibile in polipropilene)

In riferimento alle voci 1, 2, 3 e 4 del lotto M si chiede di voler cortesemente chiarire se le curvature degli aghi, indicate come 1/2 cerchio non debbano invece intendersi 3/8 di cerchio.

CHIARIMENTO

lotto M: voci n°1,2,3 e 4 le curvature degli aghi si intendono: "3/8 di cerchio" anziché 1/2 cerchio;

Lotto P (sutura chirurgica sintetica non riassorbibile in seta)

In riferimento alle voci 18 e 19 del lotto P si chiede di voler cortesemente chiarire se l'indicazione "dorso tagliente" non debba invece intendersi "ago clinico"

CHIARIMENTO

lotto P: voci n°18 e 19 si intende: "ago cilindrico" anziché dorso tagliente;

Lotto Q (dispositivi da sutura vari)

In riferimento lotto Q, voce 2 (rif a e b) e voce 3 (rif a e b), si chiede di voler cortesemente specificare sia la composizione che l'ambito di utilizzo delle colle richieste.

CHIARIMENTO

lotto Q: voci n°2 e n°3: non si specifica la composizione perché è sufficiente la destinazione d'uso indicata.

Quesito in merito al pacco II

Buonasera, in merito alla procedura in oggetto si richiede la possibilità di poter presentare nel pacco n°2, da utilizzare quale campionatura di controllo, solo le 5 bustine senza la confezione secondaria ed eventualmente allegare una copia dell'etichetta.

La presente richiesta per ovviare al costo eccessivo che richiederebbe l'acquisto di due scatole da inviare come campionatura.

CHIARIMENTO

non ci sono problemi a fornire solo le cinque bustine nel pacco II

Publicato in sito in data 31/07/2012

Il R.U.P.

Dott. Francesco Manconi