

## **CAMERA IPERBARICA PER URGENZE**

**CRITERI DI VALUTAZIONE**  
**70 PUNTI COSI' SUDDIVISI**

**Caratteristiche e dotazioni dello scafo non oggetto di separato criterio valutativo, formazione max 8 punti così suddivisi:**

1. Dimensioni interne (spazio fruibile) max 2
2. Dimensioni porte di accesso alla camera principale e porta di comunicazione tra camera principale e camera di equilibrio max 2
3. altre caratteristiche non oggetto di specifico criterio di valutazione max 2
4. piano di formazione max 2

**Dotazioni della CP e della CE max 12 punti così suddivisi:**

1. Caratteristiche costruttive generali da valutare in termini di qualità dei materiali e di facilità manutentive e di pulizia (ad esempio, del pagliolato, dei sedili) max 5
2. Qualità costruttive e di utilizzo dell'impiantistica interna (sistema del tipo Venturi, circuito per la distribuzione in bassa pressione dell'ossigeno, sonda per la rivelazione dei valori di temperatura ed umidità, linea di scarico, sistema manuale per la pressurizzazione e depressurizzazione in emergenza, manometri di precisione ecc.) max 3,5
3. sistemi di sicurezza (per l'erogazione dell'ossigeno in maschera con intercettazione automatica per ogni posto paziente ecc) max 3,5

**Caratteristiche della consolle di comando e di controllo max 5 punti così suddivisi**

1. Caratteristiche generali (incluso il software) da valutarsi in termini di attualità della tecnologia, capacità di assicurare il funzionamento dell'apparecchiatura in modo semplice, efficiente, sicuro e con contenimento dell'affaticamento e dello stress degli operatori max 3,5
2. Completezza e qualità della strumentazione max 1,5

**Qualità degli impianti (pregio dei materiali, accuratezza e perfezione del progetto, sicurezza e qualità operative) max 34 punti così suddivisi**

1. Di alimentazione aria in compressione max 1 e di stoccaggio max 3
2. di distribuzione ossigeno max 6,5
3. di controllo a) della centrale di stoccaggio max 2; b) in camera iperbarica max 6
4. antincendio max 7,5
5. d'illuminazione, ripresa e sorveglianza max 4
6. di climatizzazione max 4

**Altre caratteristiche dei lavori (qualità dei materiali e delle finiture) max 2**

**Garanzia e assistenza max 9 punti (attribuibili in base alla valutazione comparativa delle eventuali offerte migliorative rispetto agli obblighi minimi di capitolato) così suddivisi:**

1. Durata della garanzia oltre il minimo prescritto max 3
2. Condizioni di garanzia (punteggio massimo in assenza di clausole limitative di responsabilità, graduato in base alle clausole inserite) max 1
3. Tempo massimo di intervento dalla chiamata se inferiore al massimo possibile (4 ore lavorative) max 0,5
4. Tempo massimo soluzione guasto se inferiore al massimo possibile (5 giorni naturali e consecutivi dalla chiamata) max 2,5
5. Fornitura apparecchiatura sostitutiva in anticipo rispetto ai tempi indicati all'art. 11 del CSA max 1,5
6. Garanzia fornitura ricambi per un periodo superiore rispetto a quello previsto all'art. 11 del CSA (7 anni) max 0,5