

## TELECOMANDATO POLIFUNZIONALE DIRETTO CON FLAT PANEL DINAMICO

### Criteri di attribuzione dei punteggi relativamente alla qualità

**Si ricorda che nella descrizione delle specifiche tecniche è previsto anche quanto segue:**

*“Le specifiche di cui al presente documento hanno lo scopo di individuare una configurazione del sistema comprendente la singola apparecchiatura che, complessivamente considerata, sia adeguata alle esigenze operative dell’Azienda.*

*Salvo nei casi in cui nell’indicare una specifica o un valore o un parametro della specifica si sia espressamente usata l’indicazione “tassativa”, la specifica, che deve comunque essere posseduta se non sia indicata come “preferenziale”, ammette, oltre che tutte le configurazioni equivalenti dal punto di vista tecnico (fermo che l’obbligo di dimostrare l’equivalenza grava sul concorrente), le configurazioni migliorative e configurazioni minime in senso peggiorativo, che avranno effetti nella valutazione tecnica. Nei casi in cui la configurazione proposta sia peggiorativa: di norma, l’offerta è ritenuta sufficiente ove si tratti di scarti minimi sostanzialmente ininfluenti in termini operativi rispetto ai parametri predeterminati; comunque, i criteri direttivi per la valutazione discrezionale della commissione giudicatrice circa la sufficienza dell’offerta sono il risultato conseguibile e la capacità prestazionali complessiva del sistema.*

*Non risulta che si rientri nel caso previsto dall’art. 68 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 163/06; ma qualora una o più delle specifiche rientrassero, non per espressa volontà degli estensori, nella detta fattispecie, è ferma l’applicazione dell’art. 68, comma 4 del medesimo D. Lgs. 163/06.*

*Complessivamente considerato il sistema deve assicurare risultati operativi (in termini prestazionali) almeno sostanzialmente equivalenti a quelli del sistema nella configurazione di seguito individuata”.*

<b>Criteri di attribuzione dei punteggi relativamente alla qualità</b>	<b>Max Punti 70 così ripartiti</b>
<b>N.B.</b> la valutazione dovrà essere necessariamente anche comparativa; la Commissione esprimerà il proprio giudizio in termini numerici, corredandolo di note esplicative a compendio del voto espresso che evidenzino gli aspetti delle singole offerte che più hanno inciso, in termini di maggiore ed eventualmente di minor apprezzamento, su tale giudizio. In ciascun criterio si terrà conto dei requisiti preferenziali, ove previsti e presenti in tutto o in parte in offerta, inclusi nel prezzo.	
<b>1) GENERATORE ALTA TENSIONE</b>	<b>Punti totali 7 così ripartiti</b>

<b>Potenza e modalità di erogazione</b>	<b>2,5</b>
<b>Protocolli predefiniti</b>	<b>1</b>
<b>Sistema atto ad ottimizzare l'esposizione in funzione delle caratteristiche fisiche del Paziente</b>	<b>1</b>
<b>Scopia pulsata</b>	<b>0,5</b>
<b>Caratteristiche generali non oggetto di altro specifico subcriterio di valutazione</b>	<b>2</b>
<b>2)TAVOLO TELECOMANDATO</b>	<b>Punti totali 11 così ripartiti</b>
<b>Movimenti ed escursioni</b>	<b>2</b>
<b>Facilità Posizionamento Paziente, ergonomia</b>	<b>4</b>
<b>Portata e comandi</b>	<b>2</b>
<b>Caratteristiche non oggetto di altro specifico subcriterio di valutazione</b>	<b>3</b>
<b>3) COMPLESSO RADIOGENO</b>	<b>Punti totali 6 così ripartiti</b>
<b>Caratteristiche generali non oggetto di altro specifico subcriterio di valutazione</b>	<b>2</b>
<b>Macchie focali e RPM</b>	<b>1,5</b>
<b>Capacità di dissipazione termica</b>	<b>1</b>
<b>Interfaccia utente</b>	<b>1,5</b>
<b>4) DETETTORE DINAMICO e SISTEMA DI ACQUISIZIONE DIGITALE</b>	<b>Punti totali 17 così ripartiti</b>
<b>Caratteristiche generali del detettore</b>	<b>2</b>
<b>Profondità della matrice</b>	<b>1,3</b>
<b>Scopia</b>	<b>1,3</b>
<b>Campi d'ingresso utili</b>	<b>1,3</b>
<b>Fless predisposizione dei parametri radiologici</b>	<b>1,3</b>
<b>Sistema Archiviazione Documentazione</b>	<b>2,5</b>
<b>Post processing</b>	<b>3,3</b>

Altre caratteristiche tecniche non oggetto di specifico subcriterio di valutazione	2
Monitor: dimensioni, attualità e qualità della tecnologia	2
<b>5) CARATTERISTICHE FORNITURE ACCESSORIE</b>	<b>Punti totali 5 così suddivisi:</b>
Qualità degli accessori non informatici (robustezza, flessibilità operativa, ergonomia)	Punti 2
Qualità degli accessori informatici (qualità e attualità della tecnologia, capacità operative).	Punti 3
<b>6) DISPOSITIVI SOFTWARE E SOLUZIONI PER LA RIDUZIONE DELLA DOSE AI PAZIENTI E AGLI OPERATORI (tipologia, efficacia) (con esclusione di quanto valutabile in subcriterio "Sistema atto ad ottimizzare l'esposizione in funzione delle caratteristiche fisiche del Paziente" nell'ambito del criterio "Generatore Alta Tensione")</b>	<b>Punti totali 6</b>
<b>7) PROGETTI RELATIVI AI LOCALI E AGLI IMPIANTI (per lavori complementari previsti)</b>	<b>Punti totali 5 così ripartiti:</b>
Lay out distributivi (fruibilità degli spazi, libertà di movimento per la gestione del paziente)	Punti 1,5
Qualità delle finiture in opere (comprese misure di radioprotezione)	Punti 1,5
Qualità delle soluzioni e dei materiali impiantistici	Punti 2
<b>8) CARATTERISTICHE EVENTUALE FORNITURA AGGIUNTIVA DI ULTERIORI COMPONENTI DI INTERESSE DELL'AZIENDA: attribuibili fino al massimo disponibile in relazione al contenuto e alla comparazione con offerte concorrenti</b>	<b>Punti totali 4</b>
<b>9) CONDIZIONI CONTRATTUALI (Garanzia e Assistenza Tecnica)</b>	<b>Punti totali 9 così ripartiti</b>
Durata della garanzia se maggiore del massimo previsto (attribuibili in relazione all'eventuale contenuto dell'offerta migliorativa e alla comparazione con offerte concorrenti)	Punti 3

<b>Condizioni di garanzia (massimo se completamente incondizionata, pari a 0 se previste tutte le limitazioni di garanzia ammissibili, graduato per situazioni intermedie)</b>	<b>Punti 1</b>
<b>Tempo massimo di intervento dalla chiamata se inferiore al massimo possibile (4 ore lavorative)</b>	<b>Punti 0,5</b>
<b>Tempo massimo soluzione guasto se inferiore al massimo possibile (5 giorni naturali e consecutivi dalla chiamata)</b>	<b>Punti 2,5</b>
<b>Fornitura apparecchiatura sostitutiva in anticipo rispetto ai tempi indicati all'art. 11 del CSA (valutando tempi)</b>	<b>Punti 1</b>
<b>Diagnosi remota</b>	<b>Punti 0,5</b>
<b>Garanzia fornitura ricambi per un periodo superiore rispetto a quello previsto all'art. 11 del CSA (7 anni)</b>	<b>Punti 0,5</b>