

**POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II:
INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' – OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 –
OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2 – LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.A – IMPORTO COMPLESSIVO €
33.017.000,00 – DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL 23.11.2010**

**PROCEDURA APERTA – FORNITURA DI DUE MAMMOGRAFI DIGITALI CON STEREOTASSI
DIGITALE PER BIOPSIE**

CHIARIMENTI N. 1

QUESITO

Con riferimento al Capitolato Speciale si cita che il Detettore debba avere un formato standard da 24x30 cm. Si richiede se per tale misura si intende la dimensione geometrica del detettore o l'area utile di detezione.

RISPOSTA QUESITO

Deve intendersi la dimensione geometrica del detettore.

Publicato sul sito in data 04.09.2012

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA MARIA CATERINA CASSITTA
DOTT.SSA M. CASSITTA**