

POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II:
INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' – OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 –
OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2 – LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.A – IMPORTO COMPLESSIVO €
33.017.000,00 – DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL 23.11.2010

**PROCEDURA APERTA – FORNITURA DI UN IMPIANTO ANGIOGRAFICO DIGITALE DIRETTO
POLIFUNZIONALE PER DIAGNOSTICA E PROCEDURE INTERVENTISTICHE**

CHIARIMENTI N. 2

QUESITO

Con riferimento al par. Tavolo Esame (punto 2 del capitolato tecnico) di richiede se al punto 5, il termine tassativo sia da riferire ai soli movimenti di trendelemburg o anche ai basculamenti su ambo i lati

RISPOSTA

Il termine tassativo è da riferire anche ai bascula menti su ambo i lati.

QUESITO

Con riferimento al par. 6 del capitolato tecnico, SISTEMA DI DETEZIONE, nel punto 2 viene richiesto un numero elevato di campi di ingrasso utili ad evidenziare i dettagli. Tali campi devono essere nativi?

RISPOSTA

I campi non devono necessariamente essere nativi.

QUESITO

Con riferimento al paragrafo 10 del capitolato tecnico, ACCESSORI E VARIE, sotto la voce DEFIBRILLATORE al punto 5 viene scritto "energia massimo erogabile non ai 180 J". E' da intendersi "non inferiore" ai 180 J?

RISPOSTA

Trattasi di mero errore materiale. E' da intendersi "*non inferiore*" ai 180 J.

QUESITO

Nel bando al par. 11 "Garanzie sui beni post collaudo" viene richiesta una garanzia pari a 24 mesi dal verbale di collaudo positivo; invece nel Capitolato Generale d'appalto per forniture e servizi, all'art. 4 "Esecuzione di forniture e Servizi", viene richiesto : "la garanzia deve includere anche la manutenzione full risk per almeno 12 mesi dalla data del collaudo positivo". Si chiede di specificare quale debba essere la durata della manutenzione full risk sulle apparecchiature inclusa la garanzia.

RISPOSTA

Come previsto dagli art. 1 e 2 del Capitolato Generale d'appalto, le disposizioni in esso contenute sono derogabili salvo quanto disposto dall'art. 19.

Pertanto si applica quanto disposto dal capitolato speciale d'appalto e, in particolare, per quanto attiene il quesito di che trattasi, la durata della garanzia è di mesi 24 in conformità a quanto previsto dall'art.11 "Garanzie sui beni post collaudo".

QUESITO

L'art. 2 del band di gara a pag. 6 specifica che l'importo dei lavori è pari ad € 26.000,00 + IVA. Si chiede se tale importo è superabile

RISPOSTA

E' possibile superare l'importo dei lavori purché l'importo offerto (fornitura e lavori) sia nel complesso pari o superiore alla base di gara.

Pubblicato sul sito in data 17.09.2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA MARIA CATERINA CASSITTA
DOTT.SSA M. CASSITTA