

1. specificare le caratteristiche dell'impianto di aria primaria relative alla sala esami; presenza di filtrazione assoluta, N° ricambi d'aria previsti;
2. specificare il carico accidentale del solaio nella sala esami;
3. fornire la pianta in dwg dell'area di intervento e del piano sottostante;
4. fornire lo schema delle strutture travi e pilastri dell'area di intervento;
5. confermare la disponibilità di acqua refrigerata tutto l'anno (circa 8 kw);
6. confermare la possibilità di posizionare nei locali sottostanti due armadi di potenza dell'apparecchiatura (area necessaria 3 mq circa);
7. precisare se l'importo dei lavori previsto per le opere pari ad € 26. 000,00 è da intendersi stimato pertanto superabile fermo restando l'importo complessivo dell'appalto;
8. premesso che il bando di gara prevede che *"tutti i documenti dovranno essere redatti in lingua italiana, o corredati da traduzione dichiarata fedele all'originale"*, voglia la Vostra Spettabile Amministrazione confermare che, i documenti che per loro natura sono in lingua inglese e composti da circa 300 pagine come i Dicom Conformance Statement ed Integration Statement (IHE) possono essere presentati in lingua originale. Precisiamo che per i suddetti documenti non è prevista traduzione in altre lingue poiché non materiale di pertinenza funzionale per il personale medico e paramedico , trattasi infatti di mere informazioni di proprietà intellettuale per gli amministratori dei sistemi gestionali (Tecnici del Servizio di Assistenza Tecnica e Manutenzione) per l'interfacciamento tra i diversi produttori di apparecchiature .
9. confermare che la prestazione principale e secondaria oggetto della procedura sono da intendersi rispettivamente: Fornitura apparecchiatura e relativa assistenza tecnica (Prestazione Principale) Lavori di installazione (Prestazione Secondaria); e pertanto è consentita la partecipazione in ATI verticale con Capogruppo la società fornitrice dei beni e mandante impresa/e edile.