

POR FESR SARDEGNA 2007 - 2013. PROGRAMMAZIONE RISORSE A VALERE SULL'ASSE II:
INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITA' – OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 –
OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.2 – LINEA DI ATTIVITA' 2.2.2.A – IMPORTO COMPLESSIVO €
33.017.000,00 – DELIBERA G.R. N. 41/16 DEL 23.11.2010

PROCEDURA APERTA – FORNITURA DI UN IMPIANTO ANGIOGRAFICO DIGITALE DIRETTO
POLIFUNZIONALE PER DIAGNOSTICA E PROCEDURE INTERVENTISTICHE

CHIARIMENTI N. 4

RISPOSTA QUESITO 1

Si veda il file "*Chiarimenti n. 1*" - "Impianto elettrico" pubblicato sul sito un data 12/09/2012. In virtù del chiarimento già fornito è sufficiente che l'UPS rispetti le caratteristiche previste in CSA e relativi allegati.

RISPOSTA QUESITO 2

Si veda il file "*Chiarimenti 2*" pubblicato sul sito in data 17/09/2012.

RISPOSTA QUESITO 3

Si conferma la disponibilità dell'interruttore .

RISPOSTA QUESITO 4

Non ci si riferisce alle curve di isodose, ma alla massima quantità di radiazione trasmessa attraverso i collimatori del tubo radiogeno. Si conferma essere una informazione opzionale.

RISPOSTA QUESITO 5

Sarà considerata equivalente purché non interferisca con la visione del paziente da parte degli operatori e la paratia superiore abbia forma adatta a procedure di tipo interventistico.

RISPOSTA QUESITO 6

Sono richiesti i seguenti schermi di protezione da applicare al lettino porta paziente:

schermo di protezione anti X, per la protezione inferiore del I e II operatore, del tipo a teli pendenti, con schermo superiore su supporto rigido, che si aggancia al braccio mobile da applicare ai lati del lettino porta paziente.

schermo di protezione in vetro anti-X, con telo inferiore a bandelle, da applicare al lato piedi paziente del lettino per la protezione della parte superiore del corpo dell'operatore TSRM posizionato alla consolle di comando (ai piedi del lettino).

RISPOSTA QUESITO 7

L'indicazione "*3 per mille*" è un errore materiale dovuto ad un refuso. Pertanto la penale applicabile è pari al 1 per mille.

Si applicano il D. Lgs. 163/2006 e il 207/2010.

Publicato sul sito in data 18.09.2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT.SSA MARIA CATERINA CASSITTA
DOTT.SSA M. CASSITTA